

Allegato A Tabella lotti e fabbisogni

Lotto	Titolo	Descrizione criteri minimi	Fabbisogno 10 mesi	Importo base d'asta	Importo noleggio/mese	Importo lotto 10 mesi	CND	C.E.	Conto deposito	Conto acquisto
1	Sistema per la resezione in sala operatoria e Sistema per Isteroscopia Diagnostica e “SEE and TREAT” costituito da:						K0201010301	501010311	no	si
		Elettrodi bipolari monouso per resettori grandi patologie da 24FR a 26 FR								
		elettrodo monouso tipo ansa angolata 90°, utilizzabile esclusivamente con generatore di corrente a radiofrequenza e unicamente con soluzione fisiologica per il taglio e il coagulo dei tessuti, disponibile in due dimensioni (sottile e spessa).	540	170,00 €		91.800,00 €				
		Guaina monouso da 5FR e 7 FR per le ottiche 0° e 30° fornite in noleggio	560	60,00 €		33.600,00 €				
		 Tubulatura giornaliera per pompa peristaltica	1000	40,00 €		40.000,00 €				
	Strumentazione in noleggio	n.3 - Colonne per resezione ginecologica in Tecnologia Full HD – ciascuna colonna deve essere composta da:								
		• Carrello mobile di contenimento, completo di trasformatore di isolamento								
		• Monitor medicale per le immagini e video, in alta risoluzione								
		• Sistema video(telecamera) FULL HD, integrato di fonte LED								
		• Pompa peristaltica								
		• Tablet o PC con sistema di gestione dati e immagini che permetta la refertazione dei dati in protocollo DICOM 3 su PACS aziendale, secondo quanto suggerito dalla SEGI.								
		• Stampante laser								
		• Assistenza da remoto								
		n.4 Elettrobisturi con il controllo dell'impedenza tissutale. Il generatore deve essere in grado di modulare automaticamente le correnti di taglio e coagulo senza l'intervento di operatori esterni e senza dover cambiare le impostazioni al cambio di elettrodo.								
		n.5 - resettori di grosso calibro per patologie medio grandi autoclavabili			5.000,00 €	50.000,00 €				
		n.4 - resettori di medio calibro per patologie medio piccole autoclavabili								
		n.9 - container per resettori autoclavabili								
		n.4 - ottiche da 4mm 0° autoclavabili								
		n.1 - ottiche da 4mm 30° autoclavabili compatibile con la colonna STORZ di proprietà della ASL in uso presso la camera operatoria								
		n.4 - ottiche da 2,9mm 0° autoclavabili								
		n.9 - cavi luce autoclavabili								
		n.6 - ottiche 2,9 mm - 30° autoclavabili								
		n.9 - container per ottiche autoclavabili								
		n.12 - pinze tipo Grasping da 5 e 7Fr autoclavabili								
		n.12 - forbici rotanti da 5 e 7fr autoclavabili								
		Quant'altro si renda necessario alla corretta operabilità del sistema.								

TOT

215.400,00 €