

Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
1	CatetereTiemann 2 vie varie misure (da CH12 a CH24) con rivestimento siliconico palloncino 15ml circa $\pm$ 5 ml, fori laterali, lunghezza 42 cm circa $\pm$ 5cm. Confezione singola, sterile e monouso	☐ Sì	☐ No		
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
2	Catetere Mercier 1 via varie misure (da CH6 a CH24) in neoplex o similare fori laterali, punta curva, lunghezza cm 40 circa $\pm$ 5cm. Confezione singola, sterile e monouso	☐ Sì	☐ No		
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
3	Catetere Couvelaire 1 via varie misure (da CH10 a CH24) in neoplex o similare, fori laterali, lunghezza cm 40 circa $\pm$ 5cm, punta a becco di flauto. Confezione singola, sterile e monouso .	☐ Sì	☐ No		
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)

					riscontro)
4	Catetere Dufour tre vie varie misure (da CH18 a CH24) in puro silicone, due fori laterali contrapposti, palloncino 30-50 ml $\pm$ 10ml, lunghezza cm 42 circa. Confezione singola, sterile e monouso..	☐ Sì	☐ No		
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
5	Catetere Dufour tre vie varie misure (da CH18 a CH24) in puro silicone, due fori laterali contrapposti, palloncino 50-80ml $\pm$ 10ml, lunghezza cm 42 circa. Confezione singola, sterile e monouso	☐ Sì	☐ No		
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
6	Catetere Foley punta cilindrica due vie varie misure (da CH 8 a CH 24) palloncino da 3 ml a 30ml, silicone 100%, lunghezza fino a 40 cm circa. Confezione singola, sterile e monouso.	☐ Sì	☐ No		
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
7	Catetere Foley pediatrico punta cilindrica due (da CH 6 a CH 8) palloncino da 1 ml a 5ml, silicone 100%, lunghezza fino a 33 cm circa. Confezione singola, sterile e monouso.	☐ Sì	☐ No		
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					

LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
8	Catetere ureterale con punta aperta da 3 a 8 fr di diametro circa, per 70 cm circa $\pm$ 5cm di lunghezza, in PVC con proprietà di memoria di forma, completo di mandrino. Punta flessibile e orientabile. Adattatore per siringa.	☐ Sì	☐ No		
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
9	Catetere ureterale di Bracci varie misure (da CH5 a CH12) in PVC con punta a becco di flauto con almeno 6 fori, linea radiopaca, graduati distalmente, lunghezza 150 cm circa. Confezione singola, sterile e monouso.	☐ Sì	☐ No		
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
10	Stent ureterale mono J in Vortek o similare, lunghezza 90 cm circa (ma non inferiore a 80 cm), radiopaco, punta A/A completo di filo guida con anima fissa rivestita PTFE da 0.035", markers graduati, fornito in confezione singola, completo di raccordo per sacca urina, sistema monouso sterile. Misure 6-7-8 Ch.	☐ Sì	☐ No		
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)

				riferimento puntuale per il riscontro)
11	Stent ureterale in materiale poliuretanico, dotato di rivestimento idrofilico, con caratteristiche di morbidezza, flessibilità e biocompatibilità. Doppio J. Lo stent deve essere radiopaco, aperto sia sull'estremità distale che prossimale, con marcature stampate ad intervalli di circa 5 cm per visualizzare la lunghezza durante il posizionamento e con fori di drenaggio lungo il corpo dello stent. Misure: 24, 26 cm circa, da circa 4,5 e 6 Fr.	☐ Sì	☐ No	
Denominazione commerciale dell'articolo				
Codice repertorio (RDM)				
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)	SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
12	Filo guida "ibrido" con anima in Nitinol e con corpo della guida avvolto da una spirale in acciaio rivestita con PTFE. Punta distale morbida e rivestita in polimero idrofilico, per un inserimento ed un avanzamento facilitato all'interno dell'uretere. Estremità prossimale dotata di rivestimento flessibile in PTFE. Misure: circa 150 cm $\pm$ 5cm da 0,038" circa sia dritta che angolata.	☐ Sì	☐ No	
Denominazione commerciale dell'articolo				
Codice repertorio (RDM)				
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)	SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
13	kit per drenaggio sovrappubico con catetere a palloncino in latex/hydrogel idrofilo a 2 vie - palloncino 5/10 ml lunga permanenza fino a 12 settimane, bisturi monouso in acciaio inox ed introduttore. Misure 10 ch circa.	☐ Sì	☐ No	
Denominazione commerciale dell'articolo				
Codice repertorio (RDM)				
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)	SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)

				riferimento puntuale per il riscontro)
14	Ago da biopsia monouso 16G x 20 cm circa compatibile con strumento poliuso da biopsia denominato "Magnum" La ditta aggiudicatrice dovrà fornire in sconto merce n.1 pistola poliuso tipo "Magnum"	☐ Sì	☐ No	
Denominazione commerciale dell'articolo				
Codice repertorio (RDM)				
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)	SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
15	Ureterorenoscopio flessibile digitale monouso, fonte luce integrata nel manipolo diametro 7,5fr circa in punta, canale operativo 3,6fr circa. Lo strumento deve avere 270 gradi circa di flessione in entrambe le direzioni. La ditta aggiudicatrice dovrà fornire in comodato d'uso gratuito uno schermo LCD con connettore dedicato e relativo carrello portaschermo o sistema compatibili con sistemi video già presenti	☐ Sì	☐ No	
Denominazione commerciale dell'articolo				
Codice repertorio (RDM)				
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)	SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
16	Ureterorenoscopio flessibile digitale monouso, con possibilità di gestione della pressione e temperatura intrarenale , fonte luce integrata nel manipolo diametro 7,5fr circa in punta, canale operativo 3,6fr circa. Lo strumento deve avere 270 gradi circa di flessione in entrambe le direzioni. La ditta aggiudicatrice dovrà fornire in comodato d'uso gratuito uno schermo LCD con connettore dedicato e relativo carrello portaschermo o sistema compatibili con sistemi video già presenti	☐ Sì	☐ No	
Denominazione commerciale dell'articolo				

Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
17	Guaine per l'accesso ureterale con rivestimento a spirale in PTFE e coating idrofilico all'interno ed all'esterno della camicia, per facilitare sia il passaggio della guaina nell'uretere, sia il passaggio degli strumenti nella camicia. Misure: circa 38 e 46cm con diametro circa 10/12, 11/13, 12/14Fr	☐ Sì	☐ No		
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
18	Guaina di accesso ureterale con doppio canale di lavoro per litotrissia con bottiglia di raccolta a flusso continuo indicato per il trattamento di calcoli urinari mediante aspirazione negativa dei frammenti durante la litotrissia. Disponibilità di guaine diverse lunghezze da 16 a 30cm circa, sterili, monouso	☐ Sì	☐ No		
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
19	Pinza monouso da presa per recupero corpi estranei circa 3fr, per 115 cm circa compatibile con canale operativo 3,6fr dell'ureteroscopio flessibile	☐ Sì	☐ No		
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)

20	Cestello in Nitinol con 4 fili intrecciati circa, senza punta, comprensivo di impugnatura ergonomica. Ghiera di rotazione sull'impugnatura per la rotazione del cestello con una sola mano e stelo idrofilico per facilitare il passaggio attraverso la via escrettrice. Misure: 115 cm circa per circa 1,8 – 2,2 e 3 FR	☐ Sì	☐ No		
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)	SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)	
21	Sistema di connettore afflusso di liquido per procedure endoscopiche urologiche con pompa manuale e camera di pressione e valvola anti-ritorno	☐ Sì	☐ No		
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)	SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)	
22	Set dilatatori di Amplatz, la punta di ogni dilatatore deve essere rastremata a superficie liscia con incrementi di 2 Fr. I dilatatori devono avere un diametro che va da 8 a 30 Fr circa con lunghezza non inferiore a 17 cm circa.	☐ Sì	☐ No		
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)	SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)	
23	Sistema Di Dilatazione Coassiale Fr. 8-10, Con Raccordo Luer Lock Per L'iniezione Di Mezzo Di Contrasto E L'introduzione Di Una Guida Di Sicurezza Oltre Alla Guida Di Lavoro.	☐ Sì	☐ No		
Denominazione commerciale dell'articolo					

Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
24	Fibra Laser per applicazioni endoscopiche 250micron (± 50 micron), lunghezza 3 metri circa, sterile (10 procedure circa) Fibra Laser per applicazioni endoscopiche 400micron (± 50micron), lunghezza 3 metri circa , sterile (10 procedure circa) Fibra Laser per applicazioni endoscopiche 550micron (± 50micron), lunghezza 3 metri circa, sterile (10 procedure circa) La ditta aggiudicatrice dovrà fornire in noleggio n.1 generatore compatibile con potenza ad emissione laser per trattamento sia della calcolosi urinaria che delle patologie ostruttive urinarie e strumentario endoscopico pluriuso per trattamento mini-percutaneo (nefroscopio + camicia)	☐ Sì	☐ No		
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
25	Sistema mininvasivo, transuretrale per il trattamento endoscopico dell'ipertrofia prostatica benigna mediante l'utilizzo di vapore acqueo convertito in energia termica, confezione singola, monouso, sterile. . La ditta dovrà fornire in comodato d'uso gratuito n.1 apparecchiatura necessaria allo svolgimento della procedura	☐ Sì	☐ No		
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)

26	Elettrodo monouso ad ansa angolata da taglio per resezione urologica, monopolare, 1 stelo, compatibile con resettore Storz. Elettrodo monouso da taglio a lama fredda a semiluna per trattamento stenosi uretrali , 1 stelo, compatibile con traslatore Storz.	☐ Sì	☐ No		
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)	SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)	
27	Ansa monouso sterile da resezione per generatore monopolare compatibile con strumentario Olympus La ditta aggiudicataria dovrà fornire in comodato d'uso gratuito n.1 camicia a flusso alternato + traslatore passivo per resezione monopolare	☐ Sì	☐ No		
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)	SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)	
28	Cistoscopio flessibile monouso sterile, diametro massimo parte d'inserzione 18f, diametro estremità distale 16f circa, angolo di curvatura 210°\120°, deflessione standard ed inversa, illuminazione LED integrata La ditta aggiudicataria dovrà fornire in comodato d'uso gratuito n.1 monitor full HD compatibile	☐ Sì	☐ No		
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)	SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)	
29	Sistema pompa per infusione	☐ Sì	☐ No		

	trasduttore di pressione cateterino vescicale da urodinamica bilume 7ch per cistomanometria cateterino per misurazione pressione endorettale bilume 9ch con palloncino elettrodi di superficie per urodinamica linee di estensione per catetere rettale e vescicale lunghezza 90 cm La ditta aggiudicataria dovrà fornire in noleggio n.1 apparecchio per Urodinamica				
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
30	Guaine di rivestimento monouso per cistoscopia flessibile compatibile mediante diverse misure ai 2 cistoscopi analogici pluriuso attualmente presenti nel nostro blocco operatorio: cistoscopia flessibile Storz analogico e cistoscopia flessibile Olympus analogico La ditta aggiudicataria dovrà fornire in comodato d'uso n.1 cistoscopia flessibile	☐ Sì	☐ No		
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					