

Allegato 3 Criteri di valutazione - DM per Resettoscopia e Isteroscopia

I lotti devono essere aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

LOTTO	Descrizione	Area di applicazione	Criteri di valutazione	Punteggio massimo	Tipologia Criterio	SE CRITERIO D L'Operatore Economico dovrà produrre Relazione Tecnica.		SE CRITERIO T		
						Rif. Documento	Rif. Pagina	Indicare Rispondenza SI / NO	Rif. Documento	Rif. Pagina
LOTTO 1	Sistema per la resezione in sala operatoria	apparecchiatura e strumentazione fornita in noleggio	Stabilità e manovrabilità del carrello della colonna per le isteroscopie operative	3	discrezionale					
			Monitor da almeno 27"	3	tabellare					
			Nitidezza delle immagini in diverse condizioni di illuminazione del monitor	3	discrezionale					
			Generatore di corrente con tecnologia a radiofrequenza plasmacinetica	5	tabellare					
			Fonte luce LED da almeno 100wat	2	tabellare					
			Possibilità di esportare immagini e/o video in alta definizione	2	tabellare					
			Facilità d'uso e intuitività dell'interfaccia grafica del software	4	discrezionale					
			Valutazione di eventuali elementi aggiuntivi forniti in noleggio che consentano di migliorare le condizioni di operabilità del sistema	4	discrezionale					
		assistenza post vendita	Sarà oggetto di valutazione la qualità e l'articolazione della proposta tecnica sui servizi di assistenza post-vendita previsti nell'ambito della fornitura. In particolare, sarà valutata: - la modalità di assistenza durante le procedure (con la presenza di almeno 1 figura da specialista di prodotto)	4	discrezionale					
		tubo giornaliero per pompa	Flessibilità del tubo paziente che non deve essere troppo rigido ma neppure generare fenomeni di Kinking	5	discrezionale					
			Facilità di connessione del tubo	5	discrezionale					
			Sicurezza della tenuta della connessione del tubo	5	discrezionale					
		ansa	Facilità di inserimento e fissaggio dell'ansa sul resettore	5	discrezionale					
			Cavo di alimentazione da innestare nel generatore, solidale e inscindibile con l'elettrodo monouso	8	tabellare					
			Resistenza dell'ansa ad eventuali flessioni durante l'intervento chirurgico che potrebbero determinarne la rottura	8	discrezionale					
		procedura di gestione ambientale	La Commissione Giudicatrice attribuirà un punteggio pari a 2 punti solo nel caso in cui il Concorrente presenti la certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI EN ISO 14000 (UNI EN ISO 14001 o registrazione EMAS) rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato, dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000.	2	tabellare					
		parità di genere	Parità di genere UNI/PdR 125:2022 Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni	2	tabellare					
		Area di applicazione	Criteri di valutazione	Punteggio massimo	Tipologia Criterio	SE CRITERIO D L'Operatore Economico dovrà produrre Relazione Tecnica.		SE CRITERIO T		
		apparecchiatura e strumentazione fornita in noleggio	Stabilità e manovrabilità del carrello della colonna per le isteroscopie diagnostiche	3	discrezionale					
			Monitor da almeno 27"	3	tabellare					
			Nitidezza delle immagini in diverse condizioni di illuminazione	2	discrezionale					
			Fonte luce LED da almeno 100wat	2	tabellare					
			Possibilità di esportare immagini e/o video in alta definizione	2	tabellare					

LOTTO 2	Sistema per Isteroscopia Diagnostica e “SEE and TREAT”		Facilità d’uso e intuitività dell’interfaccia grafica del software	3	discrezionale						
		assistenza post vendita	Sarà oggetto di valutazione la qualità e l'articolazione della proposta tecnica sui servizi di assistenza post-vendita previsti nell'ambito della fornitura. In particolare, sarà valutata: - la modalità di assistenza durante le procedure (con la presenza di almeno 1 figura da specialista di prodotto)	4	discrezionale						
		guaina	Ergonomicità della guaina	3	discrezionale						
			Disponibilità di guaine con differenti impugnatura (mancini e destrimana)	3	tabellare						
			Resistenza del materiale che costituisce le guaine, durante le manovre diagnostiche e operative	5	discrezionale						
		tubo giornaliero per pompa	Flessibilità del tubo paziente che non deve essere troppo rigido ma neppure generare fenomeni di Kinking	5	discrezionale						
			Facilità di connessione del tubo	5	discrezionale						
			Sicurezza della tenuta della connessione del tubo	5	discrezionale						
		isteroscopia monouso	Maneggevolezza dell’impugnatura dell’isteroscopia monouso	3	discrezionale						
			Ampio angolo di visione panoramica della cavità uterina	5	discrezionale						
			Qualità dell’immagine fornita dal sistema video dell’isteroscopia monouso	5	discrezionale						
			Flessibilità dell’isteroscopia per una migliore adattabilità alla cavità uterina	5	discrezionale						
			Isteroscopia monouso con luce a LED integrata	3	tabellare						
		procedura di gestione ambientale	La Commissione Giudicatrice attribuirà un punteggio pari a 2 punti solo nel caso in cui il Concorrente presenti la certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI EN ISO 14000 (UNI EN ISO 14001 o registrazione EMAS) rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato, dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000.	2	tabellare						
		parità di genere	Parità di genere UNI/PdR 125:2022 Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all’interno delle organizzazioni	2	tabellare						