ALLEGATO B - CAPITOLATO PRESTAZIONALE TECNICO SANITARIO
(fabbisogni, articolazione lotti)

lotto n°	descrizione lotto	criterio di valutazione	riferimento	Descrizione
39	IOL tre pezzi	E	rif.1	IOL pieghevoli, filtro UV, piatto ottico 6mm, square edge, diametro totale 13-13,5mm, anse tipo C loop, eventualmente iniettabili in tunnel < 3,5mm con iniettore pluriuso e cartridge monouso, minimo range diottrico da +10 a +30
			rif.2	IOL pieghevoli, filtro UV, piatto ottico 6mm, square edge, diametro totale 13-13,5mm, anse tipo C loop, eventualmente iniettabili in tunnel < 3,5mm con iniettore pluriuso e cartridge monouso, minimo range diottrico da -5 a +5

		Caratteristiche	ALCON ITALIA Punti max	Componente Dott. Sepe		Componente Dott.ssa Mecozzi		Componente Dott. Di Maggio		media coeff.	punti		totale	TECNOFTALMICA SRL Punti max	Componente Dott. Sepe		Componente Dott.ssa Mecozzi		Componente Dott. Di Maggio		media coeff.	punti		totale	OPTARISTON OFTALMICA Punti max	Componente Dott. Sepe		Componente Dott.ssa Mecozzi		Componente Dott. Di Maggio		media coeff.	punti		totale
Sub criterio E1 max 20	Qualità del prodotto	materiali costituenti il prodotto	6	distinto	0,8	distinto	0,8	distinto	0,8	0,8	4,8	16	54	6	distinto	0,8	distinto	0,8	distinto	0,8	0,8	4,8	16	60	6	distinto	0,8	distinto	0,8	distinto	0,8	0,8	4,8	16	58,8
		caratteristiche tecniche	7	distinto	0,8	distinto	0,8	distinto	0,8	0,8	5,6			7	distinto	0,8	distinto	0,8	distinto	0,8	0,8	5,6			7	distinto	0,8	distinto	0,8	distinto	0,8	0,8	5,6		
		innovazioni tecniche sotto il profilo rischio/beneficio	7	distinto	0,8	distinto	0,8	distinto	0,8	0,8	5,6			7	distinto	0,8	distinto	0,8	distinto	0,8	0,8	5,6			7	distinto	0,8	distinto	0,8	distinto	0,8	0,8	5,6		
Sub criterio E2 max 30	Caratteristiche funzional	facilità d'utilizzo dell'iniettore	6	sufficiente	0,2	sufficiente	0,2	sufficiente	0,2	0,2	1,2	18		6	distinto	0,8	distinto	0,8	distinto	0,8	0,8	4,8	24		6	distinto	0,8	distinto	0,8	distinto	0,8	0,8	4,8	22,8	
		facilità delle manovre intraoculari	6	distinto	0,8	distinto	0,8	distinto	0,8	0,8	4,8			6	distinto	0,8	distinto	0,8	distinto	0,8	0,8	4,8			6	distinto	0,8	distinto	0,8	distinto	0,8	0,8	4,8		
		range diottrico	6	distinto	0,8	distinto	0,8	distinto	0,8	0,8	4,8			6	distinto	0,8	distinto	0,8	distinto	0,8	0,8	4,8			6	ottimo	1	ottimo	1	ottimo	1	1	6		
		aberrazioni centrali	6	buono	0,6	buono	0,6	buono	0,6	0,6	3,6			6	distinto	0,8	distinto	0,8	distinto	0,8	0,8	4,8			6	buono	0,6	buono	0,6	buono	0,6	0,6	3,6		
		aberrazioni periferiche	6	buono	0,6	buono	0,6	buono	0,6	0,6	3,6			6	distinto	0,8	distinto	0,8	distinto	0,8	0,8	4,8			6	buono	0,6	buono	0,6	buono	0,6	0,6	3,6		
Sub criterio E3 max 20	alità del confezionamen	facilità d'apertura	6	ottimo	1	ottimo	1	ottimo	1	1	6	20		6	ottimo	1	ottimo	1	ottimo	1	1	6	20		6	ottimo	1	ottimo	1	ottimo	1	1	6	20	
		accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio	6	ottimo	1	ottimo	1	ottimo	1	1	6			6	ottimo	1	ottimo	1	ottimo	1	1	6			6	ottimo	1	ottimo	1	ottimo	1	1	6		
		istruzioni per l'uso	4	ottimo	1	ottimo	1	ottimo	1	1	4			4	ottimo	1	ottimo	1	ottimo	1	1	4			4	ottimo	1	ottimo	1	ottimo	1	1	4		
		etichettatura	4	ottimo	1	ottimo	1	ottimo	1	1	4			4	ottimo	1	ottimo	1	ottimo	1	1	4			4	ottimo	1	ottimo	1	ottimo	1	1	4		