

GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI PER ELETTROCHIRURGIA MONOPOLARE, BIPOLARE E ULTRASUONI; SUTURATRICI MECCANICHE, MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, PROTESI PER ERNIA E SISTEMI DI DRENAGGIO NECESSARI ALL’AZIENDA USL LATINA PER MESI 24.

CAPITOLATO TECNICO (allegato b) : - ELENCO DEI PRODOTTI CON RELATIVE CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME.
- CRITERI E PONDERAZIONI PER LA VALUTAZIONE TECNICO/QUALITATIVA

TROCAR MONOUSO				
DESCRIZIONE PRODOTTI				
1	TROCAR LAPAROSCOPICO TOTALMENTE TRASPARENTE PROFILO RIBASSATO , CON LAMA PIATTA, PUNTA DILATANTE CON SCUDO DI PROTEZIONE, CANNULA ZIGRINATA A BECCO DI FLAUTO E RASTREMATA, IDONEO SISTEMA DI TENUTA STAGNA, SISTEMA DI INSUFFLAZIONE E DESUFFLAZIONE. VARIE MISURE :	Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
	TROCAR DIAMETRO 5 MM., CANNULA DA 100 MM CIRCA	1750	3500	
	TROCAR DIAMETRO 5/12 MM., CANNULA DA 100 MM CIRCA	1550	3100	
	TROCAR DIAMETRO 5/12 MM., CANNULA DA 150 MM CIRCA	160	320	
	CIG 7196374BAE	3460	6920	€ 269.880,00

2	TROCAR SENZA LAMA CON SISTEMA PER LA SEPARAZIONE DEI TESSUTI, CANNULA TRASPARENTE ZIGRINATA RASTREMATA A BECCO DI FLAUTO, IDONEA VALVOLA PER LA TENUTA STAGNA, SISTEMA DI INSUFFLAZIONE E DESUFFLAZIONE, RIDUTTORE INCORPORATO E RIMOVIBILE.	Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
	TROCAR DIAMETRO DA 5 MM. LUNGHEZZA 75 MM. CIRCA	10	20	
	TROCAR DIAMETRO DA 5 MM. LUNGHEZZA 100 MM. CIRCA	70	140	
	TROCAR DIAMETRO DA 5/12 MM. LUNGHEZZA 75 MM. CIRCA	20	40	
	TROCAR DIAMETRO DA 5/12 MM. LUNGHEZZA 100 MM. CIRCA	120	240	
	TROCAR DIAMETRO DA 5/11 MM. LUNGHEZZA 100 MM. CIRCA	30	60	
	TROCAR DIAMETRO DA 5/12 MM. LUNGHEZZA 150 MM. CIRCA	40	80	
	TROCAR DIAMETRO DA 5/15 MM. LUNGHEZZA 100 MM. CIRCA	40	80	
	CIG 7196377E27	330	660	€ 23.000,00

3	TROCAR DI HASSON CON RIDUTTORE UNIVERSALE INTEGRATO E RIMOVIBILE DA 5/12 MM E FILETTATURA DI STABILITÀ TRONCOCONICA MOBILE ATRAUMATICA. CANNULA TRASPARENTE SOLIDALE CON L'OTTURATORE LUNGHEZZA 100 MM CIRCA	162	€ 324,00	€ 17.500,00
	CIG 71966249FD			
4	TROCAR A PUNTA SMUSSA TIPO HASSON DIAMETRO MM 5-10-12 CIRCA RIDUTTORE UNIVERSALE INCORPORATO ED ANCORAGGIO A PALLONE GONFIABILE	212	€ 424,00	€ 19.000,00
	CIG 7196625ADO			
5	TROCAR A PUNTA SMUSSA PER DISSEZIONE CON PALLONCINO A FORMA OVALE	25	50	
	TROCAR A PUNTA SMUSSA PER DISSEZIONE CON PALLONCINO A FORMA SFERICA	25	50	
	CIG 719663209A	50	100	€ 25.000,00
6	TROCAR E SISTEMI OTTICI			
	TROCAR OTTICO DIAMETRO DA 5-11 MM LUNGHEZZA 100MM CIRCA	10	20	
	TROCAR OTTICO DIAMETRO DA 5-12 MM LUNGHEZZA 100MM CIRCA	10	20	
	TROCAR OTTICO DIAMETRO DA 5 MM. LUNGHEZZA 100 MM. CIRCA	10	20	
	CIG 719663965F	30	60	€ 3.500,00
7	TROCAR PER ACCESSO TORACICO			
	TROCAR TORACICO A PUNTA SMUSSA CANNULA DIAMETRO DA 5 MM CIRCA DOTATO DI IDONEO SISTEMA DI ANCORAGGIO	60	120	
	TROCAR TORACICO A PUNTA SMUSSA CANNULA DIAMETRO DA 10 MMM CIRCA DOTATO DI IDONEO SISTEMA DI ANCORAGGIO	60	120	
	TROCAR TORACICO A PUNTA SMUSSA CANNULA DIAMETRO DA 11 MMM CIRCA DOTATO DI IDONEO SISTEMA DI ANCORAGGIO	60	120	
	TROCAR TORACICO A PUNTA SMUSSA CANNULA DIAMETRO DA 15 MMM CIRCA DOTATO DI IDONEO SISTEMA DI ANCORAGGIO	20	40	
	CIG 71966428D8	200	400	€ 12.800,00
8	SET COMPLETO PER SINGOLA INCISIONE CON PORT FLESSIBILE, 3 CANNULE DA mm. 5, 1 OTTURATORE DA mm. 5, 1 CIRCA CANNULA DA mm. 5-12, 1 OTTURATORE DA mm 12 CIRCA	59	118	€ 35.400,00
	CIG 7196650F70			

9	DISPOSITIVO MONOUSO, STERILE PER ACCESSO ADOOMINALE IN LAPAROSCOPIA ASSISTITA	52	104	€ 7.500,00
	CIG 71966542C1			
	AGHI DI VERESS			
	DESCRIZIONE PRODOTTI			
10	AGHI DI VERRES PER PNEUMOPERITONEO CON MANDRINO DI SICUREZZA SMUSSO ATRAUMATICO, INDICATORE DI POSIZIONE, SISTEMA DI INSUFFLAZIONE, STERILE, MONOUSO.	Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
	LUNGHEZZA DA 120 MM CIRCA	224	448	
	LUNGHEZZA DA 150 MM CIRCA	32	62	
	CIG 7196661886	256	510	€ 2.600,00
11	DISPOSITIVO MONOUSO, STERILE TIPO REVERDIN PER LA CHIUSURA DI INCISIONI DA TROCAR	60	120	€ 4.200,00
	CIG 7196663A2C			
	STRUMENTI CHIRURGICI MONOUSO PER CHIRURGIA MINI- INVASIVA			
12	DESCRIZIONE PRODOTTI	Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
	FORBICE LAPAROSCOPICA CURVA TIPO METZEMBAUM DIAM. 5 mm., STELO ROTANTE 360° ISOLATA ELETTRICAMENTE, LUNGH. 30/33 cm. CIRCA, CONNESSIONE MONOPOLARE, STERILE, MONOUSO	890	1790	€ 71.200,00
	CIG 7196743C30			
13	DISSETTORE CURVO DIAM. 5 mm., STELO ROTANTE 360° ISOLATO ELETTRICAMENTE, LUNGH. 30 cm. CIRCA, CONNESSIONE MONOPOLARE, STERILE, MONOUSO	375	750	€ 33.750,00
	CIG 7196744D03			

14	PINZA DA PRESA FENESTRATA TIPO CLINCH, CON MECCANISMO DI BLOCCO AUTOSTATICO DISATTIVABILE, STELO ROTANTE 360°, ISOLATO ELETTRICAMENTE, LUNGH. 30 cm. CIRCA, STERILE MONOUSO	800	1600	€ 100.000,00
	CIG 7196748054			
15	PINZA DA PRESA BABCOCK 5 MM MECCANISMO AUTOSTATICO DISATTIVABILE, PULSANTE DI BLOCCO/SBLOCCO RAPIDO DELLA CREMAGLIERA. STELO ROTANTE 360 GRADI LUNGHEZZA 32 CM. APERTURA GANASCE 32,2 mm CIRCA	6	12	€ 840,00
	CIG 71967501FA			
16	PINZA DA PRESA BABCOCK 10 MM MECCANISMO AUTOSTATICO DISATTIVABILE, PULSANTE DI BLOCCO/SBLOCCO RAPIDO DELLA CREMAGLIERA. STELO ROTANTE 360 GRADI LUNGHEZZA 39 CM. APERTURA GANASCE 45 mm CIRCA	6	12	€ 840,00
	CIG 71967523A0			
17	RETRATTORE DIAMETRO 10 mm CON ESTREMITA' A 5 REBBI ARTICOLABILI, STELO ISOLATO ELETTRICAMENTE LUNGHEZZA 31 cm CIRCA, STERILE, MONOUSO	32	64	€ 13.696,00
	CIG 7196754546			
18	SACCHETTO PER RIMOZIONE PARTI ANATOMICHE IN MATERIALE A NORMA RESISTENTE ALLA ROTTURA E PRIVO DI LATTICE, DOTATO DI ANELLO DI SOSTEGNO, VOLUME MAX 220 ML., STELO DA 10 mm CIRCA, STERILE, MONOUSO	800	1600	€ 64.000,00
	CIG 7196780AB9			
19	SACCHETTO PER RIMOZIONE PARTI ANATOMICHE IN MATERIALE A NORMA RESISTENTE ALLA ROTTURA E PRIVO DI LATTICE, DOTATO DI ANELLO DI SOSTEGNO, STELO DA 15mm, LUNGHEZZA 30 cm CIRCA, STERILE, MONOUSO	68	136	€ 5.440,00
	CIG 7196789229			
20	SISTEMA COMPLETO LAPAROSCOPICO PER LAVAGGIO ED ASPIRAZIONE STELO mm 5, LUNGH. cm34 CIRCA	1060	2120	€ 40.000,00
	CIG 71967967EE			

	STRUMENTARIO MONOUSO MONO E BIPOLARE	Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
21	FORBICE LAPAROSCOPICA BIPOLARE A STELO ROTANTE ISOLATO ELETTRICAMENTE DIAMETRO 5 MM., LUNGHEZZA CIRCA 33 CM	92	184	
	DISSETTORE LAPAROSCOPICO BIPOLARE A STELO ROTANTE ISOLATO ELETTRICAMENTE DIAMETRO 5 MM., LUNGHEZZA CIRCA 33 CM	40	80	
	PINZA BIPOLARE MULTIFUNZIONE DIAMETRO 5 MM., LUNGHEZZA CIRCA 33 CM CON TAGLIO A FREDDO	140	280	
	PINZA BIPOLARE CON MORSE MACRO ZIGRINATE ALL'INTERNO, CANNULA D'ISOLAMENTO E DI SERRAGGIO DIAMETRO 5 MM., LUNGHEZZA CIRCA 30/33 CM. MONOUSO	256	512	
	CAVO BIPOLARE MONOUSO PER MARTIN*	2	4	
	CAVO BIPOLARE MONOUSO PER VALLEYLAB*	18	36	
	CAVO BIPOLARE MONOUSO PER ERBE*	2	4	
	<i>N.B.: La ditta aggiudicataria degli strumenti dovrà fornire in sconto merce i cavi di collegamento al relativo generatore</i>	550	1100	€ 150.000,00

CIG 7196802CE0

	DESCRIZIONE PRODOTTI	Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
22	STRUMENTI MONOPOLARI MULTIUSO PER LAPAROSCOPIA			
	IMPUGNATURA IN POLISULFONE O MATORIALE ANALOGO RISTERILIZZABILE CON CREMAGLIERA AZIONABILE (ON-OFF ED INTERMITTENTE) E CONNETTORE PER ELETTROBISTURI	10	20	
	STELO IN MATERIALE COMPOSITO NON CONDUTTIVO, ROTANTE, TOTALMENTE	15	30	
	STELO IN MATERIALE COMPOSITO NON CONDUTTIVO, ROTANTE, TOTALMENTE SCOMPONIBILE, RISTERILIZZABILE, CON DISSETTORE A DANGOLO RETTORETTA FENESTRATA E STELO DA 5 mm CON LUNGHEZZA DI ALMENO 33 CM CIRCA	15	30	
	cig: 7196807104	40	80	€ 32.000,00

23	RACCORDO MONOPOLARE MONOUSO PER ATTIVAZIONE DEL TAGLIO, COAGULO E DISSEZIONE IN LAPAROSCOPIA	20	40	
	RACCORDO PER ATTIVAZIONE A PEDALE IN LAPAROSCOPIA	12	24	

	ADATTATORE MONOPOLARE UNIVERSALE COMPATIBILE CON CAVI FINO A 6 MM CIRCA	16	32	
	CIG 719681579C	48	96	€ 7.300,00

24	MANIPOLO ELETTROBISTURI MONOPOLARE POSSIBILMENTE CON LAMA RIVESTITA IN SILICONE ANTIESCARA, LUNGHEZZA CAVO ALMENO 3 METRI CIRCA	6000	12000	
	ELETTRODO MONOUSO CON LAMA ANTIESCARA LUNGH. 16,51 cm CIRCA	1450	2900	
	CIG 7196882EE4	7450	14900	€ 24.000,00

25	MANIPOLO MONOUSO ELETTROCHIRURGICO DOTATO DI TRE TASTI DI ATTIVAZIONE PER TAGLIO, COAGULO E DISSEZIONE, REGOLAZIONE POTENZE TRAMITE CURSORE LATERALE, COMPLETO DI CAVO	150	300	€ 10.000,00
	CIG 71968894AE			

26	ELETTRODO DI RITORNO A DOPPIA SEZIONE CON SISTEMA ADATTATIVO REM E CAVO di LUNGHEZZA MINIMA 250 cm circa	7500	15000	
	ELETTRODO DI RITORNO MONOSEZIONE CON SISTEMA ADATTATIVO REM E CAVO di LUNGHEZZA MINIMA 250 cm circa	950	1900	
	ELETTRODO DI RITORNO SENZA CAVO, A DOPPIA SEZIONE CON SISTEMA ADATTATIVO REM	1750	3500	
	CAVO MORSETTO PER ELETTRODO DI RITORNO UNIVERSALE BIPARTITO, CAVO 4 MT CIRCA	40	80	
	<i>N.B.: La ditta aggiudicataria dovrà fornire in sconto merce i cavi MORSETTO di collegamento al relativo generatore ove richiesto</i>	10240	20480	€ 24.000,00
	CIG 7196901E92			

27	ELETTRODO AD ANSA ROTONDA DIAMETRO ANSA 10X10 CIRCA	80	160	
	ELETTRODO AD ANSA ROTONDA DIAMETRO ANSA 15X12 CIRCA	80	160	
	ELETTRODO AD ANSA ROTONDA DIAMETRO ANSA 20X12 CIRCA	80	160	
	ELETTRODO AD ANSA ROTONDA DIAMETRO ANSA 20X15 CIRCA	80	160	
	ELETTRODO A SFERA IN ACCIAIO INOSSIDABILE, DIAM. MM.5, LUNGH. CM 12-14 CIRCA	150	300	
	CIG 7196904110	470	940	€ 21.000,00

ACCESSORI MONOUSO DEDICATI A BISTURI ELETTRICI MONO/BIPOLARI

28	MANIPOLO MONOUSO ELETTROCHIRURGICO COADIUVATO DA GAS ARGON CON ELETTRODO A LAMA RETRAIBILE di 2,5 cm, CIRCA COMPATIBILE CON GENERATORE FORCE ARGON DI NOSTRA PROPRIETA'	20	40	
	ELETTRODO LAPAROSCOPICO FLESSIBILE, LUNGH.CM. 28 CIRCA, COMPATIBILE CON MANIPOLO AD ARGON DI CUI SOPRA	10	20	
	ELETTRODO PER CHIRURGIA OPEN FLESSIBILE, LUNGH. CM.15 CIRCA, COMPATIBILE CON MANIPOLO AD ARGON DI CUI SOPRA	10	20	
	CIG 7196910602	40	80	€ 6.500,00

STRUMENTARIO MONOUSO PER CHIRURGIA AD ULTRASUONI				
DESCRIZIONE PRODOTTI				
		Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
29	Dispositivo per Dissezione Taglio e Coagulo ad Ultrasuoni senza ausilio di altra forma di energia (LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA' FORNIRE IN COMODATO D'USO GRATUITO IL GENERATORE AD ULTRASUONI, COMPLETO DI PEDALIERA E CARRELLO)			
	DISPOSITIVO PER TAGLIO COAGULO E DISSEZIONE I MONOUSO MULTIFUNZIONE, ATTIVABILE A PULSANTI O CON PEDALIERA CON LAMA CURVA PER CHIRURGIA OPEN , LUNGHEZZA STELO 9 CM. CIRCA IMPUGNATURA A FORBICE	94	188	€ 98.000,00
CIG 7196915A21				
30	Dispositivo per Dissezione Taglio e Coagulo ad Ultrasuoni senza ausilio di altra forma di energia (LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA' FORNIRE IN COMODATO D'USO GRATUITO IL GENERATORE AD ULTRASUONI, COMPLETO DI PEDALIERA E CARRELLO)			
	DISPOSITIVO PER TAGLIO COAGULO E DISSEZIONE MONOUSO MULTIFUNZIONE ATTIVABILE A PULSANTI O CON PEDALIERA CON LAMA CURVA PER CHIRURGIA OPEN , LUNGHEZZA STELO 17 CM. CIRCA IMPUGNATURA A FORBICE	94	188	€ 102.000,00
CIG 7196919D6D				
31	Cavo trasduttore compatibile con le suddette forbici open, risterilizzabile	6	12	€ 18.000,00
CIG 71969230BE				

32	Dispositivo per Dissezione Taglio e Coagulo ad Ultrasuoni senza ausilio di altra forma di energia (LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA' FORNIRE IN COMODATO D'USO GRATUITO IL GENERATORE AD ULTRASUONI, COMPLETO DI PEDALIERA E CARRELLO) DISPOSITIVI PER CHIRURGIA open e laparoscopica con IMPUGNATURA A PISTOLA	Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
	forbice monouso multifunzione monopaziente per taglio, coagulo, dissezione di vasi attivabile a pulsanti o con pedaliera con lama curva, stelo rotante 360°, 5mm di diametro, 20 cm di lunghezza, CIRCA con cavo integrato per il collegamento diretto al generatore.	27	€ 54,00	€ 28.000,00
	CIG 7196924191			
33	(LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA' FORNIRE IN COMODATO D'USO GRATUITO IL GENERATORE AD ULTRASUONI, COMPLETO DI PEDALIERA E CARRELLO) DISPOSITIVI PER CHIRURGIA open e laparoscopica con IMPUGNATURA A PISTOLA			
	forbice monouso multifunzione monopaziente per taglio, coagulo, dissezione di vasi i attivabile a pulsanti o con pedaliera, con lama curva, stelo rotante 360°, 5mm di diametro, 23 cm di lunghezza circa, impugnatura a pistola	60	€ 120,00	€ 65.000,00
	CIG 719692740A			
34	(LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA' FORNIRE IN COMODATO D'USO GRATUITO IL GENERATORE AD ULTRASUONI, COMPLETO DI PEDALIERA E CARRELLO) DISPOSITIVI PER CHIRURGIA open e laparoscopica con IMPUGNATURA A PISTOLA			
	forbice monouso multifunzione monopaziente per taglio, coagulo, dissezione di vasi attraverso l'erogazione di sola energia ad ultrasuoni attivabile a pulsanti o con pedaliera, con lama curva, stelo rotante 360°, 5mm di diametro, 36 cm CIRCA di lunghezza, con cavo integrato per il collegamento diretto al generatore.	160	€ 320,00	€ 225.000,00
	CIG: 7196937C48			
35	(LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA' FORNIRE IN COMODATO D'USO GRATUITO IL GENERATORE AD ULTRASUONI, COMPLETO DI PEDALIERA E CARRELLO) DISPOSITIVI PER CHIRURGIA open e laparoscopica con IMPUGNATURA A PISTOLA			
	DISPOSITIVO PER TAGLIO COAGULO E DISSEZIONE, SIGILLATURA VASI MONOUSO MULTIFUNZIONE ATTIVABILE A PULSANTI O CON PEDALIERA CON LAMA CURVA PER CHIRURGIA LAPAROSCOPICA STELO DA 5 MM, LUNGHEZZA 36 CM.ROTANTE 360 ° CIRCA IMPUGNATURA A PISTOLA	114	228	€ 135.000,00

CIG 719694313F				
36	(LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA' FORNIRE IN COMODATO D'USO GRATUITO IL GENERATORE AD ULTRASUONI, COMPLETO DI PEDALIERA E CARRELLO) DISPOSITIVI PER CHIRURGIA open e laparoscopica con IMPUGNATURA A PISTOLA			
	DISPOSITIVO PER TAGLIO COAGULO E DISSEZIONE, SIGILLATURA VASI MONOUSO MULTIFUNZIONE ATTIVABILE A PULSANTI O CON PEDALIERA CON LAMA CURVA PER CHIRURGIA LAPAROSCOPICA STELO DA 5 MM, LUNGHEZZA 45 CM. ROTANTE 360 ° CIRCA IMPUGNATURA A PISTOLA	48	96	€ 57.000,00
CIG 719694748B				
37	Cavo trasduttore compatibile con i suddetti manipoli con impugnatura a pistola, risterizzabile	8	16	€ 23.000,00
CIG 719695397D				
DISPOSITIVI ad ULTRASUONI CORDLESS				
	DESCRIZIONE PRODOTTI	Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
38	STRUMENTO LAPAROSCOPICO AD ULTRASUONI, COLLEGAMENTO CORDLESS AUTOALIMENTATO, STELO LUNGO 39 cm, DIAMETRO 5 mm, CIRCA PER TAGLIO, DISSEZIONE ED EMOSTASI	17	34	
	STRUMENTO LAPAROSCOPICO AD ULTRASUONI, COLLEGAMENTO CORDLESS AUTOALIMENTATO, STELO CORTO 13 cm, DIAMETRO 5 mm CIRCA PER TAGLIO, DISSEZIONE ED EMOSTASI	6	12	
	RACCORDO TRASDUTTORE PER MANIPOLO CORDLESS	7	14	
	DISPOSITIVO AUTOALIMENTATO PER TRASDUTTORE CORDLESS	5	10	
	CHIAVE TORSIOMETRICA PER COLLEGAMENTO DEL TRASDUTTORE/GENERATORE	3	6	
CIG 7196964293		38	76	€ 42.000,00
39	Dispositivo per Dissezione Taglio e Coagulo a Radiofrequenza senza ausilio di altra forma di energia per chirurgia open e laparoscopica - LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA' FORNIRE IN COMODATO D'USO GRATUITO IL GENERATORE)	Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)

	PINZA MEDIA, 25 cm. CIRCA, POLIUSO PER SINTESI CON VASI FINO A 7 MM, TAGLIO A LAMA FREDDA, MORSO CURVO	3	6	€ 6.300,00
	CIG 71969685DF			
40	ELETTRODO COMPATIBILE CON LA SUDETTA PINZA MEDIA, COMPLETO DI CAVO	25	50	€ 10.000,00
	CIG 71969739FE			
41	Dispositivo per Dissezione Taglio e Coagulo a Radiofrequenza senza ausilio di altra forma di energia per chirurgia open e laparoscopica - LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA' FORNIRE IN COMODATO D'USO GRATUITO IL GENERATORE)			
	STRUMENTO MONOUSO PER SINTESI CON VASI FINO A 7 MM., E TRANSEZIONE FREDDA,MORSE CURVE 36mm, STELO 18cm CIRCA	356	712	€ 405.000,00
	CIG 7196978E1D			
42	Dispositivo per Dissezione Taglio e Coagulo a Radiofrequenza senza ausilio di altra forma di energia per chirurgia open e laparoscopica - LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA' FORNIRE IN COMODATO D'USO GRATUITO IL GENERATORE)			
	STRUMENTO MONOUSO PER SINTESI CON VASI FINO A 7 MM. E TRANSEZIONE FREDDA, STELO LUNGO 20cm, DIAMETRO 5mm, CIRCA PUNTA SMUSSA, TASTO DI ATTIVAZIONE MANUALE	18	36	€ 15.000,00
	CIG 7196983241			
43	Dispositivo per Dissezione Taglio e Coagulo a Radiofrequenza senza ausilio di altra forma di energia per chirurgia open e laparoscopica - LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA' FORNIRE IN COMODATO D'USO GRATUITO IL GENERATORE)			
	STRUMENTO MONOUSO PER SINTESI CON VASI FINO A 7 MM. E TRANSEZIONE FREDDA, STELO 10 MM., LUNGO 20 - 22 cm. CIRCA , TASTO DI ATTIVAZIONE MANUALE	32	64	€ 27.000,00
	CIG 71969918D9			

44	Dispositivo per Dissezione Taglio e Coagulo a Radiofrequenza senza ausilio di altra forma di energia per chirurgia open e laparoscopica - LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA' FORNIRE IN COMODATO D'USO GRATUITO IL GENERATORE)			
	STRUMENTO MONOUSO DI PRECISIONE PER SINTESI CON VASI FINO A 7 MM.E TRANSEZIONE FREDDA, LUNGH. CM. 18-20 CIRCA, TASTO ATTIVAZIONE SINTESI E TRIGGER PER ATTIVAZIONE LAMA	60	120	€ 55.000,00
CIG 71970200CA				
45	Dispositivo per Dissezione Taglio e Coagulo a Radiofrequenza senza ausilio di altra forma di energia per chirurgia open e laparoscopica - LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA' FORNIRE IN COMODATO D'USO GRATUITO IL GENERATORE)			
	STRUMENTO MONOUSO LAPAROTOMICO PER DISSEZIONE, SINTESI CON VASI FINO A 7 MM.E TRANSEZIONE FREDDA, DIAMETRO 5mm. LUNGH.20- 23 cm. CIRCA, MORSE CURVE TIPO MARYLAND, IMPUGNATURA A PISTOLA, TASTO DI ATTIVAZIONE SINTESI E TRIGGER PER ATTIVAZIONE LAMA.	24	48	€ 26.000,00
CIG 7197038FA0				
46	Dispositivo per Dissezione Taglio e Coagulo a Radiofrequenza senza ausilio di altra forma di energia per chirurgia open e laparoscopica - LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA' FORNIRE IN COMODATO D'USO GRATUITO IL GENERATORE)			
	STRUMENTO MONOUSO LAPAROSCOPICO PER SINTESI CON VASI FINO A 7 MM. E TRANSEZIONE FREDDA, DIAMETRO 5mm. LUNGH 37cm, PUNTA SMUSSA, LUNGHEZZA SINTESI 20 mm, CIRCA IMPUGNATURA A PISTOLA, TASTO DI ATTIVAZIONE MANUALE E TRIGGER PER ATTIVAZIONE LAMA	22	44	€ 18.000,00
CIG. 719704556A				
47	Dispositivo per Dissezione Taglio e Coagulo a Radiofrequenza senza ausilio di altra forma di energia per chirurgia open e laparoscopica - LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA' FORNIRE IN COMODATO D'USO GRATUITO IL GENERATORE)			
	STRUMENTO MONOUSO LAPAROSCOPICO PER DISSEZIONE, PER SINTESI CON VASI FINO A 7 MM.E TRANSEZIONE FREDDA, DIAMETRO 5mm. LUNGH.35- 37 cm. CIRCA, MORSE CURVE TIPO MARYLAND, IMPUGNATURA A PISTOLA, TASTO DI ATTIVAZIONE SINTESI E TRIGGER PER ATTIVAZIONE LAMA.	82	164	€ 91.000,00
CIG 7197051A5C				

48	Dispositivo per Dissezione Taglio e Coagulo a Radiofrequenza senza ausilio di altra forma di energia per chirurgia open e laparoscopica - LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA' FORNIRE IN COMODATO D'USO GRATUITO IL GENERATORE)			
	STRUMENTO MONOUSO LAPAROSCOPICO PER DISSEZIONE, PER SINTESI CON VASI FINO A 7 MM. E TRANSEZIONE FREDDA, DIAMETRO 5mm. LUNGH. 44 cm. CIRCA MORSE CURVE IMPUGNATURA A PISTOLA, TASTO DI ATTIVAZIONE SINTESI E TRIGGER PER ATTIVAZIONE LAMA.	10	20	€ 8.000,00
CIG 71970590F9				
49	Dispositivo per Dissezione Taglio e Coagulo a Radiofrequenza senza ausilio di altra forma di energia per chirurgia open e laparoscopica - LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA' FORNIRE IN COMODATO D'USO GRATUITO IL GENERATORE)			
	PINZA A RADIOFREQUENZA CON TECNOLOGIA PER CONTROLLO DELLA TEMPERATURA MAX 100° PER TAGLIO E COAGULO CON VASI FINO A 7 MM., BRANCHE CURVE lunghezza 19 mm , STELO DA 5MM, LUNGHEZZA 35 CM. ROTAZIONE A 360° CIRCA ARTICOLABILE FINO A 110° CHIRURGIA	30	60	€ 35.000,00
CIG 7197071ADD				
50	Dispositivo per Dissezione Taglio e Coagulo a Radiofrequenza senza ausilio di altra forma di energia per chirurgia open e laparoscopica - LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA' FORNIRE IN COMODATO D'USO GRATUITO IL GENERATORE)			
	PINZA A RADIOFREQUENZA CON TECNOLOGIA PER CONTROLLO DELLA TEMPERATURA PER TAGLIO E COAGULO CON VASI FINO A 7 MM., BRANCHE CURVE da 38 mm larghe 6mm , STELO DA 13MM, LUNGHEZZA 20 CM. ROTAZIONE A 360° CIRCA	84	168	€ 87.000,00
CIG 7197076EFC				
51	Dispositivo per Dissezione Taglio e Coagulo a Radiofrequenza senza ausilio di altra forma di energia per chirurgia open e laparoscopica - LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA' FORNIRE IN COMODATO D'USO GRATUITO IL GENERATORE)			
	MANIPOLO A RADIOFREQUENZA PER CHIRURGIA LAPAROSCOPICA CALIBRO 5 mm, STELO 360 mm CIRCA, MORSO RETTO A PROFILO SMUSSO CON BRANCHE NON INFERIORI A 26 mm, DOTATO DI PULSANTE PER EROGAZIONE ENERGIA ATTIVABILE CON UNICA PRESSIONE. ATTIVAZIONE MANUALE PER TAGLIO A FREDDO	200	400	€ 123.000,00
CIG 71970823F3				
	Dispositivo per Dissezione Taglio e Coagulo a Radiofrequenza senza ausilio di altra forma di energia per chirurgia open e laparoscopica - LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA' FORNIRE IN COMODATO D'USO GRATUITO IL GENERATORE)			

52	MANIPOLO A RADIOFREQUENZA PER CHIRURGIA LAPAROSCOPICA CALIBRO 5 mm, STELO 240 mm CIRCA, MORSO RETTO A PROFILO SMUSSO CON BRANCHE NON INFERIORI A 26 mm, DOTATO DI PULSANTE PER EROGAZIONE ENERGIA ATTIVABILE CON UNICA PRESSIONE. ATTIVAZIONE MANUALE PER TAGLIO A FREDDO	30	60	€ 17.000,00
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----	-------------

CIG 7197087812

SUTURATRICI CUTANEE

53	DESCRIZIONE PRODOTTI	Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
	SUTURATRICI CUTANEE ED ACCESSORI			
	SUTURATRICI M.U. PER PUNTI CUTANEI CON MECCANISMO DI PRECARICA DA 35 PUNTI, VARIE MISURE	1168	2336	
	ESTRATTORI PER PUNTI CUTANEI	834	1668	
	CIG 7197096F7D	2002	4004	€ 15.000,00

SUTURATRICI COMPLETAMENTE AUTOMATICHE CON TESTINA FISSA MONOPAZIENTE RICARICABILE CON PUNTI IN TITANIO

	DESCRIZIONE PRODOTTI	Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
54	SUTURATRICE LINEARE DA 30 MM CIRCA PUNTO IN TITANIO PER TESSUTO STANDARD	3	6	
	CARICATORE PER DETTA SUTURATRICE	6	12	
	CIG 7197102474	9	18	€ 2.000,00

55	SUTURATRICE LINEARE DA 30 MM CIRCA PUNTO IN TITANIO PER TESSUTO SPESSO	9	18	
	CARICATORE PER DETTA SUTURATRICE	12	24	
	CIG 71971056ED	21	42	€ 5.000,00

56	SUTURATRICE LINEARE DA 45 MM PUNTO IN TITANIO PER TESSUTO STANDARD	3	6	
	CARICATORE PER DETTA SUTURATRICE	6	12	

	CIG 719712469B	9	18	€ 2.000,00
57	SUTURATRICE LINEARE DA 45 MM CIRCA PUNTO IN TITANIO PER TESSUTO SPESSO	10	20	
	CARICATORE PER DETTA SUTURATRICE	12	24	
	CIG 7197131C60	22	44	€ 5.000,00
58	SUTURATRICE LINEARE DA 60 MM circa PUNTO IN TITANIO PER TESSUTO STANDARD	3	6	
	CARICATORE PER DETTA SUTURATRICE	6	12	
	CIG 7197147995	9	18	€ 2.000,00
59	SUTURATRICE LINEARE DA 60 MM CIRCA PUNTO IN TITANIO PER TESSUTO SPESSO	3	6	
	CARICATORE PER DETTA SUTURATRICE	6	12	
	CIG 7197149B3B	9	18	€ 2.000,00
60	SUTURATRICE LINEARE DA 90 MM CIRCA PUNTO IN TITANIO PER TESSUTO STANDARD	3	6	
	CARICATORE PER DETTA SUTURATRICE	6	12	
	CIG 719715937E	9	18	€ 2.000,00
61	SUTURATRICE LINEARE DA 90 MM CIRCA PUNTO IN TITANIO PER TESSUTO SPESSO	15	30	
	CARICATORE PER DETTA SUTURATRICE	15	30	
	CIG 71971625F7	30	60	€ 8.000,00

SUTURATRICI PER CHIRURGIA APERTA				
	DESCRIZIONE PRODOTTI	Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
62	SUTURATRICE LINEARE "TAGLIA E CUCI" DA 55/60MM. CIRCA MONOPAZIENTE, RICARICABILE, IMPUGNATURA PALMARE, PUNTO IN TITANIO PER TESSUTI STANDARD a.p.c. 1.0 mm	3	6	
	CARICATORI PER DETTA SUTURATRICE	6	12	
	CIG 7197167A16	9	18	€ 2.000,00

63	SUTURATRICE LINEARE "TAGLIA E CUCI" DA 55/60MM. CIRCA MONOPAZIENTE, RICARICABILE, IMPUGNATURA PALMARE, PUNTO IN TITANIO PER TESSUTI STANDARD a.p.c. 1.5 mm	60	120	
	CARICATORI PER DETTA SUTURATRICE	172	344	
	CIG 7197171D62	232	464	€ 48.000,00
64	SUTURATRICE LINEARE "TAGLIA E CUCI" DA 55/60MM. CIRCA MONOPAZIENTE, RICARICABILE, IMPUGNATURA PALMARE, PUNTO IN TITANIO PER TESSUTI STANDARD/ SPESSI a.p.c. 1.8 mm	12	24	
	CARICATORI PER DETTA SUTURATRICE	24	48	
	CIG 7197177259	36	72	€ 8.000,00
65	SUTURATRICE LINEARE "TAGLIA E CUCI" DA 55/60MM. CIRCA MONOPAZIENTE, RICARICABILE, IMPUGNATURA PALMARE, PUNTO IN TITANIO PER TESSUTI SPESSI a.p.c. 2.0 mm	6	12	
	CARICATORI PER DETTA SUTURATRICE	12	24	
	CIG 71971793FF	18	36	€ 4.000,00
66	SUTURATRICE LINEARE "TAGLIA E CUCI" DA 75/80MM.CIRCA MONOPAZIENTE, RICARICABILE, IMPUGNATURA PALMARE, PUNTO IN TITANIO PER TESSUTI STANDARD 1.5 mm	140	280	
	CARICATORI PER DETTA SUTURATRICE	230	460	
	CIG 71971858F1	370	740	€ 107.000,00
67	SUTURATRICE LINEARE "TAGLIA E CUCI" DA 75/80MM. CIRCA MONOPAZIENTE, RICARICABILE, IMPUGNATURA PALMARE, PUNTO IN TITANIO STANDARD/ SPESSI a.p.c. 1.8 mm	42	84	
	CARICATORI PER DETTA SUTURATRICE	84	168	
	CIG 7197190D10	126	252	€ 36.000,00
68	SUTURATRICE LINEARE "TAGLIA E CUCI" DA 75/80MM.CIRCA MONOPAZIENTE, RICARICABILE, IMPUGNATURA PALMARE, PUNTO IN TITANIO PER TESSUTI SPESSI a.p.c. 2.0 mm	12	24	
	CARICATORI PER DETTA SUTURATRICE	24	48	
	CIG 7197194061	36	72	€ 10.000,00
69	SUTURATRICE "TAGLIA E CUCI" DA 55-60MM CIRCA CON ALTEZZA DEL PUNTO REGOLABILE	65	130	
	RICARICA PER DETTA SUTURATRICE	120	240	
	CIG 71971983AD	185	370	€ 58.000,00

70	SUTURATRICE "TAGLIA E CUCI" DA 75-80MM CIRCA CON ALTEZZA DEL PUNTO REGOLABILE	96	192	
	RICARICA PER DETTA SUTURATRICE	130	260	
	CIG 71972037CC	226	452	€ 72.000,00

SUTURATRICI CIRCOLARI PER CHIRURGIA APERTA				
	DESCRIZIONE PRODOTTI	Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
71	SUTURATRICE CIRCOLARE MONOPAZIENTE CON O SENZA TESTINA RIBALTABILE DA 21 MM CIRCA STELO CORTO, PUNTO IN TITANIO PER TESSUTI SPESSI (VERDE)	6	12	€ 4.000,00
	CIG 7197211E64			
72	SUTURATRICE CIRCOLARE MONOPAZIENTE CON O SENZA TESTINA RIBALTABILE DA 25 MM CIRCA STELO CORTO, PUNTO IN TITANIO PER TESSUTI SPESSI (VERDE)	36	72	€ 26.000,00
	CIG 719721735B			

73	SUTURATRICE CIRCOLARE MONOPAZIENTE CON O SENZA TESTINA RIBALTABILE DA 28 MM CIRCA STELO CORTO, PUNTO IN TITANIO PER TESSUTI SPESSI (VERDE)	132	264	€ 100.000,00
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	--------------

CIG 71972205D4

74	SUTURATRICE CIRCOLARE MONPAZIENTE CON O SENZA TESTINA RIBALTABILE DA 29 MM CIRCA STELO CORTO, PUNTI IN TITANIO AD ALTEZZA REGOLABILE	52	104	€ 38.000,00
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----	-------------

CIG 7197228C6C

75	KIT PER LA RESEZIONE BASSA DEL RETTO COMPOSTO DA: SUTURATRICE CIRCOLARE CON DIAMETRO DELLA TESTINA DI CIRCA 29 mm CIRCA , REMOVIBILE, CASE MAGGIORATO CON 4 FORI PER IL PASSAGGIO DEI FILI DELLA BORSA DI TABACCO E ANOSCOPIO CIRCOLARE. SISTEMA DI TAGLIO POTENZIATO E SISTEMA DI SICUREZZA AUTOMATICO INTEGRATO	6	12	€ 5.000,00
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----	------------

CIG 7197231EE5

76	SUTURATRICE CIRCOLARE MONOPAZIENTE CON O SENZA TESTINA RIBALTABILE DA 31 MM STELO CIRCA CORTO, PUNTO PER TESSUTI SPESSI (VERDE)	86	172	€ 62.000,00
CIG 7197234163				
77	SUTURATRICE CIRCOLARE MONOPAZIENTE CON O SENZA TESTINA RIBALTABILE DA 33 MM. CIRCA STELO CORTO, PUNTO PER TESSUTI SPESSI (VERDE)	34	68	€ 25.000,00
CIG 71972373DC				
78	KIT PER LA RESEZIONE BASSA DEL RETTO COMPOSTO DA: SUTURATRICE CIRCOLARE CON DIAMETRO DELLA TESTINA DI CIRCA 33 mm CIRCA REMOVIBILE, CASE MAGGIORATO CON 4 FORI PER IL PASSAGGIO DEI FILI DELLA BORSA DI TABACCO E ANOSCOPIO CIRCOLARE. SISTEMA DI TAGLIO POTENZIATO E SISTEMA DI SICUREZZA AUTOMATICO INTEGRATO	6	12	€ 5.000,00
CIG 7197240655				
79	SET CON: 1 DILATATORE ANALE STANDARD (DIAMETRO DI CIRCA 38 mm, ALTEZZA CIRCA 35 mm); 1 OTTURATORE STANDARD; 1 ANOSCOPIO FENESTRATO	50	100	€ 8.000,00
CIG 71972438CE				
80	SUTURATRICE CIRCOLARE MONPAZIENTE CON O SENZA TESTINA RIBALTABILE DA 21 MM. CIRCA STELO LUNGO, PUNTI IN TITANIO PER TESSUTI SPESSI (VERDE)	6	12	€ 5.000,00
CIG 7197246B47				
81	SUTURATRICE CIRCOLARE MONPAZIENTE CON O SENZA TESTINA RIBALTABILE DA 25 MM. CIRCA STELO LUNGO, PUNTI IN TITANIO AD ALTEZZA REGOLABILE	6	12	€ 5.000,00
CIG 7197250E93				
82	SUTURATRICE CIRCOLARE MONPAZIENTE CON O SENZA TESTINA RIBALTABILE DA 28 MM. CIRCA STELO LUNGO, PUNTI IN TITANIO AD ALTEZZA REGOLABILE	6	12	€ 5.000,00
CIG 71972541E4				
83	SUTURATRICE CIRCOLARE MONPAZIENTE CON O SENZA TESTINA RIBALTABILE DA 29 MM CIRCA STELO LUNGO, PUNTI IN TITANIO AD ALTEZZA REGOLABILE	3	6	€ 2.100,00
CIG 719725745D				
84	SUTURATRICE CIRCOLARE MONOPAZIENTE CON O SENZA TESTINA RIBALTABILE DA 31 MM CIRCA STELO LUNGO, PUNTO PER TESSUTI SPESSI (VERDE)	6	12	€ 5.000,00
CIG 7197259603				

85	SUTURATRICE CIRCOLARE MONOPAZIENTE CON O SENZA TESTINA RIBALTABILE DA CIG 719726287C	6	12	€ 5.000,00
SUTURATRICI PER VIDEOCHIRURGIA				
	DESCRIZIONE PRODOTTI	Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
	SUTURATRICE LINEARE, LUNGH. STELO cm. 6 CIRCA, MONOPAZIENTE "TAGLIA E CUCI" RICARICABILE, PER CARICATORI 30-45-60 MM RETTI, CURVI, ARTICOLABILI E ROTANTI CON 2(DUE)TRIPLE FILE DI PUNTI IN TITANIO AD ALTEZZA	200	400	
	SUTURATRICE LINEARE, LUNGH. STELO cm. 16 CIRCA, MONOPAZIENTE "TAGLIA E CUCI" RICARICABILE, PER CARICATORI 30-45-60 MM RETTI, CURVI, ARTICOLABILI E ROTANTI, CON 2(DUE)TRIPLE FILE DI PUNTI IN TITANIO AD ALTEZZA DIFFERENZIATA, ATTIVAZIONE PROGRESSIVA A PISTOLA	90	180	
	CARICATORE PER DETTE SUTURATRICI LINEA DI SUTURA 30MM CIRCA PUNTI AD ALTEZZA DIFFERENZIATA PER TESSUTO VASCOLARE / MEDIO	60	120	
	CARICATORE PER DETTE SUTURATRICI LINEA DI SUTURA 45MM CIRCA PUNTI AD ALTEZZA DIFFERENZIATA PER TESSUTO VASCOLARE / MEDIO	60	120	
	CARICATORE PER DETTE SUTURATRICI LINEA DI SUTURA 45MM CIRCA PUNTI AD ALTEZZA STANDARD PER TESSUTO VASCOLARE	24	48	
	CARICATORE PER DETTE SUTURATRICI LINEA DI SUTURA 60MM CIRCA PUNTI AD ALTEZZA DIFFERENZIATA PER TESSUTO VASCOLARE / MEDIO	72	144	
	CARICATORE PER DETTE SUTURATRICI LINEA DI SUTURA 30MM CIRCA PUNTI AD ALTEZZA DIFFERENZIATA PER TESSUTO MEDIO / SPESSO	54	108	
	CARICATORE PER DETTE SUTURATRICI LINEA DI SUTURA 45MM CIRCA PUNTI AD ALTEZZA DIFFERENZIATA PER TESSUTO MEDIO / SPESSO	136	272	
	CARICATORE PER DETTE SUTURATRICI LINEA DI SUTURA 60MM CIRCA PUNTI AD ALTEZZA DIFFERENZIATA PER TESSUTO MEDIO / SPESSO	280	560	
	CARICATORE PER DETTE SUTURATRICI LINEA DI SUTURA 45MM CIRCA PUNTI AD ALTEZZA DIFFERENZIATA PER TESSUTO EXTRA / SPESSO	120	240	
	CARICATORE PER DETTE SUTURATRICI LINEA DI SUTURA 60MM CIRCA PUNTI AD ALTEZZA DIFFERENZIATA PER TESSUTO EXTRA / SPESSO	330	660	
	CARICATORE PER DETTE SUTURATRICI RINFORZATO LINEA DI SUTURA 45MM CIRCA PUNTI AD ALTEZZA DIFFERENZIATA PER TESSUTO MEDIO / SPESSO	6	12	

CARICATORE PER DETTE SUTURATRICI RINFORZQATO LINEA DI SUTURA 45MM CIRCA PUNTI AD ALTEZZA DIFFERENZIATA PER TESSUTO EXTRA / SPESSO	6	12	
CARICATORE PER DETTE SUTURATRICI RINFORZQATO LINEA DI SUTURA 60MM CIRCA PUNTI AD ALTEZZA DIFFERENZIATA PER TESSUTO MEDIO / SPESSO	12	24	
CARICATORE PER DETTE SUTURATRICI RINFORZQATO LINEA DI SUTURA 60MM CIRCA PUNTI AD ALTEZZA DIFFERENZIATA PER TESSUTO EXTRA / SPESSO	12	24	
CARICATORE A PUNTA CURVA PER DETTE SUTURATRICI LINEA DI SUTURA 30MM. CIRCA PUNTI AD ALTEZZA DIFFERENZIATA PER TESSUTO VASCOLARE/MEDIO.	12	24	
CARICATORE A PUNTA CURVA PER DETTE SUTURATRICI LINEA DI SUTURA 45MM. CIRCA PUNTI AD ALTEZZA DIFFERENZIATA PER TESSUTO VASCOLARE/MEDIO.	12	24	
CARICATORE A PUNTA CURVA PER DETTE SUTURATRICI. LINEA DI SUTURA 45MM CIRCA PUNTI AD ALTEZZA STANDARD PER TESSUTO VASCOLARE.	6	12	
CARICATORE A PUNTA CURVA PER DETTE SUTURATRICI LINEA DI SUTURA 60MM. CIRCA PUNTI AD ALTEZZA DIFFERENZIATA PER TESSUTO VASCOLARE/MEDIO.	6	12	
CARICATORE A PUNTA CURVA PER DETTE SUTURATRICI LINEA DI SUTURA 60MM. CIRCA PUNTI AD ALTEZZA DIFFERENZIATA PER TESSUTO MEDIO/SPESSO.	12	24	
CARICATORE MONOUSO CURVO PER DETTE SUTURATRICI, PUNTI AD ALTEZZA DIFFERENZIATA PER TESSUTO MEDIO/SPESSO	6	12	
CARICATORE MONOUSO CURVO PER DETTE SUTURATRICI, PUNTI AD ALTEZZA DIFFERENZIATA PER TESSUTO VASCOLARE/MEDIO	6	12	
CARICATORE MONOUSO CURVO PER DETTE SUTURATRICI, PUNTI AD ALTEZZA DIFFERENZIATA PER TESSUTO EXTRA-SPESSO	6	12	
SUTURATRICE MECCANICA LINEARE PER CHIRURGIA GENERALE LAPAROSCOPICA E	1	2	
MANIPOLO MONOUSO CHE CONSENTE IL CONTROLLO DELLA SUTURATRICE PER	1	2	
ADATTATORE LAPAROSCOPICO	1	2	
ADATTATORE LAPAROSCOPICO EXTRA-LUNGO	1	2	
ADATTATORE PER CHIRURGIA OPEN	1	2	
CIG 71972720BF	1533	3066	€ 655.000,00

SUTURATRICI PER VIDEOCHIRURGIA

DESCRIZIONE PRODOTTI	Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
SUTURATRICE LAPAROSCOPICA TAGLIA E CUCI DA 45 MM CIRCA A DOPPIO GRILLETTO ARTICOLABILE A 45 GRADI BILATERLAMENTE. STELO 28 CM CIRCA	35	70	
SUTURATRICE LAPAROSCOPICA TAGLIA E CUCI DA 45 MM CIRCA A DOPPIO GRILLETTO ARTICOLABILE A 45 GRADI BILATERLAMENTE. STELO 34 CM CIRCA	20	40	
SUTURATRICE LAPAROSCOPICA A BATTERIA, ARTICOLABILE CON MECCANISMO DI SBLOCCO MANUALE ED AUTOMATICO DA 45 MM CIRCA , STELO 28 CM CIRCA	24	48	
SUTURATRICE LAPAROSCOPICA A BATTERIA, ARTICOLABILE CON MECCANISMO DI SBLOCCO MANUALE ED AUTOMATICO DA 45 MM CIRCA , STELO 34 CM CIRCA	60	120	
RICARICA PER DETTE SUTURATRICI DA 45 MM., 3+3 FILE, P.C. 0,75 MM CIRCA	12	24	
RICARICA PER DETTE SUTURATRICI DA 45 MM., 3+3 FILE , P.C. 1 MM CIRCA	60	120	
RICARICHE PER DETTE SUTURATRICI DA 45 MM., 3+3 FILE, P.C. 1,5 MM CIRCA	60	120	
RICARICHE PER DETTE SUTURATRICI DA 45 MM., 3+3 FILE, P.C. 1,8 MM CIRCA	60	120	
RICARICHE PER DETTE SUTURATRICI DA 45 MM., 3+3+ FILE, P.C. 2 MM CIRCA	60	120	
SUTURATRICE LAPAROSCOPICA TAGLIA E CUCI DA 60 MM CIRCA A DOPPIO GRILLETTO, ARTICOLABILE A 45° BILATERLAMENTE. STELO 28 CM CIRCA	84	168	
SUTURATRICE LAPAROSCOPICA TAGLIA E CUCI DA 60 MM CIRCA A DOPPIO GRILLETTO, ARTICOLABILE A 45° BILATERLAMENTE. STELO 34 CM CIRCA	15	30	
SUTURATRICE LAPAROSCOPICA A BATTERIA, ARTICOLABILE CON MECCANISMO DI SBLOCCO MANUALE ED AUTOMATICO DA 60 MM CIRCA , STELO 28 CM CIRCA	45	90	
SUTURATRICE LAPAROSCOPICA A BATTERIA, ARTICOLABILE CON MECCANISMO DI SBLOCCO MANUALE ED AUTOMATICO DA 60 MM CIRCA , STELO 34 CM. CIRCA	75	150	
RICARICA PER DETTE SUTURATRICI DA 60 MM., 3+3 FILE, P.C. 0,75 MM CIRCA	6	12	
RICARICA PER DETTE SUTURATRICI DA 60 MM., 3+3 FILE , P.C. 1 MM CIRCA	84	168	
RICARICHE PER DETTE SUTURATRICI DA 60 MM., 3+3 FILE, P.C. 1,5 MM CIRCA	180	360	

87

RICARICHE PER DETTE SUTURATRICI DA 60 MM., 3+3 FILE, P.C. 1,8 MM CIRCA	72	144	
RICARICHE PER DETTE SUTURATRICI DA 60 MM., 3+3+ FILE, P.C. 2 MM CIRCA	60	120	
RICARICHE PER DETTE SUTURATRICI DA 60 MM., 3+3+ FILE, P.C. 2,3 MM CIRCA	24	48	
SUTURATRICE LAPAROSCOPICA A BATTERIA, ARTICOLABILE DA 35 MM CIRCA, STELO 32 CM. CIRCA, DIAMETRO 9 MM.CIRCA CON PUNTA DI POSIZIONAMENTO VASCOLARE	18	36	
RICARICHE PER DETTE SUTURATRICI DA 35 MM CIRCA., 2+2 FILE DI PUNTI TESSUTI VASCOLARI	24	48	
SUTURATRICE LAPAROSCOPICA A BATTERIA, ARTICOLABILE CON MECCANISMO DI SBLOCCO MANUALE ED AUTOMATICO DA 60 MM CIRCA, STELO 34 CM.CIRCA, UTILIZZABILE CON CARICATORI A TECNOLOGIA ANTISCIVOLAMENTO TISSUTALE	27	54	
SUTURATRICE LAPAROSCOPICA A BATTERIA, ARTICOLABILE CON MECCANISMO DI SBLOCCO MANUALE ED AUTOMATICO DA 60 MM CIRCA, STELO 44 CM CIRCA, UTILIZZABILE CON CARICATORI A TECNOLOGIA ANTISCIVOLAMENTO TISSUTALE	9	18	
RICARICA CON TECNOLOGIA ANTISCIVOLAMENTO TISSUTALE PER DETTE SUTURATRICI DA 60 MM CIRCA, 3+3 FILE , P.C. 1 MM	18	36	
RICARICHE CON TECNOLOGIA ANTISCIVOLAMENTO TISSUTALE PER DETTE SUTURATRICI DA 60 MM CIRCA., 3+3 FILE, P.C. 1,5 MM	60	120	
RICARICHE CON TECNOLOGIA ANTISCIVOLAMENTO TISSUTALE PER DETTE SUTURATRICI DA 60 MM CIRCA, 3+3 FILE, P.C. 1,8 MM	18	36	
RICARICHE CON TECNOLOGIA ANTISCIVOLAMENTO TISSUTALE PER DETTE SUTURATRICI DA 60 MM CIRCA. 3+3+ FILE. P.C. 2 MM	18	36	
RICARICHE CON TECNOLOGIA ANTISCIVOLAMENTO TISSUTALE PER DETTE	12	24	
CIG 71972785B1	1240	2480	€ 648.000,00

SUTURATRICI MECCANICHE - ALTRE				
	DESCRIZIONE PRODOTTI	Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
88	KIT PER LA CURA DELLA MALATTIA EMORROIDARIA COMPOSTO DA SUTURATRICE DIAMETRO 33MM CIRCA CON TESTINA FISSA, ALTEZZA DEL PUNTO REGOLABILE DA 0,75 A 1,5 MM; ANOSCOPIO FENESTRATO; UNCINO PER TRAZIONE FILI; DILATATORE ANALE CIRCOLARE	100	200	€ 78.000,00
	CIG 71972828FD			

89	KIT PER LA TECNICA S.T.A.R.R. COMPOSTO DA SUTURATRICE DIAMETRO 33MM CIRCA CON TESTINA FISSA, ALTEZZA DEL PUNTO REGOLABILE DA 1 A 2,5 MM; ANOSCOPIO FENESTRATO; UNCINO PER TRAZIONE FILI; DILATATORE ANALE CIRCOLARE	66	132	€ 52.000,00
CIG 7197284AA3				

90	KIT PER PROLASSECTOMIA COMPOSTO DA: SUTURATRICE CIRCOLARE DA 33 mm CIRCA CON VOLUME DEL CASE DI ALMENO 19 cm3 E 4 AMPIE FINESTRE. GABBIA, REPERE, CAD, TAMPONE EMOSTATICO CILINDRICO IN GELATINA SUINA ED ANOSCOPIO MONOUSO A LUCE FREDDA INCORPORATO	40	80	€ 35.000,00
CIG 7197287D1C				

91	KIT PER PROLASSECTOMIA COMPOSTO DA: SUTURATRICE CIRCOLARE DA 36 mm CIRCA CON VOLUME DEL CASE DI ALMENO 35 cm3 E 4 AMPIE FINESTRE. SISTEMA DI SICUREZZA AUTOMATICO INTERGRATO, ANOSCOPI MONOUSO CON LUCE FREDDA INCORPORATA. ALTEZZA REGOLABILE DEL PUNTO DA 0,75CM CIRCA A 1,8 CM CIRCA. TAMPIONE EMOSTATICO CILINDRICO IN GELATINA SUINA	60	120	€ 82.000,00
CIG 7197293213				

92	KIT PER LA RESEZIONE REGOLATA DEL RETTO VIA TRANSANALE, COMPOSTO DA SUTURATRICE TAGLIA E CUCI CURVA 30MM ALTEZZA PUNTO CHIUSO 2.0 MM CIRCA ; ANOSCOPIO DI ACCESSO PER SUTURE; DILATATORE ANALE CIRCOLARE; OTTURATORE	17	34	
	RICARICA PER DETTA SUTURATRICE	44	88	
CIG 71973186B3				

SUTURATRICI "TAGLIA E CUCI" CURVE				
93	SUTURATRICE TAGLIA E CUCI CURVA PER TESSUTI STANDARD (PUNTO CHIUSO 1,5 MM) LINEA SUTURA 40 MM CIRCA	19	38	
	RICARICA PER DETTA SUTURATRICE	26	52	
	SUTURATRICE TAGLIA E CUCI CURVA PER TESSUTI STANDARD (PUNTO CHIUSO 2 MM) LINEA SUTURA 40 MM CIRCA	29	58	
	RICARICA PER DETTA SUTURATRICE	36	72	
CIG 719733116F		110	220	€ 65.000,00

DISPOSITIVO MONOUSO per BORSA di TABACCO

94	DISP. AUTOMATICO MONOUSO PER BORSA DI TABACCO DA 45 mm CIRCA	152	304	
	DISP. AUTOMATICO MONOUSO PER BORSA DI TABACCO DA 65 mm CIRCA	42	44	
CIG 7197344C26		194	348	€ 38.000,00

CLIPS PER EMOSTASI PER CHIRURGIA APERTA		Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
95	APPLICATORE MONOUSO AUTOMATICO E PRECARICATO DI CLIPS IN TITANIO, CON SISTEMA ANTICADUTA DELLA CLIP, MIS. PICCOLA	84	168	€ 9.700,00
CIG 7197346DCC				

96	APPLICATORE MONOUSO AUTOMATICO E PRECARICATO DI CLIPS IN TITANIO, CON SISTEMA ANTICADUTA DELLA CLIP, MIS. MEDIA	96	192	€ 11.135,00
CIG 7197347E9F				

97	APPLICATORE MONOUSO AUTOMATICO E PRECARICATO DI CLIPS IN TITANIO, CON SISTEMA ANTICADUTA DELLA CLIP, MIS. GRANDE	164	328	€ 19.000,00
CIG 719734904A				

98	CLIPS SINGOLE IN TITANIO CON SCANALATURE INTERNE E ZIGRINATURE ESTERNE ANTICADUTA, MIS. PICCOLA	20	40	
	CLIPS SINGOLE IN TITANIO CON SCANALATURE INTERNE E ZIGRINATURE ESTERNE ANTICADUTA, MIS. MEDIA	20	40	
	CLIPS SINGOLE IN TITANIO CON SCANALATURE INTERNE E ZIGRINATURE ESTERNE ANTICADUTA, MIS. MEDIO/GRANDE	20	40	
	CLIPS SINGOLE IN TITANIO CON SCANALATURE INTERNE E ZIGRINATURE ESTERNE ANTICADUTA, MIS. GRANDE	20	40	
N.B.: La ditta aggiudicataria delle clips singole in titanio dovrà fornire in sconto		80	160	€ 68,00
CIG 7197354469				

99	CLIPS SINGOLE ASSORBIBILI IN POLIDIOSSANONE MIS. PICCOLA	10	20	
	CLIPS SINGOLE ASSORBIBILI IN POLIDIOSSANONE MIS. MEDIA	10	20	
	CLIPS SINGOLE ASSORBIBILI IN POLIDIOSSANONE MIS. MEDIO-GRANDE	10	20	
	CLIPS SINGOLE ASSORBIBILI IN POLIDIOSSANONE MISURA GRANDE	10	20	

	<i>N.B.: La ditta aggiudicataria delle clips singole assorbibili dovrà fornire in sconto merce gli applicatori poliuso.</i>	40	80	€ 400,00
	CIG 7197359888			

	CLIPS PER EMOSTASI PER VIDEOCHIRURGIA	Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
100	Applicatori laparoscopici multipli di clips in titanio, monouso, calibro 10 mm. CIRCA,	144	228	€ 25.080,00
	CIG 7197361A2E			

101	Applicatori laparoscopici multipli di clips in titanio, monouso, calibro 10/12 mm.	780	1560	€ 171.600,00
	CIG 7197365D7A			

102	Applicatori laparoscopici multipli di clips in titanio, monouso, calibro 5 mm CIRCA , stelo in acciaio, rotante a 360° sul proprio asse, caricati con almeno 15 clips, impugnatura ergonomica, lunghezza stelo 33cm circa e clips disponibili nelle misura medio/grande. Indicatore ultime clips e movimento anticaduta/antiscivolo.	68	136	€ 14.900,00
	CIG 7197367F20			

103	SISTEMA DI LEGATURA VASCOLARE CON CLIP IN POLIMERO NON ASSORBIBILE, RIMOVIBILE CON DESIGN ARCUATO E SUPERFICIE INTERNA ZIGRINATA. MISURE			
	CLIPS MISURA M	84	168	
	CLIPS MISURA M/L	84	168	
	CLIPS MISURA L	336	672	
	CLIPS MISURA XL	168	336	
	<i>N.B.: La ditta aggiudicataria delle clips singole dovrà fornire in sconto merce gli applicatori ed i remover poliuso delle varie misure</i>	672	1344	€ 9.000,00
	CIG 7197373417			

104	APPLICATORE DI CLIP A FORMA ELICOIDALE IN TITANIO O ACCIAIO MEDICALE PER FISSAGGIO RETI ERNIARIE, STELO DA 5MM CIRCA, MONOUSO, MONOPAZIENTE, PRECARICATO CON ALMENO 30 CLIP	62	124	€ 39.000,00
	CIG 7197381AAF			

105	APPLICATORE DI PUNTINE A VITE PERMANENTI IN COPOLIMERO PER FISSAGGIO RETI ERNIARIE, STELO DA 5MM CIRCA, LUNGH. CM. 36 CIRCA, MONOPAZIENTE, PRECARICATO.	56	112	€ 42.000,00
	CIG 7197386ECE			

106	APPLICATORE DI PUNTINE A VITE RIASSORBIBILI TIPO POLILATTIDE PER FISSAGGIO RETI ERNIARIE, STELO DA 5MM CIRCA, LUNGH. CM. 36 CIRCA, MONOPAZIENTE, PRECARICATO.	68	136	€ 50.000,00
	CIG 719739021F			

107	APPLICATORE DI PUNTINE A VITE RIASSORBIBILI TIPO POLILATTIDE PER FISSAGGIO RETI ERNIARIE, STELO DA 5MM CIRCACORTO, MONOPAZIENTE, PRECARICATO.	10	20	€ 3.600,00
	CIG 7197393498			

108	Applicatori laparoscopici da 5 mm CIRCA, monouso, di graffette ad U in materiale riassorbibile per fissaggio di protesi per laparocoele ed ernia a maglia larga, precaricato con circa 25 graffette.	24	48	€ 16.000,00
	CIG 7197396711			

109	Applicatore da open di graffette a U riassorbibili per fissaggio reti, stelo da 10mm CIRCA lungo 25 cm circa. Impugnatura riversa per chirurgia open e cannula arrotondata monouso sterile precaricato con minimo 20 clips	12	24	€ 8.000,00
	CIG 719739998A			

SISTEMA LAPAROSCOPICO PER IL FISSAGGIO DI RETI PER LAPAROCELE				
110	MANIPOLO ARTICOLABILE COMPLETO DI CARICATORE	10	20	
	CARICATORE DI RICAMBIO	10	20	
	CIG 7197401B30	20	40	€ 5.000,00

RETI PER CHIRURGIA DELL'ERNIA INGUINALE

		Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
111	RETE DI POLIPROPILENE LIGHT PRESAGOMATA A CONFORMAZIONE ANATOMICA E TRIDIMENSIONALE, BORDI SEMIRIGIDI E MARKER DI ORIENTAMENTO. APPOSITAMENTE CONFORMATA PER ERNIA INGUINALE DESTRA E SINISTRA. MISURE:			
	CM 8X13 CIRCA - SINISTRA	14	28	
	CM 10X15 CIRCA - SINISTRA	8	16	
	CM 12X17 CIRCA - SINISTRA	8	16	
	CM 8X13 CIRCA - DESTRA	20	40	
	CM 10X15 CIRCA - DESTRA	8	16	
	CM 12X17 CIRCA - DESTRA	8	16	
	CIG 71974091CD	66	132	€ 17.500,00

		Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
112	RETE SEMIASSORBIBILE IN POLIESTERE STRUTTURA POROSA CON LATO AUTOADERENTE SENZA NECESSITÀ DI SUTURA, MISURE :			
	CM 15X9 CIRCA CON FLAP AUTOADERENTE	8	16	
	CM 8X12 CIRCA CON FLAP AUTOADERENTE DESTRO	2	4	
	CM 8X12 CIRCA CON FLAP AUTOADERENTE SINISTRO	2	4	
	CIG 7197416792	12	24	€ 3.000,00

		Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
113	DISPOSITIVO PER LA RIPARAZIONE DELL'ERNIA INGUINALE SEMIASSORBIBILE IN POLIPROPILENE E POLIGLECAPRONE COSTITUITO DA UNA RETE PIANA PREFORMATA E DA UN PLUG TRIDIMENSIONALE			
	RETE 7,5X12 PLUG DIAM SUP 5CM, DIAM INF 3 CM CIRCA	10	20	
	RETE 7,5X12 PLUG DIAM SUP 4CM, DIAM INF 4CM CIRCA	15	30	
	RETE 7,5X12 PLUG DIAM SUP 5CM, DIAM INF 5CM CIRCA	20	40	
	RETE 10X15 CM CIRCA	20	40	
	RETE 10X12 CM CIRCA	20	40	
	RETE 6X11 CM CIRCA	20	40	
	CIG 7197418938	105	210	€ 35.000,00

114	RETE TRIDIMENSIONALE MONOFILAMENTO SINT. NON ASSORBIBILE IN POLIPROPILENE COMPOSTO DA UNO STRATO PROTESICO SUPERIORE, UN PATCH INFERIORE DI FORMA ROMBOIDALE (ENTRAMBI IN POLIPROPILENE) ED UN CAPPIO IN FILO DI SUTURA NON ASSORBIBILE INTRECCIATA	Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
	STRATO SUPERIORE: LARGH. 5,5 CM.; LUNGH. 12,5 CM PATCH ROMBOIDALE: DIAMETRO 1,9 CM.; LUNGH. 3,5 CM CIRCA	52	104	
	STRATO SUPERIORE: LARGH. 5,5 CM.; LUNGH. 12,5 CM. PATCH ROMBOIDALE: DIAMETRO 2,3 CM.; LUNGH. 4,8 CM CIRCA	46	92	
CIG 7197424E2A		98	196	€ 36.000,00

115	RETE POROSA PER ERNIOPLASTICA LAPAROSCOPICA IN POLIESTERE CON MAGLIA BIDIMENSIONALE E SISTEMA PIEGHEVOLE CON FILO PER INSERIMENTO NEI TROCAR E PER IL POSIZIONAMENTO INTRADDOMINALE	AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
	CM 14X10 circa CON SUTURA PRE-MONTATA	1	2	€ 280,00
	CIG 719742924E			

116	RETE SEMIASSORBIBILE IN POLIPROPILENE LIGHT DOTATA DI MICRO ANCORETTE RIASSORBIBILI IN ACIDO POLILATTICO (PLA) PER IL FISSAGGIO SENZA SUTURA, MISURE :	Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
	CM 15X9 circa PRESAGOMATA	1	2	
	CM 12X8 circa CON FLAP AUTOADERENTE DESTRO	1	2	
	CM 12X8 circa CON FLAP AUTOADERENTE SINISTRO	1	2	
CIG 7197436813		3	6	€ 540,00

PROTESI PER LA CHIRURGIA DEL LAPAROCELE				
DESCRIZIONE PRODOTTI				

117	RETE PER LA RIPARAZIONE INTRAPERITONEALE OPEN DEL LAPAROCELE, IN POLIESTERE MONOFILAMENTO E FILM ANTIADERENZIALE ASSORBIBILE E TASCA PER FACILITARE IL FISSAGGIO A PARETE	Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
	RETE CM 15X10 CIRCA	1	2	
	RETE CM 20X15 CIRCA	1	2	
	RETE CM 25X20 CIRCA	1	2	

RETE CM 30X20 CIRCA	1	2	
CIG 719757177B	4	8	€ 9.000,00

	PROTESI SEMIPERMANENTE IN POLIPROPILENE MONOFILAMENTO LEGGERO E ACIDO POLIGLICOLICO CON BARRIERA IN IDROGEL RIASSORBIBILE A BASE DI IALURONATO DI SODIO E CARBOSSIMETILCELLULOSA, INDICATA PER LA RICOSTRUZIONE LAPAROSCOPICA E CHIRURGICA ANTERIORE DEI DIFETTI DELLA PARETE ADDOMINALE	Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
118	ROTONDA DIAMETRO CM 4.5 CIRCA	35	70	
	ROTONDA DIAMETRO CM 6.5 CIRCA	25	50	
	ROTONDA DIAMETRO CM 8.5 CIRCA	37	74	
	OVALE, CM 15X25 CIRCA	10	20	
	RETTANGOLARE, CM 30.5X 35.5 CIRCA	7	14	
	RETTANGOLARE, CM 24 X 36 CIRCA	30	60	
	RETTANGOLARE, CM 8X16 CIRCA	400	800	
	ELLITTICA, CM 10.2X15.2 CIRCA	5	10	
	ELLITTICA, CM 17.5X23 CIRCA	6	12	
	ELLITTICA, CM 20X25 CIRCA	6	12	
	ELLITTICA, CM 25X33 CIRCA	6	12	
	CIRCOLARE , DIAMETRO CM 15 CIRCA CON SISTEMA DI POSIZIONAMENTO	3	6	
	CIRCOLARE , DIAMETRO CM 20 CIRCA CON SISTEMA DI POSIZIONAMENTO	3	6	
	OVALE , CM 15X25 CIRCA CON SISTEMA DI POSIZIONAMENTO	15	30	
	ELLITTICA , CM 10 X15 CIRCA CON SISTEMA DI POSIZIONAMENTO	12	24	
	ELLITTICA, CM 15X20 CIRCA, CON SISTEMA DI POSIZIONAMENTO	15	30	
	ELLITTICA, CM 17X22 CIRCA, CON SISTEMA DI POSIZIONAMENTO	15	30	
	ELLITTICA, CM 20X25 CIRCA, CON SISTEMA DI POSIZIONAMENTO	15	30	
	ELLITTICA, CM 25X33 CIRCA, CON SISTEMA DI POSIZIONAMENTO	10	20	
	CIG 7197578D40	655	1310	€ 450.000,00

119	PROTESI AD AUTOESPANSIONE SEMIPERMANENTE (O PARZIALMENTE ASSORBIBILE) IN POLIPROPILENE LEGGERO E ACIDO POLIGLICOLICO, CON BARRIERA IN IDROGEL RIASSORBIBILE A BASE DI IALURONATO DI SODIO E CARBOSSIMETILCELLULOSA, DOTATA DI ANELLO DI MEMORIA ASSORBIBILE IN PDO E TASCA PER IL POSIZIONAMENTO DELLA PROTESI PER LA RIPARAZIONE CHIRURGICA DEI LAPAROCELI	Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
	ROTONDA, CM 11,5 CIRCA	10	20	
	LARGE, OVALE 13.5X17.5 CM CIRCA	2	4	
	EXTRA LARGE, OVALE 22 X27 CM CIRCA	2	4	
	EXTRA LARGE, OVALE 27.5X35 CM CIRCA	2	4	
	EXTRA LARGE, OVALE 19.5X24.5CM CIRCA	2	4	
	CIG 7197584237	18	36	€ 45.000,00

120	RETE MONOFILAMENTO COMPLETAMENTE RIASSORBIBILE, BIOLOGICAMENTE DERIVATA (TIPO POLI-IDROSSIBUTIRRATO), A LUNGO ASSORBIMENTO IDROLITICO (ALMENO 12 MESI), MISURE :	Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
	RETE cm 10X15 CIRCA	5	10	
	RETE cm 20X25 CIRCA	3	6	
	RETE cm 25X30 CIRCA	3	6	
	RETE cm 10X15 CIRCA, CON LATO ANTIADERENZIALE	6	12	
	RETE cm 15X20 CIRCA, CON LATO ANTIADERENZIALE	6	12	
	RETE cm 20X25 CIRCA, CON LATO ANTIADERENZIALE	6	12	
	RETE cm 25X30 CIRCA, CON LATO ANTIADERENZIALE	5	10	
	RETE cm 30X35 CIRCA, CON LATO ANTIADERENZIALE	4	8	
	CIG 71975874B0	38	76	€ 230.000,00

121	RETE TRIDIMENSIONALE IN POLIESTERE SEMIASSORBIBILE PER LA RIPARAZIONE DELLA PARETE ADDOMINALE DOTATA DI FILM ANTIADERENZIALE ASSORBIBILE, FILI PRE-MONTATI E MARKER CENTRALE MISURE :	AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
	cm 15X10 CIRCA	1	2	
	cm 20X15 CIRCA	1	2	
	cm 30X20 CIRCA	1	2	
	cm 35X25 CIRCA	1	2	

	CIG 7197590729	4	8	€ 11.800,00
122	PROTESI SINTETICA TRIDIMENSIONALE TOTALMENTE BIOASSORBIBILE A 180 gg, SAGOMABILE, DA UTILIZZARSI COME RINFORZO DEI TESSUTI MOLLI CON POSIZIONAMENTO INTRAPERITONEALE ANCHE IN CAMPI CONTAMINATI. MISURE :	Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
	cm 20X30 CIRCA	5	10	€ 34.900,00
	CIG 7197594A75			
123	RETE COMPOSITA 3D RIASSORBIBILE A 180 gg, CON STRUTTURA MACROPOROSA IN PTFE PER POSIZIONAMENTO INTRAPERITONEALE MISURE :	Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
	cm 20X30 CIRCA	5	10	€ 26.800,00
	CIG 7197602112			
	RETI E DISPOSITIVI PER LA CHIRURGIA DEL PAVIMENTO PELVICO			
124	DESCRIZIONE PRODOTTI	Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
	SUPPORTO PER INCONTINENZA URINARIA FEMMINILE CON ACCESSO TRANSOTTURATORIO IN POLIPROPILENE CON TECNICA "IN/OUT" E GUAINA TERMOSALDATA ALLA RETE	50	100	€ 67.000,00
	CIG 71976042B8			
125	DESCRIZIONE PRODOTTI	Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
	MINI SLING IN POLIPROPILENE SOTTOURETRALE REGOLABILE A SINGOLA INCISIONE	3	6	
	SUPPORTO SOTTOURETRALE IN POLIPROPILENE CON INTRODUTTORE A PUNTA CIRCOLARE E DIAMETRO DI SOLI 3 MM CIRCA	9	18	

	MESH AD Y IN POLIPROPILENE ULTRALEGGERA A TRAMATURA VARIABILE SENZA SUTURA DI COLLEGAMENTO TRA LE PARTI	14	28	
	DISPOSITIVO PER SUTURA DI FISSAGGIO AL SACRO-SPINOSO DI MESH IN POLIPROPILENE	14	28	
	CIG 7197647633	40	80	€ 28.000,00

PROTESI IMPIANTABILI BIOLOGICHE				
DESCRIZIONE PRODOTTI				
		Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
126	MATRICE RIGENERATIVA BIOLOGICA COSTITUITA DA UNA MATRICE ACELLULARE DI COLLAGENE DERIVATA DAL DERMA SUINO NON-CROSS LINKED , MISURE :			
	IMPIANTO BIOLOGICO CM 10 X 15 CIRCA, SPESSORE > 1,8 mm CIRCA	1	2	
	IMPIANTO BIOLOGICO CM 15 X 20 CIRCA, SPESSORE > 1,8 mm CIRCA	1	2	
	IMPIANTO BIOLOGICO CM 20 X 22 CIRCA, SPESSORE > 1,8 mm CIRCA	1	2	
	IMPIANTO BIOLOGICO CM 30 X 30 CIRCA, SPESSORE > 1,8 mm CIRCA	1	2	
	CIG 7197653B25	4	8	€ 34.000,00

		Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
127	IMPIANTO BIOLOGICO COSTITUITO DA COLLAGENE DI DERMA PORCINO ACELLULARE, TRATTAMENTO CROSS-LINKED CON HMDI. MISURE :			
	CM 20X50 CIRCA, SPESSORE MM 1.5 CIRCA	1	2	
	CM 20X30 CIRCA, SPESSORE MM 1.0 / 1.5 CIRCA	1	2	
	CM 15X20 CIRCA, SPESSORE MM 1.0 / 1.5 CIRCA	1	2	
	CM 5X5 CIRCA, SPESSORE MM 0.5/ 1.0 /1.5 CIRCA	1	2	
	CIG 71976600EF	4	8	€ 46.000,00

128	COLLAGENE PORCINO ACELLULARE IN SOLUZIONE INIETTABILE, SOSPESO IN SOLUZIONE SALINA AL 60%	2	4	€ 2.400,00
	CIG 7197663368			

**STRUMENTARIO MONOUSO IBRIDO PER CHIRURGIA
ad ULTRASUONI e RADIOFREQUENZA**

DESCRIZIONE PRODOTTI

129	Dispositivo per Dissezione Taglio e Coagulo con azione simultanea di Ultrasuoni e radiofrequenza, (LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA' FORNIRE IN COMODATO D'USO GRATUITO IL GENERATORE, COMPLETO DI PEDALIERA E CARRELLO) MANIPOLO CON IMPUGNATURA A PISTOLA LUNGHEZZA 35 CM CIRCA, BRANCA CURVA, MONOUSO	Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
		15	30	€ 7.500,00
CIG 719766985A				
130	Dispositivo per Dissezione Taglio e Coagulo con azione simultanea di Ultrasuoni e radiofrequenza, (LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA' FORNIRE IN COMODATO D'USO GRATUITO IL GENERATORE, COMPLETO DI PEDALIERA E CARRELLO) MANIPOLO CON IMPUGNATURA A PISTOLA LUNGHEZZA 20 CM CIRCA, DIAMETRO 5 mm CIRCA, BRANCA CURVA, MONOUSO	6	12	€ 2.000,00
CIG 7197672AD3				
131	Dispositivo per Dissezione Taglio e Coagulo con azione simultanea di Ultrasuoni e radiofrequenza, (LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA' FORNIRE IN COMODATO D'USO GRATUITO IL GENERATORE, COMPLETO DI PEDALIERA E CARRELLO) MANIPOLO CON IMPUGNATURA A PISTOLA LUNGHEZZA 20 CM, DIAMETRO 10 mm CIRCA, BRANCA CURVA, MONOUSO	6	12	€ 2.500,00
CIG 7197674C79				
132	Dispositivo per Dissezione Taglio e Coagulo con azione simultanea di Ultrasuoni e radiofrequenza, (LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA' FORNIRE IN COMODATO D'USO GRATUITO IL GENERATORE, COMPLETO DI PEDALIERA E CARRELLO) MANIPOLO CON IMPUGNATURA A FORBICE LUNGHEZZA 10 CM CIRCA, MONOUSO	15	30	€ 3.000,00
CIG 7197681243				

133	TRASDUTTORE DEDICATO POLIUSO CHE IMPIEGA SIMULTANEAMENTE ULTRASUONI ED ENERGIA ELETTRICA BIPOLARE	2	4	€ 800,00
	CIG 719768558F			
	DESCRIZIONE PRODOTTI			
134	SISTEMI PER DRENAGGIO CHIRURGICO POST-OPERATORIO	Fabbisogno	Fabbisogno	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A
	Sistema di drenaggio chiuso in aspirazione continua con serbatoio a singola molla, connettore a Y, scala graduata 150ml circa	2000	4.000	€ 120.000,00
	CIG 197688808			
135	Sistema di drenaggio chiuso in aspirazione continua con serbatoio a singola molla e connettore a Y, scala graduata 300ml circa	500	1.000	€ 30.000,00
	CIG 7197694CFA			
136	Sistema di drenaggio chiuso in aspirazione continu con serbatoio a singola molla e connettore a Y, scala graduata 450ml circa	200	400	€ 12.000,00
	CIG 719769804B			
137	Tubi di drenaggio in silicone sterili piatti con scanalatura completa da 7 mm circa	2000	4.000	€ 156.000,00
	CIG 719770453D			
138	Tubi di drenaggio in silicone sterili piatti con scanalatura per 3/4 della lungh. da 10 mm + trocar 3/16 inch circa	1000	2.000	€ 58.000,00
	CIG 71977077B6			
139	Tubi di drenaggio in silicone sterili piatti con scanalatura completa da 10 mm circa	500	1.000	€ 29.000,00
	CIG 7197713CA8			
140	Tubi di drenaggio in silicone sterili piatti con scanalatura completa da 10 mm + trocar 3/16 inch circa	150	300	€ 8.700,00
	CIG 7197716F21			

141	Tubi di drenaggio in silicone sterili piatti con scanalatura per 3/4 della lungh. da 7 mm + trocar 3/16 inch circa	150	300	€ 8.700,00
CIG 719771919F				
142	Tubi di drenaggio in silicone sterili piatti con scanalatura per 3/4 della lungh. da 10 mm + trocar 3/16 inch circa	100	200	€ 5.800,00
CIG 7197721345				
143	Tubi di drenaggio in silicone sterili, rotondi, scanalati per l'intera lunghezza, unica estrusione, privi di lume interno, misura 10FR circa	500	1.000	€ 30.000,00
CIG 71977245BE				
144	Tubi di drenaggio in silicone sterili, rotondi, scanalati per l'intera lunghezza, unica estrusione, privi di lume interno, misura 10FR+trocar 3/16 inch circa	300	600	€ 18.000,00
CIG 7197732C56				
145	Tubi di drenaggio in silicone sterili, rotondi, scanalati per l'intera lunghezza, unica estrusione, privi di lume interno, misura 15FR + trocar 3/16 inch circa	200	400	€ 11.600,00
CIG 719773814D				
146	Tubi di drenaggio in silicone sterili, rotondi, scanalati per l'intera lunghezza, unica estrusione, privi di lume interno, misura 19FR + trocar 1/4 inch circa a curvatura variabile	100	200	€ 5.800,00
CIG 7197742499				

CRITERI E PONDEAZIONI PER LA VALUTAZIONE TECNICA

SISTEMI PER ELETTROCHIRURGIA, SUTURATRICI, MATERIALI PER LAPAROSCOPIA, PROTESI PER ERNIA	punteggio qualità max punti 70		
Lotto n° 1			
Proprietà dei dispositivi (trocar ed accessi laparoscopici)	70		
Valvola interna incorporata nella cannula (possibilità rimozione riduttore e reperto senza perdita di pneumoperitoneo)	15	on/off	

Otturatore e cannula solidale	10	ponderale	
Maneggevolezza ed ergonomia (facilità di introduzione/estrazione mandrino e riduttore)	10	ponderale	
Prestazioni del trocar (facilità di introduzione, facilità di inserimento degli strumenti)	10	ponderale	
Tenuta e stabilità in parete (zigrinatura accentuata)	10	ponderale	
Sicurezza (scudo di protezione della lama con copertura 360°)	15	on/off	

Lotto n° 2		Modalità di attribuzione Punteggi	
Proprietà dei dispositivi (trocar ed accessi laparoscopici senza lama)	70		
Valvola interna incorporata nella cannula (possibilità rimozione riduttore e reperto senza perdita di pneumoperitoneo)	15	on/off	
otturatore e cannula solidale	10	ponderale	
Maneggevolezza ed ergonomia (facilità di introduzione/estrazione mandrino e riduttore)	10	ponderale	
Prestazioni del trocar (facilità di introduzione, facilità di inserimento degli strumenti)	10	ponderale	
Tenuta e stabilità in parete (zigrinata)	10	ponderale	
Efficace sistema di bloccaggio dell'ottica	15	ponderale	

Lotto n° 3		Modalità di attribuzione Punteggi	
Proprietà dei dispositivi (HASSON)	70		
Capacità di mantenimento del pneumoperitoneo (possibilità rimozione riduttore e reperto senza perdita di pneumopeitoneo)	15	on/off	
Ergonomia (otturatore e cannula solidale)	10	ponderale	
Maneggevolezza (facilità di introduzione strumenti/facilità estrazione mandrino e riduttore)	10	ponderale	
Prestazioni del trocar (facilità di introduzione in parete)	10	ponderale	
Tenuta e stabilità in parete	10	ponderale	

Visibilità (livello trasparenza della cannula e possibilità di individuare facilmente eventuali reperti rimasti al suo interno)	15	ponderale	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	--

Lotti n° 4 -5		Modalità di attribuzione Punteggi	
Proprietà dei dispositivi (HASSON a palloncino)	70		
Valvola interna incorporata nella cannula (possibilità rimozione riduttore e reperto senza perdita di pneumoperitoneo)	15	on/off	
Maneggevolezza ed ergonomia (facilità di introduzione/estrazione mandrino e riduttore)	10	ponderale	
Prestazioni del trocar (facilità di introduzione, facilità di inserimento degli strumenti/ottica)	10	ponderale	
Tenuta e stabilità in parete	10	ponderale	
Resistenza del palloncino alla pressione di gonfiaggio	10	ponderale	
Visibilità (livello trasparenza della cannula e possibilità di individuare facilmente eventuali reperti rimasti al suo interno)	15	ponderale	

Lotto n° 6			
Proprietà dei dispositivi (sistemi ottici)	70		
Capacità di mantenimento del pneumoperitoneo (possibilità rimozione riduttore e reperto senza perdita di pneumopeitoneo)	15	on/off	
Ergonomia (otturatore e cannula solidale)	10	ponderale	
Maneggevolezza (facilità di introduzione strumenti/facilità estrazione mandrino e riduttore)	10	ponderale	
Prestazioni del trocar (facilità di introduzione in parete - Tenuta e stabilità in parete)	10	ponderale	
sicurezza: (presenza lente conica per controllo accesso in cavità addominale - sistema bloccaggio dell'ottica)	10	ponderale	

Visibilità (livello trasparenza della cannula e possibilità di individuare facilmente eventuali reperti rimasti al suo interno)	10	ponderale	
Presenza di sistemi anti-imbrattamento dell'ottica	5	on/off	

Lotto n° 7		Modalità di attribuzione Punteggi	
Proprietà dei dispositivi (Trocar per accesso toracico)	70		
Ergonomia: facilità d'uso, facilità di posizionamento e di azionamento	10	ponderale	
Possibilità di introduzione ed estrazione di strumenti di calibro variabile	15	ponderale	
Tenuta della valvola e qualità dei materiali utilizzati	15	ponderale	
Tenuta e stabilità in parete	10	ponderale	
Atramauticità nell'introduzione della cannula	15	ponderale	
Confezionamento- etichettatura: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	ponderale	

Lotto n° 8		Modalità di attribuzione Punteggi	
Proprietà dei dispositivi (SET COMPLETO PER SINGOLA INCISIONE CON PORT FLESSIBILE)	70		
Ergonomia: facilità d'uso, facilità di posizionamento e di azionamento	10	ponderale	
Possibilità di introduzione ed estrazione di strumenti di calibro variabile	15	ponderale	
Tenuta della valvola e qualità dei materiali utilizzati	15	ponderale	
Completezza del kit (quantità delle cannule di accesso presenti nel kit)	10	ponderale	
Atramauticità nell'introduzione del port	15	ponderale	

Confezionamento- etichettatura: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	ponderale	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------	--

Lotto n° 9		Modalità di attribuzione Punteggi	
Proprietà dei dispositivi (DISPOSITIVO MONOUSO, STERILE PER ACCESSO ADDOMINALE IN LAPAROSCOPIA ASSISTITA)	70		
Ergonomia: facilità d'uso, facilità di posizionamento e di azionamento	10	ponderale	
Tenuta del DM rispetto alla parete addominale e livello di protezione del sito chirurgico dalle contaminazioni	15	ponderale	
Qualità dei materiali utilizzati	15	ponderale	
Ampiezza della gamma	10	ponderale	
Visualizzazione (livello di trasparenza del sistema)	15	ponderale	
Confezionamento- etichettatura: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	ponderale	

		Modalità di attribuzione Punteggi	
Lotti n° 10 - 11			
Proprietà dei dispositivi (ago di verres e dispositivo monouso tipo Reverdin)	70		
Maneggevolezza ed ergonomia	15	ponderale	
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	20	ponderale	
Atraumaticità	15	ponderale	
Attacco luer-lock	15	ponderale	

Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione del foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	ponderale	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------	--

Lotti n° 12-13-14-15-16-17		Modalità di attribuzione Punteggi	
Proprietà dei dispositivi (strumenti monouso per ch. mini invasiva)	70		
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	ponderale	
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	ponderale	
Atraumaticità	15	ponderale	
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	ponderale	
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	ponderale	

Lotti n° 18-19		Modalità di attribuzione Punteggi	
Proprietà dei dispositivi (Sacchetti per rimozione parti anatomiche)	70		
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	ponderale	
Sicurezza: tenuta del sacchetto alla trazione ed al peso	15	ponderale	
Atraumaticità	15	ponderale	
Versatilità: presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	ponderale	

Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	ponderale	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------	--

Lotti n° 20		Modalità di attribuzione Punteggi	
Proprietà dei dispositivi (Sistema per lavaggio laparoscopico)	70		
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di azionamento del lavaggio/aspirazione	20	ponderale	
Efficacia nell'azione di aspirazione e lavaggio	20	ponderale	
Atraumaticità	15	ponderale	
Tenuta delle connessioni (luer lock)	10	ponderale	
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	ponderale	

Lotti n° 21		Modalità di attribuzione Punteggi	
Proprietà dei dispositivi (Strumentario monouso bipolare)	70		
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	ponderale	
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza, connessioni ed isolamento elettrici	15	ponderale	
Atraumaticità	15	ponderale	
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	ponderale	

Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	ponderale	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------	--

Lotti n° 22		Modalità di attribuzione Punteggi	
Proprietà dei dispositivi (Manipoli elettrici monopolari)	70		
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	ponderale	
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza, connessioni ed isolamento elettrici	10	ponderale	
Atraumaticità	10	ponderale	
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	5	ponderale	
Qualità dei materiali: qualità generale dei materiali, caratteristiche qualitative dei pulsanti di attivazione	10	ponderale	
Compatibilità degli attacchi con i vari sistemi monopolari	10	ponderale	
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	ponderale	

Lotti n° 24- 25- 28		Modalità di attribuzione Punteggi	
Proprietà dei dispositivi (Strumenti monopolari multiuso per laparoscopia)	70		
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	ponderale	
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza, connessioni ed isolamento elettrici	10	ponderale	

Atraumaticità	15	ponderale	
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	10	ponderale	
Qualità dei materiali: durata dello strumento, resistenza alle sterilizzazioni, qualità delle connessioni	10	ponderale	
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	ponderale	

Lotti n° 23 - 27		Modalità di attribuzione Punteggi	
Proprietà dei dispositivi (Accessori e raccordi monopolari)	70		
Sicurezza: presenza e qualità dei sistemi di sicurezza, connessioni ed isolamento elettrici	25	ponderale	
Compatibilità degli attacchi con i vari sistemi monopolari	20	ponderale	
Qualità dei materiali	20	ponderale	
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	ponderale	

Lotti n° 26		Modalità di attribuzione Punteggi	
Proprietà dei dispositivi (Elettrodo di ritorno)	70		
Sicurezza: presenza e qualità dei sistemi di sicurezza, connessioni ed isolamento elettrici, quantità di gel che riveste l'elettrodo	25	ponderale	
Atraumaticità: qualità dell'adesivo	20	ponderale	
Qualità dei materiali	20	ponderale	
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	ponderale	

Lotti n° 29 -30 -31- 130-131-132-133		Modalità di attribuzione Punteggi	
Proprietà dei dispositivi (Strumentario monouso a forbice per chirurgia ad ultrasuoni)	70		
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	15	ponderale	
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti ad energia ad ultrasuoni o radiofrequenza ad un'unica macchina)	5	on/off	
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuterà la migliore manovrabilità e comfort)	15	ponderale	

Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sar4à valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	ponderale	
Capacità dello strumento di adattarsi ai mutamenti nelle condizioni del tessuto attraverso una modulazione automatica del livello di potenza	10	on/off	
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	4	Numero studi clinici (verranno valutati solo n. Studi clinici presentati con Impac factor >1)	* il punteggio sarà attribuito proporzionalmente applicando la seguente formula : P_i (punteggio azienda iesima)= P_{max} (Punteggio massimo attribuibile alla valutazione migliore) x Numero degli studi presentati / Numero max studi presentati.
	3	Numero di studi clinici con livello di evidenza (secondo Oxford Centre for EBM)	* il punteggio sarà attribuito proporzionalmente applicando la seguente formula : P_i (punteggio azienda iesima)= P_{max} (Punteggio massimo attribuibile alla valutazione migliore) x Numero degli studi presentati / Numero max studi presentati. Oxford centre for ebm (valuta il livello di evidenza): 1a - 1b punti 1,5 2a-2b punti 1 3a-3b punti 0,5
	3	Numero di studi con datazione maggiore	* Studi con datazione maggiore : < 5 anni punti 0 da 5 a 10 anni punti 1 > 10 anni punti 2

Lotti n° 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37		Modalità di attribuzione Punteggi
--------------------------------------	--	-----------------------------------

Proprietà dei dispositivi (Strumentario monouso con impugnatura a pistola per chirurgia ad ultrasuoni)	70		
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	15	ponderale	
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti ad energia ad ultrasuoni o radiofrequenza ad un'unica macchina)	5	ponderale	
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuterà la migliore manovrabilità e comfort)	15	ponderale	
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	ponderale	
Capacità di sintesi dei vasi per diametri superiori ai 5 mm, nonché la capacità dello strumento di adattarsi ai mutamenti nelle condizioni del tessuto attraverso una modulazione automatica del livello di potenza	10	on/off	
	4	Numero studi clinici (verranno valutati solo n. Studi clinici presentati con Impact factor >1)	* il punteggio sarà attribuito proporzionalmente applicando la seguente formula : $P_i (\text{punteggio azienda } i\text{-esima}) = P_{\text{max}} (\text{Punteggio massimo attribuibile alla valutazione migliore}) \times \frac{\text{Numero degli studi presentati}}{\text{Numero max studi presentati}}$

Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	3	Numero di studi clinici con livello di evidenza (secondo Oxford Centre for EBM)	<p>* Il punteggio sarà attribuito proporzionalmente applicando la seguente formula :</p> $P_i (\text{punteggio azienda } i\text{-esima}) = P_{\text{max}} (\text{Punteggio massimo attribuibile alla valutazione migliore}) \times \frac{\text{Numero degli studi presentati}}{\text{Numero max studi presentati}}$ <p>Oxford centre for ebm (valuta il livello di evidenza):</p> <p>1a - 1b punti 1,5 2a-2b punti 1 3a-3b punti 0,5</p>
	3	Numero di studi con datazione maggiore	<p>* Studi con datazione maggiore :</p> <p>< 5 anni punti 0 da 5 a 10 anni punti 1 > 10 anni punti 2</p>

Lotti n° 38		Modalità di attribuzione Punteggi	
Proprietà dei dispositivi (Strumentario per chirurgia ad ultrasuoni cordless)	70		
Caratteristiche Tecniche dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	15	ponderale	
Versatilità d'uso: possibilità di utilizzo per chirurgia laparoscopica e/o a cielo aperto	5	on/off	
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si	15	ponderale	
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	ponderale	
Capacità dello strumento di adattarsi ai mutamenti nelle condizioni del tessuto attraverso una modulazione automatica del livello di potenza	10	on/off	

Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	4	Numero studi clinici (verranno valutati solo n. Studi clinici presentati con Impact factor >1)	* il punteggio sarà attribuito proporzionalmente applicando la seguente formula : $P_i (\text{punteggio azienda } i\text{-esima}) = P_{\text{max}} (\text{Punteggio massimo attribuibile alla valutazione migliore}) \times \frac{\text{Numero degli studi presentati}}{\text{Numero max studi presentati}}$						
	3	Numero di studi clinici con livello di evidenza (secondo Oxford Centre for EBM)	* Il punteggio sarà attribuito proporzionalmente applicando la seguente formula : $P_i (\text{punteggio azienda } i\text{-esima}) = P_{\text{max}} (\text{Punteggio massimo attribuibile alla valutazione migliore}) \times \frac{\text{Numero degli studi presentati}}{\text{Numero max studi presentati}}$ <p>Oxford centre for ebm (valuta il livello di evidenza):</p> <table> <tr> <td>1a - 1b</td> <td>punti 1,5</td> </tr> <tr> <td>2a-2b</td> <td>punti 1</td> </tr> <tr> <td>3a-3b</td> <td>punti 0,5</td> </tr> </table>	1a - 1b	punti 1,5	2a-2b	punti 1	3a-3b	punti 0,5
	1a - 1b	punti 1,5							
2a-2b	punti 1								
3a-3b	punti 0,5								
3	Numero di studi con datazione maggiore	* Studi con datazione maggiore : <table> <tr> <td>< 5 anni</td> <td>punti 0</td> </tr> <tr> <td>da 5 a 10 anni</td> <td>punti 1</td> </tr> <tr> <td>> 10 anni</td> <td>punti 2</td> </tr> </table>	< 5 anni	punti 0	da 5 a 10 anni	punti 1	> 10 anni	punti 2	
< 5 anni	punti 0								
da 5 a 10 anni	punti 1								
> 10 anni	punti 2								

Lotti n° 39 - 40 - 41 - 42- 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52		Modalità di attribuzione Punteggi
Proprietà dei dispositivi (Strumentario per chirurgia a radio-frequenza)	70	

Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	15	ponderale	
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti a diversa tipologia di energia: monopolare, bipolare, ultrasuoni)	5	on/off	
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuta la migliore manovrabilità e comfort)	15	ponderale	
Presenza di strumenti retti e curvi	5	on/off	
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	ponderale	
Ampiezza di gamma per destinazione d'uso (punteggio maggiore al più alto numero di procedure chirurgiche consentite)	5	lineare sul numero di strumenti offerti	
	4	Numero studi clinici (verranno valutati solo n. Studi clinici presentati con Impact factor >1)	* il punteggio sarà attribuito proporzionalmente applicando la seguente formula : $P_i (\text{punteggio azienda } i\text{-esima}) = P_{\text{max}} (\text{Punteggio massimo attribuibile alla valutazione migliore}) \times \frac{\text{Numero degli studi presentati}}{\text{Numero max studi presentati}}$

Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	3	Numero di studi clinici con livello di evidenza (secondo Oxford Centre for EBM)	<p>* Il punteggio sarà attribuito proporzionalmente applicando la seguente formula :</p> $P_i (\text{punteggio azienda } i\text{-esima}) = P_{\text{max}} (\text{Punteggio massimo attribuibile alla valutazione migliore}) \times \frac{\text{Numero degli studi presentati}}{\text{Numero max studi presentati}}$ <p>Oxford centre for ebm (valuta il livello di evidenza):</p> <p>1a - 1b punti 1,5 2a-2b punti 1 3a-3b punti 0,5</p>
	3	Numero di studi con datazione maggiore	<p>* Studi con datazione maggiore :</p> <p>< 5 anni punti 0 da 5 a 10 anni punti 1 > 10 anni punti 2</p>

Lotti n° 53	Modalità di attribuzione Punteggi	
Proprietà dei dispositivi (sutura cutanee)	70	
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative	15	ponderale
Ampiezza di gamma: disponibilità di differenti lunghezze ed altezze del punto	15	ponderale
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole azionamento, facilità di chiusura del punto	15	ponderale
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento e tenuta del punto , corretta formazione del punto	20	ponderale
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	ponderale

Lotti n° 54 - 55 -56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61	Modalità di attribuzione Punteggi	
Proprietà dei dispositivi (Suturatrici lineari)	70	
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	ponderale
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	15	ponderale
Sicurezza e qualità dei materiali : presenza di sistemi di sicurezza	15	ponderale
Affidabilità e prestazione dello strumento: chiusura, posizionamento e tenuta del punto , corretta formazione del punto	20	ponderale
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	ponderale

Lotti n° 62- 63- 64- 65- 66- 67 -68 -69- 70	Modalità di attribuzione Punteggi	
Proprietà dei dispositivi (Suturatrici lineari taglia e cucì)	70	
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	ponderale
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	ponderale
Sicurezza e qualità dei materiali : presenza di sistemi di sicurezza	15	ponderale
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto , corretta formazione del punto	20	ponderale

Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	ponderale	
Lotti n°71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85		Modalità di attribuzione Punteggi	
Proprietà dei dispositivi (sutura CIRCOLARI)	70		
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	ponderale	
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	ponderale	
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	ponderale	
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	ponderale	
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	ponderale	

Lotti n° 86 -87		Modalità di attribuzione Punteggi	
Proprietà dei dispositivi suturatrici endoscopiche	70		
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	ponderale	
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	ponderale	
Sicurezza: qualità dei materiali e presenza di sistemi di sicurezza	20	ponderale	

Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento e tenuta del punto , corretta formazione del punto	20	ponderale	
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	ponderale	

Lotti n° 88-89-90-91		Modalità di attribuzione Punteggi	
Proprietà dei dispositivi (suturatrici per la CURA DELLA MALATTIA EMORROIDARIA)	70		
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori dei tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto, completezza del kit anoscopio-dilatatore	15	ponderale	
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	ponderale	
Sicurezza: adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	ponderale	
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	ponderale	
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	ponderale	

Lotti n° 92-93		Modalità di attribuzione Punteggi	
Proprietà dei dispositivi TAGLIA E CUCI CURVE	70		

Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori dei tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto, completezza del kit anoscopio-dilatatore	15	ponderale	
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	ponderale	
Sicurezza: adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	ponderale	
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	ponderale	
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	ponderale	

Lotti n° 94		Modalità di attribuzione Punteggi	
Proprietà dei dispositivi monouso per borsa di tabacco	70		
Ampiezza della gamma	10	ponderale	
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	20	ponderale	
Sicurezza: adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	15	ponderale	
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di sutura, corretta formazione del punto di sutura	20	ponderale	
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	ponderale	

Lotti n° 95-96-97-98-99-100-101-102		Modalità di attribuzione Punteggi	
--------------------------------------------	--	-----------------------------------	--

Proprietà dei dispositivi (applicatori di clips OPEN E LAPARO)	70		
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, caricamento delle clips completamente automatico, facilità di chiusura della clip, agevole chiusura del morso e conseguente azionamento	20	ponderale	
Sicurezza: chiusura regolare della clip, angolazione delle morse, capacità di emostasi, presenza di sistemi antiscivolamento della clip, feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza, presenza meccanismo anti caduta della clip	20	ponderale	
Versatilità: capacità di adattamento a diverse situazioni di emostasi (possibilità di utilizzo in diverse parti del corpo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	20	ponderale	
Ampiezza della gamma	5	ponderale	
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	ponderale	

Lotti n° 103		Modalità di attribuzione Punteggi	
Proprietà dei dispositivi (sistema di legatura vascolare)	70		
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura della clip, agevole chiusura del morso e conseguente azionamento	20	ponderale	
Sicurezza: chiusura regolare della clip, capacità di emostasi, presenza di sistemi antiscivolamento della clip, feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	20	ponderale	

Versatilità: capacità di adattamento a diverse situazioni di emostasi (possibilità di utilizzo in diverse parti del corpo, compatibilità con tessuti di diversi spessori	20	ponderale	
Ampiezza della gamma	5	ponderale	
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	ponderale	

Lotti n° 104-105-106-107-108-109-110		Modalità di attribuzione Punteggi	
Proprietà dei dispositivi (applicatori di clip per fissaggio reti)	70		
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	15	ponderale	
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza di idonei sistemi di sicurezza e atraumaticità	20	ponderale	
Tenuta e grado di penetrazione della clip con diversi orientamenti dello strumento	20	ponderale	
Sistema di controllo punti rimanenti	10	on/off	
Confezionamento- etichettatura: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	ponderale	

Lotti n° 124-125		Modalità di attribuzione Punteggi	
Proprietà dei dispositivi (reti e dispositivi per la chirurgia del pavimento pelvico)	70		
Maneggevolezza: facilità di posizionamento in situ anatomico, morbidezza, adeguata elasticità per agevolare la fissazione	15	ponderale	
Qualità dei materiali, sicurezza del sistema, conformazione del manipolo introduttore, atraumaticità	15	ponderale	
Porosità: dimensione dei pori	10	ponderale	

Spessore	10	ponderale	
Peso post-impianto (g/m2)	10	ponderale	
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto offerto	4	Numero studi clinici (verranno valutati solo n. Studi clinici presentati con Impac factor >1)	* il punteggio sarà attribuito proporzionalmente applicando la seguente formula : P_i (punteggio azienda iesima)= P_{max} (Punteggio massimo attribuibile alla valutazione migliore) x Numero degli studi presentati / Numero max studi presentati.
	3	Numero di studi clinici con livello di evidenza (secondo Oxford Centre for EBM)	* Il punteggio sarà attribuito proporzionalmente applicando la seguente formula : P_i (punteggio azienda iesima)= P_{max} (Punteggio massimo attribuibile alla valutazione migliore) x Numero degli studi presentati / Numero max studi presentati. Oxford centre for ebm (valuta il livello di evidenza): 1a - 1b punti 1,5 2a-2b punti 1 3a-3b punti 0,5
	3	Numero di studi con datazione maggiore	* Studi con datazione maggiore : < 5 anni punti 0 da 5 a 10 anni punti 1 > 10 anni punti 2

Lotti n° 111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-126-127-128		Modalità di attribuzione Punteggi	
Proprietà dei dispositivi (reti per chirurgia dell'ernia inguinali e dei laparoceli)	70		

Manegevolezza: facilità di posizionamento in situ anatomico, morbidezza, adeguata elasticità per agevolare la fissazione	15	ponderale						
Sagomabilità: possibilità di tagliare la rete nelle forme e misure adatte al sito senza sfilacciature e delaminazioni	10	ponderale						
Porosità: dimensione dei pori	10	ponderale						
Spessore	10	ponderale						
Peso post-impianto (g/m2)	10	ponderale						
Memoria di forma: capacità delle rete di riassumere la forma originaria	5	ponderale						
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto offerto	4	Numero studi clinici (verranno valutati solo n. Studi clinici presentati con Impact factor >1)	* il punteggio sarà attribuito proporzionalmente applicando la seguente formula : $P_i (\text{punteggio azienda } i\text{-esima}) = P_{\text{max}} (\text{Punteggio massimo attribuibile alla valutazione migliore}) \times \frac{\text{Numero degli studi presentati}}{\text{Numero max studi presentati}}$					
	3	Numero di studi clinici con livello di evidenza (secondo Oxford Centre for EBM)	* Il punteggio sarà attribuito proporzionalmente applicando la seguente formula : $P_i (\text{punteggio azienda } i\text{-esima}) = P_{\text{max}} (\text{Punteggio massimo attribuibile alla valutazione migliore}) \times \frac{\text{Numero degli studi presentati}}{\text{Numero max studi presentati}}$ <p>Oxford centre for ebm (valuta il livello di evidenza):</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>1a - 1b</td> <td>punti 1,5</td> </tr> <tr> <td>2a-2b</td> <td>punti 1</td> </tr> <tr> <td>3a-3b</td> <td>punti 0,5</td> </tr> </table>	1a - 1b	punti 1,5	2a-2b	punti 1	3a-3b
1a - 1b	punti 1,5							
2a-2b	punti 1							
3a-3b	punti 0,5							

	3	Numero di studi con datazione maggiore	* Studi con datazione maggiore : < 5 anni punti 0 da 5 a 10 anni punti 1 > 10 anni punti 2
* oxford centre for ebm:	1a - 1b	1,5	
valuta il livello di evidenza	2a-2b	1	
	3a-3b	0,5	
* studi con datazione maggiore:	< 5 anni	0	
	da 5 a 10 anni	1	
	> 10 anni	2	

SISTEMI EDI DRENAGGIO			
Lotto n° 134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145-146			
Proprietà dei dispositivi (drenaggi)	70		
Caratteristiche del materiale	20	ponderale	
Corrispondenza alle esigenze di manualità, praticità e funzionalità di impiego	20	ponderale	
Affidabilità e sicurezza d'uso	20	ponderale	
Confezionamento- etichettatura: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	10	ponderale	

