

GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI PER ELETTROCHIRURGIA MONOPOLARE, BIPOLARE E ULTRASUONI; SUTURATRICI MECCANICHE, MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, PROTESI PER ERNIA E SISTEMI DI DRENAGGIO NECESSARI ALL'AZIENDA USL LATINA PER MESI 24.

CAPITOLATO TECNICO ELENCO DEI PRODOTTI CON RELATIVE CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME E CRITERI E PONDERAZIONI PER LA VALUTAZIONE TECNICO/QUALITATIVA

TROCAR MONOUSO		Fabbisogno	Fabbisogno	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A
DESCRIZIONE PRODOTTI		AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	BASED'ASTA (IVA esclusa)
1	TROCAR LAPAROSCOPICO TOTALMENTE TRASPARENTE PROFILO RIBASSATO, CON LAMA PIATTA, PUNTA DILATANTE CON SCUDO DI PROTEZIONE, CANNULA ZIGRINATA A BECCO DI FLAUTO E RASTREMATA, IDONEO SISTEMA DI TENUTA STAGNA, SISTEMA DI INSUFFLAZIONE E DESUFFLAZIONE. VARIE MISURE :			
	TROCAR DIAMETRO 5 MM., CANNULA DA 100 MM CIRCA	1750	3500	
	TROCAR DIAMETRO 5/12 MM., CANNULA DA 100 MM CIRCA	1550	3100	
	TROCAR DIAMETRO 5/12 MM., CANNULA DA 150 MM CIRCA	160	320	
		3460	6920	€ 269.880,00
2	TROCAR SENZA LAMA CON SISTEMA PER LA SEPARAZIONE DEI TESSUTI, CANNULA TRASPARENTE ZIGRINATA RASTREMATA A BECCO DI FLAUTO, IDONEA VALVOLA PER LA TENUTA STAGNA, SISTEMA DI INSUFFLAZIONE E DESUFFLAZIONE, RIDUTTORE INCORPORATO E RIMOVIBILE.			
	TROCAR DIAMETRO DA 5 MM. LUNGHEZZA 75 MM. CIRCA	10	20	
	TROCAR DIAMETRO DA 5 MM. LUNGHEZZA 100 MM. CIRCA	70	140	
	TROCAR DIAMETRO DA 5/12 MM. LUNGHEZZA 75 MM. CIRCA	20	40	
	TROCAR DIAMETRO DA 5/12 MM. LUNGHEZZA 100 MM. CIRCA	120	240	
	TROCAR DIAMETRO DA 5/11 MM. LUNGHEZZA 100 MM. CIRCA	30	60	
TROCAR DIAMETRO DA 5/12 MM. LUNGHEZZA 150 MM. CIRCA	40	80		
TROCAR DIAMETRO DA 5/15 MM. LUNGHEZZA 100 MM. CIRCA	40	80		
		330	660	€ 23.000,00

3	TROCAR DI HASSON CON RIDUTTORE UNIVERSALE INTEGRATO E RIMOVIBILE DA 5/12 MM E FILETTATURA DI STABILITÀ TRONCOCONICA MOBILE ATRAUMATICA. CANNULA TRASPARENTE SOLIDALE CON L'OTTURATORE LUNGHEZZA 100 MM CIRCA	162	€ 324,00	€ 17.500,00
4	TROCAR A PUNTA SMUSSA TIPO HASSON DIAMETRO MM 5-10-12 CIRCA RIDUTTORE UNIVERSALE INCORPORATO ED ANCORAGGIO A PALLONE GONFIABILE	212	€ 424,00	€ 19.000,00
5	TROCAR A PUNTA SMUSSA PER DISSEZIONE CON PALLONCINO A FORMA OVALE	25	50	
	TROCAR A PUNTA SMUSSA PER DISSEZIONE CON PALLONCINO A FORMA SFERICA	25	50	
		50	100	€ 25.000,00
TROCAR E SISTEMI OTTICI				
6	TROCAR OTTICO DIAMETRO DA 5-11 MM LUNGHEZZA 100MM CIRCA	10	20	
	TROCAR OTTICO DIAMETRO DA 5-12 MM LUNGHEZZA 100MM CIRCA	10	20	
	TROCAR OTTICO DIAMETRO DA 5 MM. LUNGHEZZA 100 MM. CIRCA	10	20	
		30	60	€ 3.500,00
TROCAR PER ACCESSO TORACICO				
7	TROCAR TORACICO A PUNTA SMUSSA CANNULA DIAMETRO DA 5 MM CIRCA DOTATO DI IDONEO SISTEMA DI ANCORAGGIO	60	120	
	TROCAR TORACICO A PUNTA SMUSSA CANNULA DIAMETRO DA 10 MMM CIRCA DOTATO DI IDONEO SISTEMA DI ANCORAGGIO	60	120	
	TROCAR TORACICO A PUNTA SMUSSA CANNULA DIAMETRO DA 11 MMM CIRCA DOTATO DI IDONEO SISTEMA DI ANCORAGGIO	60	120	
	TROCAR TORACICO A PUNTA SMUSSA CANNULA DIAMETRO DA 15 MMM CIRCA DOTATO DI IDONEO SISTEMA DI ANCORAGGIO	20	40	
		200	400	€ 12.800,00
8	SET COMPLETO PER SINGOLA INCISIONE CON PORT FLESSIBILE, 3 CANNULE DA mm. 5, 1 OTTURATORE DA mm. 5, 1 CIRCA CANNULA DA mm. 5-12, 1 OTTURATORE DA mm 12 CIRCA	59	118	€ 35.400,00
9	DISPOSITIVO MONOUSO, STERILE PER ACCESSO ADDOMINALE IN LAPAROSCOPIA ASSISTITA	52	104	€ 7.500,00

AGHI DI VERESS		Fabbisogno		IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A				
DESCRIZIONE PRODOTTI		AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	BASED'ASTA (IVA esclusa)				
10	AGHI DI VERRES PER PNEUMOPERITONEO CON MANDRINO DI SICUREZZA SMUSSO ATRAUMATICO, INDICATORE DI POSIZIONE, SISTEMA DI INSUFFLAZIONE, STERILE, MONOUSO.	Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)				
					LUNGHEZZA DA 120 MM CIRCA	224	448	
					LUNGHEZZA DA 150 MM CIRCA	32	62	€ 2.600,00
		256	510					
11	DISPOSITIVO MONOUSO, STERILE TIPO REVERDIN PER LA CHIUSURA DI INCISIONI DA TROCAR	60	120	€ 4.200,00				
STRUMENTI CHIRURGICI MONOUSO PER CHIRURGIA MINI- INVASIVA								
12	FORBICE LAPAROSCOPICA CURVA TIPO METZEMBAUM DIAM. 5 mm., STELO ROTANTE 360° ISOLATA ELETTRICAMENTE, LUNGH. 30/33 cm. CIRCA, CONNESSIONE MONOPOLARE, STERILE, MONOUSO	Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)				
		890	1790	€ 71.200,00				
13	DISSETTORE CURVO DIAM. 5 mm., STELO ROTANTE 360° ISOLATO ELETTRICAMENTE, LUNGH. 30 cm. CIRCA, CONNESSIONE MONOPOLARE, STERILE, MONOUSO	375	750	€ 33.750,00				
14	PINZA DA PRESA FENESTRATA TIPO CLINCH, CON MECCANISMO DI BLOCCO AUTOSTATICO DISATTIVABILE, STELO ROTANTE 360°, ISOLATO ELETTRICAMENTE, LUNGH. 30 cm. CIRCA, STERILE MONOUSO	800	1600	€ 100.000,00				
15	PINZA DA PRESA BARCOCK 5 MM MECCANISMO AUTOSTATICO DISATTIVABILE, PULSANTE DI BLOCCO/SBLOCCO RAPIDO DELLA CREMAGLIERA. STELO ROTANTE 360 GRADI LUNGHEZZA 32 CM. APERTURA GANASCE 32,2 mm CIRCA	6	12	€ 840,00				

16	PINZA DA PRESA BABCOCK 10 MM MECCANISMO AUTOSTATICO DISATTIVABILE, PULSANTE DI BLOCCO/SBLOCCO RAPIDO DELLA CREMAGLIERA, STELO ROTANTE 360 GRADI LUNGHEZZA 39 CM. APERTURA GANASCE 45 mm CIRCA	6	12	€ 840,00
17	RETRAITTORE DIAMETRO 10 mm CON ESTREMITA' A 5 REBBI ARTICOLABILI, STELO ISOLATO ELETRICAMENTE LUNGHEZZA 31 cm CIRCA, STERILE, MONOUSO	32	64	€ 13.696,00
18	SACCHETTO PER RIMOZIONE PARTI ANATOMICHE IN MATERIALE A NORMA RESISTENTE ALLA ROTTURA E PRIVO DI LATTICE, DOTATO DI ANELLO DI SOSTEGNO, VOLUME MAX 220 ML., STELO DA 10 mm CIRCA, STERILE, MONOUSO	800	1600	€ 64.000,00
19	SACCHETTO PER RIMOZIONE PARTI ANATOMICHE IN MATERIALE A NORMA RESISTENTE ALLA ROTTURA E PRIVO DI LATTICE, DOTATO DI ANELLO DI SOSTEGNO, STELO DA 15mm, LUNGHEZZA 30 cm CIRCA, STERILE, MONOUSO	68	136	€ 5.440,00
20	SISTEMA COMPLETO LAPAROSCOPICO PER LAVAGGIO ED ASPIRAZIONE STELO mm 5, LUNGH. cm34 CIRCA	1060	2120	€ 40.000,00
21	STRUMENTARIO MONOUSO MONO E BIPOLARE			
	FORBICE LAPAROSCOPICA BIPOLARE A STELO ROTANTE ISOLATO ELETRICAMENTE DIAMETRO 5 MM, LUNGHEZZA CIRCA 33 CM	92	184	
	DISSETTORE LAPAROSCOPICO BIPOLARE A STELO ROTANTE ISOLATO ELETRICAMENTE DIAMETRO 5 MM., LUNGHEZZA CIRCA 33 CM	40	80	
	PINZA BIPOLARE MULTIFUNZIONE DIAMETRO 5 MM., LUNGHEZZA CIRCA 33 CM CON TAGLIO A FREDDO	140	280	
	PINZA BIPOLARE CON MORSE MACRO ZIGRINATE ALL'INTERNO, CANNULA D'ISOLAMENTO E DI SERRAGGIO DIAMETRO 5 MM., LUNGHEZZA CIRCA 30/33 CM. MONOUSO	256	512	
	CAVO BIPOLARE MONOUSO PER MARTIN*	2	4	
	CAVO BIPOLARE MONOUSO PER VALLEYLAB*	18	36	
	CAVO BIPOLARE MONOUSO PER ERBE*	2	4	
	<i>N.B.: La ditta aggiudicataria degli strumenti dovrà fornire in sconto merce i cavi di collegamento di relativo generatore</i>	550	1100	€ 150.000,00
				IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)

	DESCRIZIONE PRODOTTI	Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
	STRUMENTI MONOPOLARI MULTUSO PER LAPAROSCOPIA			
	IMPUGNATURA IN POLISULFONE O MATERIALE ANALOGO RISTERILIZZABILE CON CREMAGLIERA AZIONABILE (ON-OFF ED INTERMITTENTE) E CONNETTORE PER ELETTROBISTURI	10	20	
22	STELO IN MATERIALE COMPOSITO NON CONDUTTIVO, ROTANTE, TOTALMENTE SCOMPONIBILE, RISTERILIZZABILE, CON PINZA DA PRESA RETTA FENESTRATA E STELO DA 5 mm CON LUNGHEZZA DI ALMENO 33 CM CIRCA	15	30	
	STELO IN MATERIALE COMPOSITO NON CONDUTTIVO, ROTANTE, TOTALMENTE SCOMPONIBILE, RISTERILIZZABILE, CON DISSETTORE A DANGOLO RETTORETTA FENESTRATA E STELO DA 5 mm CON LUNGHEZZA DI ALMENO 33 CM CIRCA	15	30	
		40	80	€ 32.000,00
	RACCORDO MONOPOLARE MONOUSO PER ATTIVAZIONE DEL TAGLIO, COAGULO E DISSEZIONE IN LAPAROSCOPIA	20	40	
	RACCORDO PER ATTIVAZIONE A PEDALE IN LAPAROSCOPIA	12	24	
23	ADATTATORE MONOPOLARE UNIVERSALE COMPATIBILE CON CAVI FINO A 6 MM CIRCA	16	32	
		48	96	€ 7.300,00
24	MANIPOLO ELETTROBISTURI MONOPOLARE POSSIBILMENTE CON LAMA RIVESTITA IN SILICONE ANTISCARA, LUNGHEZZA CAVO ALMENO 3 METRI CIRCA	6000	12000	
	ELETTRODO MONOUSO CON LAMA ANTISCARA LUNGH. 16,51 cm CIRCA	1450	2900	
		7450	14900	€ 24.000,00
25	MANIPOLO MONOUSO ELETTROCHIRURGICO DOTATO DI TRE TASTI DI ATTIVAZIONE PER TAGLIO, COAGULO E DISSEZIONE, REGOLAZIONE POTENZE TRAMITE CURSORE LATERALE, COMPLETO DI CAVO	150	300	€ 10.000,00

AZIENDA ASL LATINA
 Ospedale "S. Maria Goretti"
 UOC Chirurgia Generale
 UOC Ortopedia e Traumatologia
 Direzione Medica di Livello
 S. Maria Goretti - ERIO MARI
 Dott. Francesco S. MARI
 TEL. 0773/1093154

26	ELETTRODO DI RITORNO A DOPPIA SEZIONE CON SISTEMA ADATTATIVO REMI E CAVO di LUNGHEZZA MINIMA 250 cm circa	7500	15000	
	ELETTRODO DI RITORNO MONOSEZIONE CON SISTEMA ADATTATIVO REMI E CAVO di LUNGHEZZA MINIMA 250 cm circa	950	1900	
	ELETTRODO DI RITORNO SENZA CAVO, A DOPPIA SEZIONE CON SISTEMA ADATTATIVO REMI	1750	3500	
	CAVO MORSETTO PER ELETTRODO DI RITORNO UNIVERSALE BIPARTITO, CAVO 4 MT CIRCA	40	80	
<i>N.B.: La ditta aggiudicataria dovrà fornire in sconto merce i cavi MORSETTO di collegamento al relativo generatore ove richiesto</i>				
		10240	20480	€ 24.000,00

27	ELETTRODO AD ANSA ROTONDA DIAMETRO ANSA 10X10 CIRCA	80	160	
	ELETTRODO AD ANSA ROTONDA DIAMETRO ANSA 15X12 CIRCA	80	160	
	ELETTRODO AD ANSA ROTONDA DIAMETRO ANSA 20X12 CIRCA	80	160	
	ELETTRODO AD ANSA ROTONDA DIAMETRO ANSA 20X15 CIRCA	80	160	
ELETTRODO A SFERA IN ACCIAIO INOSSIDABILE, DIAM. MM.5, LUNGH. CM 12-14 CIRCA	150	300		
		470	940	€ 21.000,00

ACCESSORI MONOUSO DEDICATI A BISTURI ELETTRICI MONO/BIPOLARI

28	MANIPOLO MONOUSO ELETTROCHIRURGICO COADIUVATO DA GAS ARGON CON ELETTRODO A LAMA RETRAIBILE di 2,5 cm, CIRCA COMPATIBILE CON GENERATORE FORCE ARGON DI NOSTRA PROPRIETA'	20	40	
	ELETTRODO LAPAROSCOPICO FLESSIBILE, LUNGH. CM. 28 CIRCA, COMPATIBILE CON MANIPOLO AD ARGON DI CUI SOPRA	10	20	
	ELETTRODO PER CHIRURGIA OPEN FLESSIBILE, LUNGH. CM.15 CIRCA, COMPATIBILE CON MANIPOLO AD ARGON DI CUI SOPRA	10	20	
		40	80	€ 6.500,00

AZIENDA ASL LATINA
 Ospedale "S. Maria Goretti"
 UOC Chirurgia Generale
 Dirigente Medico GAVERIO MARI
 FRANCESCO
 DOTT. FRANCESCO
 111 1106310903154

**STRUMENTARIO MONOUSO PER CHIRURGIA AD
ULTRASUONI**

DESCRIZIONE PRODOTTI

		Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
29	Dispositivo per Dissezione Taglio e Coagulo ad Ultrasuoni senza ausilio di altra forma di energia (LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA' FORNIRE IN COMODATO D'USO GRATUITO IL GENERATORE AD ULTRASUONI, COMPLETO DI PEDALIERA E CARRELLIO) DISPOSITIVO PER TAGLIO COAGULO E DISSEZIONE I MONOUSO MULTIFUNZIONE, ATTIVABILE A PULSANTI O CON PEDALIERA CON LAMA CURVA PER CHIRURGIA OPEN , LUNGHEZZA STELO 9 CM. CIRCA IMPUGNATURA A FORBICE	94	188	€ 98.000,00
30	Dispositivo per Dissezione Taglio e Coagulo ad Ultrasuoni senza ausilio di altra forma di energia (LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA' FORNIRE IN COMODATO D'USO GRATUITO IL GENERATORE AD ULTRASUONI, COMPLETO DI PEDALIERA E CARRELLIO) DISPOSITIVO PER TAGLIO COAGULO E DISSEZIONE MONOUSO MULTIFUNZIONE ATTIVABILE A PULSANTI O CON PEDALIERA CON LAMA CURVA PER CHIRURGIA OPEN , LUNGHEZZA STELO 17 CM. CIRCA IMPUGNATURA A FORBICE	94	188	€ 102.000,00
31	Cavo trasduttore compatibile con le suddette forbici open, risterilizzabile	6	12	€ 18.000,00
32	Dispositivo per Dissezione Taglio e Coagulo ad Ultrasuoni senza ausilio di altra forma di energia (LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA' FORNIRE IN COMODATO D'USO GRATUITO IL GENERATORE AD ULTRASUONI, COMPLETO DI PEDALIERA E CARRELLIO) DISPOSITIVI PER CHIRURGIA open e laparoscopica con IMPUGNATURA A PISTOLA forbice monouso multifunzione monopaziente per taglio, coagulo, dissezione di vasi attivabile a pulsanti o con pedaliera con lama curva, stelo rotante 360° 5mm di diametro, 20 cm di lunghezza, CIRCA con cavo integrato per il collegamento diretto al generatore.	27	€ 54,00	€ 28.000,00

AZIENDA ASL LATINA

Ospedale "S. Maria Goretti"

UOC Chirurgia Generale

Dirigente Medico SN/ERIO MARI

DOCT.FRANCO

441-11063410903154

<p>33</p> <p>(LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA' FORNIRE IN COMODATO D'USO GRATUITO IL GENERATORE AD ULTRASUONI, COMPLETO DI PEDALIERA E CARRELLO) DISPOSITIVI PER CHIRURGIA open e laparoscopica con IMPUGNATURA A PISTOLA</p>		60	€ 120,00	€ 65.000,00
<p>34</p> <p>(LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA' FORNIRE IN COMODATO D'USO GRATUITO IL GENERATORE AD ULTRASUONI, COMPLETO DI PEDALIERA E CARRELLO) DISPOSITIVI PER CHIRURGIA open e laparoscopica con IMPUGNATURA A PISTOLA</p> <p>forbice monouso multifunzione monopaziente per taglio, coagulo, dissezione di vasi attraverso l'erogazione di sola energia ad ultrasuoni attivabile a pulsanti o con pedaliera, con lama curva, stelo rotante 360°, 5mm di diametro, 36 cm CIRCA di lunghezza, con cavo integrato per il collegamento diretto al generatore.</p>		160	€ 320,00	€ 225.000,00
<p>35</p> <p>(LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA' FORNIRE IN COMODATO D'USO GRATUITO IL GENERATORE AD ULTRASUONI, COMPLETO DI PEDALIERA E CARRELLO) DISPOSITIVI PER CHIRURGIA open e laparoscopica con IMPUGNATURA A PISTOLA</p> <p>DISPOSITIVO PER TAGLIO COAGULO E DISSEZIONE, SIGILLATURA VASI MONOUSO MULTIFUNZIONE ATTIVABILE A PULSANTI O CON PEDALIERA CON LAMA CURVA PER CHIRURGIA LAPAROSCOPICA STELO DA 5 MM, LUNGHEZZA 36 CM. ROTANTE 360 ° CIRCA IMPUGNATURA A PISTOLA</p>		114	228	€ 135.000,00
<p>36</p> <p>(LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA' FORNIRE IN COMODATO D'USO GRATUITO IL GENERATORE AD ULTRASUONI, COMPLETO DI PEDALIERA E CARRELLO) DISPOSITIVI PER CHIRURGIA open e laparoscopica con IMPUGNATURA A PISTOLA</p> <p>DISPOSITIVO PER TAGLIO COAGULO E DISSEZIONE, SIGILLATURA VASI MONOUSO MULTIFUNZIONE ATTIVABILE A PULSANTI O CON PEDALIERA CON LAMA CURVA PER CHIRURGIA LAPAROSCOPICA STELO DA 5 MM, LUNGHEZZA 45 CM. ROTANTE 360 ° CIRCA IMPUGNATURA A PISTOLA</p>		48	96	€ 57.000,00
<p>37</p> <p>Cavo trasduttore compatibile con i suddetti manipoli con impugnatura a pistola, risterizzabile</p>		8	16	€ 23.000,00

DISPOSITIVI ad ULTRASUONI CORDLESS		Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
38	STRUMENTO LAPAROSCOPICO AD ULTRASUONI, COLLEGAMENTO CORDLESS AUTOALIMENTATO, STELO LUNGO 39 cm, DIAMETRO 5 mm, CIRCA PER TAGLIO, DISSEZIONE ED EMOSTASI	17	34	
	STRUMENTO LAPAROSCOPICO AD ULTRASUONI, COLLEGAMENTO CORDLESS AUTOALIMENTATO, STELO CORTO 13 cm, DIAMETRO 5 mm CIRCA PER TAGLIO, DISSEZIONE ED EMOSTASI	6	12	
	RACCORDO TRASDUTTORE PER MANIPOLO CORDLESS	7	14	
	DISPOSITIVO AUTOALIMENTATO PER TRASDUTTORE CORDLESS	5	10	
	CHIAVE TORSIOMETRICA PER COLLEGAMENTO DEL TRASDUTTORE/GENERATORE	3	6	
		38	76	€ 42.000,00
39	Dispositivo per Dissezione Taglio e Coagulo a Radiofrequenza senza ausilio di altra forma di energia per chirurgia open e laparoscopica - LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA' FORNIRE IN COMODATO D'USO GRATUITO IL GENERATORE)	Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
	PINZA MEDIA, 25 cm. CIRCA, POLIUSO PER SINTESI CON VASI FINO A 7 MM, TAGLIO A LAMA FREDDA, MORSO CURVO	3	6	€ 6.300,00
40	ELETTRODO COMPATIBILE CON LA SUDETTA PINZA MEDIA, COMPLETO DI CAVO	25	50	€ 10.000,00
41	Dispositivo per Dissezione Taglio e Coagulo a Radiofrequenza senza ausilio di altra forma di energia per chirurgia open e laparoscopica - LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA' FORNIRE IN COMODATO D'USO GRATUITO IL GENERATORE)			
	STRUMENTO MONOUSO PER SINTESI CON VASI FINO A 7 MM., E TRANSEZIONE FREDDA,MORSE CURVE 36mm, STELO 18cm CIRCA	356	712	€ 405.000,00

<p>47</p> <p>Dispositivo per Dissezione Taglio e Coagulo a Radiofrequenza senza ausilio di altra forma di energia per chirurgia open e laparoscopica - LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA' FORNIRE IN COMODATO D'USO GRATUITO IL GENERATORE]</p> <p>STRUMENTO MONOUSO LAPAROSCOPICO PER DISSEZIONE, PER SINTESI CON VASI FINO A 7 MM. E TRANSEZIONE FREDDA, DIAMETRO 5mm. LUNGH.35- 37 cm. CIRCA, MORSE CURVE TIPO MARYLAND, IMPUGNATURA A PISTOLA, TASTO DI ATTIVAZIONE SINTESI E TRIGGER PER ATTIVAZIONE LAMA.</p>	82	164	€ 91.000,00
<p>48</p> <p>Dispositivo per Dissezione Taglio e Coagulo a Radiofrequenza senza ausilio di altra forma di energia per chirurgia open e laparoscopica - LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA' FORNIRE IN COMODATO D'USO GRATUITO IL GENERATORE]</p> <p>STRUMENTO MONOUSO LAPAROSCOPICO PER DISSEZIONE, PER SINTESI CON VASI FINO A 7 MM. E TRANSEZIONE FREDDA, DIAMETRO 5mm. LUNGH. 44 cm. CIRCA MORSE CURVE IMPUGNATURA A PISTOLA, TASTO DI ATTIVAZIONE SINTESI E TRIGGER PER ATTIVAZIONE LAMA.</p>	10	20	€ 8.000,00
<p>49</p> <p>Dispositivo per Dissezione Taglio e Coagulo a Radiofrequenza senza ausilio di altra forma di energia per chirurgia open e laparoscopica - LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA' FORNIRE IN COMODATO D'USO GRATUITO IL GENERATORE]</p> <p>PINZA A RADIOFREQUENZA CON TECNOLOGIA PER CONTROLLO DELLA TEMPERATURA MAX 100° PER TAGLIO E COAGULO CON VASI FINO A 7 MM., BRANCHE CURVE lunghezza 19 mm , STELO DA 5MM, LUNGHEZZA 35 CM. ROTAZIONE A 360° CIRCA ARTICOLABILE FINO A 110° CHIRURGIA LAPAROSCOPICA.</p>	30	60	€ 35.000,00
<p>50</p> <p>Dispositivo per Dissezione Taglio e Coagulo a Radiofrequenza senza ausilio di altra forma di energia per chirurgia open e laparoscopica - LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA' FORNIRE IN COMODATO D'USO GRATUITO IL GENERATORE]</p> <p>PINZA A RADIOFREQUENZA CON TECNOLOGIA PER CONTROLLO DELLA TEMPERATURA PER TAGLIO E COAGULO CON VASI FINO A 7 MM., BRANCHE CURVE da 38 mm larghe 6mm , STELO DA 13MM, LUNGHEZZA 20 CM. ROTAZIONE A 360° CIRCA</p>	84	168	€ 87.000,00

AZIENDA AASILI LATINA
 S.p.A. Direzione Generale
 Ospedale S. Maria Goretti
 U.O.C.C. Chirurgia del Livello
 Dig. U.O.C. MEDICO SCIENTIFICO
 Dott. FERRELLI M. 109310903158

51	Dispositivo per Dissezione Taglio e Coagulo a Radiofrequenza senza ausilio di altra forma di energia per chirurgia open e laparoscopica - LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA' FORNIRE IN COMODATO D'USO GRATUITO IL GENERATORE)	MANIPOLO A RADIOFREQUENZA PER CHIRURGIA LAPAROSCOPICA CALIBRO 5 mm, STELO 360 mm CIRCA, MORSO RETTO A PROFILO SMUSSO CON BRANCHE NON INFERIORI A 26 mm, DOTATO DI PULSANTE PER EROGAZIONE ENERGIA ATTIVABILE CON UNICA PRESSIONE. ATTIVAZIONE MANUALE PER TAGLIO A FREDDO	200	400	€ 123.000,00

52	Dispositivo per Dissezione Taglio e Coagulo a Radiofrequenza senza ausilio di altra forma di energia per chirurgia open e laparoscopica - LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA' FORNIRE IN COMODATO D'USO GRATUITO IL GENERATORE)	MANIPOLO A RADIOFREQUENZA PER CHIRURGIA LAPAROSCOPICA CALIBRO 5 mm, STELO 240 mm CIRCA, MORSO RETTO A PROFILO SMUSSO CON BRANCHE NON INFERIORI A 26 mm, DOTATO DI PULSANTE PER EROGAZIONE ENERGIA ATTIVABILE CON UNICA PRESSIONE. ATTIVAZIONE MANUALE PER TAGLIO A FREDDO	30	60	€ 17.000,00

SUTURATRICI CUTANEE		Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
53	SUTURATRICI CUTANEE ED ACCESSORI			
	SUTURATRICI M.U. PER PUNTI CUTANEI CON MECCANISMO DI PRECARICA DA 35 PUNTI, VARIE MISURE	1168	2336	
	ESTRATTORI PER PUNTI CUTANEI	834	1668	
		2002	4004	€ 15.000,00

AZIENDA ASI LATINA
 "S. Maria Goretti"
 Ospedale di S. Maria Goretti
 Via S. Maria Goretti, 1
 00015 - 00016 - 00017
 Direzione Medica
 Dott. ERANDESSO SAVERIO MARI
 111.1106.31090315A

**SUTURATRICI COMPLETAMENTE AUTOMATICHE CON
TESTINA FISSA MONOPAZIENTE RICARICABILE CON PUNTI IN
TITANIO**

DESCRIZIONE PRODOTTI		Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
54	SUTURATRICE LINEARE DA 30 MM CIRCA PUNTO IN TITANIO PER TESSUTO STANDARD	3	6	
	CARICATORE PER DETTA SUTURATRICE	6	12	€ 2.000,00
55	SUTURATRICE LINEARE DA 30 MM CIRCA PUNTO IN TITANIO PER TESSUTO SPESSE	9	18	
	CARICATORE PER DETTA SUTURATRICE	12	24	€ 5.000,00
56	SUTURATRICE LINEARE DA 45 MM PUNTO IN TITANIO PER TESSUTO STANDARD	3	6	
	CARICATORE PER DETTA SUTURATRICE	6	12	€ 2.000,00
57	SUTURATRICE LINEARE DA 45 MM CIRCA PUNTO IN TITANIO PER TESSUTO SPESSE	10	20	
	CARICATORE PER DETTA SUTURATRICE	12	24	€ 5.000,00
58	SUTURATRICE LINEARE DA 60 MM CIRCA PUNTO IN TITANIO PER TESSUTO STANDARD	3	6	
	CARICATORE PER DETTA SUTURATRICE	6	12	€ 2.000,00
59	SUTURATRICE LINEARE DA 60 MM CIRCA PUNTO IN TITANIO PER TESSUTO SPESSE	3	6	
	CARICATORE PER DETTA SUTURATRICE	6	12	€ 2.000,00

SUTURATRICI CIRCOLARI PER CHIRURGIA APERTA				
DESCRIZIONE PRODOTTI	Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)	
71 SUTURATRICE CIRCOLARE MONOPAZIENTE CON O SENZA TESTINA RIBALTABILE DA 21 MM CIRCA STELO CORTO, PUNTO IN TITANIO PER TESSUTI SPESSI (VERDE)	6	12	€ 4.000,00	
72 SUTURATRICE CIRCOLARE MONOPAZIENTE CON O SENZA TESTINA RIBALTABILE DA 25 MM CIRCA STELO CORTO, PUNTO IN TITANIO PER TESSUTI SPESSI (VERDE)	36	72	€ 26.000,00	
73 SUTURATRICE CIRCOLARE MONOPAZIENTE CON O SENZA TESTINA RIBALTABILE DA 28 MM CIRCA STELO CORTO, PUNTO IN TITANIO PER TESSUTI SPESSI (VERDE)	132	264	€ 100.000,00	
74 SUTURATRICE CIRCOLARE MONPAZIENTE CON O SENZA TESTINA RIBALTABILE DA 29 MM CIRCA STELO CORTO, PUNTI IN TITANIO AD ALTEZZA REGOLABILE	52	104	€ 38.000,00	
75 KIT PER LA RESEZIONE BASSA DEL RETTO COMPOSTO DA: SUTURATRICE CIRCOLARE CON DIAMETRO DELLA TESTINA DI CIRCA 29 mm CIRCA, REMOVIBILE, CASE MAGGIORATO CON 4 FORI PER IL PASSAGGIO DEI FILI DELLA BORSA DI TABACCO E ANOSCOPIO CIRCOLARE: SISTEMA DI TAGLIO POTENZIATO E SISTEMA DI SICUREZZA AUTOMATICO INTEGRATO	6	12	€ 5.000,00	
76 SUTURATRICE CIRCOLARE MONOPAZIENTE CON O SENZA TESTINA RIBALTABILE DA 31 MM STELO CIRCA CORTO, PUNTO PER TESSUTI SPESSI (VERDE)	86	172	€ 62.000,00	
77 SUTURATRICE CIRCOLARE MONOPAZIENTE CON O SENZA TESTINA RIBALTABILE DA 33 MM. CIRCA STELO CORTO, PUNTO PER TESSUTI SPESSI (VERDE)	34	68	€ 25.000,00	

AZIENDA ASL LATINA
 "S. Maria Goretti"
 Ospedale
 UOC Chirurgia di Livello
 MARI
 Direttore Medico
 111 106310603154
 DR. FRATELLI

78	KIT PER LA RESEZIONE BASSA DEL RETTO COMPOSTO DA: SUTURATRICE CIRCOLARE CON DIAMETRO DELLA TESTINA DI CIRCA 33 mm CIRCA REMOVIBILE, CASE MAGGIORATO CON 4 FORI PER IL PASSAGGIO DEI FILI DELLA BORSA DI TABACCO E ANOSCOPIO CIRCOLARE. SISTEMA DI TAGLIO POTENZIATO E SISTEMA DI SICUREZZA AUTOMATICO INTEGRATO	6	12	€ 5.000,00
79	SET CON : 1 DILATATORE ANALE STANDARD (DIAMETRO DI CIRCA 38 mm, ALTEZZA CIRCA 35 mm); 1 OTTURATORE STANDARD; 1 ANOSCOPIO FENESTRATO	50	100	€ 8.000,00
80	SUTURATRICE CIRCOLARE MONPAZIENTE CON O SENZA TESTINA RIBALTABILE DA 21 MM. CIRCA STELO LUNGO, PUNTI IN TITANIO PER TERSSUTI SPESSI (VERDE)	6	12	€ 5.000,00
81	SUTURATRICE CIRCOLARE MONPAZIENTE CON O SENZA TESTINA RIBALTABILE DA 25 MM. CIRCA STELO LUNGO, PUNTI IN TITANIO AD ALTEZZA REGOLABILE	6	12	€ 5.000,00
82	SUTURATRICE CIRCOLARE MONPAZIENTE CON O SENZA TESTINA RIBALTABILE DA 28 MM. CIRCA STELO LUNGO, PUNTI IN TITANIO AD ALTEZZA REGOLABILE	6	12	€ 5.000,00
83	SUTURATRICE CIRCOLARE MONPAZIENTE CON O SENZA TESTINA RIBALTABILE DA 29 MM CIRCA STELO LUNGO, PUNTI IN TITANIO AD ALTEZZA REGOLABILE	3	6	€ 2.100,00
84	SUTURATRICE CIRCOLARE MONPAZIENTE CON O SENZA TESTINA RIBALTABILE DA 31 MM CIRCA STELO LUNGO, PUNTO PER TESSUTI SPESSI (VERDE)	6	12	€ 5.000,00
85	SUTURATRICE CIRCOLARE MONPAZIENTE CON O SENZA TESTINA RIBALTABILE DA 33 MM CIRCA STELO LUNGO, PUNTO PER TESSUTI SPESSI (VERDE)	6	12	€ 5.000,00

AZIENDA ASL LATINA
 Ospedale "S. Maria Goretti"
 UOC Chirurgia Generale
 Dirigente Medico SAVERIO MARI
 DOTT. FRANCESCO SAVERIO MARI
 111.1106310903154

SUTURATRICI PER VIDEOCHIRURGIA			
DESCRIZIONE PRODOTTI	Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
SUTURATRICE LINEARE, LUNGH. STELO cm. 6 CIRCA, MONOPAZIENTE "TAGLIA E CUCI" RICARICABILE, PER CARICATORI 30-45-60 MM. RETTI, CURVI, ARTICOLABILI E ROTANTI, CON 2(DUE)TRIPLE FILE DI PUNTI IN TITANIO AD ALTEZZA DIFFERENZIATA, ATTIVAZIONE PROGRESSIVA A PISTOLA	200	400	
SUTURATRICE LINEARE, LUNGH. STELO cm. 16 CIRCA, MONOPAZIENTE "TAGLIA E CUCI" RICARICABILE, PER CARICATORI 30-45-60 MM. RETTI, CURVI, ARTICOLABILI E ROTANTI, CON 2(DUE)TRIPLE FILE DI PUNTI IN TITANIO AD ALTEZZA DIFFERENZIATA, ATTIVAZIONE PROGRESSIVA A PISTOLA	90	180	
CARICATORE PER DETTE SUTURATRICI LINEA DI SUTURA 30MM CIRCA PUNTI AD ALTEZZA DIFFERENZIATA PER TESSUTO VASCOLARE / MEDIO	60	120	
CARICATORE PER DETTE SUTURATRICI LINEA DI SUTURA 45MM CIRCA PUNTI AD ALTEZZA DIFFERENZIATA PER TESSUTO VASCOLARE /MEDIO	60	120	
CARICATORE PER DETTE SUTURATRICI LINEA DI SUTURA 45MM CIRCA PUNTI AD ALTEZZA STANDARD PER TESSUTO VASCOLARE	24	48	
CARICATORE PER DETTE SUTURATRICI LINEA DI SUTURA 60MM CIRCA PUNTI AD ALTEZZA DIFFERENZIATA PER TESSUTO VASCOLARE / MEDIO	72	144	
CARICATORE PER DETTE SUTURATRICI LINEA DI SUTURA 30MM CIRCA PUNTI AD ALTEZZA DIFFERENZIATA PER TESSUTO MEDIO /SPESSO	54	108	
CARICATORE PER DETTE SUTURATRICI LINEA DI SUTURA 45MM CIRCA PUNTI AD ALTEZZA DIFFERENZIATA PER TESSUTO MEDIO /SPESSO	136	272	
CARICATORE PER DETTE SUTURATRICI LINEA DI SUTURA 60MM CIRCA PUNTI AD ALTEZZA DIFFERENZIATA PER TESSUTO MEDIO /SPESSO	280	560	
CARICATORE PER DETTE SUTURATRICI LINEA DI SUTURA 45MM CIRCA PUNTI AD ALTEZZA DIFFERENZIATA PER TESSUTO EXTRA /SPESSO	120	240	
CARICATORE PER DETTE SUTURATRICI LINEA DI SUTURA 60MM CIRCA PUNTI AD ALTEZZA DIFFERENZIATA PER TESSUTO EXTRA /SPESSO	330	660	
CARICATORE PER DETTE SUTURATRICI RINFORZATO LINEA DI SUTURA 45MM CIRCA PUNTI AD ALTEZZA DIFFERENZIATA PER TESSUTO MEDIO /SPESSO	6	12	
CARICATORE PER DETTE SUTURATRICI RINFORZATO LINEA DI SUTURA 45MM CIRCA PUNTI AD ALTEZZA DIFFERENZIATA PER TESSUTO EXTRA /SPESSO	6	12	

CARICATORE PER DETTE SUTURATRICI RINFORZATO LINEA DI SUTURA 60MM. CIRCA PUNTI AD ALTEZZA DIFFERENZIATA PER TESSUTO MEDIO / SPESSO	12	24	
CARICATORE PER DETTE SUTURATRICI RINFORZATO LINEA DI SUTURA 60MM. CIRCA PUNTI AD ALTEZZA DIFFERENZIATA PER TESSUTO EXTRA / SPESSO	12	24	
CARICATORE A PUNTA CURVA PER DETTE SUTURATRICI LINEA DI SUTURA 30MM. CIRCA PUNTI AD ALTEZZA DIFFERENZIATA PER TESSUTO VASCOLARE/MEDIO.	12	24	
CARICATORE A PUNTA CURVA PER DETTE SUTURATRICI LINEA DI SUTURA 45MM. CIRCA PUNTI AD ALTEZZA DIFFERENZIATA PER TESSUTO VASCOLARE/MEDIO.	12	24	
CARICATORE A PUNTA CURVA PER DETTE SUTURATRICI. LINEA DI SUTURA 45MM. CIRCA PUNTI AD ALTEZZA STANDARD PER TESSUTO VASCOLARE.	6	12	
CARICATORE A PUNTA CURVA PER DETTE SUTURATRICI. LINEA DI SUTURA 60MM. CIRCA PUNTI AD ALTEZZA DIFFERENZIATA PER TESSUTO VASCOLARE/MEDIO.	6	12	
CARICATORE A PUNTA CURVA PER DETTE SUTURATRICI. LINEA DI SUTURA 60MM. CIRCA PUNTI AD ALTEZZA DIFFERENZIATA PER TESSUTO MEDIO/SPESSO.	12	24	
CARICATORE MONOUSO CURVO PER DETTE SUTURATRICI, PUNTI AD ALTEZZA DIFFERENZIATA PER TESSUTO MEDIO/SPESSO	6	12	
CARICATORE MONOUSO CURVO PER DETTE SUTURATRICI, PUNTI AD ALTEZZA DIFFERENZIATA PER TESSUTO VASCOLARE/MEDIO	6	12	
CARICATORE MONOUSO CURVO PER DETTE SUTURATRICI, PUNTI AD ALTEZZA DIFFERENZIATA PER TESSUTO EXTRA-SPESSO	6	12	
SUTURATRICE MECCANICA LINEARE PER CHIRURGIA GENERALE LAPAROSCOPICA E OPEN SERVVOASSISTITA AD AZIONAMENTO DIGITALE, COMPATIBILE CON CARICATORI A DUE TRIPLE LINEE SFALSAATE DI PUNTI IN TITANO AD ALTEZZA DIFFERENZIATA.	1	2	
MANIPOLO MONOUSO CHE CONSENTE IL CONTROLLO DELLA SUTURATRICE PER L'ARTICOLAZIONE, LA ROTAZIONE E L'AZIONAMENTO	1	2	
ADATTATORE LAPAROSCOPICO	1	2	
ADATTATORE LAPAROSCOPICO EXTRA-LUNGO	1	2	
ADATTATORE PER CHIRURGIA OPEN	1	2	
	1533	3066	€ 655.000,00

AZIENDA S.p.A. LATINA
 Ospedale "S. Maria Goretti"
 Via C. Battisti, 100 - 04100 Latina (LT)
 Dirigente Medico SANTELLI MARI
 DOTT. FRANCESE CO. 041003114
 111 445340003114

SUTURATRICI PER VIDEOCHIRURGIA			
DESCRIZIONE PRODOTTI	Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
SUTURATRICE LAPAROSCOPICA TAGLIA E CUCI DA 45 MM CIRCA A DOPPIO GRILLETTO ARTICOLABILE A 45 GRADI BILATERALMENTE. STELO 28 CM CIRCA	35	70	
SUTURATRICE LAPAROSCOPICA TAGLIA E CUCI DA 45 MM CIRCA A DOPPIO GRILLETTO ARTICOLABILE A 45 GRADI BILATERALMENTE. STELO 34 CM CIRCA	20	40	
SUTURATRICE LAPAROSCOPICA A BATTERIA, ARTICOLABILE CON MECCANISMO DI SBLOCCO MANUALE ED AUTOMATICO DA 45 MM CIRCA, STELO 28 CM CIRCA	24	48	
SUTURATRICE LAPAROSCOPICA A BATTERIA, ARTICOLABILE CON MECCANISMO DI SBLOCCO MANUALE ED AUTOMATICO DA 45 MM CIRCA, STELO 34 CM CIRCA	60	120	
RICARICA PER DETTE SUTURATRICI DA 45 MM., 3+3 FILE, P.C. 0,75 MM CIRCA	12	24	
RICARICA PER DETTE SUTURATRICI DA 45 MM., 3+3 FILE, P.C. 1 MM CIRCA	60	120	
RICARICHE PER DETTE SUTURATRICI DA 45 MM., 3+3 FILE, P.C. 1,5 MM CIRCA	60	120	
RICARICHE PER DETTE SUTURATRICI DA 45 MM., 3+3 FILE, P.C. 1,8 MM CIRCA	60	120	
RICARICHE PER DETTE SUTURATRICI DA 45 MM., 3+3+ FILE, P.C. 2 MM CIRCA	60	120	
SUTURATRICE LAPAROSCOPICA TAGLIA E CUCI DA 60 MM CIRCA A DOPPIO GRILLETTO, ARTICOLABILE A 45° BILATERALMENTE. STELO 28 CM CIRCA	84	168	
SUTURATRICE LAPAROSCOPICA TAGLIA E CUCI DA 60 MM CIRCA A DOPPIO GRILLETTO, ARTICOLABILE A 45° BILATERALMENTE. STELO 34 CM CIRCA	15	30	
SUTURATRICE LAPAROSCOPICA A BATTERIA, ARTICOLABILE CON MECCANISMO DI SBLOCCO MANUALE ED AUTOMATICO DA 60 MM CIRCA, STELO 28 CM CIRCA	45	90	
SUTURATRICE LAPAROSCOPICA A BATTERIA, ARTICOLABILE CON MECCANISMO DI SBLOCCO MANUALE ED AUTOMATICO DA 60 MM CIRCA, STELO 34 CM. CIRCA	75	150	
RICARICA PER DETTE SUTURATRICI DA 60 MM., 3+3 FILE, P.C. 0,75 MM CIRCA	6	12	
RICARICA PER DETTE SUTURATRICI DA 60 MM., 3+3 FILE, P.C. 1 MM CIRCA	84	168	

RICARICHE PER DETTE SUTURATRICI DA 60 MM., 3+3 FILE, P.C. 1,5 MM CIRCA	180	360	
RICARICHE PER DETTE SUTURATRICI DA 60 MM., 3+3 FILE, P.C. 1,8 MM CIRCA	72	144	
RICARICHE PER DETTE SUTURATRICI DA 60 MM., 3+3+ FILE, P.C. 2 MM CIRCA	60	120	
RICARICHE PER DETTE SUTURATRICI DA 60 MM., 3+3+ FILE, P.C. 2,3 MM CIRCA	24	48	
SUTURATRICE LAPAROSCOPICA A BATTERIA, ARTICOLABILE DA 35 MM CIRCA, STELO 32 CM. CIRCA, DIAMETRO 9 MM. CIRCA CON PUNTA DI POSIZIONAMENTO VASCOLARE	18	36	
RICARICHE PER DETTE SUTURATRICI DA 35 MM CIRCA., 2+2 FILE DI PUNTI TESSUTI VASCOLARI	24	48	
SUTURATRICE LAPAROSCOPICA A BATTERIA, ARTICOLABILE CON MECCANISMO DI SBLOCCO MANUALE ED AUTOMATICO DA 60 MM CIRCA, STELO 34 CM. CIRCA, UTILIZZABILE CON CARICATORI A TECNOLOGIA ANTISCIVOLAMENTO TISSUTALE	27	54	
SUTURATRICE LAPAROSCOPICA A BATTERIA, ARTICOLABILE CON MECCANISMO DI SBLOCCO MANUALE ED AUTOMATICO DA 60 MM CIRCA, STELO 44 CM CIRCA, UTILIZZABILE CON CARICATORI A TECNOLOGIA ANTISCIVOLAMENTO TISSUTALE	9	18	
RICARICA CON TECNOLOGIA ANTISCIVOLAMENTO TISSUTALE PER DETTE SUTURATRICI DA 60 MM CIRCA, 3+3 FILE, P.C. 1 MM	18	36	
RICARICHE CON TECNOLOGIA ANTISCIVOLAMENTO TISSUTALE PER DETTE SUTURATRICI DA 60 MM CIRCA., 3+3 FILE, P.C. 1,5 MM	60	120	
RICARICHE CON TECNOLOGIA ANTISCIVOLAMENTO TISSUTALE PER DETTE SUTURATRICI DA 60 MM CIRCA, 3+3 FILE, P.C. 1,8 MM	18	36	
RICARICHE CON TECNOLOGIA ANTISCIVOLAMENTO TISSUTALE PER DETTE SUTURATRICI DA 60 MM CIRCA, 3+3+ FILE, P.C. 2 MM	18	36	
RICARICHE CON TECNOLOGIA ANTISCIVOLAMENTO TISSUTALE PER DETTE SUTURATRICI DA 60 MM CIRCA., 3+3+ FILE, P.C. 2,3 MM	12	24	
	1240	2480	€ 648.000,00

SUTURATRICI MECCANICHE - ALTRE

DESCRIZIONE PRODOTTI	Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
88 KIT PER LA CURA DELLA MALATTIA EMORROIDARIA COMPOSTO DA SUTURATRICE DIAMETRO 33MM CIRCA CON TESTINA FISSA, ALTEZZA DEL PUNTO REGOLABILE DA 0,75 A 1,5 MM; ANOSCOPIO FENESTRATO; UNCINO PER TRAZIONE FILI; DILATATORE ANALE CIRCOLARE	100	200	€ 78.000,00

AZIENDA SUTURATRICE
 Ospedale "Maddalena Gelli"
 Località Frigola, Capranico
 Direzione Medico di Distretto
 Dott. Franco Saverio Mari
 111 1106310903154

89	KIT PER LA TECNICA S.T.A.R.R. COMPOSTO DA SUTURATRICE DIAMETRO 33MM CIRCA CON TESTINA FISSA, ALTEZZA DEL PUNTO REGOLABILE DA 1 A 2,5 MM; ANOSCOPIO FENESTRATO; UNCINO PER TRAZIONE FILI; DILATATORE ANALE CIRCOLARE	66	132	€ 52.000,00
90	KIT PER PROLASECTOMIA COMPOSTO DA: SUTURATRICE CIRCOLARE DA 33 mm CIRCA CON VOLUME DEL CASE DI ALMENO 19 cm3 E 4 AMPIE FINESTRE: GABBIA, REFERE, CAD, TAMPONE EMOSTATICO CILINDRICO IN GELATINA SUINA ED ANOSCOPIO MONOUSO A LUCE FREDDA INCORPORATO	40	80	€ 35.000,00
91	KIT PER PROLASECTOMIA COMPOSTO DA: SUTURATRICE CIRCOLARE DA 36 mm CIRCA CON VOLUME DEL CASE DI ALMENO 35 cm3 E 4 AMPIE FINESTRE: SISTEMA DI SICUREZZA AUTOMATICO INTERGRATO, ANOSCOPI MONOUSO CON LUCE FREDDA INCORPORATA. ALTEZZA REGOLABILE DEL PUNTO DA 0,75CM CIRCA A 1,8 CM CIRCA. TAMPIONE EMOSTATICO CILINDRICO IN GELATINA SUINA	60	120	€ 82.000,00
92	KIT PER LA RESEZIONE REGOLATA DEL RETTO VIA TRANSANALE, COMPOSTO DA SUTURATRICE TAGLIA E CUCI CURVA 30MM ALTEZZA PUNTO CHIUSO 2,0 MM CIRCA ; ANOSCOPIO DI ACCESSO PER SUTURE; DILATATORE ANALE CIRCOLARE; OTTURATORE	17	34	
	RICARICA PER DETTA SUTURATRICE	44	88	
SUTURATRICI "TAGLIA E CUCI" CURVE				
93	SUTURATRICE TAGLIA E CUCI CURVA PER TESSUTI STANDARD (PUNTO CHIUSO 1,5 MM) LINEA SUTURA 40 MM CIRCA	19	38	
	RICARICA PER DETTA SUTURATRICE	26	52	
	SUTURATRICE TAGLIA E CUCI CURVA PER TESSUTI STANDARD (PUNTO CHIUSO 2 MM) LINEA SUTURA 40 MM CIRCA	29	58	
	RICARICA PER DETTA SUTURATRICE	36	72	
		110	220	€ 65.000,00
DISPOSITIVO MONOUSO per BORSA di TABACCO				
94	DISP. AUTOMATICO MONOUSO PER BORSA DI TABACCO DA 45 mm CIRCA	152	304	
	DISP. AUTOMATICO MONOUSO PER BORSA DI TABACCO DA 65 mm CIRCA	42	44	
		194	348	€ 38.000,00

101	Applicatori laparoscopici multipli di clips in titanio, monouso, calibro 10/12 mm. CIRCA , lunghezza stelo 30/33 cm., stelo in acciaio, rotante a 360° sul proprio asse, caricati con almeno 15 clips, impugnatura ergonomica, con clips disponibili nelle misura grande. Indicatore ultime clips e movimento anticaduta/antiscivolo.	780	1560	€ 171.600,00
102	Applicatori laparoscopici multipli di clips in titanio, monouso, calibro 5 mm CIRCA , stelo in acciaio, rotante a 360° sul proprio asse, caricati con almeno 15 clips, impugnatura ergonomica, lunghezza stelo 33cm circa e clips disponibili nelle misura medio/grande. Indicatore ultime clips e movimento anticaduta/antiscivolo.	68	136	€ 14.900,00
103	SISTEMA DI LEGATURA VASCOLARE CON CLIP IN POLIMERO NON ASSORBIBILE, RIMOVIBILE CON DESIGN ARCUATO E SUPERFICIE INTERNA ZIGRINATA. MISURE CLIPS MISURA M CLIPS MISURA M/L CLIPS MISURA L CLIPS MISURA XL <i>N.B.: La ditta aggiudicataria delle clips singole dovrà fornire in sconto merce gli applicatori ed i remover poliuso delle varie misure</i>	84 84 336 168 672	168 168 672 336 1344	€ 9.000,00
104	APPLICATORE DI CLIP A FORMA ELICOIDALE IN TITANIO O ACCIAIO MEDICALE PER FISSAGGIO RETI ERNIARIE, STELO DA 5MM CIRCA, MONOUSA, MONOPAZIENTE, PRECARICATO CON ALMENO 30 CLIP	62	124	€ 39.000,00
105	APPLICATORE DI PUNTINE A VITE PERMANENTI IN COPOLIMERO PER FISSAGGIO RETI ERNIARIE, STELO DA 5MM CIRCA, LUNGH. CM. 36 CIRCA, MONOPAZIENTE, PRECARICATO.	56	112	€ 42.000,00
106	APPLICATORE DI PUNTINE A VITE RIASSORBIBILI TIPO POLLATIDE PER FISSAGGIO RETI ERNIARIE, STELO DA 5MM CIRCA, LUNGH. CM. 36 CIRCA, MONOPAZIENTE, PRECARICATO.	68	136	€ 50.000,00
107	APPLICATORE DI PUNTINE A VITE RIASSORBIBILI TIPO POLLATIDE PER FISSAGGIO RETI ERNIARIE, STELO DA 5MM CIRCACORTO, MONOPAZIENTE, PRECARICATO.	10	20	€ 3.600,00

108	Applicatori laparoscopici da 5 mm CIRCA, monouso, di graffette ad U in materiale riassorbibile per fissaggio di protesi per laparocoele ed ernia a maglia larga, precaricato con circa 25 graffette.	24	48	€ 16.000,00
109	Applicatore da open di graffette a U riassorbibili per fissaggio reti, stelo da 10mm CIRCA lungo 25 cm circa. Impugnatura riversa per chirurgia open e cannula arrotondata monouso sterile precaricato con minimo 20 clips	12	24	€ 8.000,00
SISTEMA LAPAROSCOPICO PER IL FISSAGGIO DI RETI PER LAPAROCELE				
110	MANIPOLO ARTICOLABILE COMPLETO DI CARICATORE	10	20	
	CARICATORE DI RICAMBIO	10	20	
		20	40	€ 5.000,00

RETI PER CHIRURGIA DELL'ERNIA INGUINALE

111	RETE DI POLIPROPILENE LIGHT PRESAGOMATA A CONFORMAZIONE ANATOMICA E TRIDIMENSIONALE, BORDI SEMIRIGIDI E MARKER DI ORIENTAMENTO. APPOSTAMENTE CONFORMATA PER ERNIA INGUINALE DESTRA E SINISTRA. MISURE:	Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
	CM 8X13 CIRCA - SINISTRA	14	28	
	CM 10X15 CIRCA - SINISTRA	8	16	
	CM 12X17 CIRCA - SINISTRA	8	16	
	CM 8X13 CIRCA - DESTRA	20	40	
	CM 10X15 CIRCA - DESTRA	8	16	
	CM 12X17 CIRCA - DESTRA	8	16	
		66	132	€ 17.500,00

112	RETE SEMIASSORBIBILE IN POLIESTERE STRUTTURA POROSA CON LATO AUTOADERENTE SENZA NECESSITA' DI SUTURA, MISURE:	Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
	CM 15X9 CIRCA CON FLAP AUTOADERENTE	8	16	
	CM 8X12 CIRCA CON FLAP AUTOADERENTE DESTRO	2	4	
	CM 8X12 CIRCA CON FLAP AUTOADERENTE SINISTRO	2	4	
		12	24	€ 3.000,00

113	DISPOSITIVO PER LA RIPARAZIONE DELL'ERNIA INGUINALE SEMIASSORBIBILE IN POLIPROPILENE E POLIGLECAPPRONE	Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
		10	20	
		15	30	
		20	40	
		20	40	
		20	40	
	RETE 7,5X12 PLUG DIAM SUP 5CM, DIAM INF 3 CM CIRCA			
	RETE 7,5X12 PLUG DIAM SUP 4CM, DIAM INF 4CM CIRCA			
	RETE 7,5X12 PLUG DIAM SUP 5CM, DIAM INF 5CM CIRCA			
	RETE 10X15 CM CIRCA			
	RETE 10X12 CM CIRCA			
	RETE 6X11 CM CIRCA			
		105	210	€ 35.000,00

114	RETE TRIDIMENSIONALE MONOFILAMENTO SINT. NON ASSORBIBILE IN POLIPROPILENE COMPOSTO DA UNO STRATO PROTESCO SUPERIORE, UN PATCH INFERIORE DI FORMA ROMBOIDALE (ENTRAMBI IN POLIPROPILENE) ED UN CAPPIO IN FILO DI SUTURA NON ASSORBIBILE INTRECCIATA	Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
		52	104	
		46	92	
		98	196	€ 36.000,00
	STRATO SUPERIORE: LARGH. 5,5 CM.; LUNGH. 12,5 CM PATCH ROMBOIDALE: DIAMETRO 1,9 CM.; LUNGH. 3,5 CM CIRCA			
	STRATO SUPERIORE: LARGH. 5,5 CM.; LUNGH. 12,5 CM. PATCH ROMBOIDALE: DIAMETRO 2,3 CM.; LUNGH. 4,8 CM CIRCA			

115	RETE POROSA PER ERNIOPLASTICA LAPAROSCOPICA IN POLIESTERE CON MAGLIA BIDIMENSIONALE E SISTEMA PIEGHEVOLE CON FILO PER INSERIMENTO NEI TROCAR E PER IL POSIZIONAMENTO INTRADDOMINALE	Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
		1	2	€ 280,00
	CM 14X10 circa CON SUTURA PRE-MONTATA			

116	RETE SEMIASSORBIBILE IN POLIPROPILENE LIGHT DOTATA DI MICRO ANCORETTE RIASSORBIBILI IN ACIDO POLILATTICO (PLA) PER IL FISSAGGIO SENZA SUTURA, MISURE :	Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
		1	2	
		1	2	
		1	2	
	CM 15X9 circa PRESAGOMATA			
	CM 12X8 circa CON FLAP AUTOADERENTE DESTRO			
	CM 12X8 circa CON FLAP AUTOADERENTE SINISTRO			
		3	6	€ 540,00

AZIENDA ASL LATINA
 Fedate S. Maria Goretti
 Osp. Chirurgia S. Ivellio
 UOSI Osp. S. Saverio MARI
 Dirigente S. Saverio MARI
 Dott. ERANICESIO
 0471/710037/0904154

PROTESI PER LA CHIRURGIA DEL LAPAROCELE		Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
DESCRIZIONE PRODOTTI				
117				
RETE PER LA RIPARAZIONE INTRAPERITONEALE OPEN DEL LAPAROCELE, IN POLIESTERE MONOFILAMENTO E FILM ANTADERENZIALE ASSORBIBILE E TASCA PER FACILITARE IL FISSAGGIO A PARETE		1	2	€ 9.000,00
RETE CM 15X10 CIRCA		1	2	
RETE CM 20X15 CIRCA		1	2	
RETE CM 25X20 CIRCA		1	2	
RETE CM 30X20 CIRCA		1	2	
118				
PROTESI SEMIPERMANENTE IN POLIPROPILENE MONOFILAMENTO LEGGERO E ACIDO POLIGLICOLICO CON BARRIERA IN IDROGEL RIASSORBIBILE A BASE DI TALURONATO DI SODIO E CARBOSSIMETILCELLULOSA, INDICATA PER LA RICOSTRUZIONE LAPAROSCOPICA E CHIRURGICA ANTERIORE DEI DIFETTI DELLA PARETE ADDOMINALE		Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)
ROTONDA DIAMETRO CM 4,5 CIRCA		35	70	€ 450.000,00
ROTONDA DIAMETRO CM 6,5 CIRCA		25	50	
ROTONDA DIAMETRO CM 8,5 CIRCA		37	74	
OVALE, CM 15X25 CIRCA		10	20	
RETTANGOLARE, CM 30,5X 35,5 CIRCA		7	14	
RETTANGOLARE, CM 24 X 36 CIRCA		30	60	
RETTANGOLARE, CM 8X16 CIRCA		400	800	
ELLITTICA, CM 10,2X15,2 CIRCA		5	10	
ELLITTICA, CM 17,5X23 CIRCA		6	12	
ELLITTICA, CM 20X25 CIRCA		6	12	
ELLITTICA, CM 25X33 CIRCA		6	12	
CIRCOLARE, DIAMETRO CM 15 CIRCA CON SISTEMA DI POSIZIONAMENTO		3	6	
CIRCOLARE, DIAMETRO CM 20 CIRCA CON SISTEMA DI POSIZIONAMENTO		3	6	
OVALE, CM 15X25 CIRCA CON SISTEMA DI POSIZIONAMENTO		15	30	
ELLITTICA, CM 10 X15 CIRCA CON SISTEMA DI POSIZIONAMENTO		12	24	
ELLITTICA, CM 15X20 CIRCA, CON SISTEMA DI POSIZIONAMENTO		15	30	
ELLITTICA, CM 17X22 CIRCA, CON SISTEMA DI POSIZIONAMENTO		15	30	
ELLITTICA, CM 20X25 CIRCA, CON SISTEMA DI POSIZIONAMENTO		15	30	
ELLITTICA, CM 25X33 CIRCA, CON SISTEMA DI POSIZIONAMENTO		10	20	
		655	1310	

AZIENDA "SILVANA"
 Direzione Generale
 Ospedale Chirurgico Generale
 U.O.C. Chirurgia Generale
 Direttore Dott. SAVERIO MARI
 Dirigente ESCO
 BOFFI-FRANCO
 111480310503154

<p>122</p> <p>PROTESTI SINTETICA TRIDIMENSIONALE TOTALMENTE BIOASSORBIBILE A 180 gg, SAGOMABILE, DA UTILIZZARSI COME RINFORZO DEI TESSUTI MOLLI CON POSIZIONAMENTO INTRAPERITONEALE ANCHE IN CAMPI CONTAMINATI. MISURE : cm 20X30 CIRCA</p>	<p>Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')</p> <p>5</p>	<p>Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')</p> <p>10</p>	<p>IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)</p> <p>€ 34.900,00</p>
<p>123</p> <p>RETE COMPOSITA 3D RIASSORBIBILE A 180 gg, CON STRUTTURA MACROPOROSA IN PTFE PER POSIZIONAMENTO INTRAPERITONEALE MISURE : cm 20X30 CIRCA</p>	<p>Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')</p> <p>5</p>	<p>Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')</p> <p>10</p>	<p>IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)</p> <p>€ 26.800,00</p>
<p>RETI E DISPOSITIVI PER LA CHIRURGIA DEL PAVIMENTO PELVICO</p>			
<p>124</p> <p>SUPPORTO PER INCONTINENZA URINARIA FEMMINILE CON ACCESSO TRANSOTTURATORIO IN POLIPROPILENE CON TECNICA "IN/OUT" E GUAINA TERMOSALDATA ALLA RETE</p>	<p>Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')</p> <p>50</p>	<p>Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')</p> <p>100</p>	<p>IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)</p> <p>€ 67.000,00</p>
<p>DESCRIZIONE PRODOTTI</p>			
<p>125</p> <p>MINI SLING IN POLIPROPILENE SOTTOUTRETRALE REGOLABILE A SINGOLA INCISIONE</p>	<p>Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')</p> <p>3</p>	<p>Fabbisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')</p> <p>6</p>	<p>IMPORTO BIENNALE MAX LOTTO A BASED'ASTA (IVA esclusa)</p>
<p>SUPPORTO SOTTOUTRETRALE IN POLIPROPILENE CON INTRODUTTORE A PUNTA CIRCOLARE E DIAMETRO DI SOLI 3 MM CIRCA MESH AD Y IN POLIPROPILENE ULTRALEGGERA A TRAMATURA VARIABILE SENZA SUTURA DI COLLEGAMENTO TRA LE PARTI DISPOSITIVO PER SUTURA DI FISSAGGIO AL SACRO-SPINOSO DI MESH IN POLIPROPILENE</p>	<p>9</p> <p>14</p> <p>14</p> <p>40</p>	<p>18</p> <p>28</p> <p>28</p> <p>80</p>	<p>€ 28.000,00</p>

AZIENDA ASL LATINA
 Ospedale "S. Maria Goretti"
 UOC Chirurgia Generale
 MOC Chirurgia di I livello
 Dirigente Medico SAVERIO MARI
 Dirigente SCO SAVERIO MARI
 111 1166340903154
 Pagina 29

130	Dispositivo per Dissezione Taglio e Coagulo con azione simultanea di Ultrasuoni e radiofrequenza, (LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA' FORNIRE IN COMODATO D'USO GRATUITO IL GENERATORE, COMPLETO DI PEDALIERA E CARRELLIO) MANIPOLO CON IMPUGNATURA A PISTOLA LUNGHEZZA 20 CM CIRCA, DIAMETRO 5 mm CIRCA, BRANCA CURVA, MONOUSO	6	12	€ 2.000,00
131	Dispositivo per Dissezione Taglio e Coagulo con azione simultanea di Ultrasuoni e radiofrequenza, (LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA' FORNIRE IN COMODATO D'USO GRATUITO IL GENERATORE, COMPLETO DI PEDALIERA E CARRELLIO) MANIPOLO CON IMPUGNATURA A PISTOLA LUNGHEZZA 20 CM, DIAMETRO 10 mm CIRCA, BRANCA CURVA, MONOUSO	6	12	€ 2.500,00
132	Dispositivo per Dissezione Taglio e Coagulo con azione simultanea di Ultrasuoni e radiofrequenza, (LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA' FORNIRE IN COMODATO D'USO GRATUITO IL GENERATORE, COMPLETO DI PEDALIERA E CARRELLIO) MANIPOLO CON IMPUGNATURA A FORBICE LUNGHEZZA 10 CM CIRCA, MONOUSO	15	30	€ 3.000,00
133	TRASDUTTORE DEDICATO POLLUSO CHE IMPIEGA SIMULTANEAMENTE ULTRASUONI ED ENERGIA ELETTRICA BIPOLARE	2	4	€ 800,00
134	SISTEMI PER DRENAGGIO CHIRURGICO POST-OPERATORIO Sistema di drenaggio chiuso in aspirazione continua con serbatoio a singola molla, connettore a Y, scala graduata 150ml circa	2000	4.000	€ 120.000,00
135	Sistema di drenaggio chiuso in aspirazione continua con serbatoio a singola molla e connettore a Y, scala graduata 300ml circa	500	1.000	€ 30.000,00
136	Sistema di drenaggio chiuso in aspirazione continu con serbatoio a singola molla e connettore a Y, scala graduata 450ml circa	200	400	€ 12.000,00

AZIENDA ASL LATINA
 Ospedale - S. Maria Goretti -
 U.O.C. Chirurgia Generale
 Dirigente Medico di Livello
 DOTT. FRANCESCO SARNERIO MARI
 Pagina 31

137	Tubi di drenaggio in silicone sterili piatti con scanalatura completa da 7 mm circa	2000	4.000	€ 156.000,00
138	Tubi di drenaggio in silicone sterili piatti con scanalatura per 3/4 della lungh. da 10 mm + trocar 3/16 inch circa	1000	2.000	€ 58.000,00
139	Tubi di drenaggio in silicone sterili piatti con scanalatura completa da 10 mm circa	500	1.000	€ 29.000,00
140	Tubi di drenaggio in silicone sterili piatti con scanalatura completa da 10 mm + trocar 3/16 inch circa	150	300	€ 8.700,00
141	Tubi di drenaggio in silicone sterili piatti con scanalatura per 3/4 della lungh. da 7 mm + trocar 3/16 inch circa	150	300	€ 8.700,00
142	Tubi di drenaggio in silicone sterili piatti con scanalatura per 3/4 della lungh. da 10 mm + trocar 3/16 inch circa	100	200	€ 5.800,00
143	Tubi di drenaggio in silicone sterili, rotondi, scanalati per l'intera lunghezza, unica estrusione, privi di lume interno, misura 10FR circa	500	1.000	€ 30.000,00
144	Tubi di drenaggio in silicone sterili, rotondi, scanalati per l'intera lunghezza, unica estrusione, privi di lume interno, misura 10FR+trocar 3/16 inch circa	300	600	€ 18.000,00
145	Tubi di drenaggio in silicone sterili, rotondi, scanalati per l'intera lunghezza, unica estrusione, privi di lume interno, misura 15FR + trocar 3/16 inch circa	200	400	€ 11.600,00
146	Tubi di drenaggio in silicone sterili, rotondi, scanalati per l'intera lunghezza, unica estrusione, privi di lume interno, misura 19FR + trocar 1/4 inch circa a curvatura variabile	100	200	€ 5.800,00

AZIENDA ASL LATINA
 Ospedale "S. Maria Goretti"
 U.O.C. Chirurgia Generale
 Direttore Medico di I livello
DOTT. FRANCESCO SANERIO MARI
 P.I. 006370905154

CRITERI E PONDEAZIONI PER LA VALUTAZIONE TECNICA

SISTEMI PER ELETTROCHIRURGIA, SUTURATRICI, MATERIALI PER LAPAROSCOPIA, PROTESI PER ERNIA	punteggio qualità max punti 70		
Lotto n° 1			
Proprietà dei dispositivi (trocar ed accessi laparoscopici)	70		
Valvola interna incorporata nella cannula (possibilità rimozione riduttore e reparto senza perdita di pneumoperitoneo)	15	on/off	
Otturatore e cannula solidale	10	ponderale	
Maneggevolezza ed ergonomia (facilità di introduzione/estrazione mandrino e riduttore)	10	ponderale	
Prestazioni del trocar (facilità di introduzione, facilità di inserimento degli strumenti)	10	ponderale	
Tenuta e stabilità in parete (zigrinatura accentuata)	10	ponderale	
Sicurezza (scudo di protezione della lama con copertura 360°)	15	on/off	

Lotto n° 2		Modalità di attribuzione	Punteggi
Proprietà dei dispositivi (trocar ed accessi laparoscopici senza lama)	70		
Valvola interna incorporata nella cannula (possibilità rimozione riduttore e reparto senza perdita di pneumoperitoneo)	15	on/off	
otturatore e cannula solidale	10	ponderale	
Maneggevolezza ed ergonomia (facilità di introduzione/estrazione mandrino e riduttore)	10	ponderale	
Prestazioni del trocar (facilità di introduzione, facilità di inserimento degli strumenti)	10	ponderale	
Tenuta e stabilità in parete (zigrinatura accentuata)	10	ponderale	
Efficace sistema di bloccaggio dell'ottica	15	ponderale	

AZIENDA ASI LATINA
 Ospedale "S. Maria Sorelli"
 U.O.C. Chirurgia Generale
 U.O.C. Chirurgia del Livello
 Dirigente Medico di Livello
 MARIANO MAGNANI
 DOTT. FRANCESCO SALERIO MARI
 +3907609934

Lotto n° 3					
Proprietà dei dispositivi (HASSON)	70				Modalità di attribuzione Punteggi
Capacità di mantenimento del pneumoperitoneo (possibilità rimozione riduttore e reperto senza perdita di pneumoperitoneo)	15		on/off		
Ergonomia (otturatore e cannula solidale)	10		ponderale		
Maneggevolezza (facilità di introduzione strumenti/facilità estrazione mandrino e riduttore)	10		ponderale		
Prestazioni del trocar (facilità di introduzione in parete)	10		ponderale		
Tenuta e stabilità in parete	10		ponderale		
Visibilità (livello trasparenza della cannula e possibilità di individuare facilmente eventuali reperti rimasti al suo interno)	15		ponderale		

Lotti n° 4-5					
Proprietà dei dispositivi (HASSON a palloncino)	70				Modalità di attribuzione Punteggi
Valvola interna incorporata nella cannula (possibilità rimozione riduttore e reperto senza perdita di pneumoperitoneo)	15		on/off		
Maneggevolezza ed ergonomia (facilità di introduzione/estrazione mandrino e riduttore)	10		ponderale		
Prestazioni del trocar (facilità di introduzione, facilità di inserimento degli strumenti/ottica)	10		ponderale		
Tenuta e stabilità in parete	10		ponderale		
Resistenza del palloncino alla pressione di gonfiaggio	10		ponderale		
Visibilità (livello trasparenza della cannula e possibilità di individuare facilmente eventuali reperti rimasti al suo interno)	15		ponderale		

AZIENDA ASL LATINA
 Ospedale "S. Maria Goretti"
 U.O. Chirurgia Generale
 Direttore Medico di Livello
 DOTT. FRANCESCO SAVERIO MARI
 Tel. 0773/499844

Lotto n° 8		Modalità di attribuzione	Punteggi
Proprietà dei dispositivi (SET COMPLETO PER SINGOLA INCISIONE CON PORT FLESSIBILE)			
Ergonomia: facilità d'uso, facilità di posizionamento e di azionamento	10	ponderale	
Possibilità di introduzione ed estrazione di strumenti di calibro variabile	15	ponderale	
Tenuta della valvola e qualità dei materiali utilizzati	15	ponderale	
Completezza del kit (quantità delle cannule di accesso presenti nel kit)	10	ponderale	
Atramauticità nell'introduzione del port	15	ponderale	
Confezionamento - etichettatura: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	ponderale	

Lotto n° 9		Modalità di attribuzione	Punteggi
Proprietà dei dispositivi (DISPOSITIVO MONOUSO, STERILE PER ACCESSO ADOOMINALE IN LAPAROSCOPIA ASSISTITA)			
Ergonomia: facilità d'uso, facilità di posizionamento e di azionamento	10	ponderale	
Tenuta del DMi ripresetto alla parete addominale e livello di protezione del sito chirurgico dalle contaminazioni	15	ponderale	
Qualità dei materiali utilizzati	15	ponderale	
Ampiezza della gamma	10	ponderale	
Visualizzazione (livello di trasparenza del sistema)	15	ponderale	
Confezionamento- etichettatura: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	ponderale	

A.S.L. LATAINA
 Ospedale S. Maria Goretti
 UOC Chirurgia Generale
 Dirigente Medico di I livello
FRANCESCO STANTONATO
 DOTT. FRANCESCO STANTONATO
 111 1106310903124

Lotti n° 10 - 11		Modalità di attribuzione Punteggi	
Proprietà dei dispositivi (ago di verres e dispositivo monouso tipo Reverdin)	70		
Manegevolezza ed ergonomia	15	ponderale	
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	20	ponderale	
Atraumaticità	15	ponderale	
Attacco luer-lock	15	ponderale	
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione del foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	ponderale	

Lotti n° 12-13-14-15-16-17		Modalità di attribuzione Punteggi	
Proprietà dei dispositivi (strumenti monouso per ch. mini invasiva)	70		
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	ponderale	
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	ponderale	
Atraumaticità	15	ponderale	
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	ponderale	
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	ponderale	

AZIENDA ASL LATINA
 Ospedale "S. Maria Goretti"
 U.O.C. Chirurgia di Livello
 Ospedale "S. Maria Goretti"
 Dirigente Medico Saverio MARI
 Direzione ESCO 154
 Telefono 111 110631090354
 DOTT. 111 110631090354

Lotti n° 18-19			Modalità di attribuzione	Punteggi
Proprietà dei dispositivi (Sacchetti per rimozione parti anatomiche)				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	70			
Sicurezza: tenuta del sacchetto alla trazione ed al peso	20	ponderale		
Atraumaticità	15	ponderale		
Versatilità: presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	ponderale		
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	15	ponderale		
	5	ponderale		

Lotti n° 20			Modalità di attribuzione	Punteggi
Proprietà dei dispositivi (Sistema per lavaggio laparoscopico)				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di azionamento del lavaggio/aspirazione	70			
Efficacia nell'azione di aspirazione e lavaggio	20	ponderale		
Atraumaticità	20	ponderale		
Tenuta delle connessioni (luer lock)	15	ponderale		
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	10	ponderale		
	5	ponderale		

Lotti n° 21			Modalità di attribuzione	Punteggi
Proprietà dei dispositivi (Strumentario monouso bipolare)	70			
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	ponderale		
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza, connessioni ed isolamento elettrici	15	ponderale		
Atraumaticità	15	ponderale		
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	ponderale		
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	ponderale		

Lotti n° 22			Modalità di attribuzione	Punteggi
Proprietà dei dispositivi (Manipoli elettrici monopolari)	70			
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	ponderale		
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza, connessioni ed isolamento elettrici	10	ponderale		
Atraumaticità	10	ponderale		
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	5	ponderale		
Qualità dei materiali: qualità generale dei materiali, caratteristiche qualitative dei pulsanti di attivazione	10	ponderale		
Compatibilità degli attacchi con i vari sistemi monopolari	10	ponderale		

ANDREA FALCINI
 Azienda Ospedaliera "S. Maria Goretti"
 Ospedale di Nardis
 UOC Chirurgia di Livello MARI
 Dirigente Scolastico
 Dott. Franco Scavone
 4110631003154

Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	ponderale	
---	---	-----------	--

Lotti n° 24- 25- 28		Modalità di attribuzione Punteggi	
Proprietà dei dispositivi (Strumenti monopolari multiuso per laparoscopia)	70		
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	ponderale	
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza, connessioni ed isolamento elettrici	10	ponderale	
Atraumaticità	15	ponderale	
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	10	ponderale	
Qualità dei materiali: durata dello strumento, resistenza alle sterilizzazioni, qualità delle connessioni	10	ponderale	
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	ponderale	

Azienda ASL LATINA
 Ospedale Materla Gorelli
 Servizio di Assistenza
 Chirurgica SANERIO
 S.C. Chirurgico SANERIO
 Direzione S.C. SANERIO
 111 11096310090303134
 DD

Lotti n° 23 - 27			Modalità di attribuzione	Punteggi
Proprietà dei dispositivi (Accessori e raccordi monopolari)	70			
Sicurezza: presenza e qualità dei sistemi di sicurezza, connessioni ed isolamento elettrici	25	ponderale		
Compatibilità degli attacchi con i vari sistemi monopolari	20	ponderale		
Qualità dei materiali	20	ponderale		
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	ponderale		

Lotti n° 26			Modalità di attribuzione	Punteggi
Proprietà dei dispositivi (Elettrodo di ritorno)	70			
Sicurezza: presenza e qualità dei sistemi di sicurezza, connessioni ed isolamento elettrici, quantità di gel che riveste l'elettrodo	25	ponderale		
Atraumaticità: qualità dell'adesivo	20	ponderale		
Qualità dei materiali	20	ponderale		
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	ponderale		

Lotti n° 29 -30 -31 -130-131-132-133			Modalità di attribuzione	Punteggi
Proprietà dei dispositivi (Strumentario monouso a forbice per chirurgia ad ultrasuoni)	70			
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	15	ponderale		
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti ad energia ad ultrasuoni o radiofrequenza ad un'unica macchina)	5	on/off		

Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuterà la migliore manovrabilità e comfort)	15	ponderale	
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	ponderale	
Capacità dello strumento di adattarsi ai mutamenti nelle condizioni del tessuto attraverso una modulazione automatica del livello di potenza	10	on/off	
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	4	Numero studi clinici (verranno valutati solo n. Studi clinici presentati con Impac factor >1)	* il punteggio sarà attribuito proporzionalmente applicando la seguente formula : Pi (punteggio azienda iesima)= Pmax (Punteggio massimo attribuibile alla valutazione migliore) x Numero degli studi presentati / Numero max studi presentati.
	3	Numero di studi clinici con livello di evidenza (secondo Oxford Centre for EBM)	* il punteggio sarà attribuito proporzionalmente applicando la seguente formula : Pi (punteggio azienda iesima)= Pmax (Punteggio massimo attribuibile alla valutazione migliore) x Numero degli studi presentati / Numero max studi presentati. Oxford centre for ebm (valuta il livello di evidenza): 1a - 1b punti 1,5 2a-2b punti 1 3a-3b punti 0,5
	3	Numero di studi con datazione maggiore	* Studi con datazione maggiore : < 5 anni punti 0 da 5 a 10 anni punti 1 > 10 anni punti 2

Lotti n° 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37		Modalità di attribuzione Punteggi
Proprietà dei dispositivi (Strumentario monouso con impugnatura a pistola per chirurgia ad ultrasuoni)	70	
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	15	ponderale
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti ad energia ad ultrasuoni o radiofrequenza ad un'unica macchina)	5	ponderale
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuterà la migliore manovrabilità e comfort)	15	ponderale
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	ponderale
Capacità di sintesi dei vasi per diametri superiori ai 5 mm, nonché la capacità dello strumento di adattarsi ai mutamenti nelle condizioni del tessuto attraverso una modulazione automatica del livello di potenza	10	on/off
	4	<p>Numero studi clinici (verranno valutati solo n. Studi clinici presentati con Impact factor >1)</p> <p>* il punteggio sarà attribuito proporzionalmente applicando la seguente formula : P_i (punteggio azienda iesima) = P_{max} (Punteggio massimo attribuibile alla valutazione migliore) x Numero degli studi presentati / Numero max studi presentati.</p>

Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto

	3	Numero di studi clinici con livello di evidenza (secondo Oxford Centre for EBM)	<p>* Il punteggio sarà attribuito proporzionalmente applicando la seguente formula :</p> $Pi \text{ (punteggio azienda iesima)} = P_{max} \text{ (Punteggio massimo attribuibile alla valutazione migliore)} \times \text{Numero degli studi presentati} / \text{Numero max studi presentati.}$ <p>Oxford centre for ebm (valuta il livello di evidenza):</p> <p>1a - 1b punti 1,5 2a-2b punti 1 3a-3b punti 0,5</p>
	3		

Lotti n° 38		Modalità di attribuzione Punteggi	
Proprietà dei dispositivi (Strumentario per chirurgia ad ultrasuoni cordless)	70		
Caratteristiche Tecniche dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	15	ponderale	
Versatilità d'uso: possibilità di utilizzo per chirurgia laparoscopica e/o a cielo aperto	5	on/off	
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuterà la migliore manovrabilità e comfort)	15	ponderale	
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	ponderale	
Capacità dello strumento di adattarsi ai mutamenti nelle condizioni del tessuto attraverso una modulazione automatica del livello di potenza	10	on/off	

AZIENDA ASL LATINA
 Ospedale "S. Maria Goretti"
 UOC Chirurgia Generale
 UOC Chirurgia del Livello
 Dirigente Medico SAVERIO MARI
 SOTTERRANEO SAVIERIO MARI
 Tel. 1198349903/54

<p>4</p>	<p>Numero studi clinici (Verranno valutati solo n. Studi clinici presentati con Impac factor >1)</p>	<p>* Il punteggio sarà attribuito proporzionalmente applicando la seguente formula: P_i (punteggio azienda i-esima) = P_{max} (Punteggio massimo attribuibile alla valutazione migliore) x Numero degli studi presentati / Numero max studi presentati.</p>
<p>3</p>	<p>Numero di studi clinici con livello di evidenza (secondo Oxford Centre for EBM)</p>	<p>* Il punteggio sarà attribuito proporzionalmente applicando la seguente formula: P_i (punteggio azienda i-esima) = P_{max} (Punteggio massimo attribuibile alla valutazione migliore) x Numero degli studi presentati / Numero max studi presentati. Oxford centre for ebm (valuta il livello di evidenza): 1a - 1b punti 1,5 2a-2b punti 1 3a-3b punti 0,5</p>
<p>3</p>	<p>Numero di studi con datazione maggiore</p>	<p>* Studi con datazione maggiore : < 5 anni punti 0 da 5 a 10 anni punti 1 > 10 anni punti 2</p>

Publicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto

ASST L'ANTINIA
 Azienda Sanitaria Locale
 Ospedale S. Maria Goretti
 Via Crispijn di Livorno
 100 Crivello
 00100 Roma
 D. Dir. Med. CO. SAN/54
 Dott. E. BIANCHI
 11111006310900354

Lotti n° 39 - 40 - 41 - 42- 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52		Modalità di attribuzione	Punteggi
Proprietà dei dispositivi (Strumentario per chirurgia a radio-frequenza)	70		
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	15	ponderale	
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti a diversa tipologia di energia: monopolare, bipolare, ultrasuoni)	5	on/off	
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuta la migliore manovrabilità e comfort)	15	ponderale	
Presenza di strumenti retti e curvi	5	on/off	
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	ponderale	
Ampiezza di gamma per destinazione d'uso (punteggio maggiore al più alto numero di procedure chirurgiche consentite)	5	lineare sul numero di strumenti offerti	
	4	Numero studi clinici (verranno valutati solo n. Studi clinici presentati con Impact factor >1)	* Il punteggio sarà attribuito proporzionalmente applicando la seguente formula : Pi (punteggio azienda iesima)= Pmax (Punteggio massimo attribuibile alla valutazione migliore) x Numero degli studi presentati / Numero max studi presentati.

Lotti n° 54 - 55 -56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61				
Proprietà dei dispositivi (Suturatrici lineari)	70			Modalità di attribuzione Punteggi
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	ponderale		
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	15	ponderale		
Sicurezza e qualità dei materiali : presenza di sistemi di sicurezza	15	ponderale		
Affidabilità e prestazione dello strumento: chiusura, posizionamento e tenuta del punto , corretta formazione del punto	20	ponderale		
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	ponderale		

Lotti n° 62- 63- 64- 65- 66- 67- 68- 69- 70				
Proprietà dei dispositivi (Suturatrici lineari taglia e cucì)	70			Modalità di attribuzione Punteggi
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	ponderale		
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	ponderale		
Sicurezza e qualità dei materiali : presenza di sistemi di sicurezza	15	ponderale		
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	ponderale		



Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	ponderale	
Lotti n°71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85			
Proprietà dei dispositivi (suturatrici CIRCOLARI)	70	Modalità di attribuzione	Punteggi
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	ponderale	
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	ponderale	
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	ponderale	
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	ponderale	
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	ponderale	
Lotti n° 86 -87			
Proprietà dei dispositivi suturatrici endoscopiche	70	Modalità di attribuzione	Punteggi
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	ponderale	
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	ponderale	
Sicurezza: qualità dei materiali e presenza di sistemi di sicurezza	20	ponderale	

AZIENDA ASL LATINA
 Ospedale "S. Maria Goretti"
 UOC Chirurgia Generale
 Dirigente Medico di Livello
 FRANCESCO SAVERIO MARI
 DOTT. FRANCESCO SAVERIO MARI
 111 4106349993154

Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento e tenuta del punto , corretta formazione del punto	20	ponderale	
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	ponderale	
Lotti n° 88-89-90-91			
Proprietà dei dispositivi (sutura) per la CURA DELLA MALATTIA EMORROIDARIA)			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto, completezza del kit anoscopio-dilatatore	15	ponderale	
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	ponderale	
Sicurezza: adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	ponderale	
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	ponderale	
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	ponderale	

AZIENDA ASL LATINA
 Ospedale S. Maria Goretti
 U.O.C. Chirurgia Generale
 Dirigente Medico S. LIVELLO MARI
 DOTT. FRANCO ESCO SAVINIO
 TEL. 06310903154

Lotti n° 92-93					
Proprietà dei dispositivi TAGLIA E CUCI CURVE	70				
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori dei tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto, completezza del kit anoscopio-dilatatore	15	ponderale			
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	ponderale			
Sicurezza: adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	ponderale			
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	ponderale			
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	ponderale			

Lotti n° 94					
Proprietà dei dispositivi monouso per borsa di tabacco	70				
Ampiezza della gamma	10	ponderale			
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	20	ponderale			
Sicurezza: adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	15	ponderale			
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di sutura, corretta formazione del punto di sutura	20	ponderale			
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	ponderale			

Lotti n° 95-96-97-98-99-100-101-102		Modalità di attribuzione	Punteggi
Proprietà dei dispositivi (applicatori di clips OPEN E LAPARO)	70		
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, caricamento delle clips completamente automatico, facilità di chiusura della clip, agevole chiusura del morso e conseguente azionamento	20	ponderale	
Sicurezza: chiusura regolare della clip, angolazione delle morse, capacità di emostasi, presenza di sistemi antiscivolamento della clip, feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza, presenza meccanismo anti caduta della clip	20	ponderale	
Versatilità: capacità di adattamento a diverse situazioni di emostasi (possibilità di utilizzo in diverse parti del corpo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	20	ponderale	
Ampiezza della gamma	5	ponderale	
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	ponderale	
Lotti n° 103		Modalità di attribuzione	
Proprietà dei dispositivi (sistema di legatura vascolare)	70		Punteggi
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura della clip, agevole chiusura del morso e conseguente azionamento	20	ponderale	
Sicurezza: chiusura regolare della clip, capacità di emostasi, presenza di sistemi antiscivolamento della clip, feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	20	ponderale	

ASL LATINA
 Azienda Ospedaliera "S. Maria Goretti"
 Ospedale "S. Maria Goretti"
 UO4 Chirurgia Generale
 Direttore Medico: SAVERIO MARI
 Direttore: FRANCESCO SARRI
 Tel. 1106310903194

Versatilità: capacità di adattamento a diverse situazioni di emostasi (possibilità di utilizzo in diverse parti del corpo, compatibilità con tessuti di diversi spessori	20	ponderale	
Ampiezza della gamma	5	ponderale	
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	ponderale	

Lotti n° 104-105-106-107-108-109-110		Modalità di attribuzione Punteggi	
Proprietà dei dispositivi (applicatori di clip per fissaggio reti)	70		
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	15	ponderale	
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza di idonei sistemi di sicurezza e atraumaricità	20	ponderale	
Tenuta e grado di penetrazione della clip con diversi orientamenti dello strumento	20	ponderale	
Sistema di controllo punti rimanenti	10	on/off	
Confezionamento- etichettatura: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	ponderale	

Lotti n° 124-125		Modalità di attribuzione Punteggi	
Proprietà dei dispositivi (reti e dispositivi per la chirurgia del pavimento pelvico)	70		
Manegevolezza: facilità di posizionamento in situ anatomico, morbidezza, adeguata elasticità per agevolare la fissazione	15	ponderale	
Qualità dei materiali, sicurezza del sistema, conformazione del manipolo introduttore, atramauticità	15	ponderale	
Porosità: dimensione dei pori	10	ponderale	

Spessore	10	ponderale	
Peso post-impianto (g/m2)	10	ponderale	
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto offerto	4	Numero studi clinici (verranno valutati solo n. Studi clinici presentati con Impac factor >1)	* il punteggio sarà attribuito proporzionalmente applicando la seguente formula : P_i (punteggio azienda lesima)= P_{max} (Punteggio massimo attribuibile alla valutazione migliore) x Numero degli studi presentati / Numero max studi presentati.
	3	Numero di studi clinici con livello di evidenza (secondo Oxford Centre for EBM)	* Il punteggio sarà attribuito proporzionalmente applicando la seguente formula : P_i (punteggio azienda lesima)= P_{max} (Punteggio massimo attribuibile alla valutazione migliore) x Numero degli studi presentati / Numero max studi presentati. Oxford centre for ebm (valuta il livello di evidenza): 1a - 1b punti 1,5 2a-2b punti 1 3a-3b punti 0,5
	3	Numero di studi con datazione maggiore	* Studi con datazione maggiore : < 5 anni punti 0 da 5 a 10 anni punti 1 > 10 anni punti 2

Lotti n° 111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-126-127-128			
Proprietà dei dispositivi (reti per chirurgia dell'ernia inguinali e dei laparoceli)	70	Modalità di attribuzione Punteggi	

Manegevolezza: facilità di posizionamento in situ anatomico, morbidezza, adeguata elasticità per agevolare la fissazione	15	ponderale	
Sagomabilità: possibilità di tagliare la rete nelle forme e misure adatte al sito senza sfilacciate e delaminazioni	10	ponderale	
Porosità: dimensione dei pori	10	ponderale	
Spessore	10	ponderale	
Peso post-impianto (g/m ²)	10	ponderale	
Memoria di forma: capacità delle rete di riassumere la forma originaria	5	ponderale	
	4	Numero studi clinici (verranno valutati solo n. Studi clinici presentati con Impact factor >1)	* Il punteggio sarà attribuito proporzionalmente applicando la seguente formula : Pi (punteggio azienda iesima)= Pmax (Punteggio massimo attribuibile alla valutazione migliore) x Numero degli studi presentati / Numero max studi presentati.
3		Numero di studi clinici con livello di evidenza (Secondo Oxford Centre for EBM)	* Il punteggio sarà attribuito proporzionalmente applicando la seguente formula : Pi (punteggio azienda iesima)= Pmax (Punteggio massimo attribuibile alla valutazione migliore) x Numero degli studi presentati / Numero max studi presentati. Oxford centre for ebm (valuta il livello di evidenza): 1a - 1b punti 1,5 2a-2b punti 1 3a-3b punti 0,5

Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto offerto

	3	Numero di studi con datazione maggiore	* Studi con datazione maggiore : < 5 anni punti 0 da 5 a 10 anni punti 1 > 10 anni punti 2
* <i>oxford centre for ebm:</i>	1a - 1b	1,5	
valuta il livello di evidenza	2a-2b	1	
	3a-3b	0,5	
* <i>studi con datazione maggiore:</i>			
	< 5 anni	0	
	da 5 a 10 anni	1	
	> 10 anni	2	

SISTEMI EDI DRENAGGIO			
Lotto n° 134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145-146			
Proprietà dei dispositivi (drenaggi)	70		
Caratteristiche del materiale	20	ponderale	
Corrispondenza alle esigenze di manualità, praticità e funzionalità di impiego	20	ponderale	
Affidabilità e sicurezza d'uso	20	ponderale	
Confezionamento- etichettatura: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	10	ponderale	

AZIENDA ASL LATINA
 Ospedale S. Maria Goretti
 Direzione Generale
 Direttore Medico di I livello
 FRANCESCO SAVIERIO MARI
 DOT. FRANCESCO SAVIERIO MARI
 111 1106310903154