

AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA

LOTTO n° 13: diagnosi di infezioni fungine - Sierologia Infettiva “A” IMPORTO ANNUO A BASE D'ASTA € €. 14.610,00 + IVA CIG:8291914FE2 U.O.C. PATOLOGIA CLINICA P.O. NORD – LATINA

Fornitura di sistemi e reagenti per indagini diagnostiche per i Laboratori di Patologia Clinica.

Sistema automatizzato per indagini diagnostiche per **la diagnosi di infezioni fungine - Sierologia Infettiva “A”**.

In relazione agli obiettivi generali che l'Azienda intende raggiungere, i Laboratori necessitano di attrezzatura analitica che permetta il consolidamento dei test in gara su di un unico sistema analitico, intendendo per sistema analitico un insieme di N (N= 1,2,3) analizzatori gestiti in modo integrato tramite sistema informatico e/o modularità e/o gestione unitaria e/o automatizzata del campione con conseguente riduzione del numero di analizzatori e di provette primarie necessarie. Il sistema analitico offerto deve essere in grado di eseguire almeno il 90% degli esami previsti nel lotto.

L'acquisizione del nuovo sistema deve consentire:

- il consolidamento del maggior numero di test di richiesti
- l'utilizzo di una sola provetta per il dosaggio del maggior numero possibile di analiti;
- la riduzione del TAT strumentale;
- la riduzione del numero di operatori necessari per la esecuzione delle analisi oggetto del presente lotto;
- la riduzione del rischio biologico per gli operatori

Le caratteristiche di minima sotto elencate si riferiscono all' intero sistema sistema, sia esso costituito da più analizzatori stand alone, da sistemi integrati e/o da più analizzatori collegati ad un sistema di automazione.

Caratteristiche fondamentali richieste al sistema:

1	Sistema nuovo di fabbrica e dotato di sistema per la continuità elettrica
2	Deve lavorare su provetta primaria
3	Deve possedere tecnologia di rivelazione non RIA ne Micropiastra
4	Almeno 15 posizioni per campioni
5	Deve essere interfacciabile ed interfacciato bidirezionalmente con il sistema gestionale del Laboratorio (ENGISANITA')
6	Assistenza tecnica e manutenzione full risk con intervento sul posto entro 24 ore solari dalla chiamata

N.B. Pena esclusione, nella compilazione delle offerte le ditte devono tenere conto dei tempi di scadenza dei reattivi e della loro stabilità a bordo macchina per la copertura di tutte le sedute analitiche previste

ELEMENTI VALUTABILI – SIEROLOGIA INFETTIVA “A”

Descrizione	Punteggio max	Tabella D (criteri discrezionali)	Tabella Q (criteri quantitativi)	Tabella T (criteri tabellari)
-------------	---------------	--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Strumentazione in grado di processare monotest <i>si/no</i>	5			X
Caricamento in continuo dei test urgenti <i>si/no</i>	8			X

Riconoscimento tramite barcode dei campioni <i>si/no</i>	3			X
Pretrattamento termico del campione ad almeno 50 °C <i>si/no</i>	5			X
Tempi di refertazione <i>relazionale</i>	<i>max punti 3 (inversamente proporzionale)</i>		X	
Limite massimo di rilevazione > di 575 pg/ml <i>si/no</i>	8			X
Controlli inclusi nel kit <i>si/no</i>	5			X
Possibilità di processare campioni di siero e plasma <i>si/no</i>	10			X
Range dinamico di misurazione da 15 pg/ml a 590 pg/ml <i>si/no</i>	8			X
Reazione basata sul LAL (Atlantic Limulus Polyphemus) <i>si/no</i>	5			X
Tempo di intervento sul posto inferiore al minimo richiesto <i>relazionale proporzionale</i>	<i>max punti 4 (direttamente proporzionale)</i>		X	
Reperibilità telefonica h 24, per l'intero sistema analitico fornito <i>si/no</i>	3			X
Assistenza tecnica con intervento in Laboratorio inclusi il sabato e i prefestivi <i>si/no</i>	3			X

P.O.N. LATINA – OSPEDALE SANTA MARIA GORETTI		
LOTTO – SIEROLOGIA INFETTIVA “A”		
DESCRIZIONE	TEST/ANNO REFERTATI	N. SEDUTE/ANNO

1,3 Beta - D Glucano	200	50
----------------------	-----	----