

GARA D'APPALTO NELLA FORMA DELLA PROCEDURA APERTA, DA ESPLETARSI IN MODALITÀ TELEMATICA SU PIATTAFORMA TELEMATICA S.TEL.LA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ARTICOLATA IN N. 33 LOTTI, DA AGGIUDICARSI SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA EX ART. 95 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO, PER 24 MESI, DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI OTORINOLARINGOIATRIA, OCCORRENTI ALLA ASL DI LATINA

N. GARA ANAC: 8332032

**VERBALE DELLA COMMISSIONE
– IV° SEDUTA TECNICA - RISERVATA - DEL 13.10.2022**

Il giorno 13.10.2022, alle ore 11.00 si è riunita, in seduta riservata, da remoto, la Commissione Giudicatrice della gara in oggetto, nominata con Deliberazione n. 473/2022.

La Commissione risulta presente nelle persone dei seguenti componenti:

Presidente: Prof. Andrea Gallo (presso gli uffici della UOC Assistenza farmaceutica);

Componente: Dott. Salvatore Martellucci (presso gli uffici della UOC Assistenza farmaceutica);

Componente: Dott. Luigi Montecchiesi (presso gli uffici della UOC Assistenza farmaceutica);

Segretario non componente: Sig.ra Alessandra Di Paolo (collegata da remoto dagli uffici della UOC Procedure di Acquisti e Contratti);

Richiamato il verbale della seduta riservata svoltasi nella giornata del 12.10.2022, nella quale si è provveduto alla disamina della documentazione tecnica presentata relativamente ai **lotti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, e 9** la Commissione procede alla disamina della documentazione tecnica presentata relativamente al **lotto n. 10.**

La Commissione procede quindi alla lettura ed esame della scheda tecnica presentata dalla ditta **OLYMPUS ITALIA SRL.**

All'esito della disamina della scheda tecnica, la Commissione ritiene di aver acquisito elementi sufficienti a dichiarare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico.

Pertanto, la Commissione procede alla apertura della scatola contenente la campionatura del lotto in questione trasmessa dalla citata ditta e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

IL PRESIDENTE
Prof. Andrea Gallo

I COMMISSARI
Dott.ri Salvatore Martellucci e Luigi Montecchiesi

IL SEGRETARIO
Sig.ra Alessandra Di Paolo

DITTA: OLYMPUS LOTTO: 10	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SALAVATORE MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Gamma misure disponibili	10	discrezionale	OTTIMO massima rispondenza alle varie esigenze operative	OTTIMO massima rispondenza alle varie esigenze operative	OTTIMO massima rispondenza alle varie esigenze operative
Grado di compressione ed atraumaticità per i tessuti durante l'inserimento	20	discrezionale	OTTIMO i tamponi garantiscono la minima traumaticità	OTTIMO i tamponi garantiscono la minima traumaticità	OTTIMO i tamponi garantiscono la minima traumaticità
Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	discrezionale	BUONO facile apertura	BUONO facile apertura	BUONO facile apertura
Resistenza	15	discrezionale	OTTIMO ottima resistenza alla trazione e alla torsione	OTTIMO ottima resistenza alla trazione e alla torsione	OTTIMO ottima resistenza alla trazione e alla torsione
Capacità emostatica e di assorbimento di liquidi	20	discrezionale	OTTIMO eccellente capacità emostatica	OTTIMO eccellente capacità emostatica	OTTIMO eccellente capacità emostatica

La Commissione procede quindi alla lettura ed esame della scheda tecnica presentata dalla ditta **VE.DISE HOSPITAL**

All'esito della disamina della scheda tecnica, la Commissione ritiene di aver acquisito elementi sufficienti a dichiarare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico.

Pertanto, la Commissione procede alla apertura della scatola contenente la campionatura del lotto in questione trasmessa dalla citata ditta e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: VEDISE LOTTO: 10	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SALAVATORE MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Gamma misure disponibili	10	discrezionale	OTTIMO massima rispondenza alle varie esigenze operative	OTTIMO massima rispondenza alle varie esigenze operative	OTTIMO massima rispondenza alle varie esigenze operative
Grado di compressione ed atraumaticità per i tessuti durante l'inserimento	20	discrezionale	OTTIMO i tamponi garantiscono la minima traumaticità	OTTIMO i tamponi garantiscono la minima traumaticità	OTTIMO i tamponi garantiscono la minima traumaticità
Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	discrezionale	BUONO facile apertura	BUONO facile apertura	BUONO facile apertura
Resistenza	15	discrezionale	OTTIMO ottima resistenza alla trazione e alla torsione	OTTIMO ottima resistenza alla trazione e alla torsione	OTTIMO ottima resistenza alla trazione e alla torsione
Capacità emostatica e di assorbimento di liquidi	20	discrezionale	BUONO soddisfacente capacità emostatica	BUONO soddisfacente capacità emostatica	BUONO soddisfacente capacità emostatica

IL PRESIDENTE
Prof. Andrea Gallo

I COMMISSARI
Dott.ri Salvatore Martellucci e Luigi Montecchiesi

IL SEGRETARIO
Sig.ra Alessandra Di Paolo

La Commissione procede quindi alla lettura ed esame della scheda tecnica presentata dalla ditta **EFFEBI HOSPITAL SRL**

All'esito della disamina della scheda tecnica, la Commissione ritiene di aver acquisito elementi sufficienti a dichiarare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico.

Pertanto, la Commissione procede alla apertura della scatola contenente la campionatura del lotto in questione trasmessa dalla citata ditta e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: EFFEBI LOTTO: 10	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SALAVATORE	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Gamma misure disponibili	10	discrezionale	OTTIMO massima rispondenza alle varie esigenze operative	OTTIMO massima rispondenza alle varie esigenze operative	OTTIMO massima rispondenza alle varie esigenze operative
Grado di compressione ed atraumaticità per i tessuti durante l'inserimento	20	discrezionale	OTTIMO i tamponi garantiscono la minima traumaticità	OTTIMO i tamponi garantiscono la minima traumaticità	OTTIMO i tamponi garantiscono la minima traumaticità
Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	discrezionale	OTTIMO la confezione rende l'apertura agevole anche con i guanti	OTTIMO la confezione rende l'apertura agevole anche con i guanti	OTTIMO la confezione rende l'apertura agevole anche con i guanti
Resistenza	15	discrezionale	BUONO buona resistenza alla trazione e alla torsione	OTTIMO ottima resistenza alla trazione e alla torsione	OTTIMO ottima resistenza alla trazione e alla torsione
Capacità emostatica e di assorbimento di liquidi	20	discrezionale	BUONO soddisfacente capacità emostatica	BUONO soddisfacente capacità emostatica	BUONO soddisfacente capacità emostatica

La Commissione procede quindi alla lettura ed esame della scheda tecnica presentata dalla ditta **MEDIVAL SRL**

All'esito della disamina della scheda tecnica, la Commissione ritiene di aver acquisito elementi sufficienti a dichiarare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico.

Pertanto, la Commissione procede alla apertura della scatola contenente la campionatura del lotto in questione trasmessa dalla citata ditta e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

IL PRESIDENTE
Prof. Andrea Gallo

I COMMISSARI
Dott.ri Salvatore Martellucci e Luigi Montecchiesi

IL SEGRETARIO
Sig.ra Alessandra Di Paolo

DITTA: MEDIVAL LOTTO: 10	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SALAVATORE MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Gamma misure disponibili	10	discrezionale	OTTIMO massima rispondenza alle varie esigenze	OTTIMO massima rispondenza alle varie esigenze	OTTIMO massima rispondenza alle varie esigenze
Grado di compressione ed atraumaticità per i tessuti durante l'inserimento	20	discrezionale	DISCRETO la superficie del tampone suggerisce possibili traumi all'inserimento	DISCRETO la superficie del tampone suggerisce possibili traumi all'inserimento	DISCRETO la superficie del tampone suggerisce possibili traumi all'inserimento
Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	discrezionale	BUONO facile apertura	BUONO facile apertura	BUONO facile apertura
Resistenza	15	discrezionale	BUONO buona resistenza alla trazione e alla torsione	BUONO buona resistenza alla trazione e alla torsione	BUONO buona resistenza alla trazione e alla torsione
Capacità emostatica e di assorbimento di liquidi	20	discrezionale	BUONO soddisfacente capacità emostatica	BUONO soddisfacente capacità emostatica	BUONO soddisfacente capacità emostatica

La Commissione procede quindi alla lettura ed esame della scheda tecnica presentata dalla ditta **MEDTRONIC ITALIA SPA**

All'esito della disamina della scheda tecnica, la Commissione ritiene di aver acquisito elementi sufficienti a dichiarare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico.

Pertanto, la Commissione procede alla apertura della scatola contenente la campionatura del lotto in questione trasmessa dalla citata ditta e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: MEDTRONIC LOTTO: 10	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SALAVATORE MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Gamma misure disponibili	10	discrezionale	OTTIMO massima rispondenza alle varie esigenze	OTTIMO massima rispondenza alle varie esigenze	OTTIMO massima rispondenza alle varie esigenze
Grado di compressione ed atraumaticità per i tessuti durante l'inserimento	20	discrezionale	OTTIMO i tamponi garantiscono la minima traumaticità	OTTIMO i tamponi garantiscono la minima traumaticità	OTTIMO i tamponi garantiscono la minima traumaticità
Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	discrezionale	BUONO facile apertura	BUONO facile apertura	BUONO facile apertura
Resistenza	15	discrezionale	OTTIMO ottima resistenza alla trazione e alla torsione	OTTIMO ottima resistenza alla trazione e alla torsione	OTTIMO ottima resistenza alla trazione e alla torsione
Capacità emostatica e di assorbimento di liquidi	20	discrezionale	OTTIMO eccellente capacità emostatica	OTTIMO eccellente capacità emostatica	OTTIMO eccellente capacità emostatica

La Commissione procede quindi alla lettura ed esame della scheda tecnica presentata dalla ditta **MONDOMED ITALIA**

IL PRESIDENTE
Prof. Andrea Gallo

I COMMISSARI
Dott.ri Salvatore Martellucci e Luigi Montecchiesi

IL SEGRETARIO
Sig.ra Alessandra Di Paolo

All'esito della disamina della scheda tecnica e alla apertura della scatola contenente la campionatura del lotto in questione trasmessa dalla citata ditta e alla valutazione dei campioni, la Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi

DITTA: MONDOMED LOTTO: 10	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SALVATORE MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Gamma misure disponibili	10	discrezionale	BUONO le misure proposte coprono buona parte delle necessità di utilizzo	BUONO le misure proposte coprono buona parte delle necessità di utilizzo	BUONO le misure proposte coprono buona parte delle necessità di utilizzo
Grado di compressione ed atraumaticità per i tessuti durante l'inserimento	20	discrezionale	INSUFFICIENTE il tampone presenta delle angolature troppo accentuate e si presenta ruvido al tatto	INSUFFICIENTE il tampone presenta delle angolature troppo accentuate e si presenta ruvido al tatto	INSUFFICIENTE il tampone presenta delle angolature troppo accentuate e si presenta ruvido al tatto
Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	discrezionale	BUONO facile apertura	BUONO facile apertura	BUONO facile apertura
Resistenza	15	discrezionale	INSUFFICIENTE il tampone si presenta rigido e mostra scarsa resistenza alle sollecitazioni	INSUFFICIENTE il tampone si presenta rigido e mostra scarsa resistenza alle sollecitazioni	INSUFFICIENTE il tampone si presenta rigido e mostra scarsa resistenza alle sollecitazioni
Capacità emostatica e di assorbimento di liquidi	20	discrezionale	SUFFICIENTE accettabile capacità emostatica	SUFFICIENTE accettabile capacità emostatica	SUFFICIENTE accettabile capacità emostatica

Successivamente la Commissione procede alla disamina della documentazione tecnica presentata relativamente al **lotto n. 11.**

La Commissione procede quindi alla lettura ed esame della scheda tecnica presentata dalla ditta **MEDTRONIC ITALIA SPA**

All'esito della disamina della scheda tecnica, la Commissione ritiene di aver acquisito elementi sufficienti a dichiarare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico.

Pertanto, la Commissione procede alla apertura della scatola contenente la campionatura del lotto in questione trasmessa dalla citata ditta e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

IL PRESIDENTE
Prof. Andrea Gallo

I COMMISSARI
Dott.ri Salvatore Martellucci e Luigi Montecchiesi

IL SEGRETARIO
Sig.ra Alessandra Di Paolo

DITTA: MEDTRONIC LOTTO: 11	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SALAVATORE	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Gamma misure disponibili	5	discrezionale	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo
Facilità e praticità di utilizzazione	20	discrezionale	BUONO semplice nell'utilizzo	BUONO semplice nell'utilizzo	BUONO semplice nell'utilizzo
Adattabilità alla superficie nasale	20	discrezionale	BUONO adattabile al dorso nasale	BUONO adattabile al dorso nasale	BUONO adattabile al dorso nasale
Capacità adesiva alla superficie nasale	20	discrezionale	BUONO soddisfacente adesività	BUONO soddisfacente adesività	BUONO soddisfacente adesività
Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	discrezionale	BUONO soddisfacente confezionamento, etichettatura adeguata	BUONO soddisfacente confezionamento, etichettatura adeguata	BUONO soddisfacente confezionamento, etichettatura adeguata

La Commissione procede quindi alla lettura ed esame della scheda tecnica presentata dalla ditta **SEDA SPA**

All'esito della disamina della scheda tecnica, la Commissione ritiene di aver acquisito elementi sufficienti a dichiarare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico.

Pertanto, la Commissione procede alla apertura della scatola contenente la campionatura del lotto in questione trasmessa dalla citata ditta e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: SEDA LOTTO: 11	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SALAVATORE MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Gamma misure disponibili	5	discrezionale	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo
Facilità e praticità di utilizzazione	20	discrezionale	BUONO semplice nell'utilizzo	BUONO semplice nell'utilizzo	BUONO semplice nell'utilizzo
Adattabilità alla superficie nasale	20	discrezionale	BUONO adattabile al dorso nasale	BUONO adattabile al dorso nasale	BUONO adattabile al dorso nasale
Capacità adesiva alla superficie nasale	20	discrezionale	BUONO soddisfacente adesività	BUONO soddisfacente adesività	BUONO soddisfacente adesività
Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	discrezionale	BUONO soddisfacente confezionamento, etichettatura adeguata	BUONO soddisfacente confezionamento, etichettatura adeguata	BUONO soddisfacente confezionamento, etichettatura adeguata

Sempre con riferimento al lotto 11, la Commissione procede quindi alla lettura ed esame della scheda tecnica presentata dalla ditta **VE.DI.SE HOSPITAL**.

All'esito della disamina della scheda tecnica, la Commissione ritiene di aver acquisito elementi sufficienti a dichiarare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico.

IL PRESIDENTE
Prof. Andrea Gallo

I COMMISSARI
Dott.ri Salvatore Martellucci e Luigi Montecchiesi

IL SEGRETARIO
Sig.ra Alessandra Di Paolo

Pertanto, la Commissione procede alla apertura della scatola contenente la campionatura del lotto in questione trasmessa dalla citata ditta e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: VEDISE LOTTO: 11	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SALVATORE MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Gamma misure disponibili	5	discrezionale	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo
Facilità e praticità di utilizzazione	20	discrezionale	BUONO semplice nell'utilizzo	BUONO semplice nell'utilizzo	BUONO semplice nell'utilizzo
Adattabilità alla superficie nasale	20	discrezionale	BUONO adattabile al dorso nasale	BUONO adattabile al dorso nasale	BUONO adattabile al dorso nasale
Capacità adesiva alla superficie nasale	20	discrezionale	BUONO soddisfacente adesività	BUONO soddisfacente adesività	BUONO soddisfacente adesività
Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	discrezionale	BUONO soddisfacente confezionamento, etichettatura adeguata	BUONO soddisfacente confezionamento, etichettatura adeguata	BUONO soddisfacente confezionamento, etichettatura adeguata

Successivamente la Commissione procede alla disamina della documentazione tecnica presentata relativamente al **lotto n. 12.**

La Commissione procede quindi alla lettura ed esame della scheda tecnica presentata dalla ditta **VE.DISE HOSPITAL.**

All'esito della disamina della scheda tecnica, la Commissione ritiene di aver acquisito elementi sufficienti a dichiarare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico.

Pertanto, la Commissione procede alla apertura della scatola contenente la campionatura del lotto in questione trasmessa dalla citata ditta e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

IL PRESIDENTE
Prof. Andrea Gallo

I COMMISSARI
Dott.ri Salvatore Martellucci e Luigi Montecchiesi

IL SEGRETARIO
Sig.ra Alessandra Di Paolo

DITTA: VEDISE LOTTO: 12	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SALAVATORE MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Gamma misure disponibili	5	discrezionale	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo
Facilità e praticità di utilizzazione	20	discrezionale	BUONO semplice nell'utilizzo	BUONO semplice nell'utilizzo	BUONO semplice nell'utilizzo
Adattabilità alla superficie nasale	20	discrezionale	BUONO adattabile al dorso nasale	BUONO adattabile al dorso nasale	BUONO adattabile al dorso nasale
Capacità adesiva alla superficie nasale	20	discrezionale	BUONO soddisfacente adesività	BUONO soddisfacente adesività	BUONO soddisfacente adesività
Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	discrezionale	BUONO soddisfacente confezionamento, etichettatura adeguata	BUONO soddisfacente confezionamento, etichettatura adeguata	BUONO soddisfacente confezionamento, etichettatura adeguata

La Commissione procede quindi alla lettura ed esame della scheda tecnica presentata dalla ditta **SEDA SPA**

All'esito della disamina della scheda tecnica, la Commissione ritiene di aver acquisito elementi sufficienti a dichiarare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico.

Pertanto, la Commissione procede alla apertura della scatola contenente la campionatura del lotto in questione trasmessa dalla citata ditta e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: SEDA LOTTO: 12	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SALAVATORE MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Gamma misure disponibili	5	discrezionale	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo
Facilità e praticità di utilizzazione	20	discrezionale	BUONO semplice nell'utilizzo	BUONO semplice nell'utilizzo	BUONO semplice nell'utilizzo
Adattabilità alla superficie nasale	20	discrezionale	BUONO adattabile al dorso nasale	BUONO adattabile al dorso nasale	BUONO adattabile al dorso nasale
Capacità adesiva alla superficie nasale	20	discrezionale	BUONO soddisfacente adesività	BUONO soddisfacente adesività	BUONO soddisfacente adesività
Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	discrezionale	BUONO soddisfacente confezionamento, etichettatura adeguata	BUONO soddisfacente confezionamento, etichettatura adeguata	BUONO soddisfacente confezionamento, etichettatura adeguata

IL PRESIDENTE
Prof. Andrea Gallo

I COMMISSARI
Dott.ri Salvatore Martellucci e Luigi Montecchiesi

IL SEGRETARIO
Sig.ra Alessandra Di Paolo

La Commissione procede quindi alla lettura ed esame della scheda tecnica presentata dalla ditta **MEDTRONIC ITALIA SPA.**

All'esito della disamina della scheda tecnica, la Commissione ritiene di aver acquisito elementi sufficienti a dichiarare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico.

Pertanto, la Commissione procede alla apertura della scatola contenente la campionatura del lotto in questione trasmessa dalla citata ditta e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: MEDTRONIC LOTTO: 12	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SALAVATORE MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Gamma misure disponibili	5	discrezionale	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo
Facilità e praticità di utilizzazione	20	discrezionale	BUONO semplice nell'utilizzo	BUONO semplice nell'utilizzo	BUONO semplice nell'utilizzo
Adattabilità alla superfice nasale	20	discrezionale	BUONO adattabile al dorso nasale	BUONO adattabile al dorso nasale	BUONO adattabile al dorso nasale
Capacità adesiva alla superfice nasale	20	discrezionale	BUONO soddisfacente adesività	BUONO soddisfacente adesività	BUONO soddisfacente adesività
Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	discrezionale	BUONO soddisfacente confezionamento, etichettatura adeguata	BUONO soddisfacente confezionamento, etichettatura adeguata	BUONO soddisfacente confezionamento, etichettatura adeguata

Successivamente la Commissione procede alla disamina della documentazione tecnica presentata relativamente al **lotto n. 13.**

La Commissione procede quindi alla lettura ed esame della scheda tecnica presentata dalla ditta **MEDTRONIC ITALIA SPA.**

All'esito della disamina della scheda tecnica, la Commissione ritiene di aver acquisito elementi sufficienti a dichiarare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico.

Pertanto, la Commissione procede alla apertura della scatola contenente la campionatura del lotto in questione trasmessa dalla citata ditta e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

IL PRESIDENTE
Prof. Andrea Gallo

IL COMMISSARI
Dott.ri Salvatore Martellucci e Luigi Montecchiesi

IL SEGRETARIO
Sig.ra Alessandra Di Paolo

DITTA: MEDTRONIC LOTTO: 13	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SALVATORE MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Disponibilità assistenza tecnica e muletto (on/off)	10	tabellare	SI	SI	SI
Efficacia di frantumazione ed aspirazione dei tessuti	15	discrezionale	OTTIMO eccellente attività di frantumazione e aspirazione	OTTIMO eccellente attività di frantumazione e aspirazione	OTTIMO eccellente attività di frantumazione e aspirazione
Facilità di inserimento e rimozione dello strumento nel manipolo	15	discrezionale	OTTIMO inserimento e rimozione rapidi ed agevoli	OTTIMO inserimento e rimozione rapidi ed agevoli	OTTIMO inserimento e rimozione rapidi ed agevoli
Regolazione dei parametri anche tramite pedali e/o manipolo (on/off)	10	tabellare	SI	SI	SI
Gamma misure e forme disponibili	15	discrezionale	OTTIMO le misure proposte coprono le necessità di utilizzo	OTTIMO le misure proposte coprono le necessità di utilizzo	OTTIMO le misure proposte coprono le necessità di utilizzo
Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	discrezionale	OTTIMO confezionamento curato, etichettatura adeguata	OTTIMO confezionamento curato, etichettatura adeguata	OTTIMO confezionamento curato, etichettatura adeguata

La Commissione procede quindi alla lettura ed esame della scheda tecnica presentata dalla ditta **OLYMPUS ITALIA SRL**

All'esito della disamina della scheda tecnica, la Commissione ritiene di aver acquisito elementi sufficienti a dichiarare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico.

Pertanto, la Commissione procede alla apertura della scatola contenente la campionatura del lotto in questione trasmessa dalla citata ditta e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: OLYMPUS LOTTO: 13	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SALVATORE MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Disponibilità assistenza tecnica e muletto (on/off)	10	tabellare	SI	SI	SI
Efficacia di frantumazione ed aspirazione dei tessuti	15	discrezionale	BUONO adeguata attività di frantumazione e aspirazione	BUONO adeguata attività di frantumazione e aspirazione	BUONO adeguata attività di frantumazione e aspirazione
Facilità di inserimento e rimozione dello strumento nel manipolo	15	discrezionale	BUONO inserimento e rimozione agevoli	BUONO inserimento e rimozione agevoli	BUONO inserimento e rimozione agevoli
Regolazione dei parametri anche tramite pedali e/o manipolo (on/off)	10	tabellare	SI	SI	SI
Gamma misure e forme disponibili	15	discrezionale	SUFFICIENTE le misure proposte coprono adeguatamente le necessità di utilizzo ma la forma e le dimensioni sembrano poco adeguate	SUFFICIENTE le misure proposte coprono adeguatamente le necessità di utilizzo ma la forma e le dimensioni sembrano poco adeguate	SUFFICIENTE le misure proposte coprono adeguatamente le necessità di utilizzo ma la forma e le dimensioni sembrano poco adeguate
Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	discrezionale	SUFFICIENTE confezionamento ed etichettatura accettabili	SUFFICIENTE confezionamento ed etichettatura accettabili	SUFFICIENTE confezionamento ed etichettatura accettabili

IL PRESIDENTE
Prof. Andrea Gallo

I COMMISSARI
Dott.ri Salvatore Martellucci e Luigi Montecchiesi

IL SEGRETARIO
Sig.ra Alessandra Di Paolo

Su indicazioni del Presidente, tutta la campionatura viene nuovamente sigillata al fine di essere riconsegnata alla Farmacia Aziendale, ove viene custodita.

Alle ore 14.55 la Commissione conclude i lavori, rinviando la prosecuzione della fase valutativa delle ulteriori ditte in gara a data da concordare.

L.C.S.

Latina, 13.10.2022

Il Presidente della Commissione giudicatrice

Prof. Andrea Gallo

Il Commissario


Dott. Salvatore Martellucci

Il Commissario

Dott. Luigi Montecchiesi

Il Segretario non componente

Sig.ra Alessandra Di Paolo



IL PRESIDENTE
Prof. Andrea Gallo



IL COMMISSARI
Dott.ri Salvatore Martellucci e Luigi Montecchiesi



IL SEGRETARIO
Sig.ra Alessandra Di Paolo



