

GARA D'APPALTO NELLA FORMA DELLA PROCEDURA APERTA, DA ESPLETARSI IN MODALITÀ TELEMATICA SU PIATTAFORMA TELEMATICA S.TEL.LA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ARTICOLATA IN N. 33 LOTTI, DA AGGIUDICARSI SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA EX ART. 95 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO, PER 24 MESI, DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI OTORINOLARINGOIATRIA, OCCORRENTI ALLA ASL DI LATINA

N. GARA ANAC: 8332032

VERBALE DELLA COMMISSIONE
- V° SEDUTA TECNICA - RISERVATA - DEL 14.10.2022

Il giorno 14.10.2022, alle ore 09.30 si è riunita, in seduta riservata, da remoto, la Commissione Giudicatrice della gara in oggetto, nominata con Deliberazione n. 473/2022.

La Commissione risulta presente nelle persone dei seguenti componenti:

Presidente: Prof. Andrea Gallo (presso gli uffici della UOC Assistenza farmaceutica);

Componente: Dott. Salvatore Martellucci (presso gli uffici della UOC Assistenza farmaceutica);

Componente: Dott. Luigi Montecchiesi (presso gli uffici della UOC Assistenza farmaceutica);

Segretario non componente: Sig.ra Alessandra Di Paolo (collegata da remoto dagli uffici della UOC Procedure di Acquisti e Contratti);

Richiamato il verbale della seduta riservata svoltasi nella giornata del 13.10.2022, nella quale si è provveduto alla disamina della documentazione tecnica presentata relativamente ai **lotti 10, 11, 12 e 13**, la Commissione procede alla disamina della documentazione tecnica presentata relativamente al **lotto n. 14.**

La Commissione procede quindi alla lettura ed esame della scheda tecnica presentata dalla ditta **MEDTRONIC ITALIA SPA.**

All'esito della disamina della scheda tecnica, dopo aver aperto la scatola dei campioni ed aver valutato i campioni presenti ritiene di aver acquisito elementi sufficienti a dichiarare la **NON sussistenza** dei requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico per assenza di contro cannula a baionetta girevole.

Alla luce di quanto sopra, la Commissione dispone l'esclusione delle ditte in parola. Tale decisione verrà comunicata al RUP per i provvedimenti di competenza all'esito delle operazioni valutative.

IL PRESIDENTE
Prof. Andrea Gallo

I COMMISSARI
Dott.ri Salvatore Martellucci e Luigi Montecchiesi

IL SEGRETARIO
Sig.ra Alessandra Di Paolo

La Commissione procede quindi alla lettura ed esame della scheda tecnica presentata dalla ditta **TELEFLEX MEDICAL SRL**.

All'esito della disamina della scheda tecnica, la Commissione ritiene di aver acquisito elementi sufficienti a dichiarare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico.

Pertanto, la Commissione procede alla apertura della scatola contenente la campionatura del lotto in questione trasmessa dalla citata ditta e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: TELEFLEX LOTTO: 14	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SALVATORE MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Resistenza del materiale ed affidabilità della cannula	25	discrezionale	SUFFICIENTE scarsa resistenza della cannula	SUFFICIENTE scarsa resistenza della cannula	SUFFICIENTE scarsa resistenza della cannula
Presenza di metalline e sistema di fissaggio nella confezione (on/off)	10	tabellare	off	off	off
Caratteristiche di maneggevolezza e facilità nell'inserimento della cannula nel tracheostoma	30	discrezionale	SUFFICIENTE poco maneggevole	SUFFICIENTE poco maneggevole	SUFFICIENTE poco maneggevole
Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	discrezionale	DISCRETO bassa praticità di apertura	DISCRETO bassa praticità di apertura	DISCRETO bassa praticità di apertura

La Commissione procede quindi alla lettura ed esame della scheda tecnica presentata dalla ditta **VE.DI.SE HOSPITAL**

All'esito della disamina della scheda tecnica, la Commissione ritiene di aver acquisito elementi sufficienti a dichiarare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico.

Pertanto, la Commissione procede alla apertura della scatola contenente la campionatura del lotto in questione trasmessa dalla citata ditta e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

IL PRESIDENTE
Prof. Andrea Gallo

I COMMISSARI
Dott.ri Salvatore Martellucci e Luigi Montecchiesi

IL SEGRETARIO
Sig.ra Alessandra Di Paolo

DITTA: VEDISE LOTTO: 14	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SALAVATORE MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Resistenza del materiale ed affidabilità della cannula	25	discrezionale	OTTIMO alta affidabilità e resistenza della cannula	OTTIMO alta affidabilità e resistenza della cannula	OTTIMO alta affidabilità e resistenza della cannula
Presenza di metalline e sistema di fissaggio nella confezione (on/off)	10	tabellare	off	off	off
Caratteristiche di maneggevolezza e facilità nell'inserimento della cannula nel tracheostoma	30	discrezionale	OTTIMO molto maneggevole	OTTIMO molto maneggevole	OTTIMO molto maneggevole
Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	discrezionale	BUONO facile apertura	BUONO facile apertura	BUONO facile apertura

Successivamente la Commissione procede alla disamina della documentazione tecnica presentata relativamente al **lotto n. 15.**

La Commissione procede quindi alla lettura ed esame della scheda tecnica presentata dalla ditta **MEDTRONIC ITALIA SPA**

All'esito della disamina della scheda tecnica, procede alla apertura della scatola contenente la campionatura del lotto in questione trasmessa dalla citata ditta e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: MEDTRONIC LOTTO: 15	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SALAVATORE MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Resistenza del materiale ed affidabilità della cannula	25	discrezionale	SUFFICIENTE bassa affidabilità della cannula	SUFFICIENTE bassa affidabilità della cannula	SUFFICIENTE bassa affidabilità della cannula
Presenza di metalline e sistema di fissaggio nella confezione (on/off)	10	tabellare	off	off	off
Caratteristiche di maneggevolezza e facilità nell'inserimento della cannula nel tracheostoma	30	discrezionale	SUFFICIENTE bassa maneggevolezza	SUFFICIENTE bassa maneggevolezza	SUFFICIENTE bassa maneggevolezza
Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	discrezionale	BUONO facile da aprire	BUONO facile da aprire	BUONO facile da aprire

La Commissione procede quindi alla lettura ed esame della scheda tecnica presentata dalla ditta **TELEFLEX MEDICAL SRL.**

All'esito della disamina della scheda tecnica, procede alla apertura della scatola contenente la campionatura del lotto in questione trasmessa dalla citata ditta e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione

IL PRESIDENTE
Prof. Andrea Gallo

I COMMISSARI
Dott.ri Salvatore Martellucci e Luigi Montecchiesi

IL SEGRETARIO
Sig.ra Alessandra Di Paolo

procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: TELEFLEX LOTTO: 15	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SALAVATORE	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Resistenza del materiale ed affidabilità della cannula	25	discrezionale	SUFFICIENTE bassa affidabilità della cannula	SUFFICIENTE bassa affidabilità della cannula	SUFFICIENTE bassa affidabilità della cannula
Presenza di metalline e sistema di fissaggio nella confezione (on/off)	10	tabellare	off	off	off
Caratteristiche di maneggevolezza e facilità nell'inserimento della cannula nel tracheostoma	30	discrezionale	SUFFICIENTE bassa maneggevolezza	SUFFICIENTE bassa maneggevolezza	SUFFICIENTE bassa maneggevolezza
Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	discrezionale	DISCRETO bassa praticità di apertura	DISCRETO bassa praticità di apertura	DISCRETO bassa praticità di apertura

La Commissione procede quindi alla lettura ed esame della scheda tecnica presentata dalla ditta **VE.DI.SE HOSPITAL**

All'esito della disamina della scheda tecnica, la Commissione ritiene di aver acquisito elementi sufficienti a dichiarare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico.

Pertanto, la Commissione procede alla apertura della scatola contenente la campionatura del lotto in questione trasmessa dalla citata ditta e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: VEDISE LOTTO: 15	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SALAVATORE MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Resistenza del materiale ed affidabilità della cannula	25	discrezionale	OTTIMO alta affidabilità della cannula	OTTIMO alta affidabilità della cannula	OTTIMO alta affidabilità della cannula
Presenza di metalline e sistema di fissaggio nella confezione (on/off)	10	tabellare	off	off	off
Caratteristiche di maneggevolezza e facilità nell'inserimento della cannula nel tracheostoma	30	discrezionale	OTTIMO molto maneggevole	OTTIMO molto maneggevole	OTTIMO molto maneggevole
Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	discrezionale	BUONO facile da aprire	BUONO facile da aprire	BUONO facile da aprire

Successivamente la Commissione procede alla disamina della documentazione tecnica presentata relativamente al **lotto n. 16.**

La Commissione procede quindi alla lettura ed esame della scheda tecnica presentata dalla ditta

IL PRESIDENTE
Prof. Andrea Gallo

I COMMISSARI
Dott.ri Salvatore Martellucci e Luigi Montecchiesi

IL SEGRETARIO
Sig.ra Alessandra Di Paolo

MEDTRONIC ITALIA SPA

All'esito della disamina della scheda tecnica, la Commissione ritiene di aver acquisito elementi sufficienti a dichiarare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico.

Pertanto, la Commissione procede alla apertura della scatola contenente la campionatura del lotto in questione trasmessa dalla citata ditta e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: MEDTRONIC LOTTO: 16	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SALAVATORE MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Resistenza del materiale ed affidabilità della cannula	25	discrezionale	OTTIMO alta affidabilità della cannula	OTTIMO alta affidabilità della cannula	OTTIMO alta affidabilità della cannula
Presenza di metalline e sistema di fissaggio nella confezione (on/off)	10	tabellare	off	off	off
Caratteristiche di maneggevolezza e facilità nell'inserimento della cannula nel tracheostoma	30	discrezionale	OTTIMO molto maneggevole	OTTIMO molto maneggevole	OTTIMO molto maneggevole
Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	discrezionale	BUONO facile apertura	BUONO facile apertura	BUONO facile apertura

La Commissione procede quindi alla lettura ed esame della scheda tecnica presentata dalla ditta **TELEFLEX MEDICAL SRL**.

All'esito della disamina della scheda tecnica, procede alla apertura della scatola contenente la campionatura del lotto in questione trasmessa dalla citata ditta e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: TELEFLEX LOTTO: 16	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SALAVATORE MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Resistenza del materiale ed affidabilità della cannula	25	discrezionale	SUFFICIENTE bassa affidabilità della cannula	SUFFICIENTE bassa affidabilità della cannula	SUFFICIENTE bassa affidabilità della cannula
Presenza di metalline e sistema di fissaggio nella confezione (on/off)	10	tabellare	off	off	off
Caratteristiche di maneggevolezza e facilità nell'inserimento della cannula nel tracheostoma	30	discrezionale	SUFFICIENTE poco maneggevole il cambio della controcannula	SUFFICIENTE poco maneggevole il cambio della controcannula	SUFFICIENTE poco maneggevole il cambio della controcannula
Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	discrezionale	SUFFICIENTE bassa praticità di apertura	SUFFICIENTE bassa praticità di apertura	SUFFICIENTE bassa praticità di apertura

IL PRESIDENTE
Prof. Andrea Gallo

I COMMISSARI
Dott.ri Salvatore Martellucci e Luigi Montecchiesi

IL SEGRETARIO
Sig.ra Alessandra Di Paolo

Sempre con riferimento al lotto 16, la Commissione procede quindi alla lettura ed esame della scheda tecnica presentata dalla ditta **VE.DI.SE HOSPITAL**.

All'esito della disamina della scheda tecnica, dopo aver aperto la scatola dei campioni ed aver valutato i campioni presenti ritiene di aver acquisito elementi sufficienti a dichiarare la **NON sussistenza** dei requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico in quanto il prodotto presenta un solo tappo.

Alla luce di quanto sopra, la Commissione dispone l'esclusione delle ditte in parola. Tale decisione verrà comunicata al RUP per i provvedimenti di competenza all'esito delle operazioni valutative.

Successivamente la Commissione procede alla disamina della documentazione tecnica presentata relativamente al **lotto n. 17**.

La Commissione procede quindi alla lettura ed esame della scheda tecnica presentata dalla ditta **MEDTRONIC ITALIA SPA**

All'esito della disamina della scheda tecnica, la Commissione ritiene di aver acquisito elementi sufficienti a dichiarare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico.

Pertanto, la Commissione procede alla apertura della scatola contenente la campionatura del lotto in questione trasmessa dalla citata ditta e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: MEDTRONIC LOTTO: 17	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SALAVATORE	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Resistenza del materiale ed affidabilità della cannula	25	discrezionale	OTTIMO alta affidabilità della cannula	OTTIMO alta affidabilità della cannula	OTTIMO alta affidabilità della cannula
Presenza di metalline e sistema di fissaggio nella confezione (on/off)	10	tabellare	off	off	off
Caratteristiche di maneggevolezza e facilità nell'inserimento della cannula nel tracheostoma	30	discrezionale	OTTIMO molto maneggevole	OTTIMO molto maneggevole	OTTIMO molto maneggevole
Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	discrezionale	BUONO facile apertura	BUONO facile apertura	BUONO facile apertura

La Commissione procede quindi alla lettura ed esame della scheda tecnica presentata dalla ditta **TELEFLEX MEDICAL SRL**.

IL PRESIDENTE
Prof. Andrea Gallo

I COMMISSARI
Dott.ri Salvatore Mastellucci e Luigi Montecchiesi

IL SEGRETARIO
Sig.ra Alessandra Di Paolo

All'esito della disamina della scheda tecnica, procede alla apertura della scatola contenente la campionatura del lotto in questione trasmessa dalla citata ditta e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: TELEFLEX LOTTO: 17	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SALAVATORE MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Resistenza del materiale ed affidabilità della cannula	25	discrezionale	SUFFICIENTE bassa affidabilità della cannula	SUFFICIENTE bassa affidabilità della cannula	SUFFICIENTE bassa affidabilità della cannula
Presenza di metalline e sistema di fissaggio nella confezione (on/off)	10	tabellare	off	off	off
Caratteristiche di maneggevolezza e facilità nell'inserimento della cannula nel tracheostoma	30	discrezionale	SUFFICIENTE poco maneggevole il cambio della controcannula	SUFFICIENTE poco maneggevole il cambio della controcannula	SUFFICIENTE poco maneggevole il cambio della controcannula
Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	discrezionale	SUFFICIENTE bassa praticità di apertura	SUFFICIENTE bassa praticità di apertura	SUFFICIENTE bassa praticità di apertura

Sempre con riferimento al lotto 17, la Commissione procede quindi alla lettura ed esame della scheda tecnica presentata dalla ditta **VE.DI.SE HOSPITAL**.

All'esito della disamina della scheda tecnica, dopo aver aperto la scatola dei campioni ed aver valutato i campioni presenti ritiene di aver acquisito elementi sufficienti a dichiarare la **NON sussistenza** dei requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico in quanto il prodotto presenta un solo tappo. Alla luce di quanto sopra, la Commissione dispone l'esclusione delle ditte in parola. Tale decisione verrà comunicata al RUP per i provvedimenti di competenza all'esito delle operazioni valutative.

Successivamente la Commissione procede alla disamina della documentazione tecnica presentata relativamente al **lotto n. 18**.

La Commissione procede quindi alla lettura ed esame della scheda tecnica presentata dalla ditta **SEDA SPA**

All'esito della disamina della scheda tecnica, la Commissione ritiene di aver acquisito elementi sufficienti a dichiarare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico.

Pertanto, la Commissione procede alla apertura della scatola contenente la campionatura del lotto in questione trasmessa dalla citata ditta e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

IL PRESIDENTE
Prof. Andrea Gallo

I COMMISSARI
Dott.ri Salvatore Martellucci e Luigi Montecchiesi

IL SEGRETARIO
Sig.ra Alessandra Di Paolo

DITTA: SEDA LOTTO: 18	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SALAVATORE MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Gamma misure e modelli disponibili	15	discrezionale	BUONO adeguata alla misura del microscopio	BUONO adeguata alla misura del microscopio	BUONO adeguata alla misura del microscopio
Facilità nel posizionamento	20	discrezionale	BUONO posizionamento agevole	BUONO posizionamento agevole	BUONO posizionamento agevole
Praticità nel movimento del microscopio una volta applicata la copertura	25	discrezionale	DISCRETO accettabile mobilità del microscopio preparato	DISCRETO accettabile mobilità del microscopio preparato	DISCRETO accettabile mobilità del microscopio preparato
Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	10	discrezionale	BUONO facile apertura	BUONO facile apertura	BUONO facile apertura

Sempre con riferimento al lotto 18, la Commissione procede quindi alla lettura ed esame della scheda tecnica presentata dalla ditta **VE.DISE HOSPITAL**

All'esito della disamina della scheda tecnica, la Commissione ritiene di aver acquisito elementi sufficienti a dichiarare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico.

Pertanto, la Commissione procede alla apertura della scatola contenente la campionatura del lotto in questione trasmessa dalla citata ditta e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: VEDISE LOTTO: 18	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SALAVATORE MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Gamma misure e modelli disponibili	15	discrezionale	BUONO adeguata alla misura del microscopio	BUONO adeguata alla misura del microscopio	BUONO adeguata alla misura del microscopio
Facilità nel posizionamento	20	discrezionale	BUONO posizionamento agevole	BUONO posizionamento agevole	BUONO posizionamento agevole
Praticità nel movimento del microscopio una volta applicata la copertura	25	discrezionale	DISCRETO accettabile mobilità del microscopio preparato	DISCRETO accettabile mobilità del microscopio preparato	DISCRETO accettabile mobilità del microscopio preparato
Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	10	discrezionale	BUONO facile apertura	BUONO facile apertura	BUONO facile apertura

Su indicazioni del Presidente, tutta la campionatura viene nuovamente sigillata al fine di essere riconsegnata alla Farmacia Aziendale, ove viene custodita.

Alle ore 13.30 la Commissione conclude i lavori, rinviando la prosecuzione della fase valutativa delle ulteriori ditte in gara a data da concordare.

IL PRESIDENTE
Prof. Andrea Gallo

I COMMISSARI
Dott.ri Salvatore Martellucci e Luigi Montecchiesi

IL SEGRETARIO
Sig.ra Alessandra Di Paolo

L.C.S.

Latina, 14.10.2022

Il Presidente della Commissione giudicatrice

Prof. Andrea Gallo

Il Commissario


Dott. Salvatore Martellucci

Il Commissario

Dott. Luigi Montecchiesi

Il Segretario non componente

Sig.ra Alessandra Di Paolo



IL PRESIDENTE
Prof. Andrea Gallo

I COMMISSARI
Dott.ri Salvatore Martellucci e Luigi Montecchiesi

IL SEGRETARIO
Sig.ra Alessandra Di Paolo

