

DIT TA: VEDISE LOTTO: 1	PUNTEGGIO MAX	Tipo di Criterio	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SALVATORE MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI	PUNTEGGIO GALLO	PUNTEGGIO MARTELLUCCI	PUNTEGGIO MONTECCHIESI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:		70								
Gamma misure disponibili	15	discrezionale	OTTIMO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo	OTTIMO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo	OTTIMO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00
Stabilità nell'adesione tra aspiratore, manico per controllo aspiratore e tuba d'aspirazione	15	discrezionale	BUONO soddisfacente della stabilità del complesso manico-aspiratore	BUONO soddisfacente della stabilità del complesso manico-aspiratore	BUONO soddisfacente della stabilità del complesso manico-aspiratore	0.80	0.80	0.80	0.80	12.00
Presenza di bordi smussati che riduce il trauma	15	discrezionale	BUONO sono atraumatici come richiesto	BUONO sono atraumatici come richiesto	BUONO sono atraumatici come richiesto	0.80	0.80	0.80	0.80	12.00
Maneggevolezza anche con i guanti	10	discrezionale	BUONO la maneggevolezza incontra le esigenze di utilizzo	BUONO la maneggevolezza incontra le esigenze di utilizzo	BUONO la maneggevolezza incontra le esigenze di utilizzo	0.80	0.80	0.80	0.80	8.00
Manico che permetta un'adeguata adesione con il tubo d'aspirazione	15	discrezionale	BUONO buon accordo con sistema di aspirazione	BUONO buon accordo con sistema di aspirazione	BUONO buon accordo con sistema di aspirazione	0.80	0.80	0.80	0.80	12.00
TOTALE	70									59.00

✓

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Azienda	Punteggio
OLYMPUS	62,00
VEDISE	62,00

DITTA: VEDISE LOTTO: 2	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SALAVATORE MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI	PUNTEGGIO GALLO	PUNTEGGIO MARTELLUCCI	PUNTEGGIO MONTECCHIESI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70									
Facilità di posizionamento	20	discrezionale	BUONO appaiono facili da posizionare	BUONO appaiono facili da posizionare	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo	0,80	0,80	0,80	0,80	16,00
Gamma misure e forme disponibili	20	discrezionale	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo	0,80	0,80	0,80	0,80	16,00
Presenza di bordi smussati che riduce il trauma	15	discrezionale	OTTIMO sono atraumatici come richiesto	OTTIMO sono atraumatici come richiesto	OTTIMO sono atraumatici come richiesto	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
Maneggevolezza anche con i guanti	15	discrezionale	OTTIMO la maneggevolezza incontra le esigenze di utilizzo	OTTIMO la maneggevolezza incontra le esigenze di utilizzo	OTTIMO la maneggevolezza incontra le esigenze di utilizzo	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
TOTALE	70									62,00

CHECK 62,00

DITTA: OLYMPUS LOTTO: 2	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI	PUNTEGGIO GALLO	PUNTEGGIO MARTELLUCCI	PUNTEGGIO MONTECCHIESI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70									
Facilità di posizionamento	20	discrezionale	BUONO appaiono facili da posizionare	BUONO appaiono facili da posizionare	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo	0,80	0,80	0,80	0,80	16,00
Gamma misure e forme disponibili	20	discrezionale	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo	0,80	0,80	0,80	0,80	16,00
Presenza di bordi smussati che riduce il trauma	15	discrezionale	OTTIMO sono atraumatici come richiesto	OTTIMO sono atraumatici come richiesto	OTTIMO sono atraumatici come richiesto	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
Maneggevolezza anche con i guanti	15	discrezionale	OTTIMO la maneggevolezza incontra le esigenze di utilizzo	OTTIMO la maneggevolezza incontra le esigenze di utilizzo	OTTIMO la maneggevolezza incontra le esigenze di utilizzo	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
TOTALE	70									62,00


CHECK 62,00

[Handwritten signatures and marks]

Azienda	Punteggio
OLYMPUS	0,00
VEDISE	56,00

DITTA: VEDISE LOTTO: 3	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SALVATORE MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI	PUNTEGGIO GALLO	PUNTEGGIO MARTELLUCCI	PUNTEGGIO MONTECCHIESI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70									
Facilità di posizionamento	25	discrezionale	BUONO appaiono facili da posizionare	BUONO appaiono facili da posizionare	BUONO appaiono facili da posizionare	0,80	0,80	0,80	0,80	20,00
Gamma misure disponibili	20	discrezionale	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo	0,80	0,80	0,80	0,80	16,00
Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	discrezionale	BUONO facile apertura	BUONO facile apertura	BUONO facile apertura	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00
Maneggevolezza anche con i guanti	20	discrezionale	BUONO la maneggevolezza incontra le esigenze di utilizzo	BUONO la maneggevolezza incontra le esigenze di utilizzo	BUONO la maneggevolezza incontra le esigenze di utilizzo	0,80	0,80	0,80	0,80	16,00
TOTALE	70									56,00 CHECK

DITTA: OLYMPUS LOTTO: 3	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SALVATORE MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI	PUNTEGGIO GALLO	PUNTEGGIO MARTELLUCCI	PUNTEGGIO MONTECCHIESI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70									
Facilità di posizionamento	25	discrezionale	NON RIENTRA NEI REQUISITI MINIMI PER LA LUNGHEZZA DELLA PROTESI (7MM+-1)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gamma misure disponibili	20	discrezionale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	discrezionale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maneggevolezza anche con i guanti	20	discrezionale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	70									0,00 CHECK


Azienda	
MEDIVAL	56,00
VEDISE	0,00
Punteggio	

DITTA: MEDIVAL LOTTO: 4	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE SALAVATORE MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. DR. LUIGI MONTECCHIESI	PUNTEGGIO GALLO	PUNTEGGIO MARTELLUCCI	PUNTEGGIO MONTECCHIESI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70								
Facilità di posizionamento	25	discrezionale	BUONO appaiono facili da posizionare	BUONO appaiono facili da posizionare	0,80	0,80	0,80	0,80	20,00
Gamma misure disponibili	20	discrezionale	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo	0,80	0,80	0,80	0,80	16,00
Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	discrezionale	BUONO facile apertura	BUONO facile apertura	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00
Managevolezza anche con i guanti	20	discrezionale	BUONO la maneggevolezza incontra le esigenze di utilizzo	BUONO la maneggevolezza incontra le esigenze di utilizzo	0,80	0,80	0,80	0,80	16,00
TOTALE	70								56,00
DITTA: VEDISE LOTTO: 4	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE SALAVATORE MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. DR. LUIGI MONTECCHIESI	PUNTEGGIO GALLO	PUNTEGGIO MARTELLUCCI	PUNTEGGIO MONTECCHIESI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70								
Facilità di posizionamento	25	discrezionale	BUONO appaiono facili da posizionare	BUONO appaiono facili da posizionare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gamma misure disponibili	20	discrezionale	non risponde ai requisiti minimi in quanto manca il giunto in microsfera	non risponde ai requisiti minimi in quanto manca il giunto in microsfera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	discrezionale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Managevolezza anche con i guanti	20	discrezionale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	70								0,00

0,00 CHECK

56,00 CHECK

Handwritten signatures and notes:
 ✓
 Black
 White

DITTA: MEDIVAL LOTTO: 5	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI	PUNTEGGIO GALLO	PUNTEGGIO MARTELLUCCI	PUNTEGGIO MONTECCHIESI	media coefficienti	punteggio	Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70	Facilità di posizionamento	25	discrezionale	non risponde ai requisiti minimi in quanto la protes non è costituita da l'idrossiapatite	0,00
												20	Gamma misure disponibili	20	discrezionale		0,00
												5	Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	discrezionale	0,00		
												20	Gamma misure disponibili	discrezionale	0,00		
												70	Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70	discrezionale		0,00
TOTALE													70				
DITTA: VEDISE LOTTO: 5	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI	PUNTEGGIO GALLO	PUNTEGGIO MARTELLUCCI	PUNTEGGIO MONTECCHIESI	media coefficienti	punteggio	Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70	Facilità di posizionamento	25	discrezionale	non risponde ai requisiti minimi in quanto manca il piano di lavoro in polipropilene	0,00
												20	Gamma misure disponibili	discrezionale	0,00		
												5	Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	discrezionale	0,00		
												20	Gamma misure disponibili	discrezionale	0,00		
												70	Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70	discrezionale		0,00
TOTALE													70				
DITTA: UBER ROS LOTTO: 5	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI	PUNTEGGIO GALLO	PUNTEGGIO MARTELLUCCI	PUNTEGGIO MONTECCHIESI	media coefficienti	punteggio	Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70	Facilità di posizionamento	25	discrezionale	non risponde ai requisiti minimi in quanto la protes non è costituita da l'idrossiapatite e manca il	0,00
												20	Gamma misure disponibili	discrezionale	0,00		
												5	Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	discrezionale	0,00		
												20	Gamma misure disponibili	discrezionale	0,00		
												70	Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70	discrezionale		0,00
TOTALE													70				
DITTA: UBER ROS LOTTO: 5	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI	PUNTEGGIO GALLO	PUNTEGGIO MARTELLUCCI	PUNTEGGIO MONTECCHIESI	media coefficienti	punteggio	Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70	Facilità di posizionamento	25	discrezionale	non risponde ai requisiti minimi in quanto la protes non è costituita da l'idrossiapatite e manca il	0,00
												20	Gamma misure disponibili	discrezionale	0,00		
												5	Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	discrezionale	0,00		
												20	Gamma misure disponibili	discrezionale	0,00		
												70	Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70	discrezionale		0,00
TOTALE													70				

0,00 CHECK

0,00 CHECK

0,00 CHECK

Jan


S

/ 28/11

Azienda	Punteggio
MEDIVAL	0.00
VEDISE	0.00
OLYMPUS	0.00
UBER ROS	0.00

Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	discrezionale	piano di lavoro in polipropilene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	discrezionale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Managevolezza anche con i guanti	70								
TOTALE									0.00

CHECK 0.00





✓

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Azienda	MEDTRONIC
Punteggio	60,00

DITTA: MEDTRONIC LOTTO: 9	Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70							
PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI	PUNTEGGIO GALLO	PUNTEGGIO MARTELLUCCI	PUNTEGGIO MONTECCHIESI	media coefficienti	punteggio
Gamma misure disponibili	discrezionale	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo	0,80	0,80	0,80	0,80	12,00
Disponibilità assistenza e possibilità alla sostituzione di frese (on/off)	Tabellare	on	on	on	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	discrezionale	BUONO facile apertura	BUONO facile apertura	BUONO facile apertura	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00
Ergonomia e facilità d'uso	discrezionale	BUONO ergonomia adeguata	BUONO ergonomia adeguata	BUONO ergonomia adeguata	0,80	0,80	0,80	0,80	12,00
Maneggevolezza ed adattabilità allo strumento	discrezionale	BUONO frese maneggevoli	BUONO frese maneggevoli	BUONO frese maneggevoli	0,80	0,80	0,80	0,80	12,00
Assistenza tecnica e possibilità di un mutuo (off/on)	Tabellare	on	on	on	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
TOTALE	70								60,00

CHECK

DITTA: MEDIVAL LOTTO: 10	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SALVATORE MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI	PUNTEGGIO GALLO	PUNTEGGIO MARTELLUCCI	PUNTEGGIO MONTECCHIESI	media coefficienti	punteggio
TOTALE	70									65,00 CHECK
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70									
Gamma misure disponibili	10	discrezionale	OTTIMO massima rispondenza alle esigenze operative	OTTIMO massima rispondenza alle varie esigenze operative	OTTIMO massima rispondenza alle varie esigenze operative	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Grado di compressione ed atraumaticità per i tessuti durante l'inserimento	20	discrezionale	OTTIMO i tamponi garantiscono la minima traumaticità	OTTIMO i tamponi garantiscono la minima traumaticità	OTTIMO i tamponi garantiscono la minima traumaticità	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00
Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	discrezionale	BUONO facile apertura	BUONO facile apertura	BUONO facile apertura	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00
Resistenza	15	discrezionale	OTTIMO ottima resistenza alla trazione e alla torsione	OTTIMO ottima resistenza alla trazione e alla torsione	OTTIMO ottima resistenza alla trazione e alla torsione	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
Capacità emostatica e di assorbimento di liquidi	20	discrezionale	BUONO soddisfacente capacità emostatica	BUONO soddisfacente capacità emostatica	BUONO soddisfacente capacità emostatica	0,80	0,80	0,80	0,80	16,00
DITTA: EFFEBI LOTTO: 10	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SALVATORE MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI	PUNTEGGIO GALLO	PUNTEGGIO MARTELLUCCI	PUNTEGGIO MONTECCHIESI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70									65,00 CHECK
Gamma misure disponibili	10	discrezionale	OTTIMO massima rispondenza alle varie esigenze operative	OTTIMO massima rispondenza alle varie esigenze operative	OTTIMO massima rispondenza alle varie esigenze operative	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Grado di compressione ed atraumaticità per i tessuti durante l'inserimento	20	discrezionale	OTTIMO i tamponi garantiscono la minima traumaticità	OTTIMO i tamponi garantiscono la minima traumaticità	OTTIMO i tamponi garantiscono la minima traumaticità	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00
Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	discrezionale	BUONO facile apertura	BUONO facile apertura	BUONO facile apertura	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00
Resistenza	15	discrezionale	OTTIMO ottima resistenza alla trazione e alla torsione	OTTIMO ottima resistenza alla trazione e alla torsione	OTTIMO ottima resistenza alla trazione e alla torsione	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
Capacità emostatica e di assorbimento di liquidi	20	discrezionale	BUONO soddisfacente capacità emostatica	BUONO soddisfacente capacità emostatica	BUONO soddisfacente capacità emostatica	0,80	0,80	0,80	0,80	16,00
DITTA: OLYMPUS LOTTO: 10	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SALVATORE MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI	PUNTEGGIO GALLO	PUNTEGGIO MARTELLUCCI	PUNTEGGIO MONTECCHIESI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70									69,00 CHECK
Gamma misure disponibili	10	discrezionale	OTTIMO massima rispondenza alle varie esigenze operative	OTTIMO massima rispondenza alle varie esigenze operative	OTTIMO massima rispondenza alle varie esigenze operative	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Grado di compressione ed atraumaticità per i tessuti durante l'inserimento	20	discrezionale	OTTIMO i tamponi garantiscono la minima traumaticità	OTTIMO i tamponi garantiscono la minima traumaticità	OTTIMO i tamponi garantiscono la minima traumaticità	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00
Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	discrezionale	BUONO facile apertura	BUONO facile apertura	BUONO facile apertura	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00
Resistenza	15	discrezionale	OTTIMO ottima resistenza alla trazione e alla torsione	OTTIMO ottima resistenza alla trazione e alla torsione	OTTIMO ottima resistenza alla trazione e alla torsione	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
Capacità emostatica e di assorbimento di liquidi	20	discrezionale	OTTIMO eccellente capacità emostatica	OTTIMO eccellente capacità emostatica	OTTIMO eccellente capacità emostatica	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00

Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70								
	Gamma misure disponibili	10	discrezionale	OTTIMO massima rispondenza alle esigenze	OTTIMO massima rispondenza alle varie esigenze	1,00	1,00	1,00	10,00
	Grado di compressione ed atumalicità per i tessuti durante l'inserimento	20	discrezionale	DISCRETO la superficie del tamponc suggerisce possibili traumi all'inserimento	DISCRETO la superficie del tamponc suggerisce possibili traumi all'inserimento	0,60	0,60	0,60	12,00
	Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	discrezionale	BUONO facile apertura	BUONO facile apertura	0,80	0,80	0,80	4,00
	Resistenza	15	discrezionale	BUONO buona resistenza alla trazione e alla torsione	BUONO buona resistenza alla trazione e alla torsione	0,80	0,80	0,80	12,00
	Capacità emostatica e di assorbimento di liquidi	20	discrezionale	BUONO soddisfacente capacità emostatica	BUONO soddisfacente capacità emostatica	0,80	0,80	0,80	16,00
	TOTALE	70							54,00

[illegible]

DITTA: MONDOMED LOTTO: 10	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SALAVATORE MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI	PUNTEGGIO GALLO	PUNTEGGIO MARTELLUCCI	PUNTEGGIO MONTECCHIESI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:			70							
Gamma misure disponibili	10	discrezionale	BUONO le misure proposte coprono buona parte delle necessità di utilizzo	BUONO le misure proposte coprono buona parte delle necessità di utilizzo	BUONO le misure proposte coprono buona parte delle necessità di utilizzo	0,80	0,80	0,80	0,80	8,00
Grado di compressione ed elasticità per i tessuti durante l'inscrizione	20	discrezionale	INSUFFICIENTE il tampone presenta delle angolature troppo accentuate e si presenta ruvido al tatto INSUFFICIENTE il tampone presenta delle angolature troppo accentuate e si presenta ruvido al tatto	INSUFFICIENTE il tampone presenta delle angolature troppo accentuate e si presenta ruvido al tatto	INSUFFICIENTE il tampone presenta delle angolature troppo accentuate e si presenta ruvido al tatto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	discrezionale	BUONO facile apertura	BUONO facile apertura	BUONO facile apertura	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00
Resistenza	15	discrezionale	INSUFFICIENTE il tampone si presenta rigido e mostra scarsa resistenza alle sollecitazioni INSUFFICIENTE il tampone si presenta rigido e mostra scarsa resistenza alle sollecitazioni	INSUFFICIENTE il tampone si presenta rigido e mostra scarsa resistenza alle sollecitazioni	INSUFFICIENTE il tampone si presenta rigido e mostra scarsa resistenza alle sollecitazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capacità emostatica e di assorbimento di liquidi	20	discrezionale	SUFFICIENTE accettabile capacità emostatica	SUFFICIENTE accettabile capacità emostatica	SUFFICIENTE accettabile capacità emostatica	0,40	0,40	0,40	0,40	8,00
TOTALE			70							

John Doe

John Doe

John Doe

Azienda	Punteggio
OLYMPUS	69.00
VEDISE	65.00
EFFEBI	65.00
MEDIVAL	54.00
MEDTRONIC	69.00
MONDOMED	20.00

Azienda	Punteggio
---------	-----------

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

DITTA: VEDISE LOTTO: 11	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SALAVATORE MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI	PUNTEGGIO GALLO	PUNTEGGIO MARTELLUCCI	PUNTEGGIO MONTECCHIESI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70									
Gamma misure disponibili	5	discrezionale	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00
Facilità e praticità di utilizzazione	20	discrezionale	BUONO semplice nell'utilizzo	BUONO semplice nell'utilizzo	BUONO semplice nell'utilizzo	0,80	0,80	0,80	0,80	16,00
Adattabilità alla superficie nasale	20	discrezionale	BUONO adattabile al dorso nasale	BUONO adattabile al dorso nasale	BUONO adattabile al dorso nasale	0,80	0,80	0,80	0,80	16,00
Capacità adesiva alla superficie nasale	20	discrezionale	BUONO soddisfacente adesività	BUONO soddisfacente adesività	BUONO soddisfacente adesività	0,80	0,80	0,80	0,80	16,00
Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	discrezionale	BUONO soddisfacente confezionamento, etichettatura adeguata	BUONO soddisfacente confezionamento, etichettatura adeguata	BUONO soddisfacente confezionamento, etichettatura adeguata	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00
TOTALE	70									56,00

CHECK

DITTA: SEDDA LOTTO: 11	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SALAVATORE MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI	PUNTEGGIO GALLO	PUNTEGGIO MARTELLUCCI	PUNTEGGIO MONTECCHIESI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70									
Gamma misure disponibili	5	discrezionale	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00
Facilità e praticità di utilizzazione	20	discrezionale	BUONO semplice nell'utilizzo	BUONO semplice nell'utilizzo	BUONO semplice nell'utilizzo	0,80	0,80	0,80	0,80	16,00
Adattabilità alla superficie nasale	20	discrezionale	BUONO adattabile al dorso nasale	BUONO adattabile al dorso nasale	BUONO adattabile al dorso nasale	0,80	0,80	0,80	0,80	16,00
Capacità adesiva alla superficie nasale	20	discrezionale	BUONO soddisfacente adesività	BUONO soddisfacente adesività	BUONO soddisfacente adesività	0,80	0,80	0,80	0,80	16,00
Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	discrezionale	BUONO soddisfacente confezionamento, etichettatura adeguata	BUONO soddisfacente confezionamento, etichettatura adeguata	BUONO soddisfacente confezionamento, etichettatura adeguata	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00
TOTALE	70									56,00

CHECK

DITTA: MEDTRONIC LOTTO: 11	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SALAVATORE MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI	PUNTEGGIO GALLO	PUNTEGGIO MARTELLUCCI	PUNTEGGIO MONTECCHIESI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70									
Gamma misure disponibili	5	discrezionale	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00
Facilità e praticità di utilizzazione	20	discrezionale	BUONO semplice nell'utilizzo	BUONO semplice nell'utilizzo	BUONO semplice nell'utilizzo	0,80	0,80	0,80	0,80	16,00
Adattabilità alla superficie nasale	20	discrezionale	BUONO adattabile al dorso nasale	BUONO adattabile al dorso nasale	BUONO adattabile al dorso nasale	0,80	0,80	0,80	0,80	16,00
Capacità adesiva alla superficie nasale	20	discrezionale	BUONO soddisfacente adesività	BUONO soddisfacente adesività	BUONO soddisfacente adesività	0,80	0,80	0,80	0,80	16,00
Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	discrezionale	BUONO soddisfacente confezionamento, etichettatura adeguata	BUONO soddisfacente confezionamento, etichettatura adeguata	BUONO soddisfacente confezionamento, etichettatura adeguata	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00
TOTALE	70									56,00

CHECK

DITTA: VEDISE LOTTO: 12	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI	PUNTEGGIO GALLO	PUNTEGGIO MARTELLUCCI	PUNTEGGIO MONTECCHIESI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70									
Gamma misure disponibili	5	discrezionale	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00
Facilità e praticità di utilizzazione	20	discrezionale	BUONO semplice nell'utilizzo	BUONO semplice nell'utilizzo	BUONO semplice nell'utilizzo	0,80	0,80	0,80	0,80	16,00
Adattabilità alla superficie nasale	20	discrezionale	BUONO adattabile al dorso nasale	BUONO adattabile al dorso nasale	BUONO adattabile al dorso nasale	0,80	0,80	0,80	0,80	16,00
Capacità adesiva alla superficie nasale	20	discrezionale	BUONO soddisfacente adesività	BUONO soddisfacente adesività	BUONO soddisfacente adesività	0,80	0,80	0,80	0,80	16,00
Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	discrezionale	BUONO soddisfacente etichettatura adeguata	BUONO soddisfacente etichettatura adeguata	BUONO soddisfacente etichettatura adeguata	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00
TOTALE	70									56,00 CHECK

DITTA: SEDA LOTTO: 12	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI	PUNTEGGIO GALLO	PUNTEGGIO MARTELLUCCI	PUNTEGGIO MONTECCHIESI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70									
Gamma misure disponibili	5	discrezionale	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00
Facilità e praticità di utilizzazione	20	discrezionale	BUONO semplice nell'utilizzo	BUONO semplice nell'utilizzo	BUONO semplice nell'utilizzo	0,80	0,80	0,80	0,80	16,00
Adattabilità alla superficie nasale	20	discrezionale	BUONO adattabile al dorso nasale	BUONO adattabile al dorso nasale	BUONO adattabile al dorso nasale	0,80	0,80	0,80	0,80	16,00
Capacità adesiva alla superficie nasale	20	discrezionale	BUONO soddisfacente adesività	BUONO soddisfacente adesività	BUONO soddisfacente adesività	0,80	0,80	0,80	0,80	16,00
Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	discrezionale	BUONO soddisfacente etichettatura adeguata	BUONO soddisfacente etichettatura adeguata	BUONO soddisfacente etichettatura adeguata	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00
TOTALE	70									56,00 CHECK

DITTA: MEDTRONIC LOTTO: 12	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI	PUNTEGGIO GALLO	PUNTEGGIO MARTELLUCCI	PUNTEGGIO MONTECCHIESI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70									
Gamma misure disponibili	5	discrezionale	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo	BUONO le misure proposte coprono tutte le necessità di utilizzo	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00
Facilità e praticità di utilizzazione	20	discrezionale	BUONO semplice nell'utilizzo	BUONO semplice nell'utilizzo	BUONO semplice nell'utilizzo	0,80	0,80	0,80	0,80	16,00
Adattabilità alla superficie nasale	20	discrezionale	BUONO adattabile al dorso nasale	BUONO adattabile al dorso nasale	BUONO adattabile al dorso nasale	0,80	0,80	0,80	0,80	16,00
Capacità adesiva alla superficie nasale	20	discrezionale	BUONO soddisfacente adesività	BUONO soddisfacente adesività	BUONO soddisfacente adesività	0,80	0,80	0,80	0,80	16,00
Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	discrezionale	BUONO soddisfacente etichettatura adeguata	BUONO soddisfacente etichettatura adeguata	BUONO soddisfacente etichettatura adeguata	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00
TOTALE	70									56,00 CHECK

[Handwritten signatures and initials]

Heath



Azienda	Punteggio
MEDTRONIC	70.00
OLYMPUS	52.00

Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	DITTA: MEDTRONIC LOTTO: 13	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SALAVATORE MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI	PUNTEGGIO GALLO	PUNTEGGIO MARTELLUCCI	PUNTEGGIO MONTECCHIESI	media coefficienti	punteggio
	70										
	Disponibilità assistenza tecnica e muletto (on/off)	10	tabellare	SI	SI	SI	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Efficacia di frantumazione ed aspirazione dei tessuti	15	discrezionale	OTTIMO eccellente attività di frantumazione e aspirazione	OTTIMO eccellente attività di frantumazione e aspirazione	OTTIMO eccellente attività di frantumazione e aspirazione	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Facilità di inserimento e rimozione dello strumento nel manipolo	15	discrezionale	OTTIMO inserimento e rimozione rapidi ed agevoli	OTTIMO inserimento e rimozione rapidi ed agevoli	OTTIMO inserimento e rimozione rapidi ed agevoli	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Regolazione dei parametri anche tramite pedali e/o manipolo (on/off)	10	tabellare	SI	SI	SI	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Gamma misure e forme disponibili	15	discrezionale	OTTIMO le misure proposte coprono le necessità di utilizzo	OTTIMO le misure proposte coprono le necessità di utilizzo	OTTIMO le misure proposte coprono le necessità di utilizzo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	discrezionale	OTTIMO confezionamento curato, etichettatura adeguata	OTTIMO confezionamento curato, etichettatura adeguata	OTTIMO confezionamento curato, etichettatura adeguata	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
TOTALE											
70											
CHECK											
70,00											
52,00											
CHECK											

Azienda	Punteggio
MEDTRONIC	0,00
TELEFLEX	25,00
VEDISE	59,00

DITTA: VEDISE LOTTO: 14	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SALAVATORE MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI	PUNTEGGIO GALLO	PUNTEGGIO MARTELLUCCI	PUNTEGGIO MONTECCHIESI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70									
Resistenza del materiale ed affidabilità della cannula	25	discrezionale	OTTIMO alta affidabilità e resistenza della cannula	OTTIMO alta affidabilità e resistenza della cannula	OTTIMO alta affidabilità e resistenza della cannula	1,00	1,00	1,00	1,00	25,00
Presenza di metalline e sistema di fissaggio nella confezione (on/off)	10	tabellare	off	off	off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caratteristiche di maneggevolezza e facilità nell'inserimento della cannula nel tracheostoma	30	discrezionale	OTTIMO molto maneggevole	OTTIMO molto maneggevole	OTTIMO molto maneggevole	1,00	1,00	1,00	1,00	30,00
Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	discrezionale	BUONO facile apertura	BUONO facile apertura	BUONO facile apertura	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00
TOTALE	70									59,00
DITTA: TELEFLEX LOTTO: 14	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SALAVATORE MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI	PUNTEGGIO GALLO	PUNTEGGIO MARTELLUCCI	PUNTEGGIO MONTECCHIESI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70									
Resistenza del materiale ed affidabilità della cannula	25	discrezionale	SUFFICIENTE scarsa resistenza della cannula	SUFFICIENTE scarsa resistenza della cannula	SUFFICIENTE scarsa resistenza della cannula	0,40	0,40	0,40	0,40	10,00
Presenza di metalline e sistema di fissaggio nella confezione (on/off)	10	tabellare	off	off	off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caratteristiche di maneggevolezza e facilità nell'inserimento della cannula nel tracheostoma	30	discrezionale	SUFFICIENTE poco maneggevole	SUFFICIENTE poco maneggevole	SUFFICIENTE poco maneggevole	0,40	0,40	0,40	0,40	12,00
Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	discrezionale	DISCRETO bassa praticità di apertura	DISCRETO bassa praticità di apertura	DISCRETO bassa praticità di apertura	0,60	0,60	0,60	0,60	3,00
TOTALE	70									25,00
DITTA: MEDTRONIC LOTTO: 14	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SALAVATORE MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI	PUNTEGGIO GALLO	PUNTEGGIO MARTELLUCCI	PUNTEGGIO MONTECCHIESI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70									
Resistenza del materiale ed affidabilità della cannula	25	discrezionale	non risponde ai requisiti minimi per assenza di controcannula a baionetta girvole			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presenza di metalline e sistema di fissaggio nella confezione (on/off)	10	tabellare				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caratteristiche di maneggevolezza e facilità nell'inserimento della cannula nel tracheostoma	30	discrezionale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	discrezionale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	70									0,00

[Handwritten signatures and marks]

Azienda	Punteggio
MEDTRONIC	26,00
TELEFLEX	25,00
VEDISE	59,00

DITTA: VEDISE LOTTO: 15	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SALVATORE MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI	PUNTEGGIO GALLO	PUNTEGGIO MARTELLUCCI	PUNTEGGIO MONTECCHIESI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70									
Resistenza del materiale ed affidabilità della cannula	25	discrezionale	OTTIMO alta affidabilità della cannula	OTTIMO alta affidabilità della cannula	OTTIMO alta affidabilità della cannula	1,00	1,00	1,00	1,00	25,00
Presenza di metalline e sistema di fissaggio nella confezione (on/off)	10	tabellare	off	off	off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caratteristiche di maneggevolezza e facilità nell'inserimento della cannula nel tracheostoma	30	discrezionale	OTTIMO molto maneggevole	OTTIMO molto maneggevole	OTTIMO molto maneggevole	1,00	1,00	1,00	1,00	30,00
Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	discrezionale	BUONO facile da aprire	BUONO facile da aprire	BUONO facile da aprire	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00
TOTALE	70									
59,00 CHECK										

DITTA: TELEFLEX LOTTO: 15	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SALVATORE MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI	PUNTEGGIO GALLO	PUNTEGGIO MARTELLUCCI	PUNTEGGIO MONTECCHIESI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70									
Resistenza del materiale ed affidabilità della cannula	25	discrezionale	SUFFICIENTE bassa affidabilità della cannula	SUFFICIENTE bassa affidabilità della cannula	SUFFICIENTE bassa affidabilità della cannula	0,40	0,40	0,40	0,40	10,00
Presenza di metalline e sistema di fissaggio nella confezione (on/off)	10	tabellare	off	off	off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caratteristiche di maneggevolezza e facilità nell'inserimento della cannula nel tracheostoma	30	discrezionale	SUFFICIENTE bassa maneggevolezza	SUFFICIENTE bassa maneggevolezza	SUFFICIENTE bassa maneggevolezza	0,40	0,40	0,40	0,40	12,00
Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	discrezionale	DISCRETO bassa praticità di apertura	DISCRETO bassa praticità di apertura	DISCRETO bassa praticità di apertura	0,60	0,60	0,60	0,60	3,00
TOTALE	70									
25,00 CHECK										

DITTA: MEDTRONIC LOTTO: 15	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SALVATORE MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI	PUNTEGGIO GALLO	PUNTEGGIO MARTELLUCCI	PUNTEGGIO MONTECCHIESI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70									
Resistenza del materiale ed affidabilità della cannula	25	discrezionale	SUFFICIENTE bassa affidabilità della cannula	SUFFICIENTE bassa affidabilità della cannula	SUFFICIENTE bassa affidabilità della cannula	0,40	0,40	0,40	0,40	10,00
Presenza di metalline e sistema di fissaggio nella confezione (on/off)	10	tabellare	off	off	off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caratteristiche di maneggevolezza e facilità nell'inserimento della cannula nel tracheostoma	30	discrezionale	SUFFICIENTE bassa maneggevolezza	SUFFICIENTE bassa maneggevolezza	SUFFICIENTE bassa maneggevolezza	0,40	0,40	0,40	0,40	12,00
Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	discrezionale	BUONO facile da aprire	BUONO facile da aprire	BUONO facile da aprire	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00
TOTALE	70									
26,00 CHECK										

[Handwritten signatures and marks at the top of the page]

WV

[illegible]

Azienda	Punteggio
MEDTRONIC	59,00
TELEFLEX	24,00
VEDISE	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DITTA: VEDISE LOTTO: 17	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SALAVATORE MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI	PUNTEGGIO GALLO	PUNTEGGIO MARTELLUCCI	PUNTEGGIO MONTECCHIESI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70									
	Resistenza del materiale ed affidabilità della cannula	25	discrezionale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Presenza di metalline e sistema di fissaggio nella confezione (on/off)	10	tabellare			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caratteristiche di maneggevolezza e facilità nell'inserimento della cannula nel tracheostoma	30	discrezionale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	discrezionale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	70									
non rientra nei requisiti minimi in quanto presenta un solo tappo										

0,00 CHECK

DITTA: TELEFLEX LOTTO: 17	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SALAVATORE MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI	PUNTEGGIO GALLO	PUNTEGGIO MARTELLUCCI	PUNTEGGIO MONTECCHIESI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70									
	Resistenza del materiale ed affidabilità della cannula	25	discrezionale	SUFFICIENTE bassa affidabilità	SUFFICIENTE bassa affidabilità	0,40	0,40	0,40	0,40	10,00
	Presenza di metalline e sistema di fissaggio nella confezione (on/off)	10	tabellare	off	off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caratteristiche di maneggevolezza e facilità nell'inserimento della cannula nel tracheostoma	30	discrezionale	SUFFICIENTE poco maneggevole il cambio della controcannula	SUFFICIENTE poco maneggevole il cambio della controcannula	0,40	0,40	0,40	0,40	12,00
	Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	discrezionale	SUFFICIENTE bassa praticità di apertura	SUFFICIENTE bassa praticità di apertura	0,40	0,40	0,40	0,40	2,00
TOTALE	70									

24,00 CHECK

DITTA: MEDTRONIC LOTTO: 17	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SALAVATORE MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI	PUNTEGGIO GALLO	PUNTEGGIO MARTELLUCCI	PUNTEGGIO MONTECCHIESI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70									
	Resistenza del materiale ed affidabilità della cannula	25	discrezionale	OTTIMO alta affidabilità della cannula	OTTIMO alta affidabilità della cannula	1,00	1,00	1,00	1,00	25,00
	Presenza di metalline e sistema di fissaggio nella confezione (on/off)	10	tabellare	off	off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caratteristiche di maneggevolezza e facilità nell'inserimento della cannula nel tracheostoma	30	discrezionale	OTTIMO molto maneggevole	OTTIMO molto maneggevole	1,00	1,00	1,00	1,00	30,00
	Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	discrezionale	BUONO facile apertura	BUONO facile apertura	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00
TOTALE	70									

59,00 CHECK

Azienda	Punteggio
INTEGRA	38,00
SEDA	38,00

DITTA: SEDA LOTTO: 24	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SALAVATORE MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI	PUNTEGGIO GALLO	PUNTEGGIO MARTELLUCCI	PUNTEGGIO MONTECCHIESI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70									
Morbidezza e plasticità del materiale	20	discrezionale	DISCRETO - MINIMA MORBIDEZZA DEL MATERIALE	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	12,00
Adattabilità all'arca dentaria superiore	15	discrezionale	SUFFICIENTE- RELATIVA ADATTABILITA'	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	6,00
Sottigliezza dello spessore del parodonti	20	discrezionale	SUFFICIENTE- SPESSORE NON TRASCURABILE	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	8,00
Resistenza del materiale	15	discrezionale	BUONA - APPREZZABILE RESISTENZA DEL DISPOSITIVO	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	12,00
TOTALE	70									38,00 CHECK

DITTA: INTEGRA LOTTO: 24	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SALAVATORE MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI	PUNTEGGIO GALLO	PUNTEGGIO MARTELLUCCI	PUNTEGGIO MONTECCHIESI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70									
Morbidezza e plasticità del materiale	20	discrezionale	DISCRETO - MINIMA MORBIDEZZA DEL MATERIALE	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	12,00
Adattabilità all'arca dentaria superiore	15	discrezionale	SUFFICIENTE- RELATIVA ADATTABILITA'	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	6,00
Sottigliezza dello spessore del parodonti	20	discrezionale	SUFFICIENTE- SPESSORE NON TRASCURABILE	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	8,00
Resistenza del materiale	15	discrezionale	BUONA - APPREZZABILE RESISTENZA DEL DISPOSITIVO	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	12,00
TOTALE	70									38,00 CHECK

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten signature]



John Lee

Azienda	Punteggio
DEAS	41.00
TELEFLEX	53.00

DITTA: DEAS LOTTO: 25	PUNTEGGIO MAX	70	Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	Adattabilità alla cannula tracheale	20	discrezionale	SUFFICIENTE - SPESSORE ECCESSIVO	SUFFICIENTE - SPESSORE ECCESSIVO	SUFFICIENTE - SPESSORE ECCESSIVO	PUNTEGGIO GALLO	PUNTEGGIO MARTELLUCCI	PUNTEGGIO MONTECCHIESI	media coefficienti	punteggio	
					Capacità di assorbimento delle secrezioni	20	discrezionale	SUFFICIENTE - CAPACITÀ DI ASSORBIRE	SUFFICIENTE - CAPACITÀ DI ASSORBIRE						SUFFICIENTE - CAPACITÀ DI ASSORBIRE
					Resistenza materiale	15	discrezionale	BUONO - ADEGUATA TRAZIONE	BUONO - ADEGUATA TRAZIONE						BUONO - ADEGUATA TRAZIONE
					Confezioni sterili singole monuso (on/off)	5	labelare	SI	SI						SI
					Gamma misure disponibili	10	discrezionale	BUONO - DISPONIBILI IN DUE MISURE	BUONO - DISPONIBILI IN DUE MISURE						BUONO - DISPONIBILI IN DUE MISURE
					TOTALE										
					41,00 CHECK										
					DITTA: TELEFLEX LOTTO: 25	PUNTEGGIO MAX	70	Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	Adattabilità alla cannula tracheale						20
Capacità di assorbimento delle secrezioni	20	discrezionale	SUFFICIENTE - CAPACITÀ DI ASSORBIRE	SUFFICIENTE - CAPACITÀ DI ASSORBIRE						SUFFICIENTE - CAPACITÀ DI ASSORBIRE					
Resistenza materiale	15	discrezionale	BUONO - ADEGUATA TRAZIONE	BUONO - ADEGUATA TRAZIONE						BUONO - ADEGUATA TRAZIONE					
Confezioni sterili singole monuso (on/off)	5	labelare	SI	SI						SI					
Gamma misure disponibili	10	discrezionale	BUONO - DISPONIBILI IN DUE MISURE	BUONO - DISPONIBILI IN DUE MISURE						BUONO - DISPONIBILI IN DUE MISURE					
TOTALE															
53,00 CHECK															

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Azienda	MEDIVAL
Punteggio	57,00

DITTA: MEDIVAL LOTTO: 26	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUCIGI MONTECCHIESI	PUNTEGGIO GALLO	PUNTEGGIO MARTELLUCCI	PUNTEGGIO MONTECCHIESI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70								
Disponibilità ad assistenza tecnica (on/off)	5	tabellare	on	on	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Caratteristiche di attrattivita' nell'inscrimento	25	discrezionale	buono, la foglia dello strumento riduce il traumaismo	buono, la foglia dello strumento riduce il traumaismo	0,80	0,80	0,80	0,80	20,00
Gamma di misure disponibili	15	discrezionale	buono, la gamma proposta è congrua con l'uso previsto	buono, la gamma proposta è congrua con l'uso previsto	0,80	0,80	0,80	0,80	12,00
Caratteristiche di resistenza del materiale	20	discrezionale	Buono, lo strumento appare robusto	Buono, lo strumento appare robusto	0,80	0,80	0,80	0,80	16,00
Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	discrezionale	Buono, etichettatura chiara e buon confezionamento	Buono, etichettatura chiara e buon confezionamento	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00
TOTALE	70								57,00

CHECK



John Allen

Azienda	
Punteggio	58.00

[illegible]

Azienda	
Punteggio	58,00

DITTA: MEDIVAL LOTTO: 28	PUNTEGGIO MAX	70	Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	Disponibilità ad assistenza tecnica (on/off)	Caratteristiche di attrattivita' nell'inscrimento	Gamma di misure e forme disponibili	Caratteristiche di resistenza del materiale	Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	TOTALE
TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. ANDREA GALLO	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SALVATORE MARTELLUCCI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI MONTECCHIESI	PUNTEGGIO GALLO	PUNTEGGIO MARTELLUCCI	PUNTEGGIO MONTECCHIESI	media coefficienti	punteggio	
	on	on	on	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
	buono, la foglia dello strumento riduce il trauma	buono, la foglia dello strumento riduce il trauma	buono, la foglia dello strumento riduce il trauma	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	20,00
	buono, la gamma proposta è congrua con l'uso previsto	buono, la gamma proposta è congrua con l'uso previsto	buono, la gamma proposta è congrua con l'uso previsto	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	12,00
	discrezionale	discrezionale	discrezionale	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	12,00
	Buono, lo strumento appare robusto	Buono, lo strumento appare robusto	Buono, lo strumento appare robusto	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	12,00
	discrezionale	discrezionale	discrezionale	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00
	Buono, etichettatura chiara e buon confezionamento	Buono, etichettatura chiara e buon confezionamento	Buono, etichettatura chiara e buon confezionamento	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	58,00

58,00 CHECK