

**RDO PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI COMPATIBILI PER ESAMI ELETTROMIOGRAFICI DA DESTINARE  
ALLA UOC DI NEUROLOGIA DEL P.O. SANTA MARIA GORETTI DI LATINA.  
CIG N. Z4634F4A66**

**RICHIESTE CHIARIMENTI PERVENUTE ENTRO IL 22/02/2022**

**DOMANDA N.1**

La presente per chiedere alcuni chiarimenti riguardo alla RDO identificata dal CIG in oggetto. L'importo a base d'asta annuale, ammonta ad € 10000 oppure ad € 25000? Nella documentazione di trovano informazioni discordanti. Per quanto riguarda la scheda di dettaglio degli articoli, qui allegata con un numero assegnato ad ogni riga prodotto, si chiedono i seguenti chiarimenti:- Alla riga n.3: "ELETTRODI EMG": "Elettrodi per rilevazione ad anello, coppette per elettrodi adesivi con connettore DIN" si intende il "Kit Elettrodi per Rilevazione ad Anello, Coppetta e per Elettrodi Adesivi con connettore DIN")?- In riferimento alle righe n. 4,5,6 si chiede se ci si riferisca ai prodotti monouso EMG AD 15 MULTI ed EMG AD 25 MULTI , dove il cavo da 15 cm è già presente per ogni coppia di elettrodi adesivi ? In caso contrario, alla riga n. 6, si intende il cavo riutilizzabile EMG AD MULTI, mentre alla riga n.5 e n.6 si intendono i prodotti EMG AD 15 ed EMG AD 25 rispettivamente? - Per quanto concerne invece la riga n.12, "CAVO" "Cavo schermato con connettore DIN L= 37 mm D= 0,45 mm" si intende il cavo EMG MD REC, peraltro già richiesto al punto n.14 "Mandrino per accessori di rilevazione cavo schermato 100 cm e connettore DIN"? In caso contrario, si chiede di specificare ulteriori dettagli per permettere l'identificazione del prodotto.

**RISPOSTA**

Come riportato negli atti di gara All. 6, la base annuale è pari a €10.000,00 (corrispondente alle quantità della colonna "Qtà richieste per 12 mesi") mentre la base d'asta a 30 mesi è pari a €25.000,00 (i quantitativi sono quelli indicati nella colonna "Qtà richieste per 30 mesi").

Alla riga n.3: "ELETTRODI EMG": "Elettrodi per rilevazione ad anello, coppette per elettrodi adesivi con connettore DIN" si intende il "Kit Elettrodi per Rilevazione ad Anello, Coppetta e per Elettrodi Adesivi con connettore DIN "

- si fa riferimento agli elettrodi necessari per la VCS. Elettrodi adesivi touch proof con connettore din (elettrodi monopaziente adesivo con cavo di lunghezza come indicato che è possibile abbinare al cavo di rilevazione o con connettore da inserire nella boccola)

In riferimento alle righe n. 4,5,6 si chiede se ci si riferisca ai prodotti monouso EMG AD 15 MULTI ed EMG AD 25 MULTI, dove il cavo da 15 cm è già presente per ogni coppia di elettrodi adesivi: si intende un set che comprende i sistemi di rilevazione

-Mandrino per Accessori di Rilevazione con Cavo Schermato

-Elettrodi ad Anello da abbinare a Cavo di Stimolazione

Per quanto concerne invece la riga n.12, "CAVO" "Cavo schermato con connettore DIN L= 37 mm D= 0,45 mm" si intende il cavo EMG MD REC è stato già chiarito sopra.

## **DOMANDA N.2**

Si chiedono alcuni chiarimenti riguardo alla RDO identificata dal CIG in oggetto. In riferimento al capitolato tecnico, si fa presente che nella tabella a pag.1 non sono presenti tutti i componenti elencati nel disciplinare di gara. Inoltre nella prima colonna a sinistra della tabella si parla di lotto A, lotto B, lotto C etc. si tratta forse di un refuso trattando la presente gara un solo lotto? Riguardo all'allegato N.5 Dichiarazione di offerta economica, si chiede se l'importo annuale a base di gara (€25.000 IVA esclusa) sia corretto.

## **RISPOSTA**

In riferimento alle differenze tra elenco dei prodotti del capitolato tecnico rispetto al disciplinare si riporta in allegato il file corretto, riconducendo così a corrispondenza le due tabelle. L'indicazione delle lettere nell'elenco del capitolato tecnico deve intendersi quale mera esplicitazione delle righe: trattasi di lotto unico. Infine come riportato negli atti di gara All. 6, la base annuale è pari a €10.000,00 corrispondente alle quantità della colonna "Qtà richieste per 12 mesi" mentre la base d'asta a 30 mesi è pari a €25.000,00 e i quantitativi sono quelli indicati nella colonna "Qtà richieste per 30 mesi"

## **DOMANDA N.3**

IN MERITO AL CAPITOLATO TECNICO:

- 1) Se le dimensioni indicate per la fornitura di Aghi EMG siano tassative o possano essere offerti aghi con dimensioni simili;
- 2) Si chiede di specificare a quale consumabile faccia riferimento la richiesta alla lettera C di "Elettrodi per rilevazione ad anello, coppetta per elettrodi adesivi con connettore DIN" in quanto la richiesta non rileva alcun prodotto specifico;

- 3) Si indica che sono richiesti due volte in quantitativo diverso gli elettrodi adesivi monouso con terminale pin 1mm 25x20 cavo di 8 cm;
- 4) Si chiede di rivalutare il quantitativo richiesto in merito ai cavi di collegamento (v. 500 pz), di cui alla lettera F che per natura risultano consumabili pluriuso e non monouso come indicato.;
- 5) Si chiede di specificare cosa si intenda con le richieste: "Cavo schermato con connettore DIN L=37mm D=0,45mm" che data la descrizione sembrerebbe essere un Elettrodo ad ago monouso e non un cavo;
- 6) Infine chiediamo di poter eliminare dalle richieste la voce "EP GOGGLES" in quanto accessorio necessariamente dedicato all'apparecchio in Vostra dotazione che precluderebbe la partecipazione alle altre ditte concorrenti.

IN MERITO AL BASE D'ASTA: siamo a richiedere di indicare quale sia l'importo effettivo da considerare a B.A. per il quantitativo annuo da voi indicato in capitolato tecnico, date le differenti indicazioni reperibili nell'All. 5, nel riepilogo MEPA e nel disciplinare e capitolato di gara.

Chiediamo, pertanto, di fornire indicazioni sulla compilazione dell'offerta di sistema e sulla compilazione dei documenti da Voi allegati dove tali importi non possono essere cambiati (si veda all. 5).

#### **RISPOSTA**

- 1) le dimensioni indicate per la fornitura degli aghi non possono superare in diametro e lunghezza il 10% (l'ago serve a seconda delle sedi anatomiche e dei distretti muscolari da investigare)
- 2) per i consumabili " elettrodi a rilevazione ad anello, si fa riferimento agli elettrodi necessari per la VCS. Elettrodi adesivi touch proof con connettore din (elettrodi monopaziente adesivo con cavo di lunghezza come indicato che è possibile abbinare al cavo di rilevazione o con connettore da inserire nella boccia)
- 3) il quantitativo degli elettrodi adesivi oggetto di richiesta è da considerarsi per entrambe le righe, dunque per un totale di 700 pezzi
- 4) i cavi di collegamento consumabili pluriuso si intendono per un numero di pazienti annuale
- 5) cavo schermato con connettore DIN per elettrodo ad ago di lunghezza indicato
- 6) EP Goggles non costituisce un consumabile pertanto non deve considerarsi in quanto non valutato nella valorizzazione della base d'asta

L'importo effettivo da considerare a B.A. per il quantitativo annuo è di €10.000,00, per il quantitativo a 30 mesi è di €25.000,00. L'importo che sarà espresso nell'All.5 è da intendersi comprensivo per i 30 mesi.

#### **DOMANDA N.4**

Nell'ottica del rispetto del principio di libera concorrenza, ci preme segnalare che le caratteristiche tecniche da voi indicate identificano un'azienda ben specifica, limitando la partecipazione alla trattativa in oggetto ad altri operatori economici.

Alla luce di quanto sopra esposto si richiede:

- la possibilità di suddividere la trattativa in lotti separati.
- che le misure degli aghi, sia diametro che lunghezza, possano avere una variazione in percentuale pari +/-10%.
- Specificare se i connettori pin da 1mm sono maschio o femmina, oppure sono standard Touch Proof DIN 42802.
- Specificare se l'elettrodo a coppetta è pluri o monouso.

#### **RISPOSTA**

Da indagine Tecnica risulta che il materiale di consumo richiesto è compatibile con le diverse apparecchiature dedicate agli esami EMGrafici pertanto non identificativo di azienda specifica.

Il lotto è stato definito secondo criterio di omogeneità rispondendo al fabbisogno di esami EMGrafici quindi unico e non divisibile, seppure è riconosciuto un margine di variazione per le misure degli aghi volto a garantire la più ampia partecipazione .

- le misure degli aghi, in diametro e lunghezza possono avere una variazione percentuale che ovviamente non sia superiore a +/- 10%
- i connettori pin da 1 mm sono standard Touch Proof
- elettrodo a coppetta è pluriuso