

PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA, DA ESPLETARSI IN MODALITÀ TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ARTICOLATA IN N. 163 LOTTI, DA AGGIUDICARSI SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA EX ART. 95 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO PER 24 MESI, DELLA FORNITURA DI SUTURATRICI MECCANICHE E DISPOSITIVI PER LAPAROSCOPIA OCCORRENTI ALLA ASL DI LATINA (AZIENDA CAPOFILA) E ASL DI FROSINONE.

**II VERBALE
COMMISSIONE GIUDICATRICE
SEDUTA TECNICA RISERVATA
DEL 30.03.2023**

Il giorno 30.03.2023 alle ore 09.30, si è riunita la Commissione Giudicatrice della Gara in oggetto nominata con Deliberazione n. 872/2022.

Alle ore 09.45, la Commissione è presente nelle persone di:

PRESIDENTE dr. Vincenzo Viola

COMPONENTE dr. Luigi Greco

SEGRETARIO VERBALIZZANTE NON COMPONENTE dott.ssa Eva Cancelli

Il **Componente di Commissione Dr. Giuseppe Mezzetti**, risulta invece in collegamento tramite la piattaforma in uso.


Il Presidente apre i lavori alle ore 09.35 in seduta riservata per la valutazione delle schede tecniche e l'assegnazione dei relativi giudizi.

Il Presidente dà atto che, da una prima valutazione sulla base del Capitolato tecnico e delle offerte pervenute, per alcuni lotti la Commissione potrà assegnare i giudizi solo in seguito alla disamina della campionatura. Pertanto il Presidente dà mandato al Segretario di inviare comunicazione di richiesta di campionatura alle ditte partecipanti ai lotti di seguito elencati:

LOTTO	QUANTITÀ	TERMINE (entro il)
1	1	24/04/2023
2	1	24/04/2023
3	1	24/04/2023
4	1	24/04/2023
5	1	24/04/2023
7	1	24/04/2023
8	1	24/04/2023
9	1	24/04/2023
10	1	24/04/2023
11	1	24/04/2023
12	1	24/04/2023
13	1	24/04/2023
14	1	24/04/2023
15	1	24/04/2023
16	1	24/04/2023
17	1	24/04/2023


Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola


Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti


Il Componente
Dr. Luigi Greco


Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

22	1	24/04/2023
23	1	24/04/2023
24	1	24/04/2023
25	1	24/04/2023
26	1	24/04/2023
28	1	24/04/2023
29	1	24/04/2023
32	1	24/04/2023
33	1	24/04/2023
37	1	24/04/2023
38	1	24/04/2023
39	1	24/04/2023
40	1	24/04/2023
42	1	24/04/2023
43	1	24/04/2023
47	1	24/04/2023
50	1	24/04/2023
52	1	24/04/2023
53	1	24/04/2023
54	1	24/04/2023
55	1	24/04/2023
56	1	24/04/2023
57	1	24/04/2023
58	1	24/04/2023
62	1	24/04/2023
154	1	24/04/2023
51	1	08/05/2023
65	1	08/05/2023
66	1	08/05/2023
67	1	08/05/2023
68	1	08/05/2023
69	1	08/05/2023
70	1	08/05/2023
71	1	08/05/2023
72	1	08/05/2023
73	1	08/05/2023
74	1	08/05/2023
75	1	08/05/2023
76	1	08/05/2023
77	1	08/05/2023
78	1	08/05/2023
79	1	08/05/2023
80	1	08/05/2023
83	1	08/05/2023
84	1	08/05/2023
85	1	08/05/2023
86	1	08/05/2023
88	1	08/05/2023

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco


Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

89	1	08/05/2023
90	1	08/05/2023
92	1	08/05/2023
93	1	08/05/2023
94	1	08/05/2023
95	1	08/05/2023
96	1	08/05/2023
97	1	08/05/2023
98	1	08/05/2023
101	1	22/05/2023
102	1	22/05/2023
103	1	22/05/2023
104	1	22/05/2023
109	1	22/05/2023
111	1	22/05/2023
112	1	22/05/2023
113	1	22/05/2023
114	1	22/05/2023
116	1	22/05/2023
123	1	22/05/2023
129	1	22/05/2023
137	1	22/05/2023
138	1	22/05/2023
139	1	22/05/2023
140	1	22/05/2023
141	1	22/05/2023
142	1	22/05/2023
143	1	22/05/2023
144	1	22/05/2023
145	1	22/05/2023
146	1	22/05/2023
147	1	22/05/2023
148	1	22/05/2023
149	1	22/05/2023
150	1	22/05/2023
151	1	22/05/2023
152	1	22/05/2023
153	1	22/05/2023
156	1	22/05/2023
157	1	22/05/2023

La Commissione prende atto che i seguenti lotti risultano deserti: 19, 30, 64, 91, 105, 106, 108, 120, 128, 131, 155.

La Commissione procede quindi con l'analisi delle schede tecniche dei lotti restanti.


Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola


Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti


Il Componente
Dr. Luigi Greco


Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

La Commissione procede alla disamina della scheda tecnica relativa al **lotto n. 6**, trasmessa dalla ditta FARMASAN SRL e alla valutazione del prodotto offerto. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare il prodotto alla luce dei Criteri di valutazione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: FARMASAN S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, facilità di posizionamento e di azionamento	15	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Tenuta del DM rispetto alla parete addominale e livello di protezione del sito chirurgico dalle contaminazioni	20	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Ampiezza della gamma	15	quantitativo	6,00	6,00	6,00
Visualizzazione (livello di trasparenza del sistema)	15	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Confezionamento- etichettatura: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO

La Commissione procede alla disamina della scheda tecnica relativa al **lotto n. 18**, trasmessa dalla ditta INNOVAMEDICA e alla valutazione del prodotto offerto. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare il prodotto alla luce dei Criteri di valutazione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: INNOVAMEDICA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di azionamento del lavaggio/aspirazione	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Efficacia nell'azione di aspirazione e lavaggio	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Atraumaticità	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Tenuta delle connessioni	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

La Commissione procede alla disamina della scheda tecnica relativa al **lotto n. 20**, trasmessa dalla ditta TELEFLEX MEDICAL SRL e alla valutazione del prodotto offerto. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare il prodotto alla luce dei Criteri di valutazione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: TELEFLEX MEDICAL SRL	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Atraumaticità	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
---	---	---------------	----------	----------	----------

La Commissione procede alla disamina della scheda tecnica relativa al **lotto n. 21**, trasmessa dalla ditta FARMASAN SRL e alla valutazione del prodotto offerto. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare il prodotto alla luce dei Criteri di valutazione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: FARMASAN S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso e comodità dell'impugnatura	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Efficacia nell'azione di riscaldamento dell'ottica	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Stabilità termica	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Tenuta delle valvole	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO

La Commissione procede alla disamina della scheda tecnica relativa al **lotto n. 31**, trasmessa dalla ditta B.BRAUN MILANO SPA e alla valutazione del prodotto offerto. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare il prodotto alla luce dei Criteri di valutazione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: B.BRAUN MILANO SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza, connessioni ed isolamento elettrici	20	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Atraumaticità	20	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	5	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO

La Commissione procede alla disamina della scheda tecnica relativa al **lotto n. 34**, trasmessa dalla ditta MEDTRONIC ITALIA SPA e alla valutazione del prodotto offerto. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare il prodotto alla luce dei Criteri di valutazione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza, connessioni ed isolamento elettrici	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Atraumaticità	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO

Il Presidente
Dr Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Qualità dei materiali: qualità generale dei materiali, caratteristiche qualitative dei pulsanti di attivazione	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Grado di Compatibilità degli attacchi con i vari sistemi monopolari	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO

La Commissione procede alla disamina della scheda tecnica relativa al **lotto n. 35**, trasmessa dalla ditta MEDTRONIC ITALIA SPA e alla valutazione del prodotto offerto. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare il prodotto alla luce dei Criteri di valutazione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza, connessioni ed isolamento elettrici	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Atraumaticità	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Qualità dei materiali: qualità generale dei materiali, caratteristiche qualitative dei pulsanti di attivazione	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Grado di Compatibilità degli attacchi con i vari sistemi monopolari	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO

La Commissione procede alla disamina della scheda tecnica relativa al **lotto n. 36**, trasmessa dalla ditta MEDTRONIC ITALIA SPA e alla valutazione del prodotto offerto. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare il prodotto alla luce dei Criteri di valutazione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza, connessioni ed isolamento elettrici	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Atraumaticità	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	5	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Qualità dei materiali: qualità generale dei materiali, caratteristiche qualitative dei pulsanti di attivazione	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Grado di Compatibilità degli attacchi con i vari sistemi monopolari	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO


Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola


Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti


Il Componente
Dr. Luigi Greco


Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
---	---	---------------	-------	-------	-------

La Commissione procede alla disamina della scheda tecnica relativa al lotto n. 41 e decide di rinviare il giudizio alle sedute successive per ulteriori valutazioni.

La Commissione procede alla disamina della scheda tecnica relativa al lotto n. 44 e decide di rinviare il giudizio alle sedute successive per ulteriori valutazioni.

La Commissione procede alla disamina della scheda tecnica relativa al **lotto n. 45**, trasmessa dalla ditta MEDTRONIC ITALIA SPA e alla valutazione del prodotto offerto. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare il prodotto alla luce dei Criteri di valutazione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti a diversa tipologia di energia: monopolare, bipolare, ultrasuoni)	5	on/off	SI	SI	SI
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuta la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Presenza di strumenti retti e curvi	5	on/off	SI	SI	SI
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	1,00	1,00	1,00
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	14,00	14,00	14,00

La Commissione procede alla disamina della scheda tecnica relativa al **lotto n. 46**, trasmessa dalla ditta MEDTRONIC ITALIA SPA e alla valutazione del prodotto offerto. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare il prodotto alla luce dei Criteri di valutazione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti a diversa tipologia di energia: monopolare, bipolare, ultrasuoni)	5	on/off	SI	SI	SI
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuta la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Presenza di strumenti retti e curvi	5	on/off	SI	SI	SI
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	1,00	1,00	1,00
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	14,00	14,00	14,00

Il Presidente
Dr Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

La Commissione procede alla disamina delle schede tecniche relative ai lotti n. 48, 49, 59, 60, 61, 63, 81, 82, 87, 99 e decide di rinviare il giudizio alle sedute successive per ulteriori valutazioni.

La Commissione procede alla disamina della scheda tecnica relativa al **lotto n. 100**, trasmessa dalla ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA e alla valutazione del prodotto offerto. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare il prodotto alla luce dei Criteri di valutazione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO

La Commissione procede alla disamina della scheda tecnica relativa al **lotto n. 107**, trasmessa dalla ditta INNOVAMEDICA e alla valutazione del prodotto offerto. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare il prodotto alla luce dei Criteri di valutazione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: INNOVAMEDICA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Completezza del kit anoscopio-dilatatore	15	quantitativo	3,00	3,00	3,00
Ergonomia: facilità di introduzione ed utilizzo del dispositivo	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Sicurezza: adeguata protezione dei tessuti circostanti	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Adattabilità dello strumento alle varie tecniche chirurgiche proctologiche	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO

La Commissione procede alla disamina della scheda tecnica relativa al **lotto n. 110**, trasmessa dalla ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA e alla valutazione del prodotto offerto. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare il prodotto alla luce dei Criteri di valutazione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori dei tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Sicurezza: adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO

La Commissione procede alla disamina della scheda tecnica relativa al **lotto n. 115**, trasmessa dalla ditta ESSEDUE GROUP e alla valutazione del prodotto offerto. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare il prodotto alla luce dei Criteri di valutazione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: ESSEDUE GROUP	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza di idonei sistemi di sicurezza e atraumicità	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Tenuta e grado di penetrazione della clip con diversi orientamenti dello strumento	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Sistema di controllo punti rimanenti	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO

La Commissione procede alla disamina della scheda tecnica relativa al **lotto n. 117**, trasmessa dalla ditta BARD SRL e alla valutazione del prodotto offerto. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare il prodotto alla luce dei Criteri di valutazione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: BARD SRL	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Maneggevolezza: facilità di posizionamento in situ anatomico	15	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Sagomabilità: possibilità di tagliare la rete nelle forme e misure adatte al sito senza sfilacciature e delaminazioni	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Conformazione maglia della protesi	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Flessibilità	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Elasticità	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Memoria di forma: capacità delle rete di riassumere la forma originaria	5	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	6,00	6,00	6,00

La Commissione procede alla disamina della scheda tecnica relativa al **lotto n. 118**, trasmessa dalla ditta MEDTRONIC ITALIA SPA e alla valutazione del prodotto offerto. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare il prodotto alla luce dei Criteri di valutazione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Maneggevolezza: facilità di posizionamento in situ anatomico	15	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Sagomabilità: possibilità di tagliare la rete nelle forme e misure adatte al sito senza sfilacciature e delaminazioni	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
conformazione maglia della protesi	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
flessibilità	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
elasticità	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO

Il Presidente
Dr Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Memoria di forma: capacità delle rete di riassumere la forma originaria	5	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	15,00	15,00	15,00

La Commissione procede alla disamina della scheda tecnica relativa al lotto n. 119 e decide di rinviare il giudizio alle sedute successive per ulteriori valutazioni.

La Commissione procede alla disamina della scheda tecnica relativa al **lotto n. 121**, trasmessa dalla ditta MEDTRONIC ITALIA SPA e alla valutazione del prodotto offerto. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare il prodotto alla luce dei Criteri di valutazione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Maneggevolezza: facilità di posizionamento in situ anatomico	15	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Sagomabilità: possibilità di tagliare la rete nelle forme e misure adatte al sito senza sfilacciature e delaminazioni	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
conformazione maglia della protesi	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Flessibilità	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Elasticità	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Memoria di forma: capacità delle rete di riassumere la forma originaria	5	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	3,00	3,00	3,00

La Commissione procede alla disamina della scheda tecnica relativa al **lotto n. 122**, trasmessa dalla ditta MEDTRONIC ITALIA SPA e alla valutazione del prodotto offerto. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare il prodotto alla luce dei Criteri di valutazione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Maneggevolezza: facilità di posizionamento in situ anatomico	15	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Sagomabilità: possibilità di tagliare la rete nelle forme e misure adatte al sito senza sfilacciature e delaminazioni	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
conformazione maglia della protesi	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Flessibilità	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Elasticità	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Memoria di forma: capacità delle rete di riassumere la forma originaria	5	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	21,00	21,00	21,00

La Commissione procede alla disamina della scheda tecnica relativa al **lotto n. 124**, trasmessa dalla ditta BARD SRL e alla valutazione del prodotto offerto. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare il prodotto alla luce dei Criteri di valutazione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: BARD SRL	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Maneggevolezza: facilità di posizionamento in situ anatomico	15	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Sagomabilità: possibilità di tagliare la rete nelle forme e misure adatte al sito senza sfilacciature e delaminazioni	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
conformazione maglia della protesi	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO

Il Presidente
Dr Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

flessibilità	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
elasticità	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Memoria di forma: capacità delle rete di riassumere la forma originaria	5	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	69,00	69,00	69,00

La Commissione procede alla disamina della scheda tecnica relativa al **lotto n. 125**, trasmessa dalla ditta BARD SRL e alla valutazione del prodotto offerto. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare il prodotto alla luce dei Criteri di valutazione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: BARD SRL	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Maneggevolezza: facilità di posizionamento in situ anatomico	15	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Sagomabilità: possibilità di tagliare la rete nelle forme e misure adatte al sito senza sfilacciature e delaminazioni	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
conformazione maglia della protesi	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
flessibilità	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
elasticità	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Memoria di forma: capacità delle rete di riassumere la forma originaria	5	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	44,00	44,00	44,00

La Commissione procede alla disamina della scheda tecnica relativa al **lotto n. 126**, trasmessa dalla ditta MEDTRONIC ITALIA SPA e alla valutazione del prodotto offerto. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare il prodotto alla luce dei Criteri di valutazione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Maneggevolezza: facilità di posizionamento in situ anatomico	15	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Sagomabilità: possibilità di tagliare la rete nelle forme e misure adatte al sito senza sfilacciature e delaminazioni	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
conformazione maglia della protesi	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
flessibilità	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
elasticità	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Memoria di forma: capacità delle rete di riassumere la forma originaria	5	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	4,00	4,00	4,00

La Commissione procede alla disamina della scheda tecnica relativa al **lotto n. 127**, trasmessa dalla ditta W. L. GORE & ASSOCIATI SRL e alla valutazione del prodotto offerto. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare il prodotto alla luce dei Criteri di valutazione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: W. L. GORE & ASSOCIATI SRL	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Maneggevolezza: facilità di posizionamento in situ anatomico	15	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Sagomabilità: possibilità di tagliare la rete nelle forme e misure adatte al sito senza sfilacciature e delaminazioni	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
conformazione maglia della protesi	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
flessibilità	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
elasticità	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Memoria di forma: capacità delle rete di riassumere la forma originaria	5	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	8,00	8,00	8,00

Alle ore 13.30 il Segretario chiude la seduta riservata di valutazione tecnica e rinvia a data da destinarsi la prossima seduta riservata tesa al prosieguo della valutazione tecnica e all'attribuzione dei relativi giudizi.

Latina, 30.03.2023

L.C.S.

Il PRESIDENTE Dr. Vincenzo Viola

Il COMPONENTE Dr. Giuseppe Mezzetti

Il COMPONENTE Dr. Luigi Greco

Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE NON COMPONENTE Dott.ssa Eva Cancelli

Eva Cancelli