

PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA, DA ESPLETARSI IN MODALITÀ TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ARTICOLATA IN N. 163 LOTTI, DA AGGIUDICARSI SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA EX ART. 95 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO PER 24 MESI, DELLA FORNITURA DI SUTURATRICI MECCANICHE E DISPOSITIVI PER LAPAROSCOPIA OCCORRENTI ALLA ASL DI LATINA (AZIENDA CAPOFILA) E ASL DI FROSINONE.

**IV VERBALE
COMMISSIONE GIUDICATRICE
SEDUTA TECNICA RISERVATA
DEL 04.05.2023**

Il giorno 04.05.2023 alle ore 09.30, si è riunita la Commissione Giudicatrice della Gara in oggetto nominata con Deliberazione n. 872/2022.

La Commissione è presente nelle persone di:

PRESIDENTE dr. Vincenzo Viola

COMPONENTE dr. Luigi Greco

COMPONENTE dr. Giuseppe Mezzetti

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE NON COMPONENTE dott.ssa Eva Cancelli, risulta invece in collegamento tramite la piattaforma in uso.

Il Presidente apre i lavori alle ore 09.35 in seduta riservata per la valutazione della campionatura relativa ai lotti per i quali è stata richiesta.

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 1**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Johnson & Johnson Medical Spa, Medi Line, Farmasan S.R.L., Conmed Italia S.R.L., Medtronic Italia Spa, Aorta S.R.L. e Tau Medica S.R.L. e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Valvola interna incorporata nella cannula (possibilità rimozione riduttore e reperto senza perdita di pneumoperitoneo)	5	on/off	SI	SI	SI
Otturatore e cannula solidale (tenuta guarnizione valvola)	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Maneggevolezza ed ergonomia (facilità di introduzione/estrazione mandrino e riduttore)	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Prestazioni del trocar (facilità di introduzione, facilità di inserimento degli strumenti)	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Tenuta e stabilità in parete (zigrinatura accentuata)	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Sicurezza (scudo di protezione della lama con copertura 360°)	5	on/off	SI	SI	SI

DITTA: MEDI LINE	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
------------------	---------------	------------------	--	---	-------------------------------------

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco


Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Valvola interna incorporata nella cannula (possibilità rimozione riduttore e reperto senza perdita di pneumoperitoneo)	5	on/off	SI	SI	SI
Otturatore e cannula solidale (tenuta guarnizione valvola)	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Maneggevolezza ed ergonomia (facilità di introduzione/estrazione mandrino e riduttore)	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Prestazioni del trocar (facilità di introduzione, facilità di inserimento degli strumenti)	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Tenuta e stabilità in parete (zigrinatura accentuata)	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza (scudo di protezione della lama con copertura 360°)	5	on/off	SI	SI	SI

DITTA: FARMASAN S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Valvola interna incorporata nella cannula (possibilità rimozione riduttore e reperto senza perdita di pneumoperitoneo)	5	on/off	SI	SI	SI
Otturatore e cannula solidale (tenuta guarnizione valvola)	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Maneggevolezza ed ergonomia (facilità di introduzione/estrazione mandrino e riduttore)	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Prestazioni del trocar (facilità di introduzione, facilità di inserimento degli strumenti)	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Tenuta e stabilità in parete (zigrinatura accentuata)	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Sicurezza (scudo di protezione della lama con copertura 360°)	5	on/off	SI	SI	SI

DITTA: CONMED ITALIA S.r.l.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Valvola interna incorporata nella cannula (possibilità rimozione riduttore e reperto senza perdita di pneumoperitoneo)	5	on/off	SI	SI	SI
Otturatore e cannula solidale (tenuta guarnizione valvola)	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Maneggevolezza ed ergonomia (facilità di introduzione/estrazione mandrino e riduttore)	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Prestazioni del trocar (facilità di introduzione, facilità di inserimento degli strumenti)	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Tenuta e stabilità in parete (zigrinatura accentuata)	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza (scudo di protezione della lama con copertura 360°)	5	on/off	SI	SI	SI

DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Valvola interna incorporata nella cannula (possibilità rimozione riduttore e reperto senza perdita di pneumoperitoneo)	5	on/off	SI	SI	SI
Otturatore e cannula solidale (tenuta guarnizione valvola)	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Maneggevolezza ed ergonomia (facilità di introduzione/estrazione mandrino e riduttore)	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Prestazioni del trocar (facilità di introduzione, facilità di inserimento degli strumenti)	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE


Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola


Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti


Il Componente
Dr. Luigi Greco


Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Tenuta e stabilità in parete (zigrinatura accentuata)	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Sicurezza (scudo di protezione della lama con copertura 360°)	5	on/off	SI	SI	SI

DITTA: AORTA S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Valvola interna incorporata nella cannula (possibilità rimozione riduttore e reperto senza perdita di pneumoperitoneo)	5	on/off	SI	SI	SI
Otturatore e cannula solidale (tenuta guarnizione valvola)	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Maneggevolezza ed ergonomia (facilità di introduzione/estrazione mandrino e riduttore)	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Prestazioni del trocar (facilità di introduzione, facilità di inserimento degli strumenti)	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Tenuta e stabilità in parete (zigrinatura accentuata)	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza (scudo di protezione della lama con copertura 360°)	5	on/off	SI	SI	SI

DITTA: TAU MEDICA S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Valvola interna incorporata nella cannula (possibilità rimozione riduttore e reperto senza perdita di pneumoperitoneo)	5	on/off	SI	SI	SI
Otturatore e cannula solidale (tenuta guarnizione valvola)	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Maneggevolezza ed ergonomia (facilità di introduzione/estrazione mandrino e riduttore)	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Prestazioni del trocar (facilità di introduzione, facilità di inserimento degli strumenti)	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Tenuta e stabilità in parete (zigrinatura accentuata)	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza (scudo di protezione della lama con copertura 360°)	5	on/off	SI	SI	SI

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 2**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Medi Line, Farmasan S.R.L., Conmed Italia S.R.L., Medtronic Italia Spa, E.F.M. Emanuele Fiore Mancini Srl e Tau Medica S.R.L. e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: MEDI LINE	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Valvola interna incorporata nella cannula (possibilità rimozione riduttore e reperto senza perdita di pneumoperitoneo)	5	on/off	SI	SI	SI
Maneggevolezza ed ergonomia (facilità di introduzione/estrazione mandrino e riduttore)	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Prestazioni del trocar (facilità di introduzione, facilità di inserimento degli strumenti/ottica)	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Tenuta e stabilità in parete	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Resistenza del palloncino alla pressione di gonfiaggio	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Visibilità (livello trasparenza della cannula e possibilità di individuare facilmente eventuali reperti rimasti al suo interno)	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

DITTA: FARMASAN S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Valvola interna incorporata nella cannula (possibilità rimozione riduttore e reperto senza perdita di pneumoperitoneo)	5	on/off	SI	SI	SI
Maneggevolezza ed ergonomia (facilità di introduzione/estrazione mandrino e riduttore)	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Prestazioni del trocar (facilità di introduzione, facilità di inserimento degli strumenti/ottica)	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Tenuta e stabilità in parete	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Resistenza del palloncino alla pressione di gonfiaggio	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Visibilità (livello trasparenza della cannula e possibilità di individuare facilmente eventuali reperti rimasti al suo interno)	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Valvola interna incorporata nella cannula (possibilità rimozione riduttore e reperto senza perdita di pneumoperitoneo)	5	on/off	SI	SI	SI
Maneggevolezza ed ergonomia (facilità di introduzione/estrazione mandrino e riduttore)	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Prestazioni del trocar (facilità di introduzione, facilità di inserimento degli strumenti/ottica)	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Tenuta e stabilità in parete	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Resistenza del palloncino alla pressione di gonfiaggio	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Visibilità (livello trasparenza della cannula e possibilità di individuare facilmente eventuali reperti rimasti al suo interno)	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO

DITTA: E.F.M. EMANUELE FIORE MANCINI Srl	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Valvola interna incorporata nella cannula (possibilità rimozione riduttore e reperto senza perdita di pneumoperitoneo)	5	on/off	SI	SI	SI
Maneggevolezza ed ergonomia (facilità di introduzione/estrazione mandrino e riduttore)	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Prestazioni del trocar (facilità di introduzione, facilità di inserimento degli strumenti/ottica)	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Tenuta e stabilità in parete	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Resistenza del palloncino alla pressione di gonfiaggio	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Visibilità (livello trasparenza della cannula e possibilità di individuare facilmente eventuali reperti rimasti al suo interno)	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: TAU MEDICA S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Valvola interna incorporata nella cannula (possibilità rimozione riduttore e reperto senza perdita di pneumoperitoneo)	5	on/off	SI	SI	SI

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Bya Cancelli

Maneggevolezza ed ergonomia (facilità di introduzione/estrazione mandrino e riduttore)	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Prestazioni del trocar (facilità di introduzione, facilità di inserimento degli strumenti/ottica)	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Tenuta e stabilità in parete	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Resistenza del palloncino alla pressione di gonfiaggio	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Visibilità (livello trasparenza della cannula e possibilità di individuare facilmente eventuali reperti rimasti al suo interno)	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 3**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Farman S.R.L., Medtronic Italia Spa e Aorta S.R.L. e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: AORTA S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Valvola interna incorporata nella cannula (possibilità rimozione riduttore e reperto senza perdita di pneumoperitoneo)	5	on/off	SI	SI	SI
Maneggevolezza ed ergonomia (facilità di introduzione/estrazione mandrino e riduttore)	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Prestazioni del trocar (facilità di introduzione, facilità di inserimento degli strumenti/ottica)	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Tenuta e stabilità in parete	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Resistenza del palloncino alla pressione di gonfiaggio	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Visibilità (livello trasparenza della cannula e possibilità di individuare facilmente eventuali reperti rimasti al suo interno)	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: FARMASAN S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Valvola interna incorporata nella cannula (possibilità rimozione riduttore e reperto senza perdita di pneumoperitoneo)	5	on/off	SI	SI	SI
Maneggevolezza ed ergonomia (facilità di introduzione/estrazione mandrino e riduttore)	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Prestazioni del trocar (facilità di introduzione, facilità di inserimento degli strumenti/ottica)	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Tenuta e stabilità in parete	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Resistenza del palloncino alla pressione di gonfiaggio	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Visibilità (livello trasparenza della cannula e possibilità di individuare facilmente eventuali reperti rimasti al suo interno)	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Valvola interna incorporata nella cannula (possibilità rimozione riduttore e reperto senza perdita di pneumoperitoneo)	5	on/off	SI	SI	SI
Maneggevolezza ed ergonomia (facilità di introduzione/estrazione mandrino e riduttore)	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Prestazioni del trocar (facilità di introduzione, facilità di inserimento degli strumenti/ottica)	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Tenuta e stabilità in parete	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Resistenza del palloncino alla pressione di gonfiaggio	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Visibilità (livello trasparenza della cannula e possibilità di individuare facilmente eventuali reperti rimasti al suo interno)	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 4**.


Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola


Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti


Il Componente
Dr. Luigi Greco


Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Medtronic Italia Spa e B.Braun Milano Spa e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, facilità di posizionamento e di azionamento	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Possibilità di introduzione ed estrazione di strumenti di calibro variabile	15	on/off	SI	SI	SI
Tenuta della valvola e qualità dei materiali utilizzati	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Tenuta e stabilità in parete	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Atramauticità nell'introduzione della cannula	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Confezionamento- etichettatura: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO

DITTA: B.BRAUN MILANO SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, facilità di posizionamento e di azionamento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Possibilità di introduzione ed estrazione di strumenti di calibro variabile	15	on/off	SI	SI	SI
Tenuta della valvola e qualità dei materiali utilizzati	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Tenuta e stabilità in parete	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atramauticità nell'introduzione della cannula	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento- etichettatura: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 5**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Innovamedica, Farmasan Srl e Medtronic Italia Spa e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: INNOVAMEDICA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, facilità di posizionamento e di azionamento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Possibilità di introduzione ed estrazione di strumenti di calibro variabile	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Tenuta della valvola e qualità dei materiali utilizzati	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Completezza del kit (quantità delle cannule di accesso presenti nel kit)	10	quantitativo	4,00	4,00	4,00
Atramauticità nell'introduzione del port	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento- etichettatura: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

DITTA: FARMASAN S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, facilità di posizionamento e di azionamento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Possibilità di introduzione ed estrazione di strumenti di calibro variabile	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Tenuta della valvola e qualità dei materiali utilizzati	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Completezza del kit (quantità delle cannule di accesso presenti nel kit)	10	quantitativo	3,00	3,00	3,00
Atraumaticità nell'introduzione del port	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento- etichettatura: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, facilità di posizionamento e di azionamento	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Possibilità di introduzione ed estrazione di strumenti di calibro variabile	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Tenuta della valvola e qualità dei materiali utilizzati	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Completezza del kit (quantità delle cannule di accesso presenti nel kit)	10	quantitativo	4,00	4,00	4,00
Atraumaticità nell'introduzione del port	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Confezionamento- etichettatura: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 7**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Euroclone, B.Braun Milano Spa e Medtronic Italia Spa e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: EUROCLONE	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Maneggevolezza ed ergonomia	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Attacco luer-lock	5	on/off	SI	SI	SI
Confezionamento- etichettatura: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: B.BRAUN MILANO SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Maneggevolezza ed ergonomia	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Attacco luer-lock	5	on/off	SI	SI	SI

Il Presidente
Dr Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Confezionamento- etichettatura: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
--	---	---------------	-------------	-------------	-------------

DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Maneggevolezza ed ergonomia	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Atraumaticità	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Attacco luer-lock	5	on/off	NO	NO	NO
Confezionamento- etichettatura: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 8**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Innovamedica, Euroclone, Jhonson&Jhonson Medical Spa, Medi Line, Farmasan Srl, Conmed Italia Srl, Movì Spa, Medtronic Italia, B.Braun Milano Spa, Aorta Srl, E.F.M. Emanuele Fiore Mancini Srl, Pro.Med. e Tau Medica Srl e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: INNOVAMEDICA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: EUROCLONE	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
---	---	---------------	-------------	-------------	-------------

DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Atraumaticità	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO

DITTA: MEDI LINE	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA:FARMASAN S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Atraumaticità	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO

DITTA: CONMED ITALIA S.r.l.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
-----------------------------	---------------	------------------	--	---	-------------------------------------

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: MOVI S.P.A.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Atraumaticità	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO

DITTA: B.BRAUN MILANO SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: AORTA S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: E.F.M. EMANUELE FIORE MANCINI Srl	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: PRO.MED.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

Il Presidente
Dr Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

DITTA: TAU MEDICA S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 9**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Innovamedica, Euroclone, Jhonson&Jhonson Medical Spa, Medi Line, Farmasan Srl, Movi Spa, Medtronic Italia, B.Braun Milano Spa, Aorta Srl, E.F.M. Emanuele Fiore Mancini Srl e Pro.Med. e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: INNOVAMEDICA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: EUROCLONE	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
--------------------------------------	---------------	------------------	--	---	-------------------------------------

Il Presidente
Dr Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Atraumaticità	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO

DITTA: MEDI LINE	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: FARMASAN S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: MOVI S.P.A.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Atraumaticità	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO

DITTA: B.BRAUN MILANO SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: AORTA S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: E.F.M. EMANUELE FIORE MANCINI Srl	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
--	---------------	------------------	--	---	-------------------------------------

Il Presidente
Dr Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: PRO.MED.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 10**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Innovamedica, Euroclone, Jhonson&Jhonson Medical Spa, Medi Line, Movi Spa, Medtronic Italia, B.Braun Milano Spa, Aorta Srl, Pro.Med. e Tau Medica Srl e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: INNOVAMEDICA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: EUROCLONE	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Atraumaticità	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO

DITTA: MEDI LINE	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: MOVI S.P.A.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Atraumaticità	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO

DITTA: B.BRAUN MILANO SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: AORTA S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: PRO.MED.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

Il Presidente
Dr Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

DITTA: TAU MEDICA S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 11**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Innovamedica, Euroclone, Jhonson&Jhonson Medical Spa, Medi Line, Farmasan Srl, B.Braun Milano Spa, Aorta Srl, Pro.Med. e Tau Medica Srl e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: INNOVAMEDICA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: EUROCLONE	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO

Il Presidente
Dr Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Atraumaticità	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
DITTA: MEDI LINE	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: MOVI S.P.A.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: FARMASAN S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: B.BRAUN MILANO SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: AORTA S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: PRO.MED.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: TAU MEDICA S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 12.**

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Jhonson&Jhonson Medical Spa e Medtronic Italia Spa e alla valutazione dei campioni






Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Atraumaticità	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO

DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Atraumaticità	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 13**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Davi Medica Srl e Medtronic Italia Spa e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: DAVI MEDICA SRL	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO

Il Presidente
Dr Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Atraumaticità	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 14**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Innovamedica, Teleflex Medical Srl, Euroclone, Jhonson&Jhonson Medical Spa, Medi Line, Farmasan Srl, Conmed Italia Srl, Movì Spa, Medtronic Italia, Ab Medica Spa, B.Braun Milano Spa, Aorta Srl, E.F.M. Emanuele Fiore Mancini Srl, Pro.Med. e Tau Medica Srl e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: INNOVAMEDICA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: tenuta del sacchetto alla trazione ed al peso	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità: presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: TELEFLEX MEDICAL SRL	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: tenuta del sacchetto alla trazione ed al peso	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità: presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: EUROCLONE	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: tenuta del sacchetto alla trazione ed al peso	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità: presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: tenuta del sacchetto alla trazione ed al peso	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità: presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: MEDI LINE	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: tenuta del sacchetto alla trazione ed al peso	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità: presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: FARMASAN S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: tenuta del sacchetto alla trazione ed al peso	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità: presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: CONMED ITALIA S.r.l.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Sicurezza: tenuta del sacchetto alla trazione ed al peso	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità: presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: MOVI S.P.A.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: tenuta del sacchetto alla trazione ed al peso	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità: presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

Il Presidente
Dr Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari					
DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Sicurezza: tenuta del sacchetto alla trazione ed al peso	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Atraumaticità	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Versatilità: presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
DITTA: AB MEDICA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: tenuta del sacchetto alla trazione ed al peso	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità: presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: B.BRAUN MILANO SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: tenuta del sacchetto alla trazione ed al peso	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità: presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: AORTA S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: tenuta del sacchetto alla trazione ed al peso	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità: presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: E.F.M. EMANUELE FIORE MANCINI Srl	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: tenuta del sacchetto alla trazione ed al peso	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità: presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: PRO.MED.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: tenuta del sacchetto alla trazione ed al peso	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità: presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: TAU MEDICA S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: tenuta del sacchetto alla trazione ed al peso	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità: presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 15**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Innovamedica, Teleflex Medical Srl, Medi Line, Farmasan Srl, Conmed Italia Srl, Medtronic Italia, Ab Medica Spa e B.Braun Milano Spa e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: INNOVAMEDICA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: tenuta del sacchetto alla trazione ed al peso	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità: presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: TELEFLEX MEDICAL SRL	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: tenuta del sacchetto alla trazione ed al peso	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità: presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: MEDI LINE	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: tenuta del sacchetto alla trazione ed al peso	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità: presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: FARMASAN S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: tenuta del sacchetto alla trazione ed al peso	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità: presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: CONMED ITALIA S.r.l.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Sicurezza: tenuta del sacchetto alla trazione ed al peso	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità: presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Sicurezza: tenuta del sacchetto alla trazione ed al peso	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Atraumaticità	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Versatilità: presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

DITTA: AB MEDICA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Sicurezza: tenuta del sacchetto alla trazione ed al peso	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità: presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: B.BRAUN MILANO SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Sicurezza: tenuta del sacchetto alla trazione ed al peso	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità: presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 16**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Innovamedica, Conmed Italia Srl e B.Braun Milano Spa e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: INNOVAMEDICA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: tenuta del sacchetto alla trazione ed al peso	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità: presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: CONMED ITALIA S.r.l.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Sicurezza: tenuta del sacchetto alla trazione ed al peso	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Atraumaticità	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità: presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
DITTA: B.BRAUN MILANO SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: tenuta del sacchetto alla trazione ed al peso	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Atraumaticità	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità: presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 17**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Coloplast, Innovamedica, Medi Line, Farmasan Srl, Svas Biosana Spa, Conmed Italia Srl, B.Braun Milano Spa, E.F.M. Emanuele Fiore Mancini Srl, Pro.Med. e Tau Medica Srl e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: COLOPLAST	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di azionamento del lavaggio/aspirazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Efficacia nell'azione di aspirazione e lavaggio	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Tenuta delle connessioni	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: INNOVAMEDICA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di azionamento del lavaggio/aspirazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Efficacia nell'azione di aspirazione e lavaggio	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Tenuta delle connessioni	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: MEDI LINE	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di azionamento del lavaggio/aspirazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Efficacia nell'azione di aspirazione e lavaggio	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Tenuta delle connessioni	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: FARMASAN S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di azionamento del lavaggio/aspirazione	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Efficacia nell'azione di aspirazione e lavaggio	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Atraumaticità	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Tenuta delle connessioni	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO

DITTA: SVAS BIOSANA S.P.A.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di azionamento del lavaggio/aspirazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Efficacia nell'azione di aspirazione e lavaggio	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Tenuta delle connessioni	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: CONMED ITALIA S.r.l.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di azionamento del lavaggio/aspirazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Efficacia nell'azione di aspirazione e lavaggio	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Tenuta delle connessioni	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: B.BRAUN MILANO SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di azionamento del lavaggio/aspirazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Efficacia nell'azione di aspirazione e lavaggio	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Tenuta delle connessioni	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: E.F.M. EMANUELE FIORE MANCINI Srl	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di azionamento del lavaggio/aspirazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Efficacia nell'azione di aspirazione e lavaggio	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Tenuta delle connessioni	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: PRO.MED.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di azionamento del lavaggio/aspirazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

Il Presidente
Dr Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Efficacia nell'azione di aspirazione e lavaggio	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Tenuta delle connessioni	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: TAU MEDICA S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di azionamento del lavaggio/aspirazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Efficacia nell'azione di aspirazione e lavaggio	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Tenuta delle connessioni	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 22**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Conmed Italia Srl e Medtronic Italia e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: CONMED ITALIA S.r.l.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso e comodità dell'impugnatura	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Efficacia nell'azione di riscaldamento dell'ottica	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Stabilità termica	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Tenuta delle valvole	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: MEDTRONIC	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso e comodità dell'impugnatura	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Efficacia nell'azione di riscaldamento dell'ottica	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Stabilità termica	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Tenuta delle valvole	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 23**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Innovamedica, Johnson & Johnson Medical Spa, Farmasan Srl, Medtronic Italia Spa e B.Braun Milano Spa e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: INNOVAMEDICA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, caricamento delle clips completamente automatico, facilità di chiusura della clip, agevole chiusura del morso e conseguente azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: chiusura regolare della clip, angolazione delle morse, capacità di emostasi, presenza di sistemi antiscivolamento della clip, feedback di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

Il Presidente
Dr Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza, presenza meccanismo anti caduta della clip					
Versatilità: capacità di adattamento a diverse situazioni di emostasi (possibilità di utilizzo in diverse parti del corpo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	2,00	2,00	2,00
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, caricamento delle clips completamente automatico, facilità di chiusura della clip, agevole chiusura del morso e conseguente azionamento	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Sicurezza: chiusura regolare della clip, angolazione delle morse, capacità di emostasi, presenza di sistemi antiscivolamento della clip, feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza, presenza meccanismo anti caduta della clip	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità: capacità di adattamento a diverse situazioni di emostasi (possibilità di utilizzo in diverse parti del corpo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	2,00	2,00	2,00
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
DITTA: FARMASAN S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, caricamento delle clips completamente automatico, facilità di chiusura della clip, agevole chiusura del morso e conseguente azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: chiusura regolare della clip, angolazione delle morse, capacità di emostasi, presenza di sistemi antiscivolamento della clip, feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza, presenza meccanismo anti caduta della clip	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità: capacità di adattamento a diverse situazioni di emostasi (possibilità di utilizzo in diverse parti del corpo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	2,00	2,00	2,00
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, caricamento delle clips completamente automatico, facilità di chiusura della clip, agevole chiusura del morso e conseguente azionamento	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Sicurezza: chiusura regolare della clip, angolazione delle morse, capacità di emostasi, presenza di sistemi antiscivolamento della clip, feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza, presenza meccanismo anti caduta della clip	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Versatilità: capacità di adattamento a diverse situazioni di emostasi (possibilità di utilizzo in diverse parti del corpo,	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative					
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	2,00	2,00	2,00
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
DITTA: B.BRAUN MILANO SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, caricamento delle clips completamente automatico, facilità di chiusura della clip, agevole chiusura del morso e conseguente azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: chiusura regolare della clip, angolazione delle morse, capacità di emostasi, presenza di sistemi antiscivolamento della clip, feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza, presenza meccanismo anti caduta della clip	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità: capacità di adattamento a diverse situazioni di emostasi (possibilità di utilizzo in diverse parti del corpo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	2,00	2,00	2,00
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 24**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Innovamedica, Johnson & Johnson Medical Spa e Medtronic Italia Spa e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: INNOVAMEDICA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, caricamento delle clips completamente automatico, facilità di chiusura della clip, agevole chiusura del morso e conseguente azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: chiusura regolare della clip, angolazione delle morse, capacità di emostasi, presenza di sistemi antiscivolamento della clip, feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza, presenza meccanismo anti caduta della clip	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità: capacità di adattamento a diverse situazioni di emostasi (possibilità di utilizzo in diverse parti del corpo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	2,00	2,00	2,00
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, caricamento delle clips completamente automatico, facilità di chiusura della clip, agevole chiusura del morso e conseguente azionamento	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Sicurezza: chiusura regolare della clip, angolazione delle morse, capacità di emostasi, presenza di sistemi antiscivolamento della clip, feedback di azionamento	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza, presenza meccanismo anti caduta della clip					
Versatilità: capacità di adattamento a diverse situazioni di emostasi (possibilità di utilizzo in diverse parti del corpo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	2,00	2,00	2,00
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, caricamento delle clips completamente automatico, facilità di chiusura della clip, agevole chiusura del morso e conseguente azionamento	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Sicurezza: chiusura regolare della clip, angolazione delle morse, capacità di emostasi, presenza di sistemi antiscivolamento della clip, feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza, presenza meccanismo anti caduta della clip	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Versatilità: capacità di adattamento a diverse situazioni di emostasi (possibilità di utilizzo in diverse parti del corpo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	3,00	3,00	3,00
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 25**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Innovamedica, Johnson & Johnson Medical Spa, Medtronic Italia Spa e Assut Europe Spa e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: INNOVAMEDICA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, caricamento delle clips completamente automatico, facilità di chiusura della clip, agevole chiusura del morso e conseguente azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: chiusura regolare della clip, angolazione delle morse, capacità di emostasi, presenza di sistemi antiscivolamento della clip, feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza, presenza meccanismo anti caduta della clip	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità: capacità di adattamento a diverse situazioni di emostasi (possibilità di utilizzo in diverse parti del corpo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	1,00	1,00	1,00
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, caricamento delle clips	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO

Il Presidente
Dr Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti





Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

completamente automatico, facilità di chiusura della clip, agevole chiusura del morso e conseguente azionamento					
Sicurezza: chiusura regolare della clip, angolazione delle morse, capacità di emostasi, presenza di sistemi antiscivolamento della clip, feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza, presenza meccanismo anti caduta della clip	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità: capacità di adattamento a diverse situazioni di emostasi (possibilità di utilizzo in diverse parti del corpo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	1,00	1,00	1,00
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, caricamento delle clips completamente automatico, facilità di chiusura della clip, agevole chiusura del morso e conseguente azionamento	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Sicurezza: chiusura regolare della clip, angolazione delle morse, capacità di emostasi, presenza di sistemi antiscivolamento della clip, feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza, presenza meccanismo anti caduta della clip	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Versatilità: capacità di adattamento a diverse situazioni di emostasi (possibilità di utilizzo in diverse parti del corpo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	1,00	1,00	1,00
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
DITTA: ASSUT EUROPE SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, caricamento delle clips completamente automatico, facilità di chiusura della clip, agevole chiusura del morso e conseguente azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: chiusura regolare della clip, angolazione delle morse, capacità di emostasi, presenza di sistemi antiscivolamento della clip, feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza, presenza meccanismo anti caduta della clip	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità: capacità di adattamento a diverse situazioni di emostasi (possibilità di utilizzo in diverse parti del corpo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	1,00	1,00	1,00
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 26**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Johnson & Johnson Medical Spa e Medtronic Italia Spa e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

 Il Presidente Dr. Vincenzo Viola	 Il Componente Dr. Giuseppe Mezzetti	 Il Componente Dr. Luigi Greco	 Il Segretario Dott.ssa Eva Cancelli
--	---	--	---

DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, caricamento delle clips completamente automatico, facilità di chiusura della clip, agevole chiusura del morso e conseguente azionamento	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Sicurezza: chiusura regolare della clip, angolazione delle morse, capacità di emostasi, presenza di sistemi antiscivolamento della clip, feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza, presenza meccanismo anti caduta della clip	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità: capacità di adattamento a diverse situazioni di emostasi (possibilità di utilizzo in diverse parti del corpo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	3,00	3,00	3,00
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, caricamento delle clips completamente automatico, facilità di chiusura della clip, agevole chiusura del morso e conseguente azionamento	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Sicurezza: chiusura regolare della clip, angolazione delle morse, capacità di emostasi, presenza di sistemi antiscivolamento della clip, feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza, presenza meccanismo anti caduta della clip	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Versatilità: capacità di adattamento a diverse situazioni di emostasi (possibilità di utilizzo in diverse parti del corpo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	3,00	3,00	3,00
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 28**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Johnson & Johnson Medical Spa e Medtronic Italia Spa e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, caricamento delle clips completamente automatico, facilità di chiusura della clip, agevole chiusura del morso e conseguente azionamento	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Sicurezza: chiusura regolare della clip, angolazione delle morse, capacità di emostasi, presenza di sistemi antiscivolamento della clip, feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza, presenza meccanismo anti caduta della clip	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità: capacità di adattamento a diverse situazioni di emostasi (possibilità di utilizzo in diverse parti del corpo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	3,00	3,00	3,00

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, caricamento delle clip completamente automatico, facilità di chiusura della clip, agevole chiusura del morso e conseguente azionamento	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Sicurezza: chiusura regolare della clip, angolazione delle morse, capacità di emostasi, presenza di sistemi antiscivolamento della clip, feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza, presenza meccanismo anti caduta della clip	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Versatilità: capacità di adattamento a diverse situazioni di emostasi (possibilità di utilizzo in diverse parti del corpo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	3,00	3,00	3,00
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 29**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Teleflex Medical Srl e E.F.M. Emanuele Fiore Mancini Srl e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: TELEFLEX MEDICAL SRL	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura della clip, agevole chiusura del morso e conseguente azionamento	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Sicurezza: chiusura regolare della clip, capacità di emostasi, presenza di sistemi antiscivolamento della clip, feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Versatilità: capacità di adattamento a diverse situazioni di emostasi (possibilità di utilizzo in diverse parti del corpo, compatibilità con tessuti di diversi spessori)	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	4,00	4,00	4,00
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
DITTA: E.F.M. EMANUELE FIORE MANCINI Srl	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura della clip, agevole chiusura del morso e conseguente azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: chiusura regolare della clip, capacità di emostasi, presenza di sistemi antiscivolamento della clip, feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità: capacità di adattamento a diverse situazioni di emostasi (possibilità di utilizzo in diverse parti del corpo, compatibilità con tessuti di diversi spessori)	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	4,00	4,00	4,00
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari				
---	--	--	--	--

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 32.**

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Olympus Italia Srl, Conmed Italia S.R.L., B.Braun Milano Spa e E.F.M. Emanuele Fiore Mancini Srl e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: OLYMPUS ITALIA SRL	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza, connessioni ed isolamento elettrici	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Qualità dei materiali: durata dello strumento, resistenza alle sterilizzazioni, qualità delle connessioni	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: CONMED ITALIA S.r.l.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza, connessioni ed isolamento elettrici	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Atraumaticità	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Qualità dei materiali: durata dello strumento, resistenza alle sterilizzazioni, qualità delle connessioni	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
DITTA: B.BRAUN MILANO SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza, connessioni ed isolamento elettrici	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Qualità dei materiali: durata dello strumento, resistenza alle sterilizzazioni, qualità delle connessioni	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

Il Presidente
Dr Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

DITTA: E.F.M. EMANUELE FIORE MANCINI Srl	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza, connessioni ed isolamento elettrici	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Qualità dei materiali: durata dello strumento, resistenza alle sterilizzazioni, qualità delle connessioni	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 33**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Johnson & Johnson Medical Spa, Olympus Italia Srl e Medtronic Italia Spa e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza, connessioni ed isolamento elettrici	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Atraumaticità	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	5	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Qualità dei materiali: qualità generale dei materiali, caratteristiche qualitative dei pulsanti di attivazione	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Grado di Compatibilità degli attacchi con i vari sistemi monopolari	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
DITTA: OLYMPUS ITALIA SRL	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza, connessioni ed isolamento elettrici	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Atraumaticità	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	5	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Qualità dei materiali: qualità generale dei materiali, caratteristiche qualitative dei pulsanti di attivazione	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Grado di Compatibilità degli attacchi con i vari sistemi monopolari	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO

Il Presidente
Dr Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza, connessioni ed isolamento elettrici	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Atraumaticità	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Qualità dei materiali: qualità generale dei materiali, caratteristiche qualitative dei pulsanti di attivazione	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Grado di Compatibilità degli attacchi con i vari sistemi monopolari	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 37**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Johnson & Johnson Medical Spa e Stemak S.r.l.s, e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti ad energia ad ultrasuoni o radiofrequenza ad un'unica macchina)	5	on/off	NO	NO	NO
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuterà la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Adattabilità dello strumento ai mutamenti nelle condizioni del tessuto attraverso una modulazione automatica del livello di potenza	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	629,00	629,00	629,00
DITTA: STEMAK S.R.L.S.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti ad energia ad ultrasuoni o radiofrequenza ad un'unica macchina)	5	on/off	NO	NO	NO
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuterà la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Adattabilità dello strumento ai mutamenti nelle condizioni del tessuto attraverso una modulazione automatica del livello di potenza	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	2,00	2,00	2,00

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 38.**

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Johnson & Johnson Medical Spa e Stemak S.r.l.s. e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti ad energia ad ultrasuoni o radiofrequenza ad un'unica macchina)	5	on/off	NO	NO	NO
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuterà la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Adattabilità dello strumento ai mutamenti nelle condizioni del tessuto attraverso una modulazione automatica del livello di potenza	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	629,00	629,00	629,00
DITTA: STEMAK S.R.L.S.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti ad energia ad ultrasuoni o radiofrequenza ad un'unica macchina)	5	on/off	NO	NO	NO
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuterà la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Adattabilità dello strumento ai mutamenti nelle condizioni del tessuto attraverso una modulazione automatica del livello di potenza	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	2,00	2,00	2,00

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 39.**

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Johnson & Johnson Medical Spa, Olympus Italia Srl e Stemak S.r.l.s. e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti ad energia ad ultrasuoni o radiofrequenza ad un'unica macchina)	5	on/off	NO	NO	NO
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuterà la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Adattabilità dello strumento ai mutamenti nelle condizioni del tessuto attraverso una modulazione automatica del livello di potenza	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	629,00	629,00	629,00
DITTA: OLYMPUS ITALIA SRL	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti ad energia ad ultrasuoni o radiofrequenza ad un'unica macchina)	5	on/off	NO	NO	NO
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuterà la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Adattabilità dello strumento ai mutamenti nelle condizioni del tessuto attraverso una modulazione automatica del livello di potenza	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	0,00	0,00	0,00
DITTA: STEMMA S.R.L.S.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti ad energia ad ultrasuoni o radiofrequenza ad un'unica macchina)	5	on/off	NO	NO	NO
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuterà la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Adattabilità dello strumento ai mutamenti nelle condizioni del tessuto attraverso una modulazione automatica del livello di potenza	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	2,00	2,00	2,00

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 40.**

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Johnson & Johnson Medical Spa, Olympus Italia Srl e Stemak S.r.l.s. e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti ad energia ad ultrasuoni o radiofrequenza ad un'unica macchina)	5	on/off	NO	NO	NO

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuterà la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Adattabilità dello strumento ai mutamenti nelle condizioni del tessuto attraverso una modulazione automatica del livello di potenza	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	629,00	629,00	629,00
DITTA: OLYMPUS ITALIA SRL	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti ad energia ad ultrasuoni o radiofrequenza ad un'unica macchina)	5	on/off	NO	NO	NO
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuterà la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Adattabilità dello strumento ai mutamenti nelle condizioni del tessuto attraverso una modulazione automatica del livello di potenza	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	0,00	0,00	0,00
DITTA: STEMAK S.R.L.S.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti ad energia ad ultrasuoni o radiofrequenza ad un'unica macchina)	5	on/off	NO	NO	NO
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuterà la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Adattabilità dello strumento ai mutamenti nelle condizioni del tessuto attraverso una modulazione automatica del livello di potenza	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	2,00	2,00	2,00

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 42**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Johnson & Johnson Medical Spa, Olympus Italia Srl e Stemak S.r.l.s. e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO

Il Presidente
Dr Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti ad energia ad ultrasuoni o radiofrequenza ad un'unica macchina)	5	on/off	NO	NO	NO
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuterà la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Adattabilità dello strumento ai mutamenti nelle condizioni del tessuto attraverso una modulazione automatica del livello di potenza	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	629,00	629,00	629,00
DITTA: OLYMPUS ITALIA SRL	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti ad energia ad ultrasuoni o radiofrequenza ad un'unica macchina)	5	on/off	NO	NO	NO
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuterà la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Adattabilità dello strumento ai mutamenti nelle condizioni del tessuto attraverso una modulazione automatica del livello di potenza	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	0,00	0,00	0,00
DITTA: STEMMA S.R.L.S.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti ad energia ad ultrasuoni o radiofrequenza ad un'unica macchina)	5	on/off	NO	NO	NO
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuterà la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Adattabilità dello strumento ai mutamenti nelle condizioni del tessuto attraverso una modulazione automatica del livello di potenza	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	2,00	2,00	2,00

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 43**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Johnson & Johnson Medical Spa, Olympus Italia Srl e Stemak S.r.l.s. e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)					
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti ad energia ad ultrasuoni o radiofrequenza ad un'unica macchina)	5	on/off	NO	NO	NO
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuterà la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Adattabilità dello strumento ai mutamenti nelle condizioni del tessuto attraverso una modulazione automatica del livello di potenza	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	629,00	629,00	629,00
DITTA: OLYMPUS ITALIA SRL	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti ad energia ad ultrasuoni o radiofrequenza ad un'unica macchina)	5	on/off	NO	NO	NO
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuterà la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Adattabilità dello strumento ai mutamenti nelle condizioni del tessuto attraverso una modulazione automatica del livello di potenza	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	0,00	0,00	0,00
DITTA: STEMMA S.R.L.S.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti ad energia ad ultrasuoni o radiofrequenza ad un'unica macchina)	5	on/off	NO	NO	NO
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuterà la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Adattabilità dello strumento ai mutamenti nelle condizioni del tessuto attraverso una modulazione automatica del livello di potenza	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	2,00	2,00	2,00

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 47**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Farmasan S.r.l. e Medtronic Italia Spa e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: FARMASAN S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				

Il Presidente
Dr Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti a diversa tipologia di energia: monopolare, bipolare, ultrasuoni)	5	on/off	NO	NO	NO
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuta la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Presenza di strumenti retti e curvi	5	on/off	SI	SI	SI
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	3,00	3,00	3,00
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	1,00	1,00	1,00
DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti a diversa tipologia di energia: monopolare, bipolare, ultrasuoni)	5	on/off	SI	SI	SI
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuta la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Presenza di strumenti retti e curvi	5	on/off	SI	SI	SI
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	9,00	9,00	9,00
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	127,00	127,00	127,00

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 50**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Farman S.r.l., Medtronic Italia Spa e B.Braun Milano Spa e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: FARMASAN S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti a diversa tipologia di energia: monopolare, bipolare, ultrasuoni)	5	on/off	NO	NO	NO
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuta la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Presenza di strumenti retti e curvi	5	on/off	SI	SI	SI
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	1,00	1,00	1,00
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	1,00	1,00	1,00
DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)					
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti a diversa tipologia di energia: monopolare, bipolare, ultrasuoni)	5	on/off	SI	SI	SI
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuta la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Presenza di strumenti retti e curvi	5	on/off	SI	SI	SI
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	1,00	1,00	1,00
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	128,00	128,00	128,00
DITTA: B.BRAUN MILANO SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti a diversa tipologia di energia: monopolare, bipolare, ultrasuoni)	5	on/off	NO	NO	NO
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuta la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Presenza di strumenti retti e curvi	5	on/off	SI	SI	SI
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	1,00	1,00	1,00
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	9,00	9,00	9,00

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 52**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Johnson & Johnson Medical Spa, Farmasan S.r.l., Medtronic Italia Spa e Ab Medica Spa e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti a diversa tipologia di energia: monopolare, bipolare, ultrasuoni)	5	on/off	NO	NO	NO
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuta la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Presenza di strumenti retti e curvi	5	on/off	SI	SI	SI
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	1,00	1,00	1,00
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	19,00	19,00	19,00
DITTA: FARMASAN S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

Il Presidente
Dr Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti a diversa tipologia di energia: monopolare, bipolare, ultrasuoni)	5	on/off	NO	NO	NO
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuta la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Presenza di strumenti retti e curvi	5	on/off	SI	SI	SI
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	1,00	1,00	1,00
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	1,00	1,00	1,00
DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti a diversa tipologia di energia: monopolare, bipolare, ultrasuoni)	5	on/off	SI	SI	SI
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuta la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Presenza di strumenti retti e curvi	5	on/off	SI	SI	SI
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	1,00	1,00	1,00
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	128,00	128,00	128,00

Relativamente al prodotto offerto dalla ditta Ab Medica Spa la Commissione constata l'impossibilità a procedere all'assegnazione dei giudizi per mancanza dei requisiti minimi richiesti dal Capitolato Tecnico. Nello specifico i dispositivi in questione eccedono in lunghezza.

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 53**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Johnson & Johnson Medical Spa, Farmasan S.r.l., Medtronic Italia Spa e B.Braun Milano Spa e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti a diversa tipologia di energia: monopolare, bipolare, ultrasuoni)	5	on/off	NO	NO	NO
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuta la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Presenza di strumenti retti e curvi	5	on/off	SI	SI	SI
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	1,00	1,00	1,00
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	19,00	19,00	19,00
DITTA: FARMASAN S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti a diversa tipologia di energia: monopolare, bipolare, ultrasuoni)	5	on/off	NO	NO	NO
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuta la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Presenza di strumenti retti e curvi	5	on/off	SI	SI	SI
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	1,00	1,00	1,00
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	1,00	1,00	1,00
DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti a diversa tipologia di energia: monopolare, bipolare, ultrasuoni)	5	on/off	SI	SI	SI
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuta la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Presenza di strumenti retti e curvi	5	on/off	SI	SI	SI
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	1,00	1,00	1,00
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	128,00	128,00	128,00
DITTA: B.BRAUN MILANO SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti a diversa tipologia di energia: monopolare, bipolare, ultrasuoni)	5	on/off	NO	NO	NO
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuta la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Presenza di strumenti retti e curvi	5	on/off	SI	SI	SI
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	1,00	1,00	1,00
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	9,00	9,00	9,00

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 54**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Johnson & Johnson Medical Spa, Farmasan S.r.l., Medtronic Italia Spa e B.Braun Milano Spa e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)					
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti a diversa tipologia di energia: monopolare, bipolare, ultrasuoni)	5	on/off	NO	NO	NO
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuta la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Presenza di strumenti retti e curvi	5	on/off	SI	SI	SI
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	1,00	1,00	1,00
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	19,00	19,00	19,00
DITTA: FARMASAN S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti a diversa tipologia di energia: monopolare, bipolare, ultrasuoni)	5	on/off	NO	NO	NO
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuta la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Presenza di strumenti retti e curvi	5	on/off	SI	SI	SI
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	1,00	1,00	1,00
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	1,00	1,00	1,00
DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti a diversa tipologia di energia: monopolare, bipolare, ultrasuoni)	5	on/off	SI	SI	SI
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuta la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Presenza di strumenti retti e curvi	5	on/off	SI	SI	SI
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	1,00	1,00	1,00
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	128,00	128,00	128,00
DITTA: B.BRAUN MILANO SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti a diversa tipologia di energia: monopolare, bipolare, ultrasuoni)	5	on/off	NO	NO	NO
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuta la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Presenza di strumenti retti e curvi	5	on/off	SI	SI	SI

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	1,00	1,00	1,00
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	9,00	9,00	9,00

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 55**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Johnson & Johnson Medical Spa, Farmasan S.r.l., Medtronic Italia Spa e B.Braun Milano Spa e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti a diversa tipologia di energia: monopolare, bipolare, ultrasuoni)	5	on/off	NO	NO	NO
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuta la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Presenza di strumenti retti e curvi	5	on/off	SI	SI	SI
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	1,00	1,00	1,00
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	19,00	19,00	19,00
DITTA: FARMASAN S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti a diversa tipologia di energia: monopolare, bipolare, ultrasuoni)	5	on/off	NO	NO	NO
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuta la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Presenza di strumenti retti e curvi	5	on/off	SI	SI	SI
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	1,00	1,00	1,00
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	1,00	1,00	1,00
DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti a diversa tipologia di energia: monopolare, bipolare, ultrasuoni)	5	on/off	SI	SI	SI
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuta la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Presenza di strumenti retti e curvi	5	on/off	SI	SI	SI
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Ampiezza della gamma	5	quantitativo	1,00	1,00	1,00
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	128,00	128,00	128,00
DITTA: B.BRAUN MILANO SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti a diversa tipologia di energia: monopolare, bipolare, ultrasuoni)	5	on/off	NO	NO	NO
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuta la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Presenza di strumenti retti e curvi	5	on/off	SI	SI	SI
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	1,00	1,00	1,00
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	9,00	9,00	9,00

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 56**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Johnson & Johnson Medical Spa, Farmasan S.r.l., Medtronic Italia Spa e B.Braun Milano Spa e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti a diversa tipologia di energia: monopolare, bipolare, ultrasuoni)	5	on/off	NO	NO	NO
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuta la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Presenza di strumenti retti e curvi	5	on/off	SI	SI	SI
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	1,00	1,00	1,00
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	19,00	19,00	19,00
DITTA: FARMASAN S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti a diversa tipologia di energia: monopolare, bipolare, ultrasuoni)	5	on/off	NO	NO	NO
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuta la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Presenza di strumenti retti e curvi	5	on/off	SI	SI	SI
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	1,00	1,00	1,00

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	1,00	1,00	1,00
DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti a diversa tipologia di energia: monopolare, bipolare, ultrasuoni)	5	on/off	SI	SI	SI
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuta la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Presenza di strumenti retti e curvi	5	on/off	SI	SI	SI
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	1,00	1,00	1,00
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	128,00	128,00	128,00
DITTA: B.BRAUN MILANO SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti a diversa tipologia di energia: monopolare, bipolare, ultrasuoni)	5	on/off	NO	NO	NO
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuta la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Presenza di strumenti retti e curvi	5	on/off	SI	SI	SI
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	1,00	1,00	1,00
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	9,00	9,00	9,00

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 57**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Johnson & Johnson Medical Spa, Medtronic Italia Spa e B.Braun Milano Spa e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti a diversa tipologia di energia: monopolare, bipolare, ultrasuoni)	5	on/off	NO	NO	NO
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuta la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Presenza di strumenti retti e curvi	5	on/off	SI	SI	SI
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	1,00	1,00	1,00
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in	10	quantitativo	19,00	19,00	19,00

Il Presidente
Dr Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto					
DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti a diversa tipologia di energia: monopolare, bipolare, ultrasuoni)	5	on/off	SI	SI	SI
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuta la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Presenza di strumenti retti e curvi	5	on/off	SI	SI	SI
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	1,00	1,00	1,00
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	128,00	128,00	128,00
DITTA: B.BRAUN MILANO SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti a diversa tipologia di energia: monopolare, bipolare, ultrasuoni)	5	on/off	NO	NO	NO
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuta la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Presenza di strumenti retti e curvi	5	on/off	SI	SI	SI
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	1,00	1,00	1,00
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	9,00	9,00	9,00

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 58**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Johnson & Johnson Medical Spa, Farmasan S.r.l. e Medtronic Italia Spa e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	INSUFFICIENTE	INSUFFICIENTE	INSUFFICIENTE
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti a diversa tipologia di energia: monopolare, bipolare, ultrasuoni)	5	on/off	NO	NO	NO
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuta la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Presenza di strumenti retti e curvi	5	on/off	SI	SI	SI
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	1,00	1,00	1,00
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	19,00	19,00	19,00

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

DITTA: FARMASAN S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti a diversa tipologia di energia: monopolare, bipolare, ultrasuoni)	5	on/off	NO	NO	NO
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuta la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Presenza di strumenti retti e curvi	5	on/off	SI	SI	SI
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	1,00	1,00	1,00
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	1,00	1,00	1,00
DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti a diversa tipologia di energia: monopolare, bipolare, ultrasuoni)	5	on/off	SI	SI	SI
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuta la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Presenza di strumenti retti e curvi	5	on/off	SI	SI	SI
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	1,00	1,00	1,00
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	128,00	128,00	128,00

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 62**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Farmasan S.r.l. e Medtronic Italia Spa e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: FARMASAN S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti a diversa tipologia di energia: monopolare, bipolare, ultrasuoni)	5	on/off	NO	NO	NO
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuta la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Presenza di strumenti retti e curvi	5	on/off	SI	SI	SI
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	1,00	1,00	1,00
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	1,00	1,00	1,00

Il Presidente
Dr Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti a diversa tipologia di energia: monopolare, bipolare, ultrasuoni)	5	on/off	SI	SI	SI
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuta la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Presenza di strumenti retti e curvi	5	on/off	SI	SI	SI
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	1,00	1,00	1,00
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	128,00	128,00	128,00

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 154**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Johnson & Johnson Medical Spa, Medtronic Italia Spa e B.Braun Milano Spa e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Atraumaticità	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
DITTA: B.BRAUN MILANO SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Componente
Dr. Luigi Greco

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Atraumaticità	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità: varietà nella possibilità di utilizzo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

Alle ore 13.40 il Segretario chiude la seduta riservata di valutazione tecnica e rinvia a data da destinarsi la prossima seduta riservata tesa al prosieguo della valutazione tecnica e all'attribuzione dei relativi giudizi.

Latina, 04.05.2023

L.C.S.

Il PRESIDENTE Dr. Vincenzo Viola

Il COMPONENTE Dr. Giuseppe Mezzetti

Il COMPONENTE Dr. Luigi Greco

Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE NON COMPONENTE Dott.ssa Eva Cancelli

Eva Cancelli