

PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA, DA ESPLETARSI IN MODALITÀ TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ARTICOLATA IN N. 163 LOTTI, DA AGGIUDICARSI SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA EX ART. 95 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO PER 24 MESI, DELLA FORNITURA DI SUTURATRICI MECCANICHE E DISPOSITIVI PER LAPAROSCOPIA OCCORRENTI ALLA ASL DI LATINA (AZIENDA CAPOFILA) E ASL DI FROSINONE.

**V VERBALE
COMMISSIONE GIUDICATRICE
SEDUTA TECNICA RISERVATA
DEL 18.05.2023**

Il giorno 18.05.2023 alle ore 09.00, si è riunita la Commissione Giudicatrice della Gara in oggetto nominata con Deliberazione n. 872/2022.

La Commissione è presente nelle persone di:

PRESIDENTE dr. Vincenzo Viola

COMPONENTE dr. Giuseppe Mezzetti

SEGRETARIO VERBALIZZANTE NON COMPONENTE dott.ssa Eva Cancelli, risulta invece in collegamento tramite la piattaforma in uso.

Si prende atto dell'assenza del dr. Luigi Greco, componente della Commissione giudicatrice, per motivi personali, tuttavia si procede comunque alla seduta per motivi di urgenza afferenti alle tempistiche di gara.

Il Presidente apre i lavori alle ore 09.27 in seduta riservata per la valutazione della campionatura relativa ai lotti per i quali è stata richiesta.

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 51**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Farmasan S.R.L. e Medtronic Italia Spa e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: FARMASAN S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti a diversa tipologia di energia: monopolare, bipolare, ultrasuoni)	5	on/off	NO	NO
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuta la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Presenza di strumenti retti e curvi	5	on/off	SI	SI
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	1,00	1,00
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	1,00	1,00

Il Presidente
Dr Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti a diversa tipologia di energia: monopolare, bipolare, ultrasuoni)	5	on/off	SI	SI
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuta la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Presenza di strumenti retti e curvi	5	on/off	SI	SI
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	1,00	1,00
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	128,00	128,00

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 65.**

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Teleflex Medical Srl, Medline International Italy Srl Unip., Svas Biosana S.P.A., Medtronic Italia Spa, B.Braun Milano Spa, Assut Europe Spa e Tau Medica S.R.L. e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: TELEFLEX MEDICAL SRL	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ampiezza di gamma: disponibilità di differenti lunghezze ed altezze del punto	15	quantitativo	2,00	2,00
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole azionamento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ampiezza di gamma: disponibilità di differenti lunghezze ed altezze del punto	15	quantitativo	2,00	2,00
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole azionamento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: SVAS BIOSANA S.P.A.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ampiezza di gamma: disponibilità di differenti lunghezze ed altezze del punto	15	quantitativo	1,00	1,00
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole azionamento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
---	---	---------------	-------------	-------------

DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative	15	discrezionale	BUONO	BUONO
Ampiezza di gamma: disponibilità di differenti lunghezze ed altezze del punto	15	quantitativo	2,00	2,00
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole azionamento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	BUONO	BUONO
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	BUONO	BUONO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	BUONO	BUONO

DITTA: B.BRAUN MILANO SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ampiezza di gamma: disponibilità di differenti lunghezze ed altezze del punto	15	quantitativo	2,00	2,00
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole azionamento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: ASSUT EUROPE SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ampiezza di gamma: disponibilità di differenti lunghezze ed altezze del punto	15	quantitativo	1,00	1,00
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole azionamento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: TAU MEDICA S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ampiezza di gamma: disponibilità di differenti lunghezze ed altezze del punto	15	quantitativo	2,00	2,00
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole azionamento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 66.**

Il Presidente
Dr Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Euroclone, Johnson & Johnson Medical Spa e Medtronic Italia Spa e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: EUROCLONE	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	BUONO	BUONO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	BUONO	BUONO
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	BUONO	BUONO
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	BUONO	BUONO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	BUONO	BUONO

DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	BUONO	BUONO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	BUONO	BUONO
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	BUONO	BUONO
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	BUONO	BUONO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	BUONO	BUONO

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 67**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Euroclone, Johnson & Johnson Medical Spa e Medtronic Italia Spa e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: EUROCLONE	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto , corretta formazione del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	BUONO	BUONO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	BUONO	BUONO
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	BUONO	BUONO
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto , corretta formazione del punto	20	discrezionale	BUONO	BUONO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	BUONO	BUONO
DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	BUONO	BUONO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	BUONO	BUONO
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	BUONO	BUONO
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto , corretta formazione del punto	20	discrezionale	BUONO	BUONO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	BUONO	BUONO

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 68**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Euroclone e Medtronic Italia Spa e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: EUROCLONE	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto , corretta formazione del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	BUONO	BUONO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	BUONO	BUONO
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	BUONO	BUONO
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	BUONO	BUONO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	BUONO	BUONO

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 69**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Euroclone e Medtronic Italia Spa e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: EUROCLONE	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	BUONO	BUONO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	BUONO	BUONO
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	BUONO	BUONO
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	BUONO	BUONO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	BUONO	BUONO

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 70**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Euroclone, Johnson & Johnson Medical Spa e Medtronic Italia Spa e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: EUROCLONE	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	BUONO	BUONO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	BUONO	BUONO
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	BUONO	BUONO
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	BUONO	BUONO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	BUONO	BUONO
DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	BUONO	BUONO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	BUONO	BUONO
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	BUONO	BUONO
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	BUONO	BUONO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	BUONO	BUONO

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 71**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Euroclone, Johnson & Johnson Medical Spa e Medtronic Italia Spa e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: EUROCLONE	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari				
DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	BUONO	BUONO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	BUONO	BUONO
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	BUONO	BUONO
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	BUONO	BUONO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	BUONO	BUONO
DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	BUONO	BUONO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	BUONO	BUONO
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	BUONO	BUONO
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	BUONO	BUONO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	BUONO	BUONO

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 72**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Euroclone e Medtronic Italia Spa e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: EUROCLONE	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	BUONO	BUONO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	BUONO	BUONO
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	BUONO	BUONO

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	BUONO	BUONO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	BUONO	BUONO

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 73**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Euroclone e Medtronic Italia Spa e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: EUROCLONE	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 74**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Innovamedica, Johnson & Johnson Medical Spa, Farmasan S.R.L., Medtronic Italia Spa e Aorta S.R.L. e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: INNOVAMEDICA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari				
DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
DITTA: FARMASAN S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
DITTA: AORTA S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 75**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Innovamedica, Euroclone, Johnson & Johnson Medical Spa, Farmasan S.R.L., Svas Biosana S.P.A., Medtronic Italia Spa, Aorta S.R.L. e Tau Medica S.R.L. e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: INNOVAMEDICA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: EUROCLONE	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
DITTA: FARMASAN S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Segretario
Dott.ssa Riva Cancelli

Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
DITTA: SVAS BIOSANA S.P.A.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
DITTA: AORTA S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: TAU MEDICA S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			

Il Presidente
Dr Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 76**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Johnson & Johnson Medical Spa, Svas Biosana S.P.A., Medtronic Italia Spa e Tau Medica S.R.L. e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
DITTA: SVAS BIOSANA S.P.A.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO

Il Presidente
Dr Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
DITTA: TAU MEDICA S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 77**.


La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Innovamedica, Euroclone, Johnson & Johnson Medical Spa, Farmasan S.R.L., Svas Biosana S.P.A., Medtronic Italia Spa, Aorta S.R.L. e Tau Medica S.R.L. e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: INNOVAMEDICA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: EUROCLONE	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			


Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola


Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti


Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
DITTA: FARMASAN S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
DITTA: SVAS BIOSANA S.P.A.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
DITTA: AORTA S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

Il Presidente
Dr Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: TAU MEDICA S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 78**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Innovamedica, Euroclone, Johnson & Johnson Medical Spa, Farmasan S.R.L., Svas Biosana S.P.A., Medtronic Italia Spa, Aorta S.R.L. e Tau Medica S.R.L. e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: INNOVAMEDICA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: EUROCLONE	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
DITTA: FARMASAN S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
DITTA: SVAS BIOSANA S.P.A.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
DITTA: AORTA S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: TAU MEDICA S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 79**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Johnson & Johnson Medical Spa, Farmasan S.R.L., Svas Biosana S.P.A., Medtronic Italia Spa e Tau Medica S.R.L. e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
DITTA: FARMASAN S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso),	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Segretario
Dott.ssa Eya Cancelli

chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari				
DITTA: SVAS BIOSANA S.P.A.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
DITTA: TAU MEDICA S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 80**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Innovamedica, Euroclone, Johnson & Johnson Medical Spa, Farmasan S.R.L., Svas Biosana S.P.A., Medtronic Italia Spa, Aorta S.R.L. e Tau Medica S.R.L. e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: INNOVAMEDICA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: EUROCLONE	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
DITTA: FARMASAN S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
DITTA: SVAS BIOSANA S.P.A.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
DITTA: AORTA S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: TAU MEDICA S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 83**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Innovamedica, Euroclone, Johnson & Johnson Medical Spa, Farmasan S.R.L., Svas Biosana S.P.A., Medtronic Italia Spa, Aorta S.R.L. e Tau Medica S.R.L. e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: INNOVAMEDICA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
----------------------------	----------------------	-------------------------	---	--

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: EUROCLONE	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	BUONO	BUONO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
DITTA: FARMASAN S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO

DITTA: SVAS BIOSANA S.P.A.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
DITTA: AORTA S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: TAU MEDICA S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 84**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Innovamedica, Euroclone, Johnson & Johnson Medical Spa, Farmasan S.R.L., Svas Biosana S.P.A., Medtronic Italia Spa, Aorta S.R.L. e Tau Medica S.R.L. e alla valutazione dei campioni

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: INNOVAMEDICA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: EUROCLONE	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	BUONO	BUONO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
DITTA: FARMASAN S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

DITTA: SVAS BIOSANA S.P.A.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
DITTA: AORTA S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: TAU MEDICA S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 85.**


Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola


Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti


Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Innovamedica, Euroclone, Farmasan S.R.L., Svas Biosana S.P.A., Medtronic Italia Spa, Aorta S.R.L. e Tau Medica S.R.L. e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: INNOVAMEDICA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: EUROCLONE	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: FARMASAN S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
DITTA: SVAS BIOSANA S.P.A.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso),	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari				
DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
DITTA: AORTA S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: TAU MEDICA S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 86**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Innovamedica, Euroclone, Johnson & Johnson Medical Spa, Farmasan S.R.L., Svas Biosana S.P.A. e Tau Medica S.R.L. e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: INNOVAMEDICA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

Il Presidente
Dr Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: EUROCLONE	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	BUONO	BUONO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
DITTA: FARMASAN S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
DITTA: SVAS BIOSANA S.P.A.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: TAU MEDICA S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 88**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Innovamedica, Euroclone, Farmasan S.R.L., Svas Biosana S.P.A., Medtronic Italia Spa, Aorta S.R.L. e Tau Medica S.R.L. e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: INNOVAMEDICA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: EUROCLONE	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: FARMASAN S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
DITTA: SVAS BIOSANA S.P.A.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
DITTA: AORTA S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: TAU MEDICA S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 89**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Innovamedica, Euroclone, Johnson & Johnson Medical Spa, Farmasan S.R.L., Svas Biosana S.P.A., Medtronic Italia Spa e Tau Medica S.R.L. e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: INNOVAMEDICA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: EUROCLONE	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	BUONO	BUONO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
DITTA: FARMASAN S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
DITTA: SVAS BIOSANA S.P.A.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
DITTA: TAU MEDICA S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 90**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Innovamedica, Farmasan S.R.L., Svas Biosana S.P.A. e Tau Medica S.R.L. e alla

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: INNOVAMEDICA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: FARMASAN S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	BUONO	BUONO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	BUONO	BUONO
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	BUONO	BUONO
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	BUONO	BUONO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	BUONO	BUONO
DITTA: TAU MEDICA S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 92**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Innovamedica, Johnson & Johnson Medical Spa, Farmasan S.R.L., Svas Biosana S.P.A., Medtronic Italia Spa e Aorta S.R.L. e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: INNOVAMEDICA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	BUONO	BUONO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
DITTA: FARMASAN S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
DITTA: SVAS BIOSANA S.P.A.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
DITTA: AORTA S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 93**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Innovamedica, Euroclone, Johnson & Johnson Medical Spa, Farmasan S.R.L., Svas Biosana S.P.A., Medtronic Italia Spa e Aorta S.R.L. e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: INNOVAMEDICA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: EUROCLONE	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
DITTA: FARMASAN S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
DITTA: SVAS BIOSANA S.P.A.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	BUONO	BUONO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
DITTA: AORTA S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

Il Presidente
Dr Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 94**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Innovamedica, Euroclone, Farmasan S.R.L., Svas Biosana S.P.A., Medtronic Italia Spa e Aorta S.R.L. e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: INNOVAMEDICA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: EUROCLONE	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: FARMASAN S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
DITTA: SVAS BIOSANA S.P.A.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
DITTA: AORTA S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 95**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Innovamedica, Euroclone, Johnson & Johnson Medical Spa, Farmasan S.R.L. e Svas Biosana S.P.A. e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: INNOVAMEDICA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso),	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

Il Presidente
Dr Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari				
DITTA: EUROCLONE	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
DITTA: FARMASAN S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
DITTA: SVAS BIOSANA S.P.A.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 96**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Innovamedica, Euroclone, Farmasan S.R.L., Svas Biosana S.P.A., Medtronic Italia Spa e Aorta S.R.L. e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: INNOVAMEDICA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: EUROCLONE	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: FARMASAN S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
DITTA: SVAS BIOSANA S.P.A.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
DITTA: AORTA S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 97**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Innovamedica, Euroclone, Johnson & Johnson Medical Spa, Farmasan S.R.L., Svas Biosana S.P.A. e Medtronic Italia Spa e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: INNOVAMEDICA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: EUROCLONE	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
DITTA: FARMASAN S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
DITTA: SVAS BIOSANA S.P.A.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO

Il Presidente
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 98**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Innovamedica e Johnson & Johnson Medical Spa e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:


DITTA: INNOVAMEDICA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	BUONO	BUONO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	BUONO	BUONO
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO

Alle ore 14.00 il Segretario chiude la seduta riservata di valutazione tecnica e rinvia a data da destinarsi la prossima seduta riservata tesa al prosieguo della valutazione tecnica e all'attribuzione dei relativi giudizi.

Latina, 18.05.2023

L.C.S.

Il PRESIDENTE Dr. Vincenzo Viola



Il Presidente
Dr Vincenzo Viola

Il Componente
Dr. Giuseppe Mezzetti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Il COMPONENTE Dr. Giuseppe Mezzetti



Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE NON COMPONENTE Dott.ssa Eva Cancelli

