

**PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA, DA ESPLETARSI IN MODALITÀ TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ARTICOLATA IN N. 163 LOTTI, DA AGGIUDICARSI SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA EX ART. 95 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO PER 24 MESI, DELLA FORNITURA DI SUTURATRICI MECCANICHE E DISPOSITIVI PER LAPAROSCOPIA OCCORRENTI ALLA ASL DI LATINA (AZIENDA CAPOFILA) E ASL DI FROSINONE.**

**VI VERBALE  
COMMISSIONE GIUDICATRICE  
SEDUTA TECNICA RISERVATA  
DEL 08.06.2023**

Il giorno 08.06.2023 alle ore 09.00, si è riunita la Commissione Giudicatrice della Gara in oggetto nominata con Deliberazione n. 872/2022.

La Commissione è presente nelle persone di:

**PRESIDENTE** dr. Vincenzo Viola

**COMPONENTE** dr. Luigi Greco

**SEGRETARIO VERBALIZZANTE NON COMPONENTE** dott.ssa Eva Cancelli, risulta invece in collegamento tramite la piattaforma in uso.

Si prende atto dell'assenza del dr. Giuseppe Mezzetti, componente della Commissione giudicatrice, per motivi personali, tuttavia si procede comunque alla seduta per motivi di urgenza afferenti alle tempistiche di gara.

Il Presidente apre i lavori alle ore 09.30 in seduta riservata per la valutazione della campionatura relativa ai lotti per i quali è stata richiesta.

Si inizia con le valutazioni del dr. Luigi Greco, assente alla seduta del 18.05.2023, il quale procede ad esprimere i propri giudizi.

Relativamente al **lotto n. 51**, ditte Farmasan S.R.L. e Medtronic Italia Spa:

| DITTA: FARMASAN S.R.L.                                                                                                                                                                                                           | PUNTEGGIO<br>MAX | TIPO DI<br>CRITERIO | GIUDIZIO COMPONENTE<br>DR. LUIGI GRECO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------|
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                                       | <b>70</b>        |                     |                                        |
| Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi) | 10               | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
| Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti a diversa tipologia di energia: monopolare, bipolare, ultrasuoni)                                                                      | 5                | on/off              | NO                                     |
| Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuta la migliore manovrabilità e comfort)                                                                                                                           | 20               | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
| Presenza di strumenti retti e curvi                                                                                                                                                                                              | 5                | on/off              | SI                                     |
| Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate                                                                                                                     | 15               | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
| Ampiezza della gamma                                                                                                                                                                                                             | 5                | quantitativo        | 1,00                                   |
| Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto                                          | 10               | quantitativo        | 1,00                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                                        |
| DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA                                                                                                                                                                                                      | PUNTEGGIO<br>MAX | TIPO DI<br>CRITERIO | GIUDIZIO COMPONENTE<br>DR. LUIGI GRECO |

Il Presidente  
Dr Vincenzo Viola

Il Componente  
Dr. Luigi Greco

Il Segretario  
Dott.ssa Eva Cancelli

|                                                                                                                                                                                                                                  |           |               |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------|
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                                       | <b>70</b> |               |        |
| Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi) | 10        | discrezionale | OTTIMO |
| Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti a diversa tipologia di energia: monopolare, bipolare, ultrasuoni)                                                                      | 5         | on/off        | SI     |
| Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuta la migliore manovrabilità e comfort)                                                                                                                           | 20        | discrezionale | OTTIMO |
| Presenza di strumenti retti e curvi                                                                                                                                                                                              | 5         | on/off        | SI     |
| Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate                                                                                                                     | 15        | discrezionale | OTTIMO |
| Ampiezza della gamma                                                                                                                                                                                                             | 5         | quantitativo  | 1,00   |
| Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto                                          | 10        | quantitativo  | 128,00 |

Relativamente al **lotto n. 65**, ditte Teleflex Medical Srl, Medline International Italy Srl Unip., Svas Biosana S.P.A., Medtronic Italia Spa, B.Braun Milano Spa, Assut Europe Spa e Tau Medica S.R.L.:

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DITTA: TELEFLEX MEDICAL SRL</b>                                                                                                                                                                              | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative                                                                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ampiezza di gamma: disponibilità di differenti lunghezze ed altezze del punto                                                                                                                                   | 15                   | quantitativo            | 2,00                                       |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole azionamento, facilità di chiusura del punto                                                                                                                       | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                    | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DITTA: MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP.</b>                                                                                                                                                             | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative                                                                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ampiezza di gamma: disponibilità di differenti lunghezze ed altezze del punto                                                                                                                                   | 15                   | quantitativo            | 2,00                                       |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole azionamento, facilità di chiusura del punto                                                                                                                       | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                    | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DITTA: SVAS BIOSANA S.P.A.</b>                                                                                                                                                                               | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative                                                                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ampiezza di gamma: disponibilità di differenti lunghezze ed altezze del punto                                                                                                                                   | 15                   | quantitativo            | 1,00                                       |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole azionamento, facilità di chiusura del punto                                                                                                                       | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                    | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |

|                                    |                      |                         |                                            |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA</b> | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|

Il Presidente  
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente  
Dr. Luigi Greco

Il Segretario  
Dott.ssa Eva Cancelli

|                                                                                                                                                                                                                 |           |               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------|
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b> |               |       |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative                                                                                          | 15        | discrezionale | BUONO |
| Ampiezza di gamma: disponibilità di differenti lunghezze ed altezze del punto                                                                                                                                   | 15        | quantitativo  | 2,00  |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole azionamento, facilità di chiusura del punto                                                                                                                       | 15        | discrezionale | BUONO |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                    | 20        | discrezionale | BUONO |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5         | discrezionale | BUONO |

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DITTA: B.BRAUN MILANO SPA</b>                                                                                                                                                                                | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative                                                                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ampiezza di gamma: disponibilità di differenti lunghezze ed altezze del punto                                                                                                                                   | 15                   | quantitativo            | 2,00                                       |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole azionamento, facilità di chiusura del punto                                                                                                                       | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                    | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DITTA: ASSUT EUROPE SPA</b>                                                                                                                                                                                  | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative                                                                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ampiezza di gamma: disponibilità di differenti lunghezze ed altezze del punto                                                                                                                                   | 15                   | quantitativo            | 1,00                                       |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole azionamento, facilità di chiusura del punto                                                                                                                       | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                    | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DITTA: TAU MEDICA S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                 | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative                                                                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ampiezza di gamma: disponibilità di differenti lunghezze ed altezze del punto                                                                                                                                   | 15                   | quantitativo            | 2,00                                       |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole azionamento, facilità di chiusura del punto                                                                                                                       | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                    | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |

Relativamente al **lotto n. 66**, ditte Euroclone, Johnson & Johnson Medical Spa e Medtronic Italia Spa:

|                                                                                                                                                                        |                      |                         |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DITTA: EUROCLONE</b>                                                                                                                                                | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                             | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |

Il Presidente  
Dr Vincenzo Viola

Il Componente  
Dr. Luigi Greco

Il Segretario  
Dott.ssa Eva Cancelli

|                                                                                                                                                                                                                 |    |               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------------|
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15 | discrezionale | SUFFICIENTE |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15 | discrezionale | SUFFICIENTE |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto , corretta formazione del punto                                                 | 20 | discrezionale | SUFFICIENTE |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5  | discrezionale | SUFFICIENTE |

| DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA                                                                                                                                                                            | PUNTEGGIO MAX | TIPO DI CRITERIO | GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------|
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>     |                  |                                     |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15            | discrezionale    | BUONO                               |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15            | discrezionale    | BUONO                               |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15            | discrezionale    | BUONO                               |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto , corretta formazione del punto                                                 | 20            | discrezionale    | BUONO                               |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5             | discrezionale    | BUONO                               |
|                                                                                                                                                                                                                 |               |                  |                                     |
| DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA                                                                                                                                                                                     | PUNTEGGIO MAX | TIPO DI CRITERIO | GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>     |                  |                                     |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15            | discrezionale    | BUONO                               |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15            | discrezionale    | BUONO                               |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15            | discrezionale    | BUONO                               |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto , corretta formazione del punto                                                 | 20            | discrezionale    | BUONO                               |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5             | discrezionale    | BUONO                               |

Relativamente al **lotto n. 67**, ditte Euroclone, Johnson & Johnson Medical Spa e Medtronic Italia Spa:

| DITTA: EUROCLONE                                                                                                                                                                                                | PUNTEGGIO MAX | TIPO DI CRITERIO | GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------|
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>     |                  |                                     |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto , corretta formazione del punto                                                 | 20            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5             | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
|                                                                                                                                                                                                                 |               |                  |                                     |
| DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA                                                                                                                                                                            | PUNTEGGIO MAX | TIPO DI CRITERIO | GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>     |                  |                                     |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15            | discrezionale    | BUONO                               |

Il Presidente  
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente  
Dr. Luigi Greco

Il Segretario  
Dott.ssa Eva Cancelli

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15                   | discrezionale           | BUONO                                      |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15                   | discrezionale           | BUONO                                      |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto , corretta formazione del punto                                                 | 20                   | discrezionale           | BUONO                                      |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | BUONO                                      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                            |
| <b>DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA</b>                                                                                                                                                                              | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15                   | discrezionale           | BUONO                                      |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15                   | discrezionale           | BUONO                                      |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15                   | discrezionale           | BUONO                                      |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto , corretta formazione del punto                                                 | 20                   | discrezionale           | BUONO                                      |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | BUONO                                      |

Relativamente al **lotto n. 68**, ditte Euroclone e Medtronic Italia Spa:

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| <b>DITTA: EUROCLONE</b>                                                                                                                                                                                         | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO I</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                              |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                  |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                  |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                  |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto , corretta formazione del punto                                                 | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                  |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                              |
| <b>DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA</b>                                                                                                                                                                              | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b>   |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                              |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15                   | discrezionale           | BUONO                                        |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15                   | discrezionale           | BUONO                                        |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15                   | discrezionale           | BUONO                                        |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto , corretta formazione del punto                                                 | 20                   | discrezionale           | BUONO                                        |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | BUONO                                        |

Relativamente al **lotto n. 69**, ditte Euroclone e Medtronic Italia Spa:

|                                                            |                      |                         |                                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DITTA: EUROCLONE</b>                                    | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b> | <b>70</b>            |                         |                                            |

Il Presidente  
Dr Vincenzo Viola

Il Componente  
Dr. Luigi Greco

Il Segretario  
Dott.ssa Eva Cancelli

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| <b>DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA</b>                                                                                                                                                                              | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15                   | discrezionale           | BUONO                                      |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15                   | discrezionale           | BUONO                                      |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15                   | discrezionale           | BUONO                                      |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20                   | discrezionale           | BUONO                                      |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | BUONO                                      |

Relativamente al **lotto n. 70**, ditte Euroclone, Johnson & Johnson Medical Spa e Medtronic Italia:

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DITTA: EUROCLONE</b>                                                                                                                                                                                         | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| <b>DITTA: JOHNSON &amp; JOHNSON MEDICAL SPA</b>                                                                                                                                                                 | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15                   | discrezionale           | BUONO                                      |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15                   | discrezionale           | BUONO                                      |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15                   | discrezionale           | BUONO                                      |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20                   | discrezionale           | BUONO                                      |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | BUONO                                      |
| <b>DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA</b>                                                                                                                                                                              | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |

Il Presidente  
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente  
Dr. Luigi Greco

Il Segretario  
Dott.ssa Eva Cancelli

|                                                                                                                                                                                                                 |    |               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------|
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15 | discrezionale | BUONO |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15 | discrezionale | BUONO |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15 | discrezionale | BUONO |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20 | discrezionale | BUONO |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5  | discrezionale | BUONO |

Relativamente al **lotto n. 71**, ditte Euroclone, Johnson & Johnson Medical Spa e Medtronic Italia Spa:

| DITTA: EUROCLONE                                                                                                                                                                                                | PUNTEGGIO MAX        | TIPO DI CRITERIO        | GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| <b>DITTA: JOHNSON &amp; JOHNSON MEDICAL SPA</b>                                                                                                                                                                 | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15                   | discrezionale           | BUONO                                      |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15                   | discrezionale           | BUONO                                      |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15                   | discrezionale           | BUONO                                      |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20                   | discrezionale           | BUONO                                      |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | BUONO                                      |
| <b>DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA</b>                                                                                                                                                                              | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15                   | discrezionale           | BUONO                                      |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15                   | discrezionale           | BUONO                                      |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15                   | discrezionale           | BUONO                                      |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20                   | discrezionale           | BUONO                                      |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | BUONO                                      |

Relativamente al **lotto n. 72**, ditte Euroclone e Medtronic Italia Spa:

| DITTA: EUROCLONE | PUNTEGGIO MAX | TIPO DI CRITERIO | GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO |
|------------------|---------------|------------------|-------------------------------------|
|------------------|---------------|------------------|-------------------------------------|

Il Presidente  
Dr Vincenzo Viola

Il Componente  
Dr. Luigi Greco

Il Segretario  
Dott.ssa Eva Cancelli

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                            |
| <b>DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA</b>                                                                                                                                                                              | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15                   | discrezionale           | BUONO                                      |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15                   | discrezionale           | BUONO                                      |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15                   | discrezionale           | BUONO                                      |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20                   | discrezionale           | BUONO                                      |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | BUONO                                      |

Relativamente al **lotto n. 73**, ditte Euroclone e Medtronic Italia Spa:

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DITTA: EUROCLONE</b>                                                                                                                                                                                         | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                            |
| <b>DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA</b>                                                                                                                                                                              | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15                   | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15                   | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15                   | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20                   | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | OTTIMO                                     |

Relativamente al **lotto n. 74**, ditte Innovamedica, Johnson & Johnson Medical Spa, Farmasan S.R.L., Medtronic Italia Spa e Aorta S.R.L.:

Il Presidente  
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente  
Dr. Luigi Greco

Il Segretario  
Dott.ssa Eva Cancelli

| <b>DITTA: INNOVAMEDICA</b>                                                                                                                                                                                      | <b>PUNTEGGIO<br/>MAX</b> | <b>TIPO DI<br/>CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE<br/>DR. LUIGI GRECO</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>                |                             |                                                |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15                       | discrezionale               | SUFFICIENTE                                    |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15                       | discrezionale               | SUFFICIENTE                                    |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15                       | discrezionale               | SUFFICIENTE                                    |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20                       | discrezionale               | SUFFICIENTE                                    |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                        | discrezionale               | SUFFICIENTE                                    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                          |                             |                                                |
| <b>DITTA: JOHNSON &amp; JOHNSON MEDICAL SPA</b>                                                                                                                                                                 | <b>PUNTEGGIO<br/>MAX</b> | <b>TIPO DI<br/>CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE<br/>DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>                |                             |                                                |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15                       | discrezionale               | DISCRETO                                       |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15                       | discrezionale               | DISCRETO                                       |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15                       | discrezionale               | DISCRETO                                       |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20                       | discrezionale               | DISCRETO                                       |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                        | discrezionale               | DISCRETO                                       |
|                                                                                                                                                                                                                 |                          |                             |                                                |
| <b>DITTA: FARMASAN S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                   | <b>PUNTEGGIO<br/>MAX</b> | <b>TIPO DI<br/>CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE<br/>DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>                |                             |                                                |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15                       | discrezionale               | OTTIMO                                         |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15                       | discrezionale               | OTTIMO                                         |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15                       | discrezionale               | OTTIMO                                         |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20                       | discrezionale               | OTTIMO                                         |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                        | discrezionale               | OTTIMO                                         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                          |                             |                                                |
| <b>DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA</b>                                                                                                                                                                              | <b>PUNTEGGIO<br/>MAX</b> | <b>TIPO DI<br/>CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE<br/>DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>                |                             |                                                |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15                       | discrezionale               | DISCRETO                                       |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15                       | discrezionale               | DISCRETO                                       |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15                       | discrezionale               | DISCRETO                                       |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20                       | discrezionale               | DISCRETO                                       |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                        | discrezionale               | DISCRETO                                       |
|                                                                                                                                                                                                                 |                          |                             |                                                |
| <b>DITTA: AORTA S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                      | <b>PUNTEGGIO<br/>MAX</b> | <b>TIPO DI<br/>CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE<br/>DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>                |                             |                                                |

|                                                                                                                                                                                                                 |    |               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------------|
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15 | discrezionale | SUFFICIENTE |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15 | discrezionale | SUFFICIENTE |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15 | discrezionale | SUFFICIENTE |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20 | discrezionale | SUFFICIENTE |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5  | discrezionale | SUFFICIENTE |

Relativamente al **lotto n. 75**, ditte Innovamedica, Euroclone, Johnson & Johnson Medical Spa, Farman S.R.L., Svas Biosana S.P.A., Medtronic Italia Spa, Aorta S.R.L. e Tau Medica S.R.L.:

| DITTA: INNOVAMEDICA                                                                                                                                                                                             | PUNTEGGIO MAX | TIPO DI CRITERIO | GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------|
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>     |                  |                                     |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5             | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
|                                                                                                                                                                                                                 |               |                  |                                     |
| DITTA: EUROCLONE                                                                                                                                                                                                | PUNTEGGIO MAX | TIPO DI CRITERIO | GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>     |                  |                                     |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5             | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
|                                                                                                                                                                                                                 |               |                  |                                     |
| DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA                                                                                                                                                                            | PUNTEGGIO MAX | TIPO DI CRITERIO | GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>     |                  |                                     |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15            | discrezionale    | DISCRETO                            |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15            | discrezionale    | DISCRETO                            |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15            | discrezionale    | DISCRETO                            |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20            | discrezionale    | DISCRETO                            |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5             | discrezionale    | DISCRETO                            |
|                                                                                                                                                                                                                 |               |                  |                                     |
| DITTA: FARMASAN S.R.L.                                                                                                                                                                                          | PUNTEGGIO MAX | TIPO DI CRITERIO | GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>     |                  |                                     |

Il Presidente  
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente  
Dr. Luigi Greco

Il Segretario  
Dott.ssa Eva Cancelli

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15                   | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15                   | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15                   | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20                   | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| <b>DITTA: SVAS BIOSANA S.P.A.</b>                                                                                                                                                                               | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| <b>DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA</b>                                                                                                                                                                              | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15                   | discrezionale           | DISCRETO                                   |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15                   | discrezionale           | DISCRETO                                   |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15                   | discrezionale           | DISCRETO                                   |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20                   | discrezionale           | DISCRETO                                   |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | DISCRETO                                   |
| <b>DITTA: AORTA S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                      | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| <b>DITTA: TAU MEDICA S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                 | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |

Il Presidente  
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente  
Dr. Luigi Greco

Il Segretario  
Dott.ssa Eva Cancelli

|                                                                                                                                                                                                                 |    |               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------------|
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15 | discrezionale | SUFFICIENTE |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15 | discrezionale | SUFFICIENTE |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20 | discrezionale | SUFFICIENTE |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5  | discrezionale | SUFFICIENTE |

Relativamente al **lotto n. 76**, ditte Johnson & Johnson Medical Spa, Svas Biosana S.P.A., Medtronic Italia Spa e Tau Medica S.R.L.:

| DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA                                                                                                                                                                            | PUNTEGGIO MAX | TIPO DI CRITERIO | GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------|
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>     |                  |                                     |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15            | discrezionale    | DISCRETO                            |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15            | discrezionale    | DISCRETO                            |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15            | discrezionale    | DISCRETO                            |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20            | discrezionale    | DISCRETO                            |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5             | discrezionale    | DISCRETO                            |
| DITTA: SVAS BIOSANA S.P.A.                                                                                                                                                                                      | PUNTEGGIO MAX | TIPO DI CRITERIO | GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>     |                  |                                     |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5             | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA                                                                                                                                                                                     | PUNTEGGIO MAX | TIPO DI CRITERIO | GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>     |                  |                                     |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15            | discrezionale    | OTTIMO                              |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15            | discrezionale    | OTTIMO                              |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15            | discrezionale    | OTTIMO                              |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20            | discrezionale    | OTTIMO                              |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5             | discrezionale    | OTTIMO                              |
| DITTA: TAU MEDICA S.R.L.                                                                                                                                                                                        | PUNTEGGIO MAX | TIPO DI CRITERIO | GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>     |                  |                                     |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |

Il Presidente  
Dr Vincenzo Viola

Il Componente  
Dr. Luigi Greco

Il Segretario  
Dott.ssa Eva Cancelli

|                                                                                                                                                                                                                 |    |               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------------|
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15 | discrezionale | SUFFICIENTE |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15 | discrezionale | SUFFICIENTE |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20 | discrezionale | SUFFICIENTE |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5  | discrezionale | SUFFICIENTE |

Relativamente al **lotto n. 77**, ditte Innovamedica, Euroclone, Johnson & Johnson Medical Spa, Farmasan S.R.L., Svas Biosana S.P.A., Medtronic Italia Spa, Aorta S.R.L. e Tau Medica S.R.L.:

| DITTA: INNOVAMEDICA                                                                                                                                                                                             | PUNTEGGIO MAX | TIPO DI CRITERIO | GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------|
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>     |                  |                                     |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5             | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |

| DITTA: EUROCLONE                                                                                                                                                                                                | PUNTEGGIO MAX | TIPO DI CRITERIO | GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------|
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>     |                  |                                     |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5             | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |

| DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA                                                                                                                                                                            | PUNTEGGIO MAX | TIPO DI CRITERIO | GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------|
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>     |                  |                                     |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15            | discrezionale    | DISCRETO                            |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15            | discrezionale    | DISCRETO                            |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15            | discrezionale    | DISCRETO                            |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20            | discrezionale    | DISCRETO                            |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5             | discrezionale    | DISCRETO                            |

| DITTA: FARMASAN S.R.L.                                                                                                                                                 | PUNTEGGIO MAX | TIPO DI CRITERIO | GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------|
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                             | <b>70</b>     |                  |                                     |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto | 15            | discrezionale    | OTTIMO                              |

Il Presidente  
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente  
Dr. Luigi Greco

Il Segretario  
Dott.ssa Eva Cancelli

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15                   | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15                   | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20                   | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| <b>DITTA: SVAS BIOSANA S.P.A.</b>                                                                                                                                                                               | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| <b>DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA</b>                                                                                                                                                                              | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15                   | discrezionale           | DISCRETO                                   |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15                   | discrezionale           | DISCRETO                                   |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15                   | discrezionale           | DISCRETO                                   |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20                   | discrezionale           | DISCRETO                                   |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | DISCRETO                                   |
| <b>DITTA: AORTA S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                      | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| <b>DITTA: TAU MEDICA S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                 | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |

Il Presidente  
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente  
Dr. Luigi Greco

Il Segretario  
Dott.ssa Eva Cancelli

|                                                                                                                                                                                                                 |    |               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------------|
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15 | discrezionale | SUFFICIENTE |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20 | discrezionale | SUFFICIENTE |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5  | discrezionale | SUFFICIENTE |

Relativamente al **lotto n. 78**, ditte Innovamedica, Euroclone, Johnson & Johnson Medical Spa, Farmasan S.R.L., Svas Biosana S.P.A., Medtronic Italia Spa, Aorta S.R.L. e Tau Medica S.R.L.:

| DITTA: INNOVAMEDICA                                                                                                                                                                                             | PUNTEGGIO MAX | TIPO DI CRITERIO | GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------|
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>     |                  |                                     |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5             | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| DITTA: EUROCLONE                                                                                                                                                                                                | PUNTEGGIO MAX | TIPO DI CRITERIO | GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>     |                  |                                     |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5             | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA                                                                                                                                                                            | PUNTEGGIO MAX | TIPO DI CRITERIO | GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>     |                  |                                     |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15            | discrezionale    | DISCRETO                            |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15            | discrezionale    | DISCRETO                            |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15            | discrezionale    | DISCRETO                            |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20            | discrezionale    | DISCRETO                            |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5             | discrezionale    | DISCRETO                            |
| DITTA: FARMASAN S.R.L.                                                                                                                                                                                          | PUNTEGGIO MAX | TIPO DI CRITERIO | GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>     |                  |                                     |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15            | discrezionale    | OTTIMO                              |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15            | discrezionale    | OTTIMO                              |

Il Presidente  
Dr Vincenzo Viola

Il Componente  
Dr. Luigi Greco

Il Segretario  
Dott.ssa Eva Cancelli

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15                   | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto , corretta formazione del punto                                                 | 20                   | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| <b>DITTA: SVAS BIOSANA S.P.A.</b>                                                                                                                                                                               | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto , corretta formazione del punto                                                 | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| <b>DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA</b>                                                                                                                                                                              | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15                   | discrezionale           | DISCRETO                                   |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15                   | discrezionale           | DISCRETO                                   |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15                   | discrezionale           | DISCRETO                                   |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto , corretta formazione del punto                                                 | 20                   | discrezionale           | DISCRETO                                   |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | DISCRETO                                   |
| <b>DITTA: AORTA S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                      | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto , corretta formazione del punto                                                 | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |

|                                                                                                                                                                        |                      |                         |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DITTA: TAU MEDICA S.R.L.</b>                                                                                                                                        | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                             | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                       | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |

Il Presidente  
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente  
Dr. Luigi Greco

Il Segretario  
Dott.ssa Eva Cancelli

|                                                                                                                                                                                                                 |    |               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------------|
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20 | discrezionale | SUFFICIENTE |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5  | discrezionale | SUFFICIENTE |

Relativamente al **lotto n. 79**, ditte Johnson & Johnson Medical Spa, Farmasan S.R.L., Svas Biosana S.P.A., Medtronic Italia Spa e Tau Medica S.R.L.:

| DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA                                                                                                                                                                            | PUNTEGGIO MAX | TIPO DI CRITERIO | GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------|
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>     |                  |                                     |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15            | discrezionale    | DISCRETO                            |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15            | discrezionale    | DISCRETO                            |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15            | discrezionale    | DISCRETO                            |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20            | discrezionale    | DISCRETO                            |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5             | discrezionale    | DISCRETO                            |
| DITTA: FARMASAN S.R.L.                                                                                                                                                                                          | PUNTEGGIO MAX | TIPO DI CRITERIO | GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>     |                  |                                     |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15            | discrezionale    | OTTIMO                              |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15            | discrezionale    | OTTIMO                              |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15            | discrezionale    | OTTIMO                              |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20            | discrezionale    | OTTIMO                              |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5             | discrezionale    | OTTIMO                              |
| DITTA: SVAS BIOSANA S.P.A.                                                                                                                                                                                      | PUNTEGGIO MAX | TIPO DI CRITERIO | GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>     |                  |                                     |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5             | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA                                                                                                                                                                                     | PUNTEGGIO MAX | TIPO DI CRITERIO | GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>     |                  |                                     |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15            | discrezionale    | DISCRETO                            |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15            | discrezionale    | DISCRETO                            |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15            | discrezionale    | DISCRETO                            |

Il Presidente  
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente  
Dr. Luigi Greco

Il Segretario  
Dott.ssa Eva Cancelli

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto , corretta formazione del punto                                                 | 20                   | discrezionale           | DISCRETO                                   |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | DISCRETO                                   |
| <b>DITTA: TAU MEDICA S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                 | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |

Relativamente al **lotto n. 80**, ditte Innovamedica, Euroclone, Johnson & Johnson Medical Spa, Farmasan S.R.L., Svas Biosana S.P.A., Medtronic Italia Spa, Aorta S.R.L. e Tau Medica S.R.L.:

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DITTA: INNOVAMEDICA</b>                                                                                                                                                                                      | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto , corretta formazione del punto                                                 | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| <b>DITTA: EUROCLONE</b>                                                                                                                                                                                         | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto , corretta formazione del punto                                                 | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| <b>DITTA: JOHNSON &amp; JOHNSON MEDICAL SPA</b>                                                                                                                                                                 | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15                   | discrezionale           | DISCRETO                                   |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15                   | discrezionale           | DISCRETO                                   |

Il Presidente  
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente  
Dr. Luigi Greco

Il Segretario  
Dott.ssa Eva Cancelli

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15                   | discrezionale           | DISCRETO                                   |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20                   | discrezionale           | DISCRETO                                   |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | DISCRETO                                   |
| <b>DITTA: FARMASAN S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                   | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15                   | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15                   | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15                   | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20                   | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| <b>DITTA: SVAS BIOSANA S.P.A.</b>                                                                                                                                                                               | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| <b>DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA</b>                                                                                                                                                                              | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15                   | discrezionale           | DISCRETO                                   |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15                   | discrezionale           | DISCRETO                                   |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15                   | discrezionale           | DISCRETO                                   |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20                   | discrezionale           | DISCRETO                                   |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | DISCRETO                                   |
| <b>DITTA: AORTA S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                      | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |

Il Presidente  
Dr Vincenzo Viola

Il Componente  
Dr. Luigi Greco

Il Segretario  
Dott.ssa Eva Cancelli

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| <b>DITTA: TAU MEDICA S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                 | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto                                                   | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Qualità del sistema di sicurezza                                                                                                                                                                                | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto                                                  | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |

Relativamente al **lotto n. 83**, ditte Innovamedica, Euroclone, Johnson & Johnson Medical Spa, Farmasan S.R.L., Svas Biosana S.P.A., Medtronic Italia Spa, Aorta S.R.L. e Tau Medica S.R.L.:

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DITTA: INNOVAMEDICA</b>                                                                                                                                                                                      | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| <b>DITTA: EUROCLONE</b>                                                                                                                                                                                         | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |

|                                                                                                                                 |                      |                         |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DITTA: JOHNSON &amp; JOHNSON MEDICAL SPA</b>                                                                                 | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto          | 15                   | discrezionale           | BUONO                                      |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |

Il Presidente  
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente  
Dr. Luigi Greco

Il Segretario  
Dott.ssa Eva Cancelli

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | OTTIMO                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                            |
| <b>DITTA: FARMASAN S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                   | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | DISCRETO                                   |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | DISCRETO                                   |

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DITTA: SVAS BIOSANA S.P.A.</b>                                                                                                                                                                               | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA</b>                                                                                                                                                                              | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | OTTIMO                                     |

|                                                                                                                                                                                   |                      |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DITTA: AORTA S.R.L.</b>                                                                                                                                                        | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                        | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                            | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                   | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                         | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| <b>DITTA: TAU MEDICA S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                 | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |

Relativamente al **lotto n. 84**, ditte Innovamedica, Euroclone, Johnson & Johnson Medical Spa, Farmasan S.R.L., Svas Biosana S.P.A., Medtronic Italia Spa, Aorta S.R.L. e Tau Medica S.R.L.:

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DITTA: INNOVAMEDICA</b>                                                                                                                                                                                      | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| <b>DITTA: EUROCLONE</b>                                                                                                                                                                                         | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| <b>DITTA: JOHNSON &amp; JOHNSON MEDICAL SPA</b>                                                                                                                                                                 | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | BUONO                                      |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |

Il Presidente  
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente  
Dr. Luigi Greco

Il Segretario  
Dott.ssa Eva Cancelli

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | OTTIMO                                           |
| <b>DITTA: FARMASAN S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                   | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                                  |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                      |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                      |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                      |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | DISCRETO                                         |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | DISCRETO                                         |
| <b>DITTA: SVAS BIOSANA S.P.A.</b>                                                                                                                                                                               | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                                  |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                      |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                      |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                      |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                      |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                      |
| <b>DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA</b>                                                                                                                                                                              | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                                  |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | OTTIMO                                           |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | OTTIMO                                           |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | OTTIMO                                           |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | OTTIMO                                           |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | OTTIMO                                           |
| <b>DITTA: AORTA S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                      | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                                  |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                      |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                      |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                      |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                      |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                      |

Il Presidente  
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente  
Dr. Luigi Greco

Il Segretario  
Dott.ssa Eva Cancelli

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari                                                                                                                                     |                      |                         |                                            |
| <b>DITTA: TAU MEDICA S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                 | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |

Relativamente al **lotto n. 85**, ditte Innovamedica, Euroclone, Farmasan S.R.L., Svas Biosana S.P.A., Medtronic Italia Spa, Aorta S.R.L. e Tau Medica S.R.L.:

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DITTA: INNOVAMEDICA</b>                                                                                                                                                                                      | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| <b>DITTA: EUROCLONE</b>                                                                                                                                                                                         | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| <b>DITTA: FARMASAN S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                   | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | DISCRETO                                   |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | DISCRETO                                   |

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari                                                                                                                                     |                      |                         |                                            |
| <b>DITTA: SVAS BIOSANA S.P.A.</b>                                                                                                                                                                               | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| <b>DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA</b>                                                                                                                                                                              | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| <b>DITTA: AORTA S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                      | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| <b>DITTA: TAU MEDICA S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                 | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |

Il Presidente  
Dr Vincenzo Viola

Il Componente  
Dr. Luigi Greco

Il Segretario  
Dott.ssa Eva Cancelli

Relativamente al **lotto n. 86**, ditte Innovamedica, Euroclone, Johnson & Johnson Medical Spa, Farman S.R.L., Svas Biosana S.P.A. e Tau Medica S.R.L.:

| DITTA: INNOVAMEDICA                                                                                                                                                                                             | PUNTEGGIO<br>MAX | TIPO DI<br>CRITERIO | GIUDIZIO COMPONENTE<br>DR. LUIGI GRECO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------|
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>        |                     |                                        |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15               | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10               | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20               | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20               | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
|                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                                        |
| DITTA: EUROCLONE                                                                                                                                                                                                | PUNTEGGIO<br>MAX | TIPO DI<br>CRITERIO | GIUDIZIO COMPONENTE<br>DR. LUIGI GRECO |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>        |                     |                                        |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15               | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10               | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20               | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20               | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
|                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                                        |
| DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA                                                                                                                                                                            | PUNTEGGIO<br>MAX | TIPO DI<br>CRITERIO | GIUDIZIO COMPONENTE<br>DR. LUIGI GRECO |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>        |                     |                                        |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15               | discrezionale       | BUONO                                  |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10               | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20               | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20               | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                | discrezionale       | OTTIMO                                 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                                        |
| DITTA: FARMASAN S.R.L.                                                                                                                                                                                          | PUNTEGGIO<br>MAX | TIPO DI<br>CRITERIO | GIUDIZIO COMPONENTE<br>DR. LUIGI GRECO |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>        |                     |                                        |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15               | discrezionale       | DISCRETO                               |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10               | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20               | discrezionale       | DISCRETO                               |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20               | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                | discrezionale       | DISCRETO                               |
|                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                                        |

Il Presidente  
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente  
Dr. Luigi Greco

Il Segretario  
Dott.ssa Eva Cancelli

| DITTA: SVAS BIOSANA S.P.A.                                                                                                                                                                                      | PUNTEGGIO<br>MAX | TIPO DI<br>CRITERIO | GIUDIZIO COMPONENTE<br>DR. LUIGI GRECO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------|
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>        |                     |                                        |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15               | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10               | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20               | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20               | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
|                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                                        |
| DITTA: TAU MEDICA S.R.L.                                                                                                                                                                                        | PUNTEGGIO<br>MAX | TIPO DI<br>CRITERIO | GIUDIZIO COMPONENTE<br>DR. LUIGI GRECO |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>        |                     |                                        |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15               | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10               | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20               | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20               | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |

Relativamente al **lotto n. 88**, ditte Innovamedica, Euroclone, Farmasan S.R.L., Svas Biosana S.P.A., Medtronic Italia Spa, Aorta S.R.L. e Tau Medica S.R.L.:

| DITTA: INNOVAMEDICA                                                                                                                                                                                             | PUNTEGGIO<br>MAX | TIPO DI<br>CRITERIO | GIUDIZIO COMPONENTE<br>DR. LUIGI GRECO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------|
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>        |                     |                                        |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15               | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10               | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20               | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20               | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
|                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                                        |
| DITTA: EUROCLONE                                                                                                                                                                                                | PUNTEGGIO<br>MAX | TIPO DI<br>CRITERIO | GIUDIZIO COMPONENTE<br>DR. LUIGI GRECO |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>        |                     |                                        |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15               | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10               | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20               | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20               | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |

Il Presidente  
Dr Vincenzo Viola

Il Componente  
Dr. Luigi Greco

Il Segretario  
Dott.ssa Eva Cancelli

| <b>DITTA: FARMASAN S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                   | <b>PUNTEGGIO<br/>MAX</b> | <b>TIPO DI<br/>CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE<br/>DR. LUIGI GRECO</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>                |                             |                                                |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                       | discrezionale               | SUFFICIENTE                                    |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                       | discrezionale               | SUFFICIENTE                                    |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                       | discrezionale               | SUFFICIENTE                                    |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                       | discrezionale               | DISCRETO                                       |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                        | discrezionale               | DISCRETO                                       |
|                                                                                                                                                                                                                 |                          |                             |                                                |
| <b>DITTA: SVAS BIOSANA S.P.A.</b>                                                                                                                                                                               | <b>PUNTEGGIO<br/>MAX</b> | <b>TIPO DI<br/>CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE<br/>DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>                |                             |                                                |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                       | discrezionale               | SUFFICIENTE                                    |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                       | discrezionale               | SUFFICIENTE                                    |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                       | discrezionale               | SUFFICIENTE                                    |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                       | discrezionale               | SUFFICIENTE                                    |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                        | discrezionale               | SUFFICIENTE                                    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                          |                             |                                                |
| <b>DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA</b>                                                                                                                                                                              | <b>PUNTEGGIO<br/>MAX</b> | <b>TIPO DI<br/>CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE<br/>DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>                |                             |                                                |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                       | discrezionale               | OTTIMO                                         |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                       | discrezionale               | OTTIMO                                         |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                       | discrezionale               | OTTIMO                                         |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                       | discrezionale               | OTTIMO                                         |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                        | discrezionale               | OTTIMO                                         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                          |                             |                                                |
| <b>DITTA: AORTA S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                      | <b>PUNTEGGIO<br/>MAX</b> | <b>TIPO DI<br/>CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE<br/>DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>                |                             |                                                |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                       | discrezionale               | SUFFICIENTE                                    |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                       | discrezionale               | SUFFICIENTE                                    |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                       | discrezionale               | SUFFICIENTE                                    |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                       | discrezionale               | SUFFICIENTE                                    |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                        | discrezionale               | SUFFICIENTE                                    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                          |                             |                                                |
| <b>DITTA: TAU MEDICA S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                 | <b>PUNTEGGIO<br/>MAX</b> | <b>TIPO DI<br/>CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE<br/>DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>                |                             |                                                |

Il Presidente  
Dr Vincenzo Viola

Il Componente  
Dr. Luigi Greco

Il Segretario  
Dott.ssa Eva Cancelli

|                                                                                                                                                                                                                 |    |               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------------|
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15 | discrezionale | SUFFICIENTE |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10 | discrezionale | SUFFICIENTE |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20 | discrezionale | SUFFICIENTE |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20 | discrezionale | SUFFICIENTE |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5  | discrezionale | SUFFICIENTE |

Relativamente al **lotto n. 89**, ditte Innovamedica, Euroclone, Johnson & Johnson Medical Spa, Farman S.R.L., Svas Biosana S.P.A., Medtronic Italia Spa e Tau Medica S.R.L.:

| DITTA: INNOVAMEDICA                                                                                                                                                                                             | PUNTEGGIO MAX | TIPO DI CRITERIO | GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------|
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>     |                  |                                     |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5             | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
|                                                                                                                                                                                                                 |               |                  |                                     |
| DITTA: EUROCLONE                                                                                                                                                                                                | PUNTEGGIO MAX | TIPO DI CRITERIO | GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>     |                  |                                     |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5             | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
|                                                                                                                                                                                                                 |               |                  |                                     |
| DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA                                                                                                                                                                            | PUNTEGGIO MAX | TIPO DI CRITERIO | GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>     |                  |                                     |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15            | discrezionale    | BUONO                               |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5             | discrezionale    | OTTIMO                              |
|                                                                                                                                                                                                                 |               |                  |                                     |
| DITTA: FARMASAN S.R.L.                                                                                                                                                                                          | PUNTEGGIO MAX | TIPO DI CRITERIO | GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>     |                  |                                     |

Il Presidente  
Dr Vincenzo Viola

Il Componente  
Dr. Luigi Greco

Il Segretario  
Dott.ssa Eva Cancelli

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | DISCRETO                                   |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | DISCRETO                                   |
| <b>DITTA: SVAS BIOSANA S.P.A.</b>                                                                                                                                                                               | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| <b>DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA</b>                                                                                                                                                                              | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| <b>DITTA: TAU MEDICA S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                 | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |

Relativamente al **lotto n. 90**, ditte Innovamedica, Farmasan S.R.L., Svas Biosana S.P.A. e Tau Medica S.R.L.:

|                                                            |                      |                         |                                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DITTA: INNOVAMEDICA</b>                                 | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b> | <b>70</b>            |                         |                                            |

Il Presidente  
Dr Vincenzo Viola

Il Componente  
Dr. Luigi Greco

Il Segretario  
Dott.ssa Eva Cancelli

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| <b>DITTA: FARMASAN S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                   | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | BUONO                                      |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | BUONO                                      |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | BUONO                                      |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | BUONO                                      |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | BUONO                                      |
| <b>DITTA: TAU MEDICA S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                 | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |

Relativamente al **lotto n. 92**, ditte Innovamedica, Johnson & Johnson Medical Spa, Farmasan S.R.L., Svas Biosana S.P.A., Medtronic Italia Spa e Aorta S.R.L.:

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DITTA: INNOVAMEDICA</b>                                                                                                                                                                                      | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| <b>DITTA: JOHNSON &amp; JOHNSON MEDICAL SPA</b>                                                                                                                                                                 | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |

Il Presidente  
Dr Vincenzo Viola

Il Componente  
Dr. Luigi Greco

Il Segretario  
Dott.ssa Eva Cancelli

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | BUONO                                      |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| <b>DITTA: FARMASAN S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                   | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | DISCRETO                                   |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | DISCRETO                                   |
| <b>DITTA: SVAS BIOSANA S.P.A.</b>                                                                                                                                                                               | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| <b>DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA</b>                                                                                                                                                                              | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| <b>DITTA: AORTA S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                      | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |

|                                                                                                                                                                                                                 |    |               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------------|
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10 | discrezionale | SUFFICIENTE |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20 | discrezionale | SUFFICIENTE |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20 | discrezionale | SUFFICIENTE |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5  | discrezionale | SUFFICIENTE |

Relativamente al **lotto n. 93**, ditte Innovamedica, Euroclone, Johnson & Johnson Medical Spa, Farmasan S.R.L., Svas Biosana S.P.A., Medtronic Italia Spa e Aorta S.R.L.:

| DITTA: INNOVAMEDICA                                                                                                                                                                                             | PUNTEGGIO MAX | TIPO DI CRITERIO | GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------|
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>     |                  |                                     |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5             | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
|                                                                                                                                                                                                                 |               |                  |                                     |
| DITTA: EUROCLONE                                                                                                                                                                                                | PUNTEGGIO MAX | TIPO DI CRITERIO | GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>     |                  |                                     |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5             | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
|                                                                                                                                                                                                                 |               |                  |                                     |
| DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA                                                                                                                                                                            | PUNTEGGIO MAX | TIPO DI CRITERIO | GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>     |                  |                                     |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15            | discrezionale    | DISCRETO                            |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20            | discrezionale    | SUFFICIENTE                         |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5             | discrezionale    | OTTIMO                              |
|                                                                                                                                                                                                                 |               |                  |                                     |
| DITTA: FARMASAN S.R.L.                                                                                                                                                                                          | PUNTEGGIO MAX | TIPO DI CRITERIO | GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>     |                  |                                     |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15            | discrezionale    | DISCRETO                            |

Il Presidente  
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente  
Dr. Luigi Greco

Il Segretario  
Dott.ssa Eva Cancelli

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | DISCRETO                                   |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | DISCRETO                                   |
| <b>DITTA: SVAS BIOSANA S.P.A.</b>                                                                                                                                                                               | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| <b>DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA</b>                                                                                                                                                                              | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | BUONO                                      |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| <b>DITTA: AORTA S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                      | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |

Relativamente al **lotto n. 94**, ditte Innovamedica, Euroclone, Farmasan S.R.L., Svas Biosana S.P.A., Medtronic Italia Spa e Aorta S.R.L.:

|                                                                                                                        |                      |                         |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DITTA: INNOVAMEDICA</b>                                                                                             | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                             | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |

Il Presidente  
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente  
Dr. Luigi Greco

Il Segretario  
Dott.ssa Eva Cancelli

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| <b>DITTA: EUROCLONE</b>                                                                                                                                                                                         | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| <b>DITTA: FARMASAN S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                   | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | DISCRETO                                   |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | DISCRETO                                   |
| <b>DITTA: SVAS BIOSANA S.P.A.</b>                                                                                                                                                                               | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| <b>DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA</b>                                                                                                                                                                              | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | OTTIMO                                     |

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| <b>DITTA: AORTA S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                      | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |

Relativamente al **lotto n. 95**, ditte Innovamedica, Euroclone, Johnson & Johnson Medical Spa, Farmasan S.R.L. e Svas Biosana S.P.A.:

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DITTA: INNOVAMEDICA</b>                                                                                                                                                                                      | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| <b>DITTA: EUROCLONE</b>                                                                                                                                                                                         | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| <b>DITTA: JOHNSON &amp; JOHNSON MEDICAL SPA</b>                                                                                                                                                                 | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | DISCRETO                                   |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |

Il Presidente  
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente  
Dr. Luigi Greco

Il Segretario  
Dott.ssa Eva Cancelli

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| <b>DITTA: FARMASAN S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                   | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | DISCRETO                                   |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | DISCRETO                                   |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | DISCRETO                                   |
| <b>DITTA: SVAS BIOSANA S.P.A.</b>                                                                                                                                                                               | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |

Relativamente al **lotto n. 96**, ditte Innovamedica, Euroclone, Farmasan S.R.L., Svas Biosana S.P.A., Medtronic Italia Spa e Aorta S.R.L.:

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DITTA: INNOVAMEDICA</b>                                                                                                                                                                                      | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| <b>DITTA: EUROCLONE</b>                                                                                                                                                                                         | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |

Il Presidente  
Dr Vincenzo Viola

Il Componente  
Dr. Luigi Greco

Il Segretario  
Dott.ssa Eva Cancelli

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| <b>DITTA: FARMASAN S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                   | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | DISCRETO                                   |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | DISCRETO                                   |
| <b>DITTA: SVAS BIOSANA S.P.A.</b>                                                                                                                                                                               | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| <b>DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA</b>                                                                                                                                                                              | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| <b>DITTA: AORTA S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                      | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |

Il Presidente  
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente  
Dr. Luigi Greco

Il Segretario  
Dott.ssa Eva Cancelli

|                                                                                                                                                                                                                 |    |               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------------|
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20 | discrezionale | SUFFICIENTE |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5  | discrezionale | SUFFICIENTE |

Relativamente al **lotto n. 97**, ditte Innovamedica, Euroclone, Johnson & Johnson Medical Spa, Farmasan S.R.L., Svas Biosana S.P.A. e Medtronic Italia Spa:

| DITTA: INNOVAMEDICA                                                                                                                                                                                             | PUNTEGGIO<br>MAX | TIPO DI<br>CRITERIO | GIUDIZIO COMPONENTE<br>DR. LUIGI GRECO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------|
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>        |                     |                                        |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15               | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10               | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20               | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20               | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
|                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                                        |
| DITTA: EUROCLONE                                                                                                                                                                                                | PUNTEGGIO<br>MAX | TIPO DI<br>CRITERIO | GIUDIZIO COMPONENTE<br>DR. LUIGI GRECO |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>        |                     |                                        |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15               | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10               | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20               | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20               | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
|                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                                        |
| DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA                                                                                                                                                                            | PUNTEGGIO<br>MAX | TIPO DI<br>CRITERIO | GIUDIZIO COMPONENTE<br>DR. LUIGI GRECO |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>        |                     |                                        |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15               | discrezionale       | DISCRETO                               |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10               | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20               | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20               | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                | discrezionale       | OTTIMO                                 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                                        |
| DITTA: FARMASAN S.R.L.                                                                                                                                                                                          | PUNTEGGIO<br>MAX | TIPO DI<br>CRITERIO | GIUDIZIO COMPONENTE<br>DR. LUIGI GRECO |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>        |                     |                                        |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15               | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10               | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20               | discrezionale       | SUFFICIENTE                            |

Il Presidente  
Dr Vincenzo Viola

Il Componente  
Dr. Luigi Greco

Il Segretario  
Dott.ssa Eva Cancelli

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | DISCRETO                                   |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | DISCRETO                                   |
| <b>DITTA: SVAS BIOSANA S.P.A.</b>                                                                                                                                                                               | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| <b>DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA</b>                                                                                                                                                                              | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | OTTIMO                                     |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | OTTIMO                                     |

Relativamente al **lotto n. 98**, ditte Innovamedica e Johnson & Johnson Medical Spa:

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DITTA: INNOVAMEDICA</b>                                                                                                                                                                                      | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | DISCRETO                                   |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | DISCRETO                                   |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | DISCRETO                                   |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | DISCRETO                                   |
| <b>DITTA: JOHNSON &amp; JOHNSON MEDICAL SPA</b>                                                                                                                                                                 | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                          | 15                   | discrezionale           | BUONO                                      |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | BUONO                                      |
| Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | DISCRETO                                   |

Il Presidente  
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente  
Dr. Luigi Greco

Il Segretario  
Dott.ssa Eva Cancelli

|                                                                                                                                                                                                                 |    |               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|----------|
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20 | discrezionale | DISCRETO |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5  | discrezionale | DISCRETO |

Preso atto dei giudizi espressi dal dr. Greco, la Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 101**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Innovamedica, Euroclone, Johnson & Johnson Medical Spa, Farmasan S.R.L., Svas Biosana Spa e Aorta Srl e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

| DITTA: INNOVAMEDICA                                                                                                                                                                                             | PUNTEGGIO MAX | TIPO DI CRITERIO | GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA | GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>     |                  |                                        |                                     |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori dei tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                         | 15            | discrezionale    | SUFFICIENTE                            | SUFFICIENTE                         |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10            | discrezionale    | SUFFICIENTE                            | SUFFICIENTE                         |
| Sicurezza: adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20            | discrezionale    | SUFFICIENTE                            | SUFFICIENTE                         |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20            | discrezionale    | SUFFICIENTE                            | SUFFICIENTE                         |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5             | discrezionale    | SUFFICIENTE                            | SUFFICIENTE                         |
|                                                                                                                                                                                                                 |               |                  |                                        |                                     |
| DITTA: EUROCLONE                                                                                                                                                                                                | PUNTEGGIO MAX | TIPO DI CRITERIO | GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA | GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>     |                  |                                        |                                     |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori dei tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                         | 15            | discrezionale    | SUFFICIENTE                            | SUFFICIENTE                         |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10            | discrezionale    | SUFFICIENTE                            | SUFFICIENTE                         |
| Sicurezza: adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20            | discrezionale    | SUFFICIENTE                            | SUFFICIENTE                         |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20            | discrezionale    | SUFFICIENTE                            | SUFFICIENTE                         |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5             | discrezionale    | SUFFICIENTE                            | SUFFICIENTE                         |
|                                                                                                                                                                                                                 |               |                  |                                        |                                     |
| DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA                                                                                                                                                                            | PUNTEGGIO MAX | TIPO DI CRITERIO | GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA | GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>     |                  |                                        |                                     |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori dei tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                         | 15            | discrezionale    | BUONO                                  | BUONO                               |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10            | discrezionale    | SUFFICIENTE                            | SUFFICIENTE                         |
| Sicurezza: adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20            | discrezionale    | SUFFICIENTE                            | SUFFICIENTE                         |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20            | discrezionale    | SUFFICIENTE                            | SUFFICIENTE                         |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5             | discrezionale    | OTTIMO                                 | OTTIMO                              |
|                                                                                                                                                                                                                 |               |                  |                                        |                                     |
| DITTA: FARMASAN S.R.L.                                                                                                                                                                                          | PUNTEGGIO MAX | TIPO DI CRITERIO | GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA | GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>     |                  |                                        |                                     |

Il Presidente  
Dr Vincenzo Viola

Il Componente  
Dr. Luigi Greco

Il Segretario  
Dott.ssa Eva Cancelli

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                               |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori dei tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                         | 15                   | discrezionale           | DISCRETO                                      | DISCRETO                                   |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | DISCRETO                                      | DISCRETO                                   |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | DISCRETO                                      | DISCRETO                                   |
| <b>DITTA: SVAS BIOSANA S.P.A.</b>                                                                                                                                                                               | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                               |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori dei tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                         | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| <b>DITTA: AORTA S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                      | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                               |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori dei tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                         | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 102**. La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Innovamedica, Euroclone, Farmasan S.R.L. e Svas Biosana Spa e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                               |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DITTA: INNOVAMEDICA</b>                                                                                                                                                                                      | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                               |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori dei tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                         | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |

Il Presidente  
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente  
Dr. Luigi Greco

Il Segretario  
Dott.ssa Eva Cancelli

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                               |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari                                                                                                                                     |                      |                         |                                               |                                            |
| <b>DITTA: EUROCLONE</b>                                                                                                                                                                                         | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                               |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori dei tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                         | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| <b>DITTA: FARMASAN S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                   | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                               |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori dei tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                         | 15                   | discrezionale           | DISCRETO                                      | DISCRETO                                   |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | DISCRETO                                      | DISCRETO                                   |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | DISCRETO                                      | DISCRETO                                   |
| <b>DITTA: SVAS BIOSANA S.P.A.</b>                                                                                                                                                                               | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                               |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori dei tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                         | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 103**.  
La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Farmasan S.R.L., Svas Biosana Spa e Aorta Srl e alla valutazione dei campioni presentati.  
La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

|                                                                                                                                 |                      |                         |                                               |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DITTA: FARMASAN S.R.L.</b>                                                                                                   | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                               |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori dei tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto         | 15                   | discrezionale           | DISCRETO                                      | DISCRETO                                   |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                       | 20                   | discrezionale           | DISCRETO                                      | DISCRETO                                   |

Il Presidente  
Dr Vincenzo Viola

Il Componente  
Dr Luigi Greco

Il Segretario  
Dott.ssa Eva Cancelli

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                               |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | DISCRETO                                      | DISCRETO                                   |
| <b>DITTA: SVAS BIOSANA S.P.A.</b>                                                                                                                                                                               | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                               |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori dei tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                         | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| <b>DITTA: AORTA S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                      | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                               |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori dei tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                         | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 104**.  
La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Farmasan S.R.L. e Aorta Srl e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                               |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DITTA: FARMASAN S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                   | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                               |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori dei tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                         | 15                   | discrezionale           | DISCRETO                                      | DISCRETO                                   |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Sicurezza: adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20                   | discrezionale           | DISCRETO                                      | DISCRETO                                   |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | DISCRETO                                      | DISCRETO                                   |
| <b>DITTA: AORTA S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                      | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                               |                                            |
| Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori dei tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto                                                                                         | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |

Il Presidente  
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente  
Dr. Luigi Greco

Il Segretario  
Dott.ssa Eva Cancelli

|                                                                                                                                                                                                                 |    |               |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------------|-------------|
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 10 | discrezionale | SUFFICIENTE | SUFFICIENTE |
| Sicurezza: adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 20 | discrezionale | SUFFICIENTE | SUFFICIENTE |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto                               | 20 | discrezionale | SUFFICIENTE | SUFFICIENTE |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5  | discrezionale | SUFFICIENTE | SUFFICIENTE |

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 109**.  
La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte THD Spa e Assut Europe Spa e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

| DITTA: THD SPA                                                                                                                                                                                                  | PUNTEGGIO MAX | TIPO DI CRITERIO | GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA | GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>     |                  |                                        |                                     |
| Completezza del kit anoscopio-dilatatore                                                                                                                                                                        | 15            | quantitativo     | 2,00                                   | 2,00                                |
| Ergonomia: facilità di introduzione ed utilizzo del dispositivo                                                                                                                                                 | 10            | discrezionale    | DISCRETO                               | DISCRETO                            |
| Sicurezza: adeguata protezione dei tessuti circostanti                                                                                                                                                          | 20            | discrezionale    | DISCRETO                               | DISCRETO                            |
| Adattabilità dello strumento alle varie tecniche chirurgiche proctologiche                                                                                                                                      | 20            | discrezionale    | DISCRETO                               | DISCRETO                            |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5             | discrezionale    | DISCRETO                               | DISCRETO                            |
|                                                                                                                                                                                                                 |               |                  |                                        |                                     |
| DITTA: ASSUT EUROPE SPA                                                                                                                                                                                         | PUNTEGGIO MAX | TIPO DI CRITERIO | GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA | GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>     |                  |                                        |                                     |
| Completezza del kit anoscopio-dilatatore                                                                                                                                                                        | 15            | quantitativo     | 1,00                                   | 1,00                                |
| Ergonomia: facilità di introduzione ed utilizzo del dispositivo                                                                                                                                                 | 10            | discrezionale    | DISCRETO                               | DISCRETO                            |
| Sicurezza: adeguata protezione dei tessuti circostanti                                                                                                                                                          | 20            | discrezionale    | OTTIMO                                 | OTTIMO                              |
| Adattabilità dello strumento alle varie tecniche chirurgiche proctologiche                                                                                                                                      | 20            | discrezionale    | OTTIMO                                 | OTTIMO                              |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5             | discrezionale    | DISCRETO                               | DISCRETO                            |

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 111**.  
La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Farman S.R.L. e Medtronic Italia Spa e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

| DITTA: FARMASAN S.R.L.                                                                                                                                                                                          | PUNTEGGIO MAX | TIPO DI CRITERIO | GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA | GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>     |                  |                                        |                                     |
| Ampiezza della gamma                                                                                                                                                                                            | 10            | quantitativo     | 2,00                                   | 2,00                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 20            | discrezionale    | BUONO                                  | BUONO                               |
| Sicurezza: adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 15            | discrezionale    | DISCRETO                               | DISCRETO                            |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di sutura, corretta formazione del punto di sutura                                                                                              | 20            | discrezionale    | DISCRETO                               | DISCRETO                            |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5             | discrezionale    | BUONO                                  | BUONO                               |

Il Presidente  
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente  
Dr. Luigi Greco

Il Segretario  
Dott.ssa Eva Cancelli

| DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA                                                                                                                                                                                     | PUNTEGGIO MAX | TIPO DI CRITERIO | GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA | GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>     |                  |                                        |                                     |
| Ampiezza della gamma                                                                                                                                                                                            | 10            | quantitativo     | 2,00                                   | 2,00                                |
| Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento                                                                                 | 20            | discrezionale    | DISCRETO                               | DISCRETO                            |
| Sicurezza: adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione                                                                                                                                       | 15            | discrezionale    | DISCRETO                               | DISCRETO                            |
| Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di sutura, corretta formazione del punto di sutura                                                                                              | 20            | discrezionale    | DISCRETO                               | DISCRETO                            |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5             | discrezionale    | DISCRETO                               | DISCRETO                            |

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 112**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Medtronic Spa, Bard Srl e Tau Medica Srl e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

| DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA                                                                                                                                                                                     | PUNTEGGIO MAX | TIPO DI CRITERIO | GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA | GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>     |                  |                                        |                                     |
| Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento                                                                                | 15            | discrezionale    | OTTIMO                                 | OTTIMO                              |
| Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza di idonei sistemi di sicurezza e atraumicità                                                                                                              | 20            | discrezionale    | OTTIMO                                 | OTTIMO                              |
| Tenuta e grado di penetrazione della clip con diversi orientamenti dello strumento                                                                                                                              | 20            | discrezionale    | OTTIMO                                 | OTTIMO                              |
| Sistema di controllo punti rimanenti                                                                                                                                                                            | 10            | discrezionale    | OTTIMO                                 | OTTIMO                              |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5             | discrezionale    | OTTIMO                                 | OTTIMO                              |
|                                                                                                                                                                                                                 |               |                  |                                        |                                     |
| DITTA: BARD SRL                                                                                                                                                                                                 | PUNTEGGIO MAX | TIPO DI CRITERIO | GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA | GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>     |                  |                                        |                                     |
| Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento                                                                                | 15            | discrezionale    | DISCRETO                               | DISCRETO                            |
| Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza di idonei sistemi di sicurezza e atraumicità                                                                                                              | 20            | discrezionale    | SUFFICIENTE                            | SUFFICIENTE                         |
| Tenuta e grado di penetrazione della clip con diversi orientamenti dello strumento                                                                                                                              | 20            | discrezionale    | DISCRETO                               | DISCRETO                            |
| Sistema di controllo punti rimanenti                                                                                                                                                                            | 10            | discrezionale    | SUFFICIENTE                            | SUFFICIENTE                         |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5             | discrezionale    | DISCRETO                               | DISCRETO                            |
|                                                                                                                                                                                                                 |               |                  |                                        |                                     |
| DITTA: TAU MEDICA S.R.L.                                                                                                                                                                                        | PUNTEGGIO MAX | TIPO DI CRITERIO | GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA | GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>     |                  |                                        |                                     |
| Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento                                                                                | 15            | discrezionale    | SUFFICIENTE                            | SUFFICIENTE                         |
| Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza di idonei sistemi di sicurezza e atraumicità                                                                                                              | 20            | discrezionale    | SUFFICIENTE                            | SUFFICIENTE                         |
| Tenuta e grado di penetrazione della clip con diversi orientamenti dello strumento                                                                                                                              | 20            | discrezionale    | SUFFICIENTE                            | SUFFICIENTE                         |
| Sistema di controllo punti rimanenti                                                                                                                                                                            | 10            | discrezionale    | SUFFICIENTE                            | SUFFICIENTE                         |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5             | discrezionale    | SUFFICIENTE                            | SUFFICIENTE                         |

Il Presidente  
Dr Vincenzo Viola

Il Componente  
Dr. Luigi Greco

Il Segretario  
Dott.ssa Eva Cancelli

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 113**.  
La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Medtronic Spa, Bard Srl e Tau Medica Srl e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

| DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA                                                                                                                                                                                     | PUNTEGGIO<br>MAX | TIPO DI<br>CRITERIO | GIUDIZIO PRESIDENTE<br>DR. VINCENZO VIOLA | GIUDIZIO COMPONENTE<br>DR. LUIGI GRECO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>        |                     |                                           |                                        |
| Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento                                                                                | 15               | discrezionale       | OTTIMO                                    | OTTIMO                                 |
| Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza di idonei sistemi di sicurezza e atraumaricità                                                                                                            | 20               | discrezionale       | OTTIMO                                    | OTTIMO                                 |
| Tenuta e grado di penetrazione della clip con diversi orientamenti dello strumento                                                                                                                              | 20               | discrezionale       | OTTIMO                                    | OTTIMO                                 |
| Sistema di controllo punti rimanenti                                                                                                                                                                            | 10               | discrezionale       | OTTIMO                                    | OTTIMO                                 |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                | discrezionale       | OTTIMO                                    | OTTIMO                                 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                                           |                                        |
| DITTA: BARD SRL                                                                                                                                                                                                 | PUNTEGGIO<br>MAX | TIPO DI<br>CRITERIO | GIUDIZIO PRESIDENTE<br>DR. VINCENZO VIOLA | GIUDIZIO COMPONENTE<br>DR. LUIGI GRECO |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>        |                     |                                           |                                        |
| Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento                                                                                | 15               | discrezionale       | DISCRETO                                  | DISCRETO                               |
| Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza di idonei sistemi di sicurezza e atraumaricità                                                                                                            | 20               | discrezionale       | SUFFICIENTE                               | SUFFICIENTE                            |
| Tenuta e grado di penetrazione della clip con diversi orientamenti dello strumento                                                                                                                              | 20               | discrezionale       | DISCRETO                                  | DISCRETO                               |
| Sistema di controllo punti rimanenti                                                                                                                                                                            | 10               | discrezionale       | SUFFICIENTE                               | SUFFICIENTE                            |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                | discrezionale       | DISCRETO                                  | DISCRETO                               |
|                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                                           |                                        |
| DITTA: TAU MEDICA S.R.L.                                                                                                                                                                                        | PUNTEGGIO<br>MAX | TIPO DI<br>CRITERIO | GIUDIZIO PRESIDENTE<br>DR. VINCENZO VIOLA | GIUDIZIO COMPONENTE<br>DR. LUIGI GRECO |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>        |                     |                                           |                                        |
| Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento                                                                                | 15               | discrezionale       | SUFFICIENTE                               | SUFFICIENTE                            |
| Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza di idonei sistemi di sicurezza e atraumaricità                                                                                                            | 20               | discrezionale       | SUFFICIENTE                               | SUFFICIENTE                            |
| Tenuta e grado di penetrazione della clip con diversi orientamenti dello strumento                                                                                                                              | 20               | discrezionale       | SUFFICIENTE                               | SUFFICIENTE                            |
| Sistema di controllo punti rimanenti                                                                                                                                                                            | 10               | discrezionale       | SUFFICIENTE                               | SUFFICIENTE                            |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                | discrezionale       | SUFFICIENTE                               | SUFFICIENTE                            |

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 114**.  
La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Medtronic Spa e Bard Srl e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

| DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA                                                                                                      | PUNTEGGIO<br>MAX | TIPO DI<br>CRITERIO | GIUDIZIO PRESIDENTE<br>DR. VINCENZO VIOLA | GIUDIZIO COMPONENTE<br>DR. LUIGI GRECO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                       | <b>70</b>        |                     |                                           |                                        |
| Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento | 15               | discrezionale       | OTTIMO                                    | OTTIMO                                 |
| Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza di idonei sistemi di sicurezza e atraumaricità                             | 20               | discrezionale       | OTTIMO                                    | OTTIMO                                 |

Il Presidente  
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente  
Dr. Luigi Greco

Il Segretario  
Dott.ssa Eva Cancelli

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                               |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tenuta e grado di penetrazione della clip con diversi orientamenti dello strumento                                                                                                                              | 20                   | discrezionale           | OTTIMO                                        | OTTIMO                                     |
| Sistema di controllo punti rimanenti                                                                                                                                                                            | 10                   | discrezionale           | OTTIMO                                        | OTTIMO                                     |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | OTTIMO                                        | OTTIMO                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                               |                                            |
| <b>DITTA: BARD SRL</b>                                                                                                                                                                                          | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                               |                                            |
| Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di posizionamento e di azionamento                                                                                | 15                   | discrezionale           | DISCRETO                                      | DISCRETO                                   |
| Sicurezza: feedback di azionamento corretto, presenza di idonei sistemi di sicurezza e atraumaticità                                                                                                            | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Tenuta e grado di penetrazione della clip con diversi orientamenti dello strumento                                                                                                                              | 20                   | discrezionale           | DISCRETO                                      | DISCRETO                                   |
| Sistema di controllo punti rimanenti                                                                                                                                                                            | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 5                    | discrezionale           | DISCRETO                                      | DISCRETO                                   |

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 116**.  
La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Herniamesh Srl, B.Braun Milano Spa, Assut Europe Spa e Tau Medica S.R.L. e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

|                                                                                                                                                                                         |                      |                         |                                               |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DITTA: HERNIAMESH Srl</b>                                                                                                                                                            | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                              | <b>70</b>            |                         |                                               |                                            |
| Maneggevolezza: facilità di posizionamento in situ anatomico                                                                                                                            | 15                   | discrezionale           | DISCRETO                                      | DISCRETO                                   |
| Sagomabilità: possibilità di tagliare la rete nelle forme e misure adatte al sito senza sfilacciature e delaminazioni                                                                   | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| conformazione maglia della protesi                                                                                                                                                      | 10                   | discrezionale           | DISCRETO                                      | DISCRETO                                   |
| flessibilità                                                                                                                                                                            | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| elasticità                                                                                                                                                                              | 10                   | discrezionale           | DISCRETO                                      | DISCRETO                                   |
| Memoria di forma: capacità delle rete di riassumere la forma originaria                                                                                                                 | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto | 10                   | quantitativo            | 2,00                                          | 2,00                                       |
|                                                                                                                                                                                         |                      |                         |                                               |                                            |
| <b>DITTA: B.BRAUN MILANO SPA</b>                                                                                                                                                        | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                              | <b>70</b>            |                         |                                               |                                            |
| Maneggevolezza: facilità di posizionamento in situ anatomico                                                                                                                            | 15                   | discrezionale           | BUONO                                         | BUONO                                      |
| Sagomabilità: possibilità di tagliare la rete nelle forme e misure adatte al sito senza sfilacciature e delaminazioni                                                                   | 10                   | discrezionale           | OTTIMO                                        | OTTIMO                                     |
| conformazione maglia della protesi                                                                                                                                                      | 10                   | discrezionale           | BUONO                                         | BUONO                                      |
| flessibilità                                                                                                                                                                            | 10                   | discrezionale           | OTTIMO                                        | OTTIMO                                     |
| elasticità                                                                                                                                                                              | 10                   | discrezionale           | BUONO                                         | BUONO                                      |
| Memoria di forma: capacità delle rete di riassumere la forma originaria                                                                                                                 | 5                    | discrezionale           | OTTIMO                                        | OTTIMO                                     |
| Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto | 10                   | quantitativo            | 29,00                                         | 29,00                                      |
|                                                                                                                                                                                         |                      |                         |                                               |                                            |
| <b>DITTA: ASSUT EUROPE SPA</b>                                                                                                                                                          | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                              | <b>70</b>            |                         |                                               |                                            |
| Maneggevolezza: facilità di posizionamento in situ anatomico                                                                                                                            | 15                   | discrezionale           | DISCRETO                                      | DISCRETO                                   |

Il Presidente  
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente  
Dr. Luigi Greco

Il Segretario  
Dott.ssa Eva Cancelli

|                                                                                                                                                                                         |                      |                         |                                               |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sagomabilità: possibilità di tagliare la rete nelle forme e misure adatte al sito senza sfilacciature e delaminazioni                                                                   | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| conformazione maglia della protesi                                                                                                                                                      | 10                   | discrezionale           | DISCRETO                                      | DISCRETO                                   |
| flessibilità                                                                                                                                                                            | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| elasticità                                                                                                                                                                              | 10                   | discrezionale           | DISCRETO                                      | DISCRETO                                   |
| Memoria di forma: capacità delle rete di riassumere la forma originaria                                                                                                                 | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto | 10                   | quantitativo            | 0,00                                          | 0,00                                       |
| <b>DITTA: TAU MEDICA S.R.L.</b>                                                                                                                                                         | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                              | <b>70</b>            |                         |                                               |                                            |
| Maneggevolezza: facilità di posizionamento in situ anatomico                                                                                                                            | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Sagomabilità: possibilità di tagliare la rete nelle forme e misure adatte al sito senza sfilacciature e delaminazioni                                                                   | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| conformazione maglia della protesi                                                                                                                                                      | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| flessibilità                                                                                                                                                                            | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| elasticità                                                                                                                                                                              | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Memoria di forma: capacità delle rete di riassumere la forma originaria                                                                                                                 | 5                    | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto | 10                   | quantitativo            | 2,00                                          | 2,00                                       |

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 123**.  
La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Bard Srl e Medtronic Italia Spa e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

|                                                                                                                                                                                         |                      |                         |                                               |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DITTA: BARD SRL</b>                                                                                                                                                                  | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                              | <b>70</b>            |                         |                                               |                                            |
| Maneggevolezza: facilità di posizionamento in situ anatomico                                                                                                                            | 15                   | discrezionale           | DISCRETO                                      | DISCRETO                                   |
| Sagomabilità: possibilità di tagliare la rete nelle forme e misure adatte al sito senza sfilacciature e delaminazioni                                                                   | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| conformazione maglia della protesi                                                                                                                                                      | 10                   | discrezionale           | DISCRETO                                      | DISCRETO                                   |
| flessibilità                                                                                                                                                                            | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| elasticità                                                                                                                                                                              | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Memoria di forma: capacità delle rete di riassumere la forma originaria                                                                                                                 | 5                    | discrezionale           | DISCRETO                                      | DISCRETO                                   |
| Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto | 10                   | quantitativo            | 16,00                                         | 16,00                                      |
| <b>DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA</b>                                                                                                                                                      | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                              | <b>70</b>            |                         |                                               |                                            |
| Maneggevolezza: facilità di posizionamento in situ anatomico                                                                                                                            | 15                   | discrezionale           | OTTIMO                                        | OTTIMO                                     |
| Sagomabilità: possibilità di tagliare la rete nelle forme e misure adatte al sito senza sfilacciature e delaminazioni                                                                   | 10                   | discrezionale           | OTTIMO                                        | OTTIMO                                     |
| conformazione maglia della protesi                                                                                                                                                      | 10                   | discrezionale           | OTTIMO                                        | OTTIMO                                     |
| flessibilità                                                                                                                                                                            | 10                   | discrezionale           | OTTIMO                                        | OTTIMO                                     |
| elasticità                                                                                                                                                                              | 10                   | discrezionale           | OTTIMO                                        | OTTIMO                                     |
| Memoria di forma: capacità delle rete di riassumere la forma originaria                                                                                                                 | 5                    | discrezionale           | OTTIMO                                        | OTTIMO                                     |
| Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto | 10                   | quantitativo            | 4,00                                          | 4,00                                       |

Il Presidente  
Dr Vincenzo Viola

Il Componente  
Dr. Luigi Greco

Il Segretario  
Dott.ssa Eva Cancelli

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 129**.  
La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Coloplast, Johnson & Johnson Medical Spa e Essedue Group e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

| DITTA: COLOPLAST                                                                                                                                                                        | PUNTEGGIO MAX        | TIPO DI CRITERIO        | GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA        | GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                              | <b>70</b>            |                         |                                               |                                            |
| Maneggevolezza: facilità di posizionamento in situ anatomico                                                                                                                            | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Qualità dei materiali, sicurezza del sistema, conformazione del manipolo introduttore, atramauticità                                                                                    | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| conformazione maglia della protesi                                                                                                                                                      | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| flessibilità                                                                                                                                                                            | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| elasticità                                                                                                                                                                              | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto | 10                   | quantitativo            | 30,00                                         | 30,00                                      |
|                                                                                                                                                                                         |                      |                         |                                               |                                            |
| <b>DITTA: JOHNSON &amp; JOHNSON MEDICAL SPA</b>                                                                                                                                         | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                              | <b>70</b>            |                         |                                               |                                            |
| Maneggevolezza: facilità di posizionamento in situ anatomico                                                                                                                            | 15                   | discrezionale           | BUONO                                         | BUONO                                      |
| Qualità dei materiali, sicurezza del sistema, conformazione del manipolo introduttore, atramauticità                                                                                    | 15                   | discrezionale           | BUONO                                         | BUONO                                      |
| conformazione maglia della protesi                                                                                                                                                      | 10                   | discrezionale           | BUONO                                         | BUONO                                      |
| flessibilità                                                                                                                                                                            | 10                   | discrezionale           | BUONO                                         | BUONO                                      |
| elasticità                                                                                                                                                                              | 10                   | discrezionale           | BUONO                                         | BUONO                                      |
| Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto | 10                   | quantitativo            | 9,00                                          | 9,00                                       |
|                                                                                                                                                                                         |                      |                         |                                               |                                            |
| <b>DITTA: ESSEDUE GROUP</b>                                                                                                                                                             | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                              | <b>70</b>            |                         |                                               |                                            |
| Maneggevolezza: facilità di posizionamento in situ anatomico                                                                                                                            | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Qualità dei materiali, sicurezza del sistema, conformazione del manipolo introduttore, atramauticità                                                                                    | 15                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| conformazione maglia della protesi                                                                                                                                                      | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| flessibilità                                                                                                                                                                            | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| elasticità                                                                                                                                                                              | 10                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto | 10                   | quantitativo            | 2,00                                          | 2,00                                       |

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 137**.  
La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Davi Medica Srl, Johnson & Johnson Medical Spa, Farmasan S.R.L., Assut Europe Spa e Tau Medica Srl e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

| DITTA: DAVI MEDICA SRL                                                                                        | PUNTEGGIO MAX | TIPO DI CRITERIO | GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA | GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                    | <b>70</b>     |                  |                                        |                                     |
| flessibilità e durezza del materiale                                                                          | 20            | discrezionale    | SUFFICIENTE                            | SUFFICIENTE                         |
| Corrispondenza alle esigenze di manualità, praticità e funzionalità di impiego                                | 20            | discrezionale    | SUFFICIENTE                            | SUFFICIENTE                         |
| Affidabilità e sicurezza d'uso                                                                                | 20            | discrezionale    | SUFFICIENTE                            | SUFFICIENTE                         |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni) | 10            | discrezionale    | OTTIMO                                 | OTTIMO                              |

Il Presidente  
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente  
Dr. Luigi Greco

Il Segretario  
Dott.ssa Eva Cancelli

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                               |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari                                                                                                              |                      |                         |                                               |                                            |
| <b>DITTA: JOHNSON &amp; JOHNSON MEDICAL SPA</b>                                                                                                                                                                 | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:                                                                                                                                                             | 70                   |                         |                                               |                                            |
| flessibilità e durevolezza del materiale                                                                                                                                                                        | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Corrispondenza alle esigenze di manualità, praticità e funzionalità di impiego                                                                                                                                  | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e sicurezza d'uso                                                                                                                                                                                  | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 10                   | discrezionale           | OTTIMO                                        | OTTIMO                                     |
| <b>DITTA: FARMASAN S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                   | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:                                                                                                                                                             | 70                   |                         |                                               |                                            |
| flessibilità e durevolezza del materiale                                                                                                                                                                        | 20                   | discrezionale           | OTTIMO                                        | OTTIMO                                     |
| Corrispondenza alle esigenze di manualità, praticità e funzionalità di impiego                                                                                                                                  | 20                   | discrezionale           | OTTIMO                                        | OTTIMO                                     |
| Affidabilità e sicurezza d'uso                                                                                                                                                                                  | 20                   | discrezionale           | OTTIMO                                        | OTTIMO                                     |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 10                   | discrezionale           | OTTIMO                                        | OTTIMO                                     |
| <b>DITTA: ASSUT EUROPE SPA</b>                                                                                                                                                                                  | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:                                                                                                                                                             | 70                   |                         |                                               |                                            |
| flessibilità e durevolezza del materiale                                                                                                                                                                        | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Corrispondenza alle esigenze di manualità, praticità e funzionalità di impiego                                                                                                                                  | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e sicurezza d'uso                                                                                                                                                                                  | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 10                   | discrezionale           | OTTIMO                                        | OTTIMO                                     |
| <b>DITTA: TAU MEDICA S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                 | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:                                                                                                                                                             | 70                   |                         |                                               |                                            |
| flessibilità e durevolezza del materiale                                                                                                                                                                        | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Corrispondenza alle esigenze di manualità, praticità e funzionalità di impiego                                                                                                                                  | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e sicurezza d'uso                                                                                                                                                                                  | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 10                   | discrezionale           | OTTIMO                                        | OTTIMO                                     |

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 138**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Johnson & Johnson Medical Spa, Farmasan S.R.L., Assut Europe Spa e Tau Medica Srl e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                               |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DITTA: JOHNSON &amp; JOHNSON MEDICAL SPA</b>                                                                                                                                                                 | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:                                                                                                                                                             | 70                   |                         |                                               |                                            |
| flessibilità e durevolezza del materiale                                                                                                                                                                        | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Corrispondenza alle esigenze di manualità, praticità e funzionalità di impiego                                                                                                                                  | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e sicurezza d'uso                                                                                                                                                                                  | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 10                   | discrezionale           | OTTIMO                                        | OTTIMO                                     |
| <b>DITTA: FARMASAN S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                   | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |

Il Presidente  
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente  
Dr. Luigi Greco

Il Segretario  
Dott.ssa Eva Cancelli

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                               |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                               |                                            |
| flessibilità e durevolezza del materiale                                                                                                                                                                        | 20                   | discrezionale           | OTTIMO                                        | OTTIMO                                     |
| Corrispondenza alle esigenze di manualità, praticità e funzionalità di impiego                                                                                                                                  | 20                   | discrezionale           | OTTIMO                                        | OTTIMO                                     |
| Affidabilità e sicurezza d'uso                                                                                                                                                                                  | 20                   | discrezionale           | OTTIMO                                        | OTTIMO                                     |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 10                   | discrezionale           | OTTIMO                                        | OTTIMO                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                               |                                            |
| <b>DITTA: ASSUT EUROPE SPA</b>                                                                                                                                                                                  | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                               |                                            |
| flessibilità e durevolezza del materiale                                                                                                                                                                        | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Corrispondenza alle esigenze di manualità, praticità e funzionalità di impiego                                                                                                                                  | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e sicurezza d'uso                                                                                                                                                                                  | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 10                   | discrezionale           | OTTIMO                                        | OTTIMO                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                               |                                            |
| <b>DITTA: TAU MEDICA S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                 | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                               |                                            |
| flessibilità e durevolezza del materiale                                                                                                                                                                        | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Corrispondenza alle esigenze di manualità, praticità e funzionalità di impiego                                                                                                                                  | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e sicurezza d'uso                                                                                                                                                                                  | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 10                   | discrezionale           | OTTIMO                                        | OTTIMO                                     |

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 139**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Davi Medica Srl, Johnson & Johnson Medical Spa, Farmasan S.R.L. e Assut Europe Spa e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                               |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DITTA: DAVI MEDICA SRL</b>                                                                                                                                                                                   | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                               |                                            |
| flessibilità e durevolezza del materiale                                                                                                                                                                        | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Corrispondenza alle esigenze di manualità, praticità e funzionalità di impiego                                                                                                                                  | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e sicurezza d'uso                                                                                                                                                                                  | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 10                   | discrezionale           | OTTIMO                                        | OTTIMO                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                               |                                            |
| <b>DITTA: JOHNSON &amp; JOHNSON MEDICAL SPA</b>                                                                                                                                                                 | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                               |                                            |
| flessibilità e durevolezza del materiale                                                                                                                                                                        | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Corrispondenza alle esigenze di manualità, praticità e funzionalità di impiego                                                                                                                                  | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e sicurezza d'uso                                                                                                                                                                                  | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 10                   | discrezionale           | OTTIMO                                        | OTTIMO                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                               |                                            |
| <b>DITTA: FARMASAN S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                   | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                               |                                            |
| flessibilità e durevolezza del materiale                                                                                                                                                                        | 20                   | discrezionale           | OTTIMO                                        | OTTIMO                                     |

Il Presidente  
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente  
Dr. Luigi Greco

Il Segretario  
Dott.ssa Eva Cancelli

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                               |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Corrispondenza alle esigenze di manualità, praticità e funzionalità di impiego                                                                                                                                  | 20                   | discrezionale           | OTTIMO                                        | OTTIMO                                     |
| Affidabilità e sicurezza d'uso                                                                                                                                                                                  | 20                   | discrezionale           | OTTIMO                                        | OTTIMO                                     |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 10                   | discrezionale           | OTTIMO                                        | OTTIMO                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                               |                                            |
| <b>DITTA: ASSUT EUROPE SPA</b>                                                                                                                                                                                  | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                               |                                            |
| flessibilità e durezza del materiale                                                                                                                                                                            | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Corrispondenza alle esigenze di manualità, praticità e funzionalità di impiego                                                                                                                                  | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e sicurezza d'uso                                                                                                                                                                                  | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 10                   | discrezionale           | OTTIMO                                        | OTTIMO                                     |

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 140**.

La Commissione prende atto della comunicazione inviata al RUP dalla ditta E.F.M. Emanuele Fiore Mancini Srl, la quale non è riuscita a consegnare la campionatura nei termini, pertanto si rimette al RUP la decisione in merito e si sospende la valutazione.

Si procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte Teleflex Medical Srl, Davi Medica Srl, Medline International Italy Srl Unip., Johnson & Johnson Medical Spa, Farmasan S.R.L., Biomedica Italia S.R.L. e Tau Medica Srl e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                               |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DITTA: TELEFLEX MEDICAL SRL</b>                                                                                                                                                                              | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                               |                                            |
| flessibilità e durezza del materiale                                                                                                                                                                            | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Corrispondenza alle esigenze di manualità, praticità e funzionalità di impiego                                                                                                                                  | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e sicurezza d'uso                                                                                                                                                                                  | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 10                   | discrezionale           | OTTIMO                                        | OTTIMO                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                               |                                            |
| <b>DITTA: DAVI MEDICA SRL</b>                                                                                                                                                                                   | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                               |                                            |
| flessibilità e durezza del materiale                                                                                                                                                                            | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Corrispondenza alle esigenze di manualità, praticità e funzionalità di impiego                                                                                                                                  | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e sicurezza d'uso                                                                                                                                                                                  | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 10                   | discrezionale           | OTTIMO                                        | OTTIMO                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                               |                                            |
| <b>DITTA: MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP.</b>                                                                                                                                                             | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                               |                                            |
| flessibilità e durezza del materiale                                                                                                                                                                            | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Corrispondenza alle esigenze di manualità, praticità e funzionalità di impiego                                                                                                                                  | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e sicurezza d'uso                                                                                                                                                                                  | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 10                   | discrezionale           | OTTIMO                                        | OTTIMO                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                               |                                            |
| <b>DITTA: JOHNSON &amp; JOHNSON MEDICAL SPA</b>                                                                                                                                                                 | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| <b>Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:</b>                                                                                                                                                      | <b>70</b>            |                         |                                               |                                            |

Il Presidente  
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente  
Dr. Luigi Greco

Il Segretario  
Dott.ssa Eva Cancelli

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                               |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| flessibilità e durevolezza del materiale                                                                                                                                                                        | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Corrispondenza alle esigenze di manualità, praticità e funzionalità di impiego                                                                                                                                  | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e sicurezza d'uso                                                                                                                                                                                  | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 10                   | discrezionale           | OTTIMO                                        | OTTIMO                                     |
| <b>DITTA: FARMASAN S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                   | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:                                                                                                                                                             | 70                   |                         |                                               |                                            |
| flessibilità e durevolezza del materiale                                                                                                                                                                        | 20                   | discrezionale           | OTTIMO                                        | OTTIMO                                     |
| Corrispondenza alle esigenze di manualità, praticità e funzionalità di impiego                                                                                                                                  | 20                   | discrezionale           | OTTIMO                                        | OTTIMO                                     |
| Affidabilità e sicurezza d'uso                                                                                                                                                                                  | 20                   | discrezionale           | OTTIMO                                        | OTTIMO                                     |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 10                   | discrezionale           | OTTIMO                                        | OTTIMO                                     |
| <b>DITTA: BIOMEDICA ITALIA S.R.L.</b>                                                                                                                                                                           | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:                                                                                                                                                             | 70                   |                         |                                               |                                            |
| flessibilità e durevolezza del materiale                                                                                                                                                                        | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Corrispondenza alle esigenze di manualità, praticità e funzionalità di impiego                                                                                                                                  | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e sicurezza d'uso                                                                                                                                                                                  | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 10                   | discrezionale           | OTTIMO                                        | OTTIMO                                     |
| <b>DITTA: TAU MEDICA S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                 | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>TIPO DI CRITERIO</b> | <b>GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA</b> | <b>GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO</b> |
| Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:                                                                                                                                                             | 70                   |                         |                                               |                                            |
| flessibilità e durevolezza del materiale                                                                                                                                                                        | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Corrispondenza alle esigenze di manualità, praticità e funzionalità di impiego                                                                                                                                  | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Affidabilità e sicurezza d'uso                                                                                                                                                                                  | 20                   | discrezionale           | SUFFICIENTE                                   | SUFFICIENTE                                |
| Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 10                   | discrezionale           | OTTIMO                                        | OTTIMO                                     |

Alle ore 13.45 il Segretario chiude la seduta riservata di valutazione tecnica e rinvia a data da destinarsi la prossima seduta riservata tesa al prosieguo della valutazione tecnica e all'attribuzione dei relativi giudizi.

Latina, 08.06.2023

L.C.S.

Il PRESIDENTE Dr. Vincenzo Viola

Il COMPONENTE Dr. Luigi Greco

Il Presidente  
Dr. Vincenzo Viola

Il Componente  
Dr. Luigi Greco

Il Segretario  
Dott.ssa Eva Cancelli

Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE NON COMPONENTE Dott.ssa Eva Cancelli

Eva Cancelli

