PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA, DA ESPLETARSI IN MODALITÀ TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ARTICOLATA IN N. 163 LOTTI, DA AGGIUDICARSI SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA EX ART. 95 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO PER 24 MESI, DELLA FORNITURA DI SUTURATRICI MECCANICHE E DISPOSITIVI PER LAPAROSCOPIA OCCORRENTI ALLA ASL DI LATINA (AZIENDA CAPOFILA) E ASL DI FROSINONE.

VIII VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE SEDUTA TECNICA RISERVATA DEL 23.06.2023

Il giorno 23.06.2023 alle ore 09.00, si è riunita la Commissione Giudicatrice della Gara in oggetto nominata con Deliberazione n. 872/2022.

La Commissione è presente nelle persone di:

PRESIDENTE dr. Vincenzo Viola COMPONENTE dr. Luigi Greco COMPONENTE dr. Giuseppe Mezzetti

SEGRETARIO VERBALIZZANTE NON COMPONENTE dott.ssa Eva Cancelli.

Il Presidente apre i lavori alle ore 09.30 in seduta riservata per la valutazione dei lotti i cui giudizi sono stati sospesi per più approfondite valutazioni.

La Commissione procede alla disamina della scheda tecnica relativa al lotto n. 27.

La Commissione procede quindi alla valutazione del prodotto offerto dalla ditta Johnson & Johnson Medical Spa e si sofferma ad analizzare e valutare il prodotto alla luce dei Criteri di valutazione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

all assegnazione dei seguenti gi	IGIZI.		ommara.	T GIVINIAN	CHIBITIO
DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Ergonomia: facilità d'uso, comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, caricamento delle clips completamente automatico, facilità di chiusura della clip, agevole chiusura del morso e conseguente azionamento	20	discrezionale	OTTIMO	ОТТІМО	ОТТІМО
Sicurezza: chiusura regolare della clip, angolazione delle morse, capacità di emostasi, presenza di sistemi antiscivolamento della clip, feedback di azionamento corretto, presenza e qualità dei sistemi di sicurezza, presenza meccanismo anti caduta della clip	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità: capacità di adattamento a diverse situazioni di emostasi (possibilità di utilizzo in diverse parti del corpo, compatibilità con tessuti di diversi spessori, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative	20	discrezionale	OTTIMO	ОТТІМО	ОТТІМО
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	3,00	3,00	3,00
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	ОТТІМО	ОТТІМО	ОТТІМО

La Commissione procede alla disamina della scheda tecnica relativa al lotto n. 41, trasmessa dalla ditta Johnson & Johnson Medical Spa e alla valutazione del prodotto offerto. La Commissione si sofferma ad

Il Presidente Dr Vincenzo Wiola II Componente Dr. Giuseppe Mezzetti Il Componente Dr Luigi Greco Il Segretario Dott.ssa Eva Cancelli analizzare e valutare il prodotto alla luce dei Criteri di valutazione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70		- 1011111111111111111111111111111111111		
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti ad energia ad ultrasuoni o radiofrequenza ad un'unica macchina)	5	on/off	NO	NO	NO
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuterà la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Adattabilità dello strumento ai mutamenti nelle condizioni del tessuto attraverso una modulazione automatica del livello di potenza	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	874,00	874,00	874,00

La Commissione procede alla disamina della scheda tecnica relativa al lotto n. 44.

La Commissione constata che nel documento di gara denominato "Criteri di valutazione" il lotto 43 è presente due volte, ma nella seconda griglia la descrizione del lotto è corrispondente a quella del lotto n. 44. Pertanto si prende atto che trattasi di mero refuso.

La Commissione procede quindi alla valutazione del prodotto offerto dalla ditta Medtronic Italia Spa e si sofferma ad analizzare e valutare il prodotto alla luce dei Criteri di valutazione, procedendo all'assegnazione dai saguanti giudizi:

DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	15	ponderale	BUONO	BUONO	BUONO
Versatilità d'uso: possibilità di utilizzo per chirurgia laparoscopica e/o a cielo aperto	5	on/off	SI	SI	SI
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuterà la migliore manovrabilità e comfort)	15	ponderale	BUONO	BUONO	BUONO
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	ponderale	BUONO	BUONO	BUONO
Adattabilità dello strumento ai mutamenti nelle condizioni del tessuto attraverso una modulazione automatica del livello di potenza	10	on/off	SI	SI	SI
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	4,00	4,00	4,00

La Commissione procede alla disamina della scheda tecnica relativa al lotto n. 48.

La Commissione procede quindi alla valutazione del prodotto offerto dalla ditta Medtronic Italia Spa e si sofferma ad analizzare e valutare il prodotto alla luce dei Criteri di valutazione, procedendo all'assegnazione

DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	ОТТІМО	ОТТІМО	OTTIMO
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti a diversa	5	on/off	SI	SI	SI

Il Presidente Dr Vincenzo Viola

II Componente Dr. Gjuseppe Mezzetti

11-Componente -Dr. Luigi Greco

Il Segretario Dott.ssa Eva Cancelli

tipologia di energia: monopolare, bipolare, ultrasuoni)					
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuta la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	OTTIMO	ОТТІМО	ОТТІМО
Presenza di strumenti retti e curvi	5	on/off	SI	SI	SI
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	ОТТІМО
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	9,00	9,00	9,00
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	127,00	127,00	127,00

La Commissione procede alla disamina della scheda tecnica relativa al lotto n. 49.

La Commissione procede quindi alla valutazione del prodotto offerto dalla ditta Medtronic Italia Spa e si sofferma ad analizzare e valutare il prodotto alla luce dei Criteri di valutazione, procedendo all'assegnazione

dei seguenti giudizi:

DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	ОТТІМО	ОТТІМО	ОТТІМО
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti a diversa tipologia di energia: monopolare, bipolare, ultrasuoni)	5	on/off	SI	SI	SI
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuta la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	OTTIMO	ОТТІМО	ОТТІМО
Presenza di strumenti retti e curvi	5	on/off	SI	SI	SI
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	ОТТІМО	ОТТІМО	OTTIMO
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	9,00	9,00	9,00
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	127,00	127,00	127,00

La Commissione procede alla disamina della scheda tecnica relativa al lotto n. 59.

La Commissione procede quindi alla valutazione del prodotto offerto dalla ditta B.Braun Milano Spa e si sofferma ad analizzare e valutare il prodotto alla luce dei Criteri di valutazione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: B.BRAUN MILANO SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70		- Continue C		
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti a diversa tipologia di energia: monopolare, bipolare, ultrasuoni)	5	on/off	NO	NO	NO
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuta la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Presenza di strumenti retti e curvi	5	on/off	SI	SI	SI
Assistenza tecnica e scrvizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	1,00	1,00	1,00
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in	10	quantitativo	9,00	9,00	9,00

Il Presidente Dr Vincenzo Viola Il Componente Dr. Gjuseppe Mezzetti Il Componente Dr. Luigi Greco

II Segretario Dott.ssa Eva Cancelli

considerazione solo gli studi presentati sul	1	İ	1
prodotto/tecnologia offerto			

La Commissione procede alla disamina della scheda tecnica relativa al lotto n. 60.

La Commissione procede quindi alla valutazione del prodotto offerto dalla ditta B.Braun Milano Spa e si sofferma ad analizzare e valutare il prodotto alla luce dei Criteri di valutazione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: B.BRAUN MILANO SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti a diversa tipologia di energia: monopolare, bipolare, ultrasuoni)	5	on/off	NO	NO	NO
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuta la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Presenza di strumenti retti e curvi	5	on/off	SI	SI	SI
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	1,00	1,00	1,00
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	9,00	9,00	9,00

La Commissione procede alla disamina della scheda tecnica relativa al lotto n. 61.

La Commissione procede quindi alla valutazione del prodotto offerto dalla ditta B.Braun Milano Spa e si sofferma ad analizzare e valutare il prodotto alla luce dei Criteri di valutazione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: B.BRAUN MILANO SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			Company Security of Company Security Se	
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutate le caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura e dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti a diversa tipologia di energia: monopolare, bipolare, ultrasuoni)	5	on/off	NO	NO	NO
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuta la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Presenza di strumenti retti e curvi	5	on/off	SI	SI	SI
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	1,00	1,00	1,00
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	9,00	9,00	9,00

La Commissione procede alla disamina della scheda tecnica relativa al lotto n. 63.

La Commissione procede quindi alla valutazione del prodotto offerto dalla ditta Farmasan SrI e si sofferma ad analizzare e valutare il prodotto alla luce dei Criteri di valutazione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: FARMASAN S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche Tecniche costruttive del generatore e dei devices (saranno valutte le caratteristiche costruttive dell'apparecchiajura e dei devices, in	10	discrezionale	ОТТІМО	ОТТІМО	ОТТІМО

II Presidente Dr Vincenzo Viola Il Componente Dr. Giuseppe Mezzetti Il Componente Dr. Luigi Greco Il Segretario Dott.ssa/Eva Cancelli

relazione alla qualità dei materiali e alla funzionalità degli stessi)					
Versatilità d'uso del generatore (con riferimento alla possibilità di collegare strumenti a diversa tipologia di energia: monopolare, bipolare, ultrasuoni)	5	on/off	NO	NO	NO
Ergonomia e maneggevolezza (con riferimento ai devices, si valuta la migliore manovrabilità e comfort)	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Presenza di strumenti retti e curvi	5	on/off	SI	SI	SI
Assistenza tecnica e servizio post-vendita: sarà valutata la completezza delle relazioni tecniche presentate	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Ampiezza della gamma	5	quantitativo	1,00	1,00	1,00
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in considerazione solo gli studi presentati sul prodotto/tecnologia offerto	10	quantitativo	1,00	1,00	1,00

La Commissione procede alla disamina della scheda tecnica relativa al lotto n. 81.

La Commissione procede quindi alla valutazione del prodotto offerto dalla ditta Johnson & Johnson Medical Spa e si sofferma ad analizzare e valutare il prodotto alla luce dei Criteri di valutazione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				- Pick of Reference of the Court
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO

La Commissione procede alla disamina della scheda tecnica relativa al lotto n. 82.

La Commissione procede quindi alla valutazione del prodotto offerto dalla ditta Johnson & Johnson Medical Spa e si sofferma ad analizzare e valutare il prodotto alla luce dei Criteri di valutazione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi tessuti, adattamento dello strumento a diverse situazioni operative, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO

La Commissione procede alla disamina della scheda tecnica relativa al lotto n. 87.

Il Presidente Dr Vincenzo Viola II Componente Dr. Giuseppe Mezzett Il Comportente Dr. Lungi Greco Il Sogretario Dott.ssa Eva Cancelli La Commissione procede quindi alla valutazione del prodotto offerto dalla ditta Farmasan Srl e si sofferma ad analizzare e valutare il prodotto alla luce dei Criteri di valutazione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: FARMASAN S.R.L.	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				- 1775 - WILLIAM - WILLIAM - WAR - W
Versatilità: adattamento dello strumento a diversi spessori di tessuti, gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura dello strumento e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Sicurezza: Adeguato feedback auditivo e tattile dell'avvenuta attivazione	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio, qualità della linea di sutura e della chiusura, posizionamento, corretta formazione e tenuta del punto	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO

La Commissione procede alla disamina della scheda tecnica relativa al lotto n. 99.

La Commissione procede quindi alla valutazione del prodotto offerto dalla ditta Medtronic Italia Spa e si sofferma ad analizzare e valutare il prodotto alla luce dei Criteri di valutazione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO		
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70						
ersatilità: adattamento dello strumento a diversi ssuti, adattamento dello strumento a diverse tuazioni operative, gamma delle lunghezze e ell'altezza del punto	15	discrezionale	OTTIMO	ОТТІМО	ОТТІМО	ОТТІМО	
Ergonomia: comodità dell'impugnatura, agevole chiusura delle branche e conseguente azionamento, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto	15	discrezionale	ОТТІМО	ОТТІМО	OTTIMO		
Qualità del sistema di sicurezza	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		
Affidabilità e prestazione dello strumento: qualità della linea di taglio e sutura, chiusura, posizionamento e tenuta del punto, corretta formazione del punto		discrezionale	ОТТІМО	ОТТІМО	ОТТІМО		
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	оттімо	OTTIMO	ОТТІМО		

La Commissione procede alla disamina della scheda tecnica relativa al lotto n. 119.

La Commissione procede quindi alla valutazione del prodotto offerto dalla ditta Johnson & Johnson Medical Spa e si sofferma ad analizzare e valutare il prodotto alla luce dei Criteri di valutazione, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. VINCENZO VIOLA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. GIUSEPPE MEZZETTI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. LUIGI GRECO
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Maneggevolezza: facilità di posizionamento in situ anatomico	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Sagomabilità': possibilità di tagliare la rete nelle forme e misure adatte al sito senza sfilacciature e delaminazioni	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
conformazione maglia della protesi	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
flessibilità	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
elasticità	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Memoria di forma: capacità delle rete di riassumere la forma originaria	5	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Pubblicazione studi clinid e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate. Saranno presi in	10	quantitativo	1	I	I

Il Presidente Dr Vincenzo Viola

Il/Componente Dr. Gjuseppe Mezzetti Il Componente Dr. Luigi Greco II Segretario Dott,ssa/Eva-Cancelli

considerazione	solo	gli	studi	presentati	sul
prodotto/tecnolo	oia offe	rto			

Il Segretario di Gara prende atto dei giudizi espressi e provvederà a convertirli in punteggio, secondo i coefficienti corrispondenti, come previsto dalla documentazione di gara.

Si dispone che tutte le comunicazioni vengano inviate al RUP all'esito delle operazioni di valutazione tecnica per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Si prende atto che la campionatura è stata chiusa, sigillata e riposta nei locali del Magazzino Farmaceutico dell'Ospedale Dono Svizzero di Formia, dove verrà custodita per tutta la durata del contratto.

Alle ore 12.30 la Commissione conclude i lavori.

Latina, 23.06.2023

L.C.S.

II PRESIDENTE Dr. Vincenzo Viola

Il COMPONENTE Dr. Giuseppe Mezzetti

II COMPONENTE Dr. Luigi Greco

II SEGRETARIO VERBALIZZANTE NON COMPONENTE Dott.ssa Eva Cancelli

the Concelli