

UOC PROCEDURE DI ACQUISTO E CONTRATTI

Tel: 0773/6553493

e-mail: p.cassandra@ausl.latina.it

pec: amministrazione@pec.ausl.latina.it

Latina, lì 31.05.2022

PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA, DA ESPLETARSI IN MODALITÀ TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ARTICOLATA IN N. 163 LOTTI, DA AGGIUDICARSI SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA EX ART. 95 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO PER 24 MESI, DELLA FORNITURA DI SUTURATRICI MECCANICHE E DISPOSITIVI PER LAPAROSCOPIA OCCORRENTI ALLA ASL DI LATINA (AZIENDA CAPOFILA) E ASL DI FROSINONE

N. GARA ANAC: 8468259

VERBALE DEFINITIVO DI CHIARIMENTI

In riferimento alla gara di cui sopra, entro i termini contemplati negli atti di gara, sono pervenuti alcuni quesiti che vengono di seguito riportati unitamente alle relative risposte.

QUESITO 1	RISPOSTA
Con riferimento ai lotti 140 -141- 142-143, si chiede cortesemente di specificare se i drenaggi richiesti sono perforati (tipo Jackson Pratt) o scanalati.	I drenaggi sono richiesti scanalati.

QUESITO 2	RISPOSTA
In riferimento alla gara in oggetto, chiediamo di specificare se il possesso della certificazione ISO 13485:2016, riferita alla produzione e distribuzione di Dispositivi medici, oggetto specifico dell'appalto, consenta di avvalersi della riduzione prevista dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 (50%). Chiediamo, inoltre, in riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale, se il possesso della certificazione ISO 13485:2016 sia accettato come prova alternativa del requisito di possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 richiesta. Si precisa che la certificazione ISO 13485 è una certificazione che attiene ai requisiti specifici che la norma ISO impone agli operatori economici che operano nel mercato dei dispositivi medici. Inoltre, la certificazione, è considerata un "quid pluris rispetto alla più generale certificazione UNI EN ISO 9001:2000" anche dall'ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione: "ANAC: Parere di Precontenzioso n. 43 del 25/02/2010: In una gara per la fornitura di manufatti ortodontici appare ragionevole e proporzionata la richiesta, quale requisito di partecipazione, della qualificazione UNI EN ISO 13485. Mentre la certificazione UNI EN ISO 9001:2000 è inerente all'intero sistema aziendale ed è preordinata a svolgere una funzione di garanzia qualitativa di un determinato livello di esecuzione dell'intero rapporto contrattuale, la certificazione UNI EN ISO 13485 attiene invece ai sistemi di gestione della qualità dei dispositivi medici. Le caratteristiche della certificazione UNI EN ISO 13485 conferiscono dunque all'operatore economico un quid pluris rispetto ai requisiti della più generale	Si conferma che il possesso della certificazione ISO 13485 sarà ritenuto equivalente al possesso della certificazione ISO 9001 ai fini della dimostrazione del requisito di capacità tecnica e professionale e darà diritto alla riduzione dell'importo della garanzia ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

certificazione UNI EN ISO 9001:2000, in quanto attinenti ai requisiti specifici che la norma ISO impone agli operatori economici che operano nel mercato dei dispositivi medici. La ISO 13485 è' accettata anche dal Ministero delle Infrastrutture: "(...) Riguarda il processo produttivo, si ritiene che la stessa possa essere considerata come una sottospecie della UNI CEI ISO 9000 e, pertanto, possa essere accettata ai fini della riduzione della cauzione".	
QUESITO 3	RISPOSTA
Lotto 124 voce 14 (ELLITTICA, CM1520, CON SISTEMA DI POSIZIONAMENTO) Base d'asta 100,00 euro....chiediamo la rettifica del prezzo indicato, in quanto la base d'asta risulta essere troppo bassa rispetto ai prezzi di mercato. 2. Nella colonna fabbisogni totali 24 mesi il totale non risulta essere corretto in base ai fabbisogni dichiarati nelle colonne Fabbisogni 12 mesi, si chiede di verificare e rettificare 3. Manca la griglia relativa ai criteri di valutazione che da capitolato doveva essere riportata nel Capitolato Tecnico 4. Qualora la descrizione da capitolato fosse identificativa di uno specifico prodotto (come ad esempio il Lotto 122) è possibile avvalersi del principio di equivalenza funzionale allegando una	Con avviso pubblicato in data 12.05.2022 la Stazione Appaltante ha provveduto alla rettifica della base d'asta relativa al lotto n. 124 di cui al Capitolato Tecnico, risultata non corretta a causa di un mero errore materiale. Si conferma il fabbisogno complessivo indicato all'interno del Capitolato Tecnico, nella sezione "Fabbisogno totale 24 mesi", composto dalle voci "Fabbisogno Aziendale 24 mesi ASL Latina" e "Fabbisogno Aziendale 12 mesi ASL Frosinone". I criteri di valutazione dell'offerta tecnica, al fine di agevolarne il caricamento su piattaforma telematica S.Tel.La. e la relativa consultazione, sono stati inseriti all'interno del file denominato "Criteri di valutazione", che costituisce parte integrante e sostanziale del Capitolato Tecnico (si veda Disciplinare di gara, punto 2.1 "Documenti di gara"). Ad avviso della Stazione Appaltante, la descrizione contenuta nel Capitolato Tecnico non identifica uno specifico prodotto. Ciò posto, al fine di favorire la più ampia

relazione che illustri nel dettaglio la suddetta equivalenza?	partecipazione degli operatori economici, si conferma l'applicabilità del principio di equivalenza, fermo restando che il prodotto deve rispondere alle caratteristiche richieste nel capitolato e che la stazione appaltante deve essere messa nelle condizioni di svolgere una verifica effettiva e proficua della dichiarata equivalenza delle specifiche tecniche dei prodotti offerti in gara.
QUESITO 4	RISPOSTA
Considerato che al lotto 127 viene richiesta la misura 20x30 cm del prodotto "Protesi sintetica tridimensionale totalmente bioassorbibile etc." e considerato che il prodotto richiesto è disponibile con ulteriori misure per far fronte alle diverse esigenze cliniche, si chiede di confermare la possibilità di inserire tutta la gamma disponibile applicando lo stesso sconto offerto in gara per la misura da voi richiesta.	Si conferma quanto specificamente richiesto nel Capitolato Tecnico.
QUESITO 5	RISPOSTA
Al punto 7.3.b del Disciplinare di Gara, viene richiesto, come requisito, il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015. La certificazione EN ISO 13485, norma oggi autoportante, è una norma armonizzata che definisce i requisiti per i sistemi di gestione della qualità che permettono a una organizzazione (fabbricante o distributore) di dimostrare la sua capacità a fornire dispositivi medici e relativi servizi che siano conformi ai requisiti dei clienti e alla legislazione applicabile a tali dispositivi medici. Essa presenta requisiti specifici e applicabili al solo settore medicale non presenti nella ISO 9001. Si chiede conferma che il possesso della certificazione EN ISO 13485 sia considerato dalla Stazione Appaltante più appropriato o almeno equivalente al possesso della ISO 9001.	Si conferma che il possesso della certificazione ISO 13485 sarà ritenuto equivalente al possesso della certificazione ISO 9001 ai fini della dimostrazione del requisito di capacità tecnica e professionale e darà diritto alla riduzione dell'importo della garanzia ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

QUESITO 6	RISPOSTA
Con riferimento alla Documentazione Tecnica si chiede: di confermare che la certificazione EN ISO 13485 possa essere presentata in lingua originale inglese essendo un documento predisposto direttamente da Enti Notificati internazionali. di confermare che la letteratura scientifica, pubblicata su riviste internazionali, possa essere presentata in lingua originale inglese in quanto coperta da copyright. Si precisa che la Letteratura Scientifica è una documentazione voluminosa di articoli internazionali in lingua inglese e pertanto, oltre la problematica della presenza di copyright, la traduzione in lingua italiana richiederebbe una tempistica lunga, non senza rilevanti difficoltà ed estremamente costosa. Pertanto si chiede la Vs. conferma a presentare la suddetta documentazione in lingua originale.	È possibile presentare la documentazione richiesta anche in lingua inglese. In caso di necessità, laddove la traduzione risulti indispensabile ai fini della piena comprensione del documento, il RUP/la Commissione potrà chiedere all'operatore economico partecipante di produrre la traduzione della documentazione in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di gara.
QUESITO 7	RISPOSTA
In riferimento alla gara in oggetto e relativamente alla descrizione tecnica per i lotti 41 e 42, si chiede gentilmente quale sia la differenza tecnica tra i due lotti e che non ci sia un refuso tra il tipo di impugnatura e/o lo stelo richiesto.	Per entrambi i lotti l'impugnatura richiesta è a pistola. La differenza tra gli strumenti descritti nei 2 lotti, è il "CAVO INTEGRATO NELLO STRUMENTO PER IL COLLEGAMENTO DIRETTO AL GENERATORE", così come descritto solo nel lotto n. 41.
QUESITO 8	RISPOSTA
Relativamente al lotto n. 7, denominato "aghi di Verres", notiamo che la descrizione fa riferimento ad altro prodotto (dispositivo, monouso, sterile tipo Reverdin per la chiusura di incisioni da Trocar). Che tipo di prodotto deve essere offerto nel lotto n. 7? Aghi di Verres oppure il dispositivo descritto?	Si conferma la descrizione riportata nel lotto n. 7.

QUESITO 9	RISPOSTA
si richiede conferma dei quantitativi riportati nell'allegato "CAPITOLATO TECNICO" in quanto nelle colonne dei fabbisogni non è presente il quantitativo biennale della ASL Frosinone e il totale di entrambe le ASL per 24 mesi non corrisponde a quanto riportato. Si chiede di allegare la griglia di valutazione di ogni lotto, in quanto non presente nell'allegato "CAPITOLATO TECNICO" come citato nel disciplinare di gara.	Si conferma il fabbisogno complessivo indicato all'interno del Capitolato Tecnico, nella sezione "Fabbisogno totale 24 mesi", composto dalle voci "Fabbisogno Aziendale 24 mesi ASL Latina" e "Fabbisogno Aziendale 12 mesi ASL Frosinone". I criteri di valutazione dell'offerta tecnica, al fine di agevolare il caricamento su piattaforma telematica S.Tel.La. e la relativa consultazione, sono stati inseriti all'interno del file denominato "Criteri di valutazione", che costituisce parte integrante e sostanziale del Capitolato Tecnico (si veda Disciplinare di gara, punto 2.1 "Documenti di gara").
QUESITO 10	RISPOSTA
Con riferimento ai Lotti 123 e 124 e 126, si evidenzia che la descrizione di un prodotto con caratteristiche tecniche dettagliate ed analitiche sembra identificare una sola impresa produttrice, in violazione sia della normativa nazionale e comunitaria in materia di evidenza pubblica, sia soprattutto dei principi di libera concorrenza e di massima partecipazione alle procedure di gara, come a più riprese sancito dall'AGCM e dal Giudice amministrativo, nonché di par condicio dei concorrenti. Sotto questo profilo pertanto la procedura di gara in oggetto rischia di essere assimilata alla casistica dei cc.dd. bandi-fotografia, cioè quei bandi che pur rispettando apparentemente le regole della concorsualità, stabiliscono materiali e/o tecnologie talmente particolareggiate da diventare espulsive nei confronti della maggior parte delle imprese, le quali pur avendo prodotti con tecnologie innovative e perfettamente rispondenti alle indicazioni d'uso previste, si trovano	Ad avviso della Stazione Appaltante, la descrizione contenuta nel Capitolato Tecnico non identifica uno specifico prodotto. Il Capitolato contiene diversi prodotti in termini di caratteristiche tecniche e finalità d'uso, per cui consente ampia partecipazione. Ciò posto, al fine di favorire la più ampia partecipazione degli operatori economici, si conferma l'applicabilità del principio di equivalenza, fermo restando che il prodotto deve rispondere alle caratteristiche richieste nel capitolato e che la stazione appaltante deve essere messa nelle condizioni di svolgere una verifica effettiva e proficua della dichiarata equivalenza delle specifiche tecniche dei prodotti offerti in gara.

impossibilitate a rispondere al lotto in oggetto.	
QUESITO 11	RISPOSTA
Lotto 65 – suturatrici cutanee Nel rif. 1 vengono richieste "varie misure". È possibile rispondere al rif. con più codici? Lotto 99 – suturatrici per videochirurgia Il rif. 1 e 2 riportano misure non idonee dello stelo della suturatrice lineare, ovvero di 36 cm e di 16 cm. Il mercato offre, per la sola lunghezza dello stelo, misure di circa 16 cm per la misura standard e di circa 6 cm per la misura short. Trattasi di refuso? Lotto 158 -159 -160 suturatrici circolari Nello stesso lotto vengono richiesti sia lo "stelo standard che lungo". È possibile rispondere al lotto con due codici?	Come già specificato nella descrizione del lotto, sono richieste varie misure, fermo restando il prezzo che deve essere unico, per ciascun sub-lotto, per consentire la corretta valutazione economica del lotto. Trattasi di refuso per quanto riportato solo nel Rif. 1, dove la corretta lunghezza dello stelo deve essere di circa cm. 6 e NON 36. Come già specificato nella descrizione del lotto, sono richieste varie misure, fermo restando il prezzo che deve essere unico, per ciascun sub-lotto, per consentire la corretta valutazione economica del lotto.
QUESITO 12	RISPOSTA
In merito al lotto 32 si prega di specificare se si richiedono i 3 componenti (impugnatura, asta, inserto) della "PINZA DA PRESA RETTA FENESTRATA E STELO DA 5 mm", e se quindi la richiesta così come formulata sia un refuso, oppure se come scritto si richiedono impugnatura e 2 inserti diversi ("PINZA DA PRESA RETTA FENESTRATA E STELO DA 5 mm" e "DISSETTORE A DANGOLO RETTO RETTA FENESTRATA E STELO DA 5 mm")	Nel lotto sono richieste n. 2 tipologie di strumento laparoscopico componibile (pinza da presa e dissetto). Saranno valutate tutte le offerte di sistemi equivalenti che soddisfano tale richiesta. Si conferma l'applicabilità del principio di equivalenza, fermo restando che il prodotto deve rispondere alle caratteristiche richieste nel capitolato e che la stazione appaltante deve essere messa nelle condizioni di svolgere una verifica effettiva e proficua della dichiarata equivalenza delle specifiche tecniche dei prodotti offerti in gara.

QUESITO 13	RISPOSTA
Con riferimento all'allegato "CAPITOLATO TECNICO", in ciascun lotto relativo a dispositivi ad energia avanzata (37-43, 45-64, 132-136) si richiede che la ditta aggiudicataria fornisca "IN COMODATO D'USO GRATUITO N.3 GENERATORE, COMPLETO DI PEDALIERA E CARRELLO". Si chiede conferma che, in caso di aggiudicazione di più lotti tra quelli sopra menzionati, siano da fornire IN TOTALE n.3 generatori completi di pedaliera e carrello e non n.3 generatori per ogni lotto aggiudicato.	Si conferma quanto richiesto nel Capitolato Tecnico.
QUESITO 14	RISPOSTA
Gentilissimi, in riferimento alle forniture analoghe a quelle del lotto/lotti di partecipazione, di cui all'art. 7, punto 7.3 del Disciplinare di gara, riferite al triennio 2019-2020-2021, chiediamo se sia possibile presentare i suddetti fatturati relativamente al triennio 2018-2019-2020, in quanto il bilancio dell'anno 2021 sarà disponibile per la scrivente soltanto dopo il mese di agosto p.v..	Si conferma quanto richiesto nel disciplinare di gara: “7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale a) Esecuzione negli ultimi tre anni delle seguenti forniture analoghe. Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio (2019-2020-2021), forniture analoghe a quelle dedotte nel lotto/i di partecipazione per almeno tre aziende pubbliche o private”. Non è richiesto il fatturato ma forniture analoghe per almeno tre aziende pubbliche o private nel triennio di riferimento.
QUESITO 15	RISPOSTA
Gentilissimi, in riferimento alle forniture analoghe di cui all'art. 7, punto 7.3 del Disciplinare di gara, si chiede se le stesse debbano essere pari al valore annuale dei lotti di partecipazione, oppure pari al valore biennale dei lotti di partecipazione.	Non è richiesto un importo minimo per le forniture analoghe di cui al punto 7.3 del Disciplinare di gara.
QUESITO 16	RISPOSTA
Buongiorno, a pagina 17 del Disciplinare è richiesto Fatturato globale riferito agli anni 2018-2019-2020, mentre più sotto, sempre nella stessa pagina, sono richieste forniture analoghe riferite agli anni 2019-2020-2021. Si conferma che gli anni richiesti siano in	Si conferma esattamente quanto previsto dal Disciplinare di gara: Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2018-2019-2020) ed esecuzione negli ultimi tre anni (2019-2020-2021)

entrambi i casi, il 2019-2020-2021?	di forniture analoghe a quelle dedotte nel lotto/i di partecipazione per almeno tre aziende pubbliche o private.
QUESITO 17	RISPOSTA
si chiede conferma della possibilità di presentare fideiussione provvisoria ridotta del 30% per possesso del rating di legalità	L'importo della garanzia può essere ridotto nei casi di cui all'art. 93 co. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al quale si rinvia espressamente.
QUESITO 18	RISPOSTA
Relativamente ai lotti con più voci si chiede se sia obbligatorio rispondere a ciascuna di esse per poter essere ammessi al lotto o è possibile partecipare ad un lotto anche rispondendo parzialmente alle voci (es. rispondere solo al 60% delle voci e per le restanti viene considerata una offerta economica pari alla base d'asta delle singole voci)?	Non possono essere presentate offerte parziali rispetto al contenuto del lotto.
QUESITO 19	RISPOSTA
- per il Lotto 29 sono richiesti dispositivi medici di III Classe?	Si conferma che trattasi di DM di III Classe.
QUESITO 20	RISPOSTA
Lotto 113: con quante clip precaricate si desidera il dispositivo? 30?	Gli applicatori richiesti devono avere un quantitativo minimo di 25 clips precaricate.
QUESITO 21	RISPOSTA
Con riferimento alla procedura in oggetto e, in particolare, alla richiesta di pagamento del bollo tramite modello F23, a pagina 33 del Disciplinare, siamo a specificare quanto segue: n.1 - "Con il provvedimento 18379 del 27 gennaio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha previsto, che dal 2 marzo 2020, la registrazione degli atti privati avvenga con modello di pagamento F24 e non più F23". Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede di confermare che quanto richiesto sia da considerarsi un rifiuto e pertanto, vi chiediamo di specificare il codice tributo e il codice ufficio corretto.	Si conferma. Il versamento dell'imposta di bollo potrà essere liberamente effettuato mediante una delle modalità alternative previste, incluso il pagamento mediante F24.

Chiarimento n.2 - si chiede di voler confermare che è necessario allegare una sola marca da bollo alla domanda di partecipazione del valore di euro 16,00 o tutt'al più una marca da bollo del valore di euro 16,00 ogni 4 facciate.	È possibile utilizzare una sola marca da bollo per documento.
QUESITO 22	RISPOSTA
In relazione alla procedura indicata in oggetto, si desidera sottoporre alla Vs. Spettabile attenzione alcune criticità, emerse dalla lettura della documentazione di gara e ritenute a proprio parere suscettibili di chiarimenti. Più precisamente, considerato che in corrispondenza di ciascun dispositivo dei lotti dal 37 al 58 è previsto che "LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA' FORNIRE IN COMODATO D'USO GRATUITO n. 3 GENERATORI AD ULTRASUONI, COMPLETI DI PEDALIERA E CARRELLO", qualora si verifichi la circostanza di un' aggiudicazione di più lotti che necessitano della Stessa apparecchiatura, nella misura in cui è plausibile presumere che i generatori saranno "Legati alle effettive necessità delle sale operatorie e non saranno complessivamente 3 per singolo lotto aggiudicato", si chiede di specificare il numero di generatori complessivo per ospedale che dovrà essere fornito, ovverosia quanti generatori complessivamente per l'ASL di Latina e quanti complessivamente per l'ASL di Frosinone, a prescindere dai lotti di aggiudicazione. Si chiede altresì di confermare che, oltre ai lotti 29, 30, 31 e 35 per i quali sono già previsti gli accessori in Sconto merce, sia possibile rispondere ad altri lotti - che hanno per oggetto gli stessi prodotti ritenuti accessori per i lotti citati - con offerta a titolo di sconto.	Si conferma quanto richiesto nel Capitolato Tecnico. Attenersi alle disposizioni del Capitolato Tecnico. In ogni caso, la formulazione dell'offerta economica è rimessa alla libera scelta dell'operatore economico.

Con riferimento invece al Lotto 74, ove si richiede "SUTURATRICE LINEARE "TAGLIA E CUCI" DA 55/60MM. CIRCA MONOPAZIENTE, RICARICABILE, IMPUGNATURA PALMARE, PUNTO IN TITANIO PER TESSUTI STANDARD a.p.c. 1.0 mm", poichè l'altezza del punto chiuso di 1 mm è per i tessuti vascolari, si chiede di voler confermare che la dicitura "tessuti standard" sia un refuso e che trattasi invece di suturatrice per tessuti vascolari.	Trattasi di refuso, il punto 1.0 (a.p.c.) è richiesto per “tessuti vascolari”.
QUESITO 23	RISPOSTA
LOTTO 32 Si chiede se sia necessario fornire separatamente i codici che compongono lo strumento come impugnatura, inserto interno e stelo esterno; oppure se sia possibile rispondere con il codice unico relativo al prodotto completo. Inoltre, si chiede la possibilità di poter ottenere ulteriori dettagli relativamente alla descrizione del sub lotto 3.	Nel lotto sono richieste n. 2 tipologie di strumento laparoscopico componibile (pinza da presa e dissettore). Saranno valutate tutte le offerte di sistemi equivalenti che soddisfano tale richiesta, fermo restando che il prodotto deve rispondere alle caratteristiche richieste nel capitolato e che la stazione appaltante deve essere messa nelle condizioni di svolgere una verifica effettiva e proficua della dichiarata equivalenza delle specifiche tecniche dei prodotti offerti in gara. In ogni caso si ammettono diverse soluzioni di codifica fermo restando il prezzo che deve essere unico, per ciascun sub-lotto, per consentire la corretta valutazione economica del lotto. Si conferma la descrizione contenuta nel lotto n. 32.
LOTTO 154 Si chiede di poter avere maggiori informazioni circa il confezionamento di tali prodotti, essendo infatti disponibili sia in confezione singola che in confezione tripla.	Si chiede confezionamento minimo di n. 10 tamponi laparoscopici.

LOTTO 155 Si chiede la possibilità di poter rispondere con un prodotto del tutto simile al prodotto richiesto ma che non prevede l'attivazione tramite pulsante. LOTTO 50 – LOTTO 64: con la presente per richiedere, in relazione ai lotti relativi ai device a radiofrequenza n.50 – n. 64 la possibilità di poter presentare più codici per lotto. Al fine da poter fornire, pur rimanendo sempre nei parametri delle descrizioni, soluzioni differenti agli operatori che possano soddisfare al meglio le necessità intra operatorie, quali ad esempio, oltre ai classici prodotti con stelo retto, device muniti di steli articolabili che assicurano maggiori proprietà dissettive e di sealing. Si fa presente che spesso i lotti fanno riferimenti a prodotti identificativi di un preciso competitor, che non risultano più in commercio da almeno 2 anni. LOTTO 58: Si fa presente che la descrizione del prodotto richiesto è particolarmente limitante, identificativa di un device di un competitor preciso, si richiede la possibilità di pendere parte a tale lotto con un prodotto con stelo leggermente più lungo (24cm) e morso da 50 mm.	Saranno valutate tutte le offerte di sistemi equivalenti che soddisfano la richiesta del lotto n. 155, in relazione alla destinazione d'uso. Saranno valutate tutte le offerte di sistemi e device equivalenti che soddisfano quanto richiesto nei lotti oggetto del presente Chiarimento, in relazione alla destinazione d'uso, fermo restando che il prodotto deve rispondere alle caratteristiche richieste nel capitolato e che la stazione appaltante deve essere messa nelle condizioni di svolgere una verifica effettiva e proficua della dichiarata equivalenza delle specifiche tecniche dei prodotti offerti in gara. In ogni caso si ammettono diverse soluzioni di codifica fermo restando il prezzo che deve essere unico, per ciascun sub-lotto, per consentire la corretta valutazione economica del lotto. Ad avviso della Stazione Appaltante, la descrizione contenuta nel Capitolato Tecnico non identifica uno specifico prodotto. Ciò posto, al fine di favorire la più ampia partecipazione degli operatori economici, si conferma l'applicabilità del principio di equivalenza, fermo restando che il prodotto deve rispondere alle caratteristiche richieste nel capitolato e che la stazione appaltante deve essere messa nelle condizioni di svolgere una verifica effettiva e proficua della dichiarata equivalenza delle specifiche tecniche dei prodotti offerti in gara.
--	---

Siamo inoltre a chiedere la possibilità di presentare una garanzia provvisoria cumulativa per tutti i lotti per i quali si presenta offerta.	Saranno valutate tutte le offerte di sistemi e device equivalenti che soddisfano quanto richiesto nel lotto oggetto del presente Chiarimento, fermo restando la destinazione d'uso. Si conferma.
QUESITO 24	RISPOSTA
Con la presente siamo a richiedere se è possibile avere una proroga per la procedura in oggetto.	Con avviso del 26.05.2022 il termine di presentazione delle offerte è stato prorogato al 14.06.2022.
QUESITO 25	RISPOSTA
si chiede conferma che il dettaglio codici offerti e la relativa quotazione può essere inserito in allegato al "MODULO SOTTOSCRIZIONE OFFERTA ECONOMICA" firmato digitalmente.	Per le modalità di compilazione dell'offerta economica si prega di consultare i manuali operativi per gli operatori economici presenti al link https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese In conformità a quanto previsto nel Disciplinare di gara (cfr. pag. 41), il concorrente dovrà allegare nell'apposito campo il Modulo di sottoscrizione offerta economica debitamente compilato e sottoscritto.
QUESITO 26	RISPOSTA
scriviamo la presente in qualità di Operatori Economici del settore interessati a presentare offerta nella procedura in oggetto, per significarVi e chiederVi quanto segue. A causa del periodo di emergenza COVID tutt'ora in corso ed in particolare in seguito all'importante diffondersi dei contagi in questi ultimi tempi, più della metà del nostro personale addetto all'ufficio gare è attualmente costretto in quarantena, con limitata ed in alcuni casi nulla possibilità di lavoro da remoto.	Con avviso del 26.05.2022 il termine di presentazione delle offerte è stato prorogato al 14.06.2022.

Il poco personale presente in Azienda addetto all'ufficio gare, anche dedicando ore di lavoro straordinario, non riesce materialmente a far fronte alle tante scadenze di deposito delle offerte che interessano il periodo in corso, ivi compresa quella relativa alla gara _____ in _____ oggetto. Si prega di tenere conto, inoltre, della festività del 2 giugno che limita ancora di più la possibilità di adeguata risposta alla procedura in oggetto. Con la presente, pertanto, in considerazione dell'eccezionale e molto gravosa circostanza sopra rappresentata che certamente riguarda anche gli altri Operatori Economici e nel rispetto effettivo e concreto dei principi di massima partecipazione e concorrenza che tutte le procedure ad evidenza pubblica devono garantire Si chiede All'Ente destinatario della presente di voler PROROGARE il termine di deposito delle offerte relativo alla gara in oggetto, attualmente fissato al 07/06/22 12.00 ulteriori 30 giorni e comunque di concedere la più ampia proroga possibile, al fine di consentire alla scrivente ed a tutti gli Operatori Economici gravati dall'attuale emergenza sanitaria la partecipazione alla procedura.	
QUESITO 27	RISPOSTA
In riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale art.7.3 del disciplinare di gara, per il quale è necessario presentare almeno n.3 forniture analoghe nel trienni 2019-2020-2021, si richiede se per tale requisito sia previsto un importo totale minimo.	Non è richiesto un importo minimo per le forniture analoghe di cui al punto 7.3 del Disciplinare di gara.
QUESITO 28	RISPOSTA
Relativamente ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 7, punto 7.3 a), chiediamo	Non è richiesto un importo minimo per le forniture analoghe di cui al punto 7.3 del

se le forniture analoghe a quelle dedotte nel lotto di partecipazione per almeno tre aziende pubbliche o private devono essere pari al valore del lotto, oppure se possono essere espresse liberamente, senza specifici limiti di importo.	Disciplinare di gara.
QUESITO 29	RISPOSTA
Proroga gara	Con avviso del 26.05.2022 il termine di presentazione delle offerte è stato prorogato al 14.06.2022.
QUESITO 30	RISPOSTA
Considerato l'elevato numero di lotti, la mole di documentazione da presentare e le festività nazionali che cadranno in prossimità della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, si chiede cortesemente la disponibilità a disporre una breve proroga della gara in oggetto, al fine di consentire la massima partecipazione degli operatori interessati.	Con avviso del 26.05.2022 il termine di presentazione delle offerte è stato prorogato al 14.06.2022.
QUESITO 31	RISPOSTA
1) Premesso che la certificazione ISO 13485 certifica la qualità della gestione dei processi nell'ambito dei Dispositivi Medici, si chiede conferma che tale certificazione è accettata al fine della riduzione del 50% del deposito cauzionale provvisorio e definitivo; 2) si chiede conferma che la certificazione ISO 13485:2016 è accettata a comprova del requisito di capacità tecnica e professionale.	Si conferma che il possesso della certificazione ISO 13485 sarà ritenuto equivalente al possesso della certificazione ISO 9001 ai fini della dimostrazione del requisito di capacità tecnica e professionale e darà diritto alla riduzione dell'importo della garanzia ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
QUESITO 32	RISPOSTA
Salve, si richiede per il lotto 163 , manipolatore uterino, di specificare le caratteristiche dell'indicatore di posizione.	Saranno valutate tutte le offerte di sistemi e device equivalenti che soddisfano quanto richiesto nel lotto oggetto del presente Chiarimento, fermo restando la destinazione d'uso. Si conferma l'applicabilità del principio di equivalenza, fermo restando che il prodotto deve rispondere alle caratteristiche richieste nel

	capitolato e che la stazione appaltante deve essere messa nelle condizioni di svolgere una verifica effettiva e proficua della dichiarata equivalenza delle specifiche tecniche dei prodotti offerti in gara.
QUESITO 33	RISPOSTA
Buongiorno, si chiede: - di poter allegare i certificati CE e ISO dei fabbricanti in lingua originale (inglese) senza necessità di allegare la traduzione	È possibile presentare la documentazione richiesta anche in lingua inglese. In caso di necessità, laddove la traduzione risulti indispensabile ai fini della piena comprensione del documento, il RUP/la Commissione potrà chiedere all'operatore economico partecipante di produrre la traduzione della documentazione in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di gara.
QUESITO 34	RISPOSTA
Si rappresenta a Codesta Stazione Appaltante che la composizione dei Lotti 99 e 100 non rispetta le prescrizioni di cui all'art. 51 Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, impedendo la possibilità di risposta al lotto da parte di più aziende, ed in particolare: - il lotto 99 comprende una gamma di dispositivi che, nel loro insieme, sono posseduti da un'unica azienda; - il lotto 100 richiede sia suture endoscopiche motorizzate a batteria, sia suture meccaniche, limitando la partecipazione alle aziende che dispongono di entrambe le tecnologie; tale limitazione sembra colpire anche le voci relative alle ricariche in quanto non risulta chiaro se, le stesse, debbano essere compatibili con entrambe le suture.	Ad avviso della Stazione Appaltante, il riferimento all'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. risulta del tutto inconferente, posto che il Capitolato Tecnico rispetta i principi di concorrenza, di non discriminazione, par condicio e <i>favor participationis</i> ed è suddiviso in lotti funzionali aggiudicabili singolarmente. Inoltre, le descrizioni di entrambi i lotti tengono conto delle specifiche esigenze che richiede l'attività operatoria delle varie Specialistiche Chirurgiche, per cui si confermano le descrizioni dei lotti n. 99 e 100 riportate nel Capitolato Tecnico. Con riferimento ai caricatori, al fine di favorire la più ampia partecipazione degli operatori economici, per il principio dell'equivalenza funzionale in relazione alla destinazione d'uso, saranno valutate offerte di sistemi equivalenti,

Si chiede, pertanto, per tali lotti 99 e 100, di poter rispondere ai singoli sublotti.	fermo restando che il prodotto deve rispondere alle caratteristiche richieste nel capitolato e che la stazione appaltante deve essere messa nelle condizioni di svolgere una verifica effettiva e proficua della dichiarata equivalenza delle specifiche tecniche dei prodotti offerti in gara. Non sono ammesse offerte parziali rispetto al contenuto del lotto.
QUESITO 35	RISPOSTA
Buongiorno, si segnala che nel Capitolato Tecnico si riscontra refuso nel calcolo delle basi d'asta. Nella colonna "FABBISOGNO TOTALE 24 MESI" non viene calcolato il quantitativo per due anni di Frosinone , ma quello di un anno. Esempio lotto 5: Latina 50 pz annuali - 100 pz biennali. Frosinone 20 pezzi annuali. Fabbisogno totale 24 mesi 120pezzi. Dovrebbero essere invece 140.	Si conferma il fabbisogno complessivo indicato all'interno del Capitolato Tecnico, nella sezione "Fabbisogno totale 24 mesi", composto dalle voci "Fabbisogno Aziendale 24 mesi ASL Latina" e "Fabbisogno Aziendale 12 mesi ASL Frosinone".
QUESITO 36	RISPOSTA
Con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: - per ogni lotto a cui si vuole partecipare è obbligatorio offrire tutte le righe oppure si possono effettuare offerte parziali? - relativamente al LOTTO 32 siamo a richiedere se possibile avere dei codici di riferimento degli strumenti richiesti.	Non possono essere presentate offerte parziali rispetto al contenuto del lotto. Non possono essere indicati codici di riferimento. Nel lotto sono richieste n. 2 tipologie di strumento laparoscopico componibile (pinza da presa e disseettore). Saranno valutate tutte le offerte di sistemi equivalenti che soddisfano tale richiesta, fermo restando che il prodotto deve rispondere alle caratteristiche richieste nel capitolato e che la stazione appaltante deve essere messa nelle condizioni di svolgere una verifica effettiva e proficua della dichiarata equivalenza delle

	specifiche tecniche dei prodotti offerti in gara. In ogni caso si ammettono diverse soluzioni di codifica fermo restando il prezzo che deve essere unico, per ciascun sub-lotto, per consentire la corretta valutazione economica del lotto. Si conferma la descrizione contenuta nel lotto n. 32.
QUESITO 37	RISPOSTA
Buongiorno, per quanto riguarda i lotti dal numero 140 al numero 153 è possibile presentare offerta per tubi di drenaggio in PVC invece che in silicone?	Si confermano le descrizioni riportate nei lotti oggetto del presente Chiarimento. I drenaggi richiesti sono in silicone.
QUESITO 38	RISPOSTA
Si chiede conferma che le quantità nel capitolato tecnico, indicate nella colonna "fabbisogno totale 24 mesi (espresso in unità) siano corrette. Pare infatti che le quantità indicate nella suddetta colonna derivino dalla somma delle quantità di 24 mesi asl latina con le quantità 12 mesi asl frosinone. L'alternativa è che le somme siano corrette ma che la colonna 12 mesi asl frosinone sia oggetto di refuso e sia invece riferita a 24 mesi	Si conferma il fabbisogno complessivo indicato all'interno del Capitolato Tecnico, nella sezione "Fabbisogno totale 24 mesi", composto dalle voci "Fabbisogno Aziendale 24 mesi ASL Latina" e "Fabbisogno Aziendale 12 mesi ASL Frosinone".
QUESITO 39	RISPOSTA
La presente per inoltrare i seguenti quesiti: 1. è possibile presentare in lingua originale (inglese) non solo le certificazioni CE, ma anche ISO, DOC e letteratura scientifica (documentazione prodotta da enti certificati e/o riconosciuti)? 2. confermate che l'imposta di bollo di € 16,00 può essere assolta mediante apposizione e invalidazione di marca da bollo sul documento di domanda di	È possibile presentare la documentazione richiesta anche in lingua inglese. In caso di necessità, laddove la traduzione risulti indispensabile ai fini della piena comprensione del documento, il RUP/la Commissione potrà chiedere all'operatore economico partecipante di produrre la traduzione della documentazione in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di gara. Si.

partecipazione?	
QUESITO 40	RISPOSTA
Con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: - LOTTO 14: Chiediamo se esiste una tolleranza per il volume indicato oppure se è da intendersi massimo non superabile. - LOTTO 31: Per una corretta individuazione dei dispositivi richiesti, chiediamo dei codici di riferimento per "Pinza bipolare multifunzione con taglio a freddo" e per "Pinza bipolare con morsi macro zigrinati". - LOTTO 32: Per una corretta individuazione dei dispositivi richiesti, chiediamo dei codici di riferimento.	Lotto 14: Saranno valutate tutte le offerte di sistemi equivalenti che soddisfano tale richiesta in relazione alla destinazione d'uso, fermo restando che il prodotto deve rispondere alle caratteristiche richieste nel capitolato e che la stazione appaltante deve essere messa nelle condizioni di svolgere una verifica effettiva e proficua della dichiarata equivalenza delle specifiche tecniche dei prodotti offerti in gara. Lotto 31 : Non possono essere indicati codici di riferimento. Nel lotto sono richieste n. 2 tipologie di strumento laparoscopico componibile (pinza da presa e dissettore). Saranno valutate tutte le offerte di sistemi equivalenti che soddisfano tale richiesta fermo restando che il prodotto deve rispondere alle caratteristiche richieste nel capitolato e che la stazione appaltante deve essere messa nelle condizioni di svolgere una verifica effettiva e proficua della dichiarata equivalenza delle specifiche tecniche dei prodotti offerti in gara. In ogni caso si ammettono diverse soluzioni di codifica fermo restando il prezzo che deve essere unico, per ciascun sub-lotto, per consentire la corretta valutazione economica del lotto. Lotto 32 : Non possono essere indicati codici di riferimento.

	Nel lotto sono richieste n. 2 tipologie di strumento laparoscopico componibile (pinza da presa e dissettore). Saranno valutate tutte le offerte di sistemi equivalenti che soddisfano tale richiesta fermo restando che il prodotto deve rispondere alle caratteristiche richieste nel capitolato e che la stazione appaltante deve essere messa nelle condizioni di svolgere una verifica effettiva e proficua della dichiarata equivalenza delle specifiche tecniche dei prodotti offerti in gara. In ogni caso si ammettono diverse soluzioni di codifica fermo restando il prezzo che deve essere unico, per ciascun sub-lotto, per consentire la corretta valutazione economica del lotto. Si conferma la descrizione contenuta nel lotto n. 32.
QUESITO 41	RISPOSTA
In merito al lotto 29 siamo a richiedere quanti applicatori dobbiamo considerare in comodato d'uso.	Per quanto riguarda la ASL di Latina il fabbisogno presunto minimo è di n. 2 applicatori 2 n. 2 remover per ciascun P.O., totale n. 8 applicatori e 8 remover.
QUESITO 42	RISPOSTA
Nel file denominato articoli, al lotto 65 avete inserito quantità differenti rispetto a quanto riportato nell'elenco fabbisogni. Alla voce 65.2 nell'elenco fabbisogni riportate nr.pezzi 2800 mentre nell'elenco articoli (file xls) riportate 3800. Si chiede di chiarire e correggere.	Si conferma il quantitativo correttamente espresso nel Capitolato Tecnico, pari a n. 2.800 pezzi, e la relativa base d'asta. Con avviso del 27.05.2022 è stato rettificato il fabbisogno relativo alla voce n. 2 ESTRATTORI DI PUNTI METALLICI MONOUSO del lotto n. 65 indicato nel file denominato "Articoli" su piattaforma S.Tel.La.
QUESITO 43	RISPOSTA
Si chiede conferma che la campionatura non è richiesta in questa fase di gara.	Si conferma quanto previsto nel Disciplinare di gara. All'esito dell'espletamento della verifica della documentazione amministrativa, la

	Commissione potrà richiedere agli Operatori Economici di presentare uno o più campioni da valutare durante la fase tecnica ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alla qualità.
QUESITO 44	RISPOSTA
Campionatura - Salve, vorremmo conferma che in questa fase della gara non vanno consegnati campioni.	Si conferma quanto previsto nel Disciplinare di gara. All'esito dell'espletamento della verifica della documentazione amministrativa, la Commissione potrà richiedere agli Operatori Economici di presentare uno o più campioni da valutare durante la fase tecnica ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alla qualità.
QUESITO 45	RISPOSTA
Lotto 157 ANOSCOPIO OPERATIVO A LUCE LED INTEGRATA DIAMETRO CIRCA 28 MM È possibile avere una descrizione più dettagliata del lotto? Si richiede un prodotto sterile ? vista la base d'asta di 18 €? A nostra conoscenza non esistono sul mercato anoscopi con quel diametro.	Si conferma la descrizione del lotto. Saranno valutate tutte le offerte di sistemi equivalenti che soddisfano tale richiesta in relazione alla destinazione d'uso, fermo restando che il prodotto deve rispondere alle caratteristiche richieste nel capitolato e che la stazione appaltante deve essere messa nelle condizioni di svolgere una verifica effettiva e proficua della dichiarata equivalenza delle specifiche tecniche dei prodotti offerti in gara. Sarebbe preferibile un device sterile per eventuale utilizzo in sala operatoria, in ogni caso non è una caratteristica vincolante.
QUESITO 46	RISPOSTA
Buongiorno, si chiedono i seguenti chiarimenti: - In merito al procedimento, si può appaltare per SUBLOTTO? - In merito al Lotto 128:	Non possono essere presentate offerte parziali rispetto al contenuto del lotto.

Sublotto 1: si possono offrire più pesi per la medesima misura? Sublotto 2: che tolleranza di misura viene applicata? - Possono essere offerte grammature molteplici? Sublotto 3: che tolleranza di misure c'è per la rete presagomata a T? Sublotto 4: la dicitura 'presagomata a T' può considerarsi refuso del sublotto 3, laddove vada inteso 'presagomata a +'; le misure sono da intendersi approssimative? Sublotto 5: se la dicitura 'presagomata a T' può considerarsi refuso del sublotto 3, laddove vada inteso 'presagomata a V'; le misure richieste, 50*2, sono da intendersi approssimative e come la somma delle lunghezze dei 2 bracci e l'altezza degli stessi?	Si ammettono diverse soluzioni per ogni misura richiesta fermo restando il prezzo che deve essere unico per ogni misura e sub-lotto, onde consentire la corretta valutazione economica del lotto. Tutte le misure indicate sono da intendersi “circa”. Si confermano le descrizioni riportate nel lotto 128.
QUESITO 47	RISPOSTA
1. In riferimento a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico, relativamente al Lotto 29, quanti Applicatori e Remover dovranno essere forniti su base annuale come sconto merce? 2. Capitolato Tecnico, Lotto 29: quanti Applicatori e Remover per ogni singola misura dovranno essere forniti su base annuale come sconto merce? La fornitura degli Applicatori e dei Remover sarà effettuata a corredo delle varie forniture di clip o ad aggiudicazione avvenuta dovrà essere consegnato il quantitativo totale richiesto? 3. La fornitura degli Applicatori e dei Remover dovrà essere ripetuta per il secondo anno di fornitura e per gli eventuali 12 di rinnovo? 4. Per quanto concerne la Capacità tecnica e professionale le forniture analoghe per il lotto 115	Per quanto riguarda la ASL Latina il fabbisogno presunto minimo è di n. 2 applicatori 2 n. 2 remover per ciascun P.O., totale n. 8 applicatori e 8 remover. La fornitura degli applicatori e dei remover sarà richiesta a corredo delle forniture di clips. Inoltre potranno essere richiesti reintegri in caso di usura/rottura, nell'ambito della durata dell'aggiudicazione , incluso rinnovo. Si.

si possono intendere anche forniture di Reti? 5. La Capacità Tecnica e Professionale va comprovata con tre forniture per ogni singolo anno indicato (2019-2020-2021) o con tre forniture totali effettuate durante il triennio 2019-2020-2021? Nel caso la distribuzione del prodotto relativo al lotto di partecipazione sia iniziata da parte dell'Operatore Economico solo a fine 2020, si potranno presentare 3 forniture eseguite tra 2020 e 2021, accompagnando la documentazione amministrativa con lettera di inizio distribuzione prodotto? 6. L'importo delle forniture analoghe, a comprova della Capacità Tecnica e Professionale, può essere variabile o c'è un importo minimo da rispettare? 7. A comprova della Capacità Tecnica e Professionale se l'Operatore Economico ha intrapreso la distribuzione del prodotto da meno di tre annualità (2019-2020-2021) è possibile utilizzare le forniture della ditta produttrice del prodotto offerto e allegare la lettera di inizio distribuzione? O è necessario ricorrere obbligatoriamente all'Avvalimento?	Si chiede di dimostrare di aver effettuato n. 3 forniture analoghe all'oggetto del lotto/i di partecipazione nel triennio 2019-2020-2021 considerato nel suo complesso. Si. Non è richiesto un importo minimo. Il requisito deve essere posseduto dall'Operatore Economico partecipante.
QUESITO 48	RISPOSTA
1) Si richiede se il DGUE debba essere compilato sull'Allegato 2 (Non Editabile) o all'interno del portale Stella, e poi scaricando il documento si provvederà al inserimento dello stesso firmato digitalmente? 2) Per quanto concerne l'offerta economica, oltre alla compilazione della stessa all'interno del sistema, si deve compilare anche un'offerta cartacea su impostazione dell'operatore economico, contenente tutti i punti richiesti dalla <i>Lex Specialis</i>, corredando la stessa con il Modulo Sottoscrizione Offerta Economica?	Si chiede di compilare il modello di DGUE presente in allegato su piattaforma STELLA, firmato digitalmente. Per le modalità di compilazione dell'offerta economica si prega di consultare i manuali operativi per gli operatori economici presenti al link <u>https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese</u>

	In conformità a quanto previsto nel Disciplinare di gara (cfr. pag. 41), il concorrente dovrà allegare nell'apposito campo il Modulo di sottoscrizione offerta economica debitamente compilato e sottoscritto.
QUESITO 49	RISPOSTA
In riferimento al lotto n.119 per i dispositivi di seguito indicati: RETE 7,5X12 PLUG DIAM SUP 5CM, DIAM INF 3 CM CIRCA RETE 7,5X12 PLUG DIAM SUP 4CM, DIAM INF 4CM CIRCA RETE 7,5X12 PLUG DIAM SUP 5CM, DIAM INF 5CM CIRCA si richiede di specificare meglio la descrizione dei plug. E' indicato un range di misure di diametro per ogni singolo plug richiesto oppure si tratta di due plug per ogni rete? E' prevista una tolleranza?	Si confermano le descrizioni riportate nel lotto n. 119. Le misure indicate per i plug sono riferite al lato superiore ed al lato inferiore del plug stesso. Per il principio dell'equivalenza funzionale in relazione alla destinazione d'uso saranno valutate tutte le offerte di device equivalenti che soddisfano tale richiesta, fermo restando che il prodotto deve rispondere alle caratteristiche richieste nel capitolato e che la stazione appaltante deve essere messa nelle condizioni di svolgere una verifica effettiva e proficua della dichiarata equivalenza delle specifiche tecniche dei prodotti offerti in gara. Le misure ed i diametri indicati si intendono "circa".
QUESITO 50	RISPOSTA
In riferimento alla procedura aperta per la fornitura di suturatrici meccaniche e dispositivi per laparoscopia, siamo a chiedervi cortesemente i seguenti chiarimenti/informazioni: 1) è possibile avere gli allegati in formato editabile? 2) se non sarà possibile, possiamo compilare a mano gli	Gli allegati utilizzabili sono quelli disponibili in formato pdf aperto sul sito e su piattaforma Stella liberamente fruibili attraverso la funzione "copia/incolla". Sì, firmati digitalmente laddove richiesto

allegati? 3) in caso di carenza di spazio per l'inserimento dei dati richiesti, possiamo aggiungere ulteriori fogli che scansioneremo insieme ai vs. allegati con rimando preciso ai paragrafi a cui si riferiscono? 4) per la dichiarazione relativa ai familiari conviventi, se alcuni dei soggetti di cui all'art. 85 D.Lgs. 159/2011 non siano in possesso della firma digitale, sarà corretta la firma manoscritta del dichiarante, scansionata con il proprio documento di identità, e successivamente firmata digitalmente dal legale rappresentante che sottoscrive tutti i documenti per l'offerta?	obbligatoriamente dal sistema. Si, purché si specifichi il paragrafo di riferimento. In conformità a quanto previsto dal Disciplinare di gara, punto 1.1. “REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA”, ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000.
---	--

IL RUP

Dott.ssa Pamela Cassandra

F.TO

(Firma autografa omessa ai sensi

Dell’art. 3 del D.Lgs 39/1993)