

GARA D'APPALTO NELLA FORMA DELLA PROCEDURA APERTA, DA ESPLETARSI IN MODALITÀ TELEMATICA SU PIATTAFORMA TELEMATICA S.TEL.LA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ARTICOLATA IN N. 33 LOTTI, DA AGGIUDICARSI SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA EX ART. 95 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO, PER 24 MESI, DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PRELIEVO, SOMMINISTRAZIONE E RACCOLTA.

VERBALE SEDUTA TECNICA RISERVATA DEL 10.03.2023

Il giorno 10.03.2023 alle ore 10.00, si è riunita la Commissione Giudicatrice della Gara in oggetto nominata con Deliberazione n. 789/2022.

La Commissione è presente nelle persone di:

PRESIDENTE dr. Massimiliano Sepe

COMPONENTE dr.ssa Clara Moretti

SEGRETARIO VERBALIZZANTE NON COMPONENTE dott.ssa Eva Cancelli

Si prende atto dell'assenza della Dott.ssa Pina Gomma, componente della Commissione giudicatrice, per motivi personali, tuttavia si procede comunque alla seduta per motivi di urgenza afferenti alle tempistiche di gara.

Il Presidente apre i lavori alle ore 10.10 in seduta riservata per la valutazione della campionatura relativa alle offerte per i singoli lotti presentate dagli Operatori Economici concorrenti.

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 1.**

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte ALSE MEDICA e BENEFIS e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA:ALSE MEDICA LOTTO: 1	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Robustezza della connessione tra tubo e sacca	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Facilità di deflusso del tubo connettore	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Confezionamento ed etichettatura	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Capacità di tenuta del rubinetto di scarico che eviti perdite di liquido e/o contaminazione dell'operatore	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Qualità e affidabilità delle saldature della sacca	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

Il Presidente
Dr Massimiliano Sepe

Il Componente
Dr.ssa Pina Gomma

Il Componente
Dr.ssa Clara Moretti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Caratteristiche del tubo collettore (resistenza alla rottura e al callabimento)	10	discrezionale	INSUFFICIENTE	INSUFFICIENTE
Affidabilità e tenuta del sistema di aggancio della sacca al letto	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
DITTA:BENEFIS LOTTO: 1	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Robustezza della connessione tra tubo e sacca	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Facilità di deflusso del tubo connettore	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Confezionamento ed etichettatura	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Capacità di tenuta del rubinetto di scarico che eviti perdite di liquido e/o contaminazione dell'operatore	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Qualità e affidabilità delle saldature della sacca	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Caratteristiche del tubo collettore (resistenza alla rottura e al callabimento)	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Affidabilità e tenuta del sistema di aggancio della sacca al letto	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Facilità di prelievo dei campioni di urina fresca e tenuta della membrana di chiusura	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 2.**

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalla ditta IBSA FARMACEUTICI e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA:IBSA FARMACEUTICI LOTTO: 2	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Facilità di introduzione della siringa nel catetere vescicale	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Praticità d'uso	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Confezionamento etichettatura chiarezza espositiva	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Ottima compliance della soluzione nella vescica per un tempo maggiore o uguale a 20 min	15	proporzionale $P_i = P_{max} \times \text{tempo permanenza in min} / \text{tempo max permanenza in min}$	20	20
Assenza di perdita di prodotto durante l'istillazione (ottimale compatibilità beccuccio della siringa e catetere vescicale)	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO

Dove 20 è il tempo di permanenza in minuti, rilevato in seguito alla valutazione del campione offerto.

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 3.**

Il Presidente
Dr Massimiliano Sepe

Il Componente
Dr.ssa Pina Gomma

Il Componente
Dr.ssa Clara Moretti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte ARIES e SMITHS MEDICAL e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: ARIES LOTTO: 3	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Maneggevolezza e praticità in rapporto all'uso	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Facilità di inserzione del perforatore che non deve provocare distacco di frammenti di tappo ed inoltre deve evitare il richiamo di bolle d'aria nel circuito	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Inginocchiamento e rigidità del tubo	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
tenuta del roller, del tappino filtro d'aria e del sito di iniezione	20	discrezionale	BUONO	BUONO
Apertura pratica della confezione che garantisca l'utilizzo in sterilità del dispositivo	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Etichetta che permetta una facile lettura di tutte le caratteristiche che identificano il prodotto	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
TOTALE	70			

DITTA: SMITHS MEDICAL LOTTO: 3	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Maneggevolezza e praticità in rapporto all'uso	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Facilità di inserzione del perforatore che non deve provocare distacco di frammenti di tappo ed inoltre deve evitare il richiamo di bolle d'aria nel circuito	15	discrezionale	INSUFFICIENTE	INSUFFICIENTE
Inginocchiamento e rigidità del tubo	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
tenuta del roller, del tappino filtro d'aria e del sito di iniezione	20	discrezionale	BUONO	BUONO
Apertura pratica della confezione che garantisca l'utilizzo in sterilità del dispositivo	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Etichetta che permetta una facile lettura di tutte le caratteristiche che identificano il prodotto	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 4.**

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalla ditta FARMASAN e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione e riscontra che non può procedere all'assegnazione dei giudizi in quanto il prodotto presentato a titolo di campione non è conforme a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico, né corrispondente al dispositivo oggetto della scheda tecnica presentata. Pertanto si propone al RUP di escludere l'operatore economico dal per il lotto in questione.

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 5.**

Il Presidente
Dr. Massimiliano Sepe

Il Componente
Dr.ssa Pina Gomma

Il Componente
Dr.ssa Clara Moretti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalla ditta FARMASAN e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: FARMASAN LOTTO: 5	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Grado di trasparenza	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Capacità di drenaggio e di aspirazione	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Caratteristiche del tubo (flessibilità, termosensibilità, resistenza alla piegatura, etc)	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Presenza di linea radiopaca	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Gamma misure	10	proporzionale $P_i = P_{max} \times \text{numero misure presentate} / \text{numero max misure presentate}$	15	15

Dove 15 è il numero di misure presentate dall'operatore economico in esame.

La Commissione decide di rimandare alla seduta successiva la valutazione dei lotti 6 e 7.

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 8.**

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte CAIR ITALIA, DAVI MEDICA e SMITHS MEDICAL e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA:CAIR ITALIA LOTTO: 8	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Qualità dei materiali	25	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Qualità dei connettori	25	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Maneggevolezza	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO

DITTA:DAVI MEDICA LOTTO: 8	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Qualità dei materiali	25	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Qualità dei connettori	25	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Maneggevolezza	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA:SMITHS MEDICAL LOTTO: 8	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			

Il Presidente
Dr Massimiliano Sepe

Il Componente
Dr.ssa Pina Gomma

Il Componente
Dr.ssa Clara Moretti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Qualità dei materiali	25	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Qualità dei connettori	25	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Maneggevolezza	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 9**.
La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte LABOINDUSTRIA, FARMASAN, BIOSIGMA e KALTEK e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: LABOINDUSTRIA LOTTO: 9	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Presenza dell'indicatore di livello di riempimento del contenitore	5	Tabellare	SI	SI
Funzionalità e sicurezza del sistema di stappatura/ritappatura manuale del contenitore	25	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
sicurezza in termini di assenza di perdite del sistema	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
assenza di rischio di contaminazione dell'operatore/utente	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO

DITTA: FARMASAN LOTTO: 9	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Presenza dell'indicatore di livello di riempimento del contenitore	5	Tabellare	SI	SI
Funzionalità e sicurezza del sistema di stappatura/ritappatura manuale del contenitore	25	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
sicurezza in termini di assenza di perdite del sistema	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
assenza di rischio di contaminazione dell'operatore/utente	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO

DITTA: BIOSIGMA LOTTO: 9	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Presenza dell'indicatore di livello di riempimento del contenitore	5	Tabellare	SI	SI
Funzionalità e sicurezza del sistema di stappatura/ritappatura manuale del contenitore	25	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
sicurezza in termini di assenza di perdite del sistema	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
assenza di rischio di contaminazione dell'operatore/utente	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO

DITTA: KALTEK LOTTO: 9	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Presenza dell'indicatore di livello di riempimento del contenitore	5	Tabellare	SI	SI

Il Presidente
Dr Massimiliano Sepe

Il Componente
Dr.ssa Pina Gorniga

Il Componente
Dr.ssa Clara Moretti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Funzionalità e sicurezza del sistema di stappatura/ritappatura manuale del contenitore	25	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
sicurezza in termini di assenza di perdite del sistema	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
assenza di rischio di contaminazione dell'operatore/utente	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 10**.
La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte FAMRASAN, BIOSIGMA, EXPERTMED e KALTEK e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA:FARMASAN LOTTO: 10	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Presenza dell'indicatore di livello del contenitore	5	Tabellare	NO	NO
Funzionalità e sicurezza del sistema di stappatura/ritappatura manuale del contenitore	25	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
sicurezza in termini di assenza di perdite del sistema	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
assenza di rischio di contaminazione dell'operatore/utente	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO

DITTA: LABOINDUSTRIA LOTTO: 10	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Presenza dell'indicatore di livello del contenitore	5	Tabellare	SI	SI
Funzionalità e sicurezza del sistema di stappatura/ritappatura manuale del contenitore	25	discrezionale	BUONO	BUONO
sicurezza in termini di assenza di perdite del sistema	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
assenza di rischio di contaminazione dell'operatore/utente	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO

DITTA: BIOSIGMA LOTTO: 10	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Presenza dell'indicatore di livello del contenitore	5	Tabellare	SI	SI
Funzionalità e sicurezza del sistema di stappatura/ritappatura manuale del contenitore	25	discrezionale	BUONO	BUONO
sicurezza in termini di assenza di perdite del sistema	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
assenza di rischio di contaminazione dell'operatore/utente	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 11**.
La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte LABOINDUSTRIA, FARMASAN, BIOSIGMA, EXPERTMED e

Il Presidente
Dr Massimiliano Sepe

Il Componente
Dr.ssa Pipa Gonnina

Il Componente
Dr.ssa Clara Moretti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

KALTEK e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: LABOINDUSTRIA LOTTO: 11	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Facilità di apertura e chiusura	30	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Capacità di tenuta in caso di perdita accidentale di liquidi biologici	30	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Grado di trasparenza	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO

DITTA: FARMASAN LOTTO: 11	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Facilità di apertura e chiusura	30	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Capacità di tenuta in caso di perdita accidentale di liquidi biologici	30	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Grado di trasparenza	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO

DITTA: BIOSIGMA LOTTO: 11	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Facilità di apertura e chiusura	30	discrezionale	BUONO	BUONO
Capacità di tenuta in caso di perdita accidentale di liquidi biologici	30	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Grado di trasparenza	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO

DITTA: EXPERTMED LOTTO: 11	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Facilità di apertura e chiusura	30	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Capacità di tenuta in caso di perdita accidentale di liquidi biologici	30	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Grado di trasparenza	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO

DITTA: KALTEK LOTTO: 11	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Facilità di apertura e chiusura	30	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Capacità di tenuta in caso di perdita accidentale di liquidi biologici	30	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Grado di trasparenza	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 12.**

Il Presidente
Dr. Massimiliano Sepe

Il Componente
Dr.ssa Pina Gonna

Il Componente
Dr.ssa Clara Moretti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalla ditta BENEFIS e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: BENEFIS LOTTO: 12	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Cannula antikinking	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Atraumaticità dell'ago	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Tenuta del clamp	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Sicurezza per l'operatore	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Facilità d'uso	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Gamma misure	5	proporzionale $P_i = P_{max} \times$ numero misure presentate / numero max misure presentate	11	11

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 13.**

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalla ditta FARMASAN e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione e riscontra che non può procedere all'assegnazione dei giudizi in quanto i dispositivi offerti non sono di tipo *morrow brown*, dunque non corrispondenti alla descrizione del prodotto e non aventi le caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato Tecnico. Pertanto si propone al RUP di escludere l'operatore economico dal prosieguo delle operazioni di gara per il lotto in questione.

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 16.**

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte BENEFIS e TELEFLEX e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: BENEFIS LOTTO: 16	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Capacità di raccordamento tra rubinetto e sacca di scarico	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Facilità di apertura e tenuta del rubinetto	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Facilità di prelievo dei campioni di urina e tenuta della membrana	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Facilità di svuotamento della sacca	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Resistenza del gancio al peso della sacca e facilità di ancoraggio al letto	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Tubo di deflusso sufficientemente flessibile ma resistente alle flessioni al collassamento	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Qualità e affidabilità delle saldature della sacca	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO

Il Presidente
Dr Massimiliano Sepe

Il Componente
Dr.ssa Pina Gemma

Il Componente
Dr.ssa Clara Moretti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Affidabilità e tenuta delle connessioni (tubo/sacca, tubo/catetere)	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
---	----	---------------	--------	--------

DITTA: TELEFLEX LOTTO: 16	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Capacità di raccordamento tra rubinetto e sacca di scarico	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Facilità di apertura e tenuta del rubinetto	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Facilità di prelievo dei campioni di urina e tenuta della membrana	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Facilità di svuotamento della sacca	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Resistenza del gancio al peso della sacca e facilità di ancoraggio al letto	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Tubo di deflusso sufficientemente flessibile ma resistente alle flessioni al collabimento	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Qualità e affidabilità delle saldature della sacca	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Affidabilità e tenuta delle connessioni (tubo/sacca, tubo/catetere)	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 18**.
La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalla ditta BENEFIS, unica concorrente e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: BENEFIS LOTTO: 18	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Affidabilità e tenuta del tappo	30	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Praticità d'uso	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Resistenza	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 19**.
La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte MULTIMEDICAL, BAXTER e ALSE MEDICA e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: MULTIMEDICAL LOTTO: 19	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Maneggevolezza e praticità in rapporto all'uso	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO

Il Presidente
Dr. Massimiliano Sepe

Il Componente
Dr.ssa Pina Comma

Il Componente
Dr.ssa Clara Moretti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Facilità di inserzione del perforatore che non deve provocare distacco di frammenti di tappo ed inoltre deve evitare il richiamo di bolle d'aria nel circuito	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Inginocchiamento e rigidità del tubo	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Tenuta del roller del tappino filtro aria e del sito di iniezione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Apertura pratica della confezione che garantisca l'utilizzo in sterilità del dispositivo	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Etichetta che permetta una facile lettura di tutte le caratteristiche che identificano il prodotto	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO

DITTA: BAXTER LOTTO: 19	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Maneggevolezza e praticità in rapporto all'uso	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Facilità di inserzione del perforatore che non deve provocare distacco di frammenti di tappo ed inoltre deve evitare il richiamo di bolle d'aria nel circuito	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Inginocchiamento e rigidità del tubo	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Tenuta del roller del tappino filtro aria e del sito di iniezione	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Apertura pratica della confezione che garantisca l'utilizzo in sterilità del dispositivo	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Etichetta che permetta una facile lettura di tutte le caratteristiche che identificano il prodotto	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
DITTA:ALSE MEDICA LOTTO: 19	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70			
Maneggevolezza e praticità in rapporto all'uso	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO
Facilità di inserzione del perforatore che non deve provocare distacco di frammenti di tappo ed inoltre deve evitare il richiamo di bolle d'aria nel circuito	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Inginocchiamento e rigidità del tubo	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Tenuta del roller del tappino filtro aria e del sito di iniezione	20	discrezionale	BUONO	BUONO
Apertura pratica della confezione che garantisca l'utilizzo in sterilità del dispositivo	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO
Etichetta che permetta una facile lettura di tutte le caratteristiche che identificano il prodotto	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 20.**

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte BENEFIS e SMITHS MEDICAL e alla valutazione dei campioni presentati.

La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione e riscontra che non può procedere all'assegnazione dei giudizi in quanto i dispositivi offerti non presentano le

Il Presidente
Dr. Massimiliano Sepe

Il Componente
Dr.ssa Pina Gomma

Il Componente
Dr.ssa Clara Moretti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato Tecnico, atteso che mancano della clamp. Pertanto si propone al RUP di escludere gli operatori economici concorrenti dal prosieguo delle operazioni di gara per il lotto in questione.

Alle ore 12.31 il Segretario chiude la seduta riservata e rinvia a data da destinarsi la prossima seduta per il prosieguo della valutazione dei campioni e dell'attribuzione dei relativi punteggi.

Latina, 10.03.2023

L.C.S.

Il PRESIDENTE Dr. Massimiliano Sepe

Massimiliano Sepe

Il COMPONENTE Dr.ssa Clara Moretti

Clara Moretti

Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE NON COMPONENTE Dott.ssa Eva Cancelli

Eva Cancelli

Il Presidente
Dr. Massimiliano Sepe

Il Componente
Dr.ssa Pina Gemma

Il Componente
Dr.ssa Clara Moretti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

M