

GARA D'APPALTO NELLA FORMA DELLA PROCEDURA APERTA, DA ESPLETARSI IN MODALITÀ TELEMATICA SU PIATTAFORMA TELEMATICA S.TEL.LA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ARTICOLATA IN N. 33 LOTTI, DA AGGIUDICARSI SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA EX ART. 95 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO, PER 24 MESI, DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PRELIEVO, SOMMINISTRAZIONE E RACCOLTA.

VERBALE SEDUTA TECNICA RISERVATA DEL 21.03.2023

Il giorno 10.03.2023 alle ore 10.00, si è riunita la Commissione Giudicatrice della Gara in oggetto nominata con Deliberazione n. 789/2022.

La Commissione è presente nelle persone di:

PRESIDENTE dr. Massimiliano Sepe

COMPONENTE dr.ssa Pina Gomma

COMPONENTE dr.ssa Clara Moretti

SEGRETARIO VERBALIZZANTE NON COMPONENTE dott.ssa Eva Cancelli

Il Presidente apre i lavori in seduta riservata per la valutazione della campionatura relativa alle offerte per i singoli lotti presentati dagli Operatori Economici concorrenti.

La dr.ssa Gomma riporta alla Commissione le sue valutazioni.

Relativamente al **lotto n. 1**, ditte Alse Medica e Benefis:

DITTA:ALSE MEDICA LOTTO: 1	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70		
Robustezza della connessione tra tubo e sacca	10	discrezionale	OTTIMO
Facilità di deflusso del tubo connettore	10	discrezionale	SUFFICIENTE
Confezionamento ed etichettatura	5	discrezionale	OTTIMO
Capacità di tenuta del rubinetto di scarico che eviti perdite di liquido e/o contaminazione dell'operatore	15	discrezionale	OTTIMO
Qualità e affidabilità delle saldature della sacca	10	discrezionale	SUFFICIENTE
Caratteristiche del tubo collettore (resistenza alla rottura e al callabiamento)	10	discrezionale	INSUFFICIENTE
Affidabilità e tenuta del sistema di aggancio della sacca al letto	5	discrezionale	OTTIMO
Facilità di prelievo dei campioni di urina fresca e tenuta della membrana di chiusura	5	discrezionale	INSUFFICIENTE

DITTA:BENEFIS LOTTO: 1	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA
------------------------	---------------	------------------	---------------------------------------

Il Presidente
Dr Massimiliano Sepe

Il Componente
Dr.ssa Pina Gomma

Il Componente
Dr.ssa Clara Moretti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

1

Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70		
Robustezza della connessione tra tubo e sacca	10	discrezionale	OTTIMO
Facilità di deflusso del tubo connettore	10	discrezionale	OTTIMO
Confezionamento ed etichettatura	5	discrezionale	OTTIMO
Capacità di tenuta del rubinetto di scarico che eviti perdite di liquido e/o contaminazione dell'operatore	15	discrezionale	OTTIMO
Qualità e affidabilità delle saldature della sacca	10	discrezionale	OTTIMO
Caratteristiche del tubo collettore (resistenza alla rottura e al callabimento)	10	discrezionale	OTTIMO
Affidabilità e tenuta del sistema di aggancio della sacca al letto	5	discrezionale	OTTIMO
Facilità di prelievo dei campioni di urina fresca e tenuta della membrana di chiusura	5	discrezionale	OTTIMO

Relativamente al **lotto n. 2**, ditta Ibsa Farmaceutici:

DITTA:IBSA FARMACEUTICI LOTTO: 2	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70		
Facilità di introduzione della siringa nel catetere vescicale	15	discrezionale	OTTIMO
Praticità d'uso	15	discrezionale	OTTIMO
Confezionamento etichettatura chiarezza espositiva	10	discrezionale	OTTIMO
Ottima compliance della soluzione nella vescica per un tempo maggiore o uguale a 20 min	15	proporzionale $P_i = P_{max} \times \text{tempo permanenza in min} / \text{tempo max permanenza in min}$	15
Assenza di perdita di prodotto durante l'istillazione (ottimale compatibilità beccuccio della siringa e catetere vescicale)	15	discrezionale	OTTIMO

Relativamente al **lotto n. 3**, Aries e Smiths Medical:

DITTA: ARIES LOTTO: 3	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70		
Maneggevolezza e praticità in rapporto all'uso	15	discrezionale	OTTIMO
Facilità di inserzione del perforatore che non deve provocare distacco di frammenti di tappo ed inoltre deve evitare il richiamo di bolle d'aria nel circuito	15	discrezionale	OTTIMO
Inginocchiamento e rigidità del tubo	10	discrezionale	OTTIMO
tenuta del roller, del tappino filtro d'aria e del sito di iniezione	20	discrezionale	BUONO
Apertura pratica della confezione che garantisca l'utilizzo in sterilità del dispositivo	5	discrezionale	OTTIMO
Etichetta che permetta una facile lettura di tutte le caratteristiche che identificano il prodotto	5	discrezionale	OTTIMO

DITTA: SMITHS MEDICAL LOTTO: 3	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70		
Maneggevolezza e praticità in rapporto all'uso	15	discrezionale	DISCRETO
Facilità di inserzione del perforatore che non deve provocare distacco di frammenti di tappo ed inoltre deve evitare il richiamo di bolle d'aria nel circuito	15	discrezionale	INSUFFICIENTE
Inginocchiamento e rigidità del tubo	10	discrezionale	OTTIMO
tenuta del roller, del tappino filtro d'aria e del sito di iniezione	20	discrezionale	BUONO

Il Presidente
Dr Massimiliano Sepe

Il Componente
Dr.ssa Pina Gomma

Il Componente
Dr.ssa Clara Moretti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Apertura pratica della confezione che garantisca l'utilizzo in sterilità del dispositivo	5	discrezionale	OTTIMO
Etichetta che permetta una facile lettura di tutte le caratteristiche che identificano il prodotto	5	discrezionale	OTTIMO

Relativamente al **lotto n. 4**, La dr Gomma conferma che non può procedere all'assegnazione dei giudizi in quanto la campionatura non corrisponde alla descrizione del prodotto nel capitolato di gara.

Relativamente al **lotto n. 5**, ditta Farmasan:

DITTA: FARMASAN LOTTO: 5	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70		
Grado di trasparenza	10	discrezionale	OTTIMO
Capacità di drenaggio e di aspirazione	20	discrezionale	OTTIMO
Caratteristiche del tubo (flessibilità, termosensibilità, resistenza alla piegatura, etc)	20	discrezionale	OTTIMO
Presenza di linea radiopaca	10	discrezionale	OTTIMO
Gamma misure	10	proporzionale $P_i = P_{max} \times \text{numero misure presentate} / \text{numero max misure presentate}$	15,00

Relativamente al **lotto n. 8**, ditte Cair Italia, Davi Medica e Smiths Medical:

DITTA:CAIR ITALIA LOTTO: 8	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70		
Qualità dei materiali	25	discrezionale	OTTIMO
Qualità dei connettori	25	discrezionale	OTTIMO
Maneggevolezza	20	discrezionale	OTTIMO

DITTA:DAVI MEDICA LOTTO: 8	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70		
Qualità dei materiali	25	discrezionale	SUFFICIENTE
Qualità dei connettori	25	discrezionale	SUFFICIENTE
Maneggevolezza	20	discrezionale	SUFFICIENTE

DITTA:SMITHS MEDICAL LOTTO: 8	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70		
Qualità dei materiali	25	discrezionale	DISCRETO
Qualità dei connettori	25	discrezionale	SUFFICIENTE

Il Presidente
Dr Massimiliano Sepe

Il Componente
Dr.ssa Pina Gomma

Il Componente
Dr.ssa Clara Moretti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Maneggevolezza	20	discrezionale	SUFFICIENTE
----------------	----	---------------	-------------

Relativamente al **lotto n. 9**, ditte Laboindustria, Farmasan, Biosigma e Kaltek:

DITTA: LABOINDUSTRIA LOTTO: 9	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70		
Presenza dell'indicatore di livello di riempimento del contenitore	5	Tabellare	SI
Funzionalità e sicurezza del sistema di stappatura/ritappatura manuale del contenitore	25	discrezionale	OTTIMO
sicurezza in termini di assenza di perdite del sistema	20	discrezionale	OTTIMO
assenza di rischio di contaminazione dell'operatore/utente	20	discrezionale	OTTIMO

DITTA: FARMASAN LOTTO: 9	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70		
Presenza dell'indicatore di livello di riempimento del contenitore	5	Tabellare	SI
Funzionalità e sicurezza del sistema di stappatura/ritappatura manuale del contenitore	25	discrezionale	OTTIMO
sicurezza in termini di assenza di perdite del sistema	20	discrezionale	OTTIMO
assenza di rischio di contaminazione dell'operatore/utente	20	discrezionale	OTTIMO

DITTA: BIOSIGMA LOTTO: 9	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70		
Presenza dell'indicatore di livello di riempimento del contenitore	5	Tabellare	SI
Funzionalità e sicurezza del sistema di stappatura/ritappatura manuale del contenitore	25	discrezionale	OTTIMO
sicurezza in termini di assenza di perdite del sistema	20	discrezionale	OTTIMO
assenza di rischio di contaminazione dell'operatore/utente	20	discrezionale	OTTIMO

DITTA: KALTEK LOTTO: 9	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70		
Presenza dell'indicatore di livello di riempimento del contenitore	5	Tabellare	SI
Funzionalità e sicurezza del sistema di stappatura/ritappatura manuale del contenitore	25	discrezionale	OTTIMO
sicurezza in termini di assenza di perdite del sistema	20	discrezionale	OTTIMO
assenza di rischio di contaminazione dell'operatore/utente	20	discrezionale	OTTIMO

Relativamente al **lotto n. 10**, ditte Farmasan, Laboindustria e Biosigma:

DITTA:FARMASAN LOTTO: 10	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70		
Presenza dell'indicatore di livello del contenitore	5	Tabellare	NO

Il Presidente
Dr Massimiliano Sepe

Il Componente
Dr.ssa Pina Gomma

Il Componente
Dr.ssa Clara Morotti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

6

Funzionalità e sicurezza del sistema di stappatura/ritappatura manuale del contenitore	25	discrezionale	OTTIMO
sicurezza in termini di assenza di perdite del sistema	20	discrezionale	OTTIMO
assenza di rischio di contaminazione dell'operatore/utente	20	discrezionale	OTTIMO

DITTA: LABOINDUSTRIA LOTTO: 10	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70		
Presenza dell'indicatore di livello del contenitore	5	Tabellare	SI
Funzionalità e sicurezza del sistema di stappatura/ritappatura manuale del contenitore	25	discrezionale	BUONO
sicurezza in termini di assenza di perdite del sistema	20	discrezionale	OTTIMO
assenza di rischio di contaminazione dell'operatore/utente	20	discrezionale	OTTIMO

DITTA: BIOSIGMA LOTTO: 10	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70		
Presenza dell'indicatore di livello del contenitore	5	Tabellare	SI
Funzionalità e sicurezza del sistema di stappatura/ritappatura manuale del contenitore	25	discrezionale	BUONO
sicurezza in termini di assenza di perdite del sistema	20	discrezionale	OTTIMO
assenza di rischio di contaminazione dell'operatore/utente	20	discrezionale	OTTIMO

Relativamente al **lotto n. 11**, ditte Laboindustria, Farmasan, Biosigma, Expertmed e Kaltek:

DITTA: LABOINDUSTRIA LOTTO: 11	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70		
Facilità di apertura e chiusura	30	discrezionale	DISCRETO
Capacità di tenuta in caso di perdita accidentale di liquidi biologici	30	discrezionale	DISCRETO
Grado di trasparenza	10	discrezionale	OTTIMO

DITTA: FARMASAN LOTTO: 11	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70		
Facilità di apertura e chiusura	30	discrezionale	OTTIMO
Capacità di tenuta in caso di perdita accidentale di liquidi biologici	30	discrezionale	DISCRETO
Grado di trasparenza	10	discrezionale	OTTIMO

DITTA: BIOSIGMA LOTTO: 11	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70		
Facilità di apertura e chiusura	30	discrezionale	BUONO
Capacità di tenuta in caso di perdita accidentale di liquidi biologici	30	discrezionale	DISCRETO

Il Presidente
Dr Massimiliano Sepe

Il Componente
Dr.ssa Pina Gomma

Il Componente
Dr.ssa Clara Moretti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Grado di trasparenza	10	discrezionale	OTTIMO
----------------------	----	---------------	--------

DITTA: EXPERTMED LOTTO: 11	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70		
Facilità di apertura e chiusura	30	discrezionale	SUFFICIENTE
Capacità di tenuta in caso di perdita accidentale di liquidi biologici	30	discrezionale	SUFFICIENTE
Grado di trasparenza	10	discrezionale	OTTIMO

DITTA: KALTEK LOTTO: 11	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70		
Facilità di apertura e chiusura	30	discrezionale	OTTIMO
Capacità di tenuta in caso di perdita accidentale di liquidi biologici	30	discrezionale	DISCRETO
Grado di trasparenza	10	discrezionale	OTTIMO

Relativamente al **lotto n. 12**, ditta Benefis:

DITTA: BENEFIS LOTTO: 12	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70		
Cannula antikinking	15	discrezionale	OTTIMO
Atraumaticità dell'ago	10	discrezionale	OTTIMO
Tenuta del clamp	20	discrezionale	OTTIMO
Sicurezza per l'operatore	10	discrezionale	OTTIMO
Facilità d'uso	10	discrezionale	OTTIMO
Gamma misure	5	proporzionale $P_i = P_{max} \times \frac{\text{numero misure presentate}}{\text{numero max misure presentate}}$	11

Relativamente al **lotto n. 13**. La dr.ssa Gomma conferma che non può procedere all'assegnazione dei giudizi in quanto i dispositivi offerti non sono di tipo *morrow brown*, dunque non corrispondenti alla descrizione del prodotto e delle caratteristiche tecniche minime nel capitolato di gara.

Relativamente al **lotto n. 16**, ditte Benefis e Teleflex:

DITTA: BENEFIS LOTTO: 16	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70		
Capacità di raccordo tra rubinetto e sacca di scarico	10	discrezionale	OTTIMO
Facilità di apertura e tenuta del rubinetto	10	discrezionale	SUFFICIENTE
Facilità di prelievo dei campioni di urina e tenuta della membrana	5	discrezionale	OTTIMO
Facilità di svuotamento della sacca	10	discrezionale	OTTIMO

Il Presidente
Dr. Massimiliano Sepe

Il Componente
Dr.ssa Pina Gomma

Il Componente
Dr.ssa Clara Moretti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Resistenza del gancio al peso della sacca e facilità di ancoraggio al letto	5	discrezionale	OTTIMO
Tubo di deflusso sufficientemente flessibile ma resistente alle flessioni al collabimento	10	discrezionale	OTTIMO
Qualità e affidabilità delle saldature della sacca	10	discrezionale	OTTIMO
Affidabilità e tenuta delle connessioni (tubo/sacca, tubo/catetere)	10	discrezionale	OTTIMO

DITTA: TELEFLEX LOTTO: 16	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70		
Capacità di raccordamento tra rubinetto e sacca di scarico	10	discrezionale	OTTIMO
Facilità di apertura e tenuta del rubinetto	10	discrezionale	SUFFICIENTE
Facilità di prelievo dei campioni di urina e tenuta della membrana	5	discrezionale	OTTIMO
Facilità di svuotamento della sacca	10	discrezionale	OTTIMO
Resistenza del gancio al peso della sacca e facilità di ancoraggio al letto	5	discrezionale	OTTIMO
Tubo di deflusso sufficientemente flessibile ma resistente alle flessioni al collabimento	10	discrezionale	OTTIMO
Qualità e affidabilità delle saldature della sacca	10	discrezionale	OTTIMO
Affidabilità e tenuta delle connessioni (tubo/sacca, tubo/catetere)	10	discrezionale	OTTIMO

Relativamente al **lotto n. 18**, ditta Benefis:

DITTA: BENEFIS LOTTO: 18	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70		
Affidabilità e tenuta del tappo	30	discrezionale	OTTIMO
Praticità d'uso	20	discrezionale	OTTIMO
Resistenza	20	discrezionale	OTTIMO

Relativamente al **lotto n. 19**, ditte Multimedical, Baxter e Alse Medica:

DITTA: MULTIMEDICAL LOTTO: 19	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70		
Maneggevolezza e praticità in rapporto all'uso	15	discrezionale	DISCRETO
Facilità di inserzione del perforatore che non deve provocare distacco di frammenti di tappo ed inoltre deve evitare il richiamo di bolle d'aria nel circuito	15	discrezionale	DISCRETO
Inginocchiamento e rigidità del tubo	10	discrezionale	SUFFICIENTE
Tenuta del roller del tappino filtro aria e del sito di iniezione	20	discrezionale	SUFFICIENTE
Apertura pratica della confezione che garantisca l'utilizzo in sterilità del dispositivo	5	discrezionale	OTTIMO
Etichetta che permetta una facile lettura di tutte le caratteristiche che identificano il prodotto	5	discrezionale	OTTIMO

DITTA: BAXTER LOTTO: 19	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70		

Il Presidente
Dr. Massimiliano Sepe

Il Componente
Dr.ssa Pina Gomma

Il Componente
Dr.ssa Clara Moretti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Maneggevolezza e praticità in rapporto all'uso	15	discrezionale	OTTIMO
Facilità di inserzione del perforatore che non deve provocare distacco di frammenti di tappo ed inoltre deve evitare il richiamo di bolle d'aria nel circuito	15	discrezionale	OTTIMO
Inginocchiamento e rigidità del tubo	10	discrezionale	OTTIMO
Tenuta del roller del tappino filtro aria e del sito di iniezione	20	discrezionale	OTTIMO
Apertura pratica della confezione che garantisca l'utilizzo in sterilità del dispositivo	5	discrezionale	OTTIMO
Etichetta che permetta una facile lettura di tutte le caratteristiche che identificano il prodotto	5	discrezionale	OTTIMO
DITTA:ALSE MEDICA LOTTO: 19	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70		
Maneggevolezza e praticità in rapporto all'uso	15	discrezionale	DISCRETO
Facilità di inserzione del perforatore che non deve provocare distacco di frammenti di tappo ed inoltre deve evitare il richiamo di bolle d'aria nel circuito	15	discrezionale	OTTIMO
Inginocchiamento e rigidità del tubo	10	discrezionale	OTTIMO
Tenuta del roller del tappino filtro aria e del sito di iniezione	20	discrezionale	BUONO
Apertura pratica della confezione che garantisca l'utilizzo in sterilità del dispositivo	5	discrezionale	OTTIMO
Etichetta che permetta una facile lettura di tutte le caratteristiche che identificano il prodotto	5	discrezionale	OTTIMO

Relativamente al **lotto n. 20**, La dr.ssa Gomma conferma che non può procedere all'assegnazione dei giudizi in quanto i dispositivi offerti mancano della clamp, caratteristica tecnica minima richiesta dal capitolato di gara.

Preso atto dei giudizi espressi dalla dr.ssa Gomma, la Commissione tutta procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 6**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte FARMASAN e BIOMED DEVICE e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione e riscontra che non può assegnare i giudizi per l'operatore economico BIOMED DEVICE, in quanto codesta ditta non ha presentato la campionatura, nei quantitativi previsti, come espressamente richiesto negli atti di gara, atteso che tra i campioni presentanti mancano le sacche da 250ml nominali o volume di riempimento da 30ml a 70ml. Pertanto si propone al RUP di escludere l'operatore economico dal prosieguo delle operazioni di gara per il lotto in questione.

La Commissione procede dunque ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione della ditta FARMASAN procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: FARMASAN LOTTO: 6	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Qualità dei materiali (resistenza, flessibilità e trasparenza)	30	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Affidabilità e tenuta in relazione alle basse temperature di congelamento fino a -196°C	25	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Qualità di confezionamento	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO

Il Presidente
Dr. Massimiliano Sepe

Il Componente
Dr.ssa Pina Gomma

Il Componente
Dr.ssa Clara Moretti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Eventuale presenza di sistema per l'identificazione	10	tabellare	SI	SI	SI
---	----	-----------	----	----	----

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 7.**

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte BENEFIS, ARIES, DELTA MED, CAIR ITALIA e DEVI MEDICA e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione e riscontra che non può procedere all'assegnazione dei giudizi per gli operatori economici ARIES e DAVI MEDICA, in quanto all'esito della verifica della documentazione tecnica e dall'esame dei campioni presentanti non si evince l'assenza di fialati e non viene dichiarato il valore del volume residuo. Pertanto le due offerte vengono ritenute non valutabili, perché non presentano le caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato Tecnico. Pertanto si propone al RUP di escludere gli operatori economici suddetti dal prosieguo delle operazioni di gara per il lotto in questione.

La Commissione procede dunque ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione delle altre ditte in gara, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: BENEFIS LOTTO: 7	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Tenuta della valvola	30	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Tempo di permanenza in termini di giorni	20	proporzionale $P_i = P_{max} \times \text{giorni di permanenza} / \text{giorni max di permanenza}$	7	7	7
Entità dello spazio morto	20	proporzionale $P_i = P_{max} \times \text{volume residuo} / \text{volume minimo residuo}$	0,04	0,04	0,04

DITTA: DELTA MED LOTTO: 7	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Tenuta della valvola	30	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Tempo di permanenza in termini di giorni	20	proporzionale $P_i = P_{max} \times \text{giorni di permanenza} / \text{giorni max di permanenza}$	0	0	0
Entità dello spazio morto	20	proporzionale $P_i = P_{max} \times \text{volume residuo} / \text{volume minimo residuo}$	0,04	0,04	0,04

DITTA: CAIR ITALIA LOTTO: 7	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Tenuta della valvola	30	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Tempo di permanenza in termini di giorni	20	proporzionale $P_i = P_{max} \times \text{giorni di permanenza} / \text{giorni max di permanenza}$	7	7	7
Entità dello spazio morto	20	proporzionale $P_i = P_{max} \times \text{volume residuo} / \text{volume minimo residuo}$	0,04	0,04	0,04

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 21.**

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalla ditta SMITHS MEDICAL e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

Il Presidente
Dr. Massimiliano Sepe

Il Componente
Dr.ssa Pina Gomma

Il Componente
Dr.ssa Clara Moretti

Il Segretario
Dott.ssa Erika Cancelli

DITTA: SMITHS MEDICAL LOTTO: 21	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Maneggevolezza e praticità in rapporto all'uso	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Facilità di inserimento del perforatore che non deve provocare distacco di frammenti di tappo ed inoltre deve evitare il richiamo di bolle d'aria nel circuito	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Inginocchiamento e rigidità del tubo	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Tenuta del roller del tappino filtro aria e del sito di iniezione	20	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Apertura pratica della confezione che garantisca l'utilizzo in sterilità del dispositivo	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Etichetta che permetta una facile lettura di tutte le caratteristiche che identificano il prodotto	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Trasparenza	5	tabellare	SI	SI	SI

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al lotto n. 22.
La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte BENEFIS, CAIR ITALIA e SMITHS MEDICAL e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: BENEFIS LOTTO: 22	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Resistenza	13	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Tenuta	13	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Raccordabilità	13	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Flessibilità	14	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Maneggevolezza	13	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Facilità di apertura della confezione	4	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: CAIR ITALIA LOTTO: 22	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Resistenza	13	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Tenuta	13	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Raccordabilità	13	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Flessibilità	14	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Maneggevolezza	13	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Facilità di apertura della confezione	4	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

DITTA: SMITHS MEDICAL LOTTO: 22	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Resistenza	13	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Tenuta	13	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Raccordabilità	13	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO

Il Presidente
Dr. Massimiliano Sepe

Il Componente
Dr.ssa Pina Gomma

Il Componente
Dr.ssa Clara Moretti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Ac

Flessibilità	14	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Maneggevolezza	13	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Facilità di apertura della confezione	4	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 25.**

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalla ditta BENEFIS e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: BENEFIS LOTTO: 25	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Atraumaticità della punta	18	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Flessibilità	18	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Capacità anti inginocchiamento	17	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Trasparenza	7	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Capacità drenante	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 26.**

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte FRESENIUS KABI, KAIR ITALIA, DANONE NUTRICIA e ALSE MEDICA e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: FRESENIUS KABI LOTTO: 26	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Atraumaticità della punta	18	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Flessibilità	18	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Capacità anti inginocchiamento	17	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Trasparenza	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Facilità di inserimento e scorrimento del sondino	7	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO

DITTA: KAIR ITALIA LOTTO: 26	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Atraumaticità della punta	18	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Flessibilità	18	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Capacità anti inginocchiamento	17	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Trasparenza	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Facilità di inserimento e scorrimento del sondino	7	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO

DITTA: DANONE NUTRICIA LOTTO: 26	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				

Il Presidente
Dr. Massimiliano Sepe

Il Componente
Dr.ssa Pina Gomma

Il Componente
Dr.ssa Clara Moretti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Atraumaticità della punta	18	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Flessibilità	18	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Capacità anti inginocchiamento	17	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Trasparenza	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Facilità di inserimento e scorrimento del sondino	7	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO

DITTA: ALSE MEDICA LOTTO: 26	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Atraumaticità della punta	18	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Flessibilità	18	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Capacità anti inginocchiamento	17	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Trasparenza	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Facilità di inserimento e scorrimento del sondino	7	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 27**.
La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalla ditta BENEFIS e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: BENEFIS LOTTO: 27	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Atraumaticità della punta	18	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Flessibilità	18	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Capacità anti inginocchiamento	17	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Trasparenza	7	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Capacità drenante	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 30**.
La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte COLOLAST e TELEFLEX e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: COLOPLAST LOTTO: 30	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Elasticità e flessibilità	20	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Atraumaticità	20	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Scorrevolezza	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Praticità d'uso	10	tabellare	SI	SI	SI

Il Presidente
Dr. Massimiliano Sepe

Il Componente
Dr.ssa Pina Gomma

Il Componente
Dr.ssa Clara Moretti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Confezionamento-etichettatura: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni e indicazione d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
--	---	---------------	--------	--------	--------

DITTA: TELEFLEX LOTTO: 30	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Elasticità e flessibilità	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Atraumaticità	20	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Scorrevolezza	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Praticità d'uso	10	tabellare	SI	SI	SI
Confezionamento-etichettatura: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni e indicazione d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 31.**

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte TSS MEDICAL, MULTIMEDICAL, BAXTER e FARMASAN e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: TSS MEDICAL LOTTO: 31	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche del materiale in termini di plasticità	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Identificazione della velocità del flusso nominale e del volume del serbatoio sia tramite codice-colore che tramite scritta	5	tabellare	SI	SI	SI
Scala graduata sull'involucro per permettere la corretta, immediata visualizzazione della quantità somministrata	5	tabellare	SI	SI	SI
Maneggevolezza, ergonomicità in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Numerosità degli studi di stabilità/compatibilità con l'elastomero, dei farmaci presi singolarmente e in associazione	15	proporzionale $P_i = P_{max} \times \frac{\text{numero degli studi presentati}}{\text{numero max studi presentati}}$	0	0	0
Inginocchiamento e rigidità del tubo	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Grado di trasparenza del reservoir	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Affidabilità, precisione, sicurezza	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Etichettatura sulla singola confezione: scadenza in caratteri o simboli ben visibili	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO

DITTA: MULTIMEDICAL LOTTO: 31	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche del materiale in termini di plasticità	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO

Il Presidente
Dr. Massimiliano Sepe

Il Componente
Dr.ssa Pina Gomma

Il Componente
Dr.ssa Clara Moretti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Identificazione della velocità del flusso nominale e del volume del serbatoio sia tramite codice-colore che tramite scritta	5	tabellare	SI	SI	SI
Scala graduata sull'involucro per permettere la corretta, immediata visualizzazione della quantità somministrata	5	tabellare	SI	SI	SI
Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Numerosità degli studi di stabilità/compatibilità con l'elastomero, dei farmaci presi singolarmente e in associazione	15	proporzionale $P_i = P_{max} \times$ numero degli studi presentati / numero max studi presentati	4	4	4
Inginocchiamento e rigidità del tubo	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Grado di trasparenza del reservoir	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Affidabilità, precisione, sicurezza	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Etichettatura sulla singola confezione: scadenza in caratteri o simboli ben visibili	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO

DITTA: BAXTER LOTTO: 31	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche del materiale in termini di plasticità	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Identificazione della velocità del flusso nominale e del volume del serbatoio sia tramite codice-colore che tramite scritta	5	tabellare	SI	SI	SI
Scala graduata sull'involucro per permettere la corretta, immediata visualizzazione della quantità somministrata	5	tabellare	SI	SI	SI
Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Numerosità degli studi di stabilità/compatibilità con l'elastomero, dei farmaci presi singolarmente e in associazione	15	proporzionale $P_i = P_{max} \times$ numero degli studi presentati / numero max studi presentati	164	164	164
Inginocchiamento e rigidità del tubo	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Grado di trasparenza del reservoir	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Affidabilità, precisione, sicurezza	10	discrezionale	INSUFFICIENTE	INSUFFICIENTE	INSUFFICIENTE
Etichettatura sulla singola confezione: scadenza in caratteri o simboli ben visibili	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO

DITTA: FARMASAN LOTTO: 31	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Caratteristiche del materiale in termini di plasticità	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Identificazione della velocità del flusso nominale e del volume del serbatoio sia tramite codice-colore che tramite scritta	5	tabellare	SI	SI	SI
Scala graduata sull'involucro per permettere la corretta, immediata visualizzazione della quantità somministrata	5	tabellare	SI	SI	SI
Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO

Il Presidente
Dr. Massimiliano Sepe

Il Componente
Dr.ssa Pina Gomma

Il Componente
Dr.ssa Clara Moretti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Numerosità degli studi di stabilità/compatibilità con l'elastomero, dei farmaci presi singolarmente e in associazione	15	proporzionale $P_i = P_{max} \times$ numero degli studi presentati / numero max studi presentati	20	20	20
Inginocchiamento e rigidità del tubo	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Grado di trasparenza del reservoir	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Affidabilità, precisione, sicurezza	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Etichettatura sulla singola confezione; scadenza in caratteri o simboli ben visibili	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO

La Commissione procede alla disamina della campionatura presentata relativamente al **lotto n. 32**.

La Commissione procede quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte COLOLAST e TELEFLEX e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione, all'esito della verifica della documentazione tecnica presentata e in seguito all'apertura delle scatole contenenti la campionatura, riscontra che non può procedere all'assegnazione dei giudizi per l'operatore economico COLOPLAST, in quanto ha rilevato che il prodotto offerto non presenta le caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato Tecnico atteso che la punta del catetere non corrisponde a quanto richiesto, in particolare non è a becco di flauto. L'offerta viene dunque ritenuta non valutabile, perché non corrispondente a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico. Pertanto si propone al RUP di escludere l'operatore economico suddetto dal prosieguo delle operazioni di gara per il lotto in questione.

La Commissione procede dunque ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione delle altre ditte in gara, procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: TELEFLEX LOTTO: 32	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Scorrevolezza	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Atraumaticità della punta	20	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
consistenza e rigidità del catetere	20	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Praticità d'uso	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Confezionamento-etichettatura: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni e indicazione d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Capacità anti callabimento durante l'aspirazione	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO

La Commissione prende atto che i lotti 14, 15, 17, 23, 24, 28 e 29 sono risultati deserti, come già riscontrato in sede di valutazione amministrativa.

Il Segretario di Gara prende atto dei giudizi espressi e provvede a convertirli in punteggio, secondo i coefficienti corrispondenti, come da disciplinare di gara. Si allegano al presente disciplinare (Allegato 1) le schede di valutazione compilate dalla Commissione giudicatrice, complete di giudizi e punteggi.

Alla luce della conversione si rileva che la ditta Expertmed per il Lotto 11 non ha raggiunto un punteggio tecnico complessivo pari o superiore alla soglia minima di sbarramento, 36/70, avendo conseguito un punteggio pari a 34/70.

Il Presidente
Dr. Massimiliano Sepe

Il Componente
Dr.ssa Pina Gomma

Il Componente
Dr.ssa Clara Moretti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

La Commissione rileva altresì che non è stato possibile procedere alla valutazione delle offerte presentate dalle Ditte per i lotti di seguito riportati:

- Lotto 4: ditta Farmasan – non valutabile
- Lotto 6: ditta Biomed Device – non valutabile
- Lotto 7: ditte Aries e Davi Medica – non valutabili
- Lotto 13: ditta Farmasan – non valutabile
- Lotto 20: ditte Benefis – non valutabile
Smiths Medical - non valutabile
- Lotto 32: ditta Coloplast – non valutabile

Si dispone che tutte le comunicazioni verranno inviate al RUP all'esito delle operazioni di valutazione tecnica per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

La campionatura viene chiusa, sigillata e riposta nei locali del Magazzino Farmaceutico della ASL di Latina, dove verrà custodita per tutta la durata del contratto.

Alle ore 12.08 la Commissione conclude i lavori.

Latina, 21.03.2023

L.C.S.


Il PRESIDENTE Dr. Massimiliano Sepe



Il COMPONENTE Dr.ssa Pina Gomma



Il COMPONENTE Dr.ssa Clara Moretti



Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE NON COMPONENTE Dott.ssa Eva Cancelli



Il Presidente
Dr. Massimiliano Sepe

Il Componente
Dr.ssa Pina Gomma

Il Componente
Dr.ssa Clara Moretti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli