

GARA D'APPALTO NELLA FORMA DELLA PROCEDURA APERTA, DA ESPLETARSI IN MODALITÀ TELEMATICA SU PIATTAFORMA TELEMATICA S.TEL.LA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ARTICOLATA IN N. 33 LOTTI, DA AGGIUDICARSI SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA EX ART. 95 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO, PER 24 MESI, DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PRELIEVO, SOMMINISTRAZIONE E RACCOLTA.

II VERBALE
SEDUTA RISERVATA DEL 03.05.2023

Al termine della seduta pubblica del 03.05.2023, conclusasi alle ore 11.22, nello stesso giorno la Commissione prosegue i lavori in seduta riservata.

Il Presidente prende atto della nota pervenuta tramite pec, prot. n. 39926 del 28/04/2023, dalla ditta SMITHS MEDICAL la quale chiede la riammissione alla procedura di gara per il lotto 20, specificando che lo "stringitubo" richiesto nel capitolato tecnico non è mancante, ma integrato nel regolatore di flusso.

La Commissione decide dunque di riprendere in esame i campioni del **lotto 20** e procede alla disamina della campionatura presentata. La Commissione procede quindi alla riapertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte SMITHS MEDICAL e BENEFIF. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: BENEFIS LOTTO: 20	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Maneggevolezza e praticità in rapporto all'uso	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Facilità di inserzione del perforatore che non deve provocare distacco di frammenti di tappo ed inoltre deve evitare il richiamo di bolle d'aria nel circuitto	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Inginocchiamento e rigidità del tubo	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Tenuta del roller del tappino filtro aria e del sito di iniezione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Apertura pratica della confezione che garantisca l'utilizzo in sterilità del dispositivo	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Etichetta che permetta una facile lettura di tutte le caratteristiche che identificano il prodotto	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Trasparenza	5	tabellare	SI	SI	SI

Il Presidente
Dr. Massimiliano Sepe

Il Componente
Dr.ssa Pina Gomma

Il Componente
Dr.ssa Clara Moretti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

DITTA: SMITHS MEDICAL LOTTO: 20	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Maneggevolezza e praticità in rapporto all'uso	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Facilità di inserimento del perforatore che non deve provocare distacco di frammenti di tappo ed inoltre deve evitare il richiamo di bolle d'aria nel circuitto	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Inginocchiamento e rigidità del tubo	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Tenuta del roller del tappino filtro aria e del sito di iniezione	20	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Apertura pratica della confezione che garantisca l'utilizzo in sterilità del dispositivo	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Etichetta che permetta una facile lettura di tutte le caratteristiche che identificano il prodotto	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Trasparenza	5	tabellare	SI	SI	SI

Il Presidente prende atto della nota pervenuta tramite pec, prot. n. 40499 del 02/05/2023, dalla ditta ARIES la quale chiede la riammissione alla procedura di gara per il lotto 7, specificando che l'assenza di ftalati si evince dal fatto che il prodotto è espressamente dichiarato PVC free nella scheda tecnica.

La Commissione decide dunque di riprendere in esame i campioni del **lotto 7** e procede alla disamina della campionatura presentata. La Commissione procede quindi alla riapertura delle scatole contenenti la campionatura del lotto in questione trasmessa dalle ditte ARIES e DAVI MEDICA. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA:ARIES LOTTO: 7	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Tenuta della valvola	30	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Tempo di permanenza in termini di giorni	20	proporzionale $P_i = P_{max} \times$ giorni di permanenza / giorni max di permanenza	0,00	0,00	0,00
Entità dello spazio morto	20	proporzionale $P_i = P_{max} \times$ volume residuo / volume minimo residuo	0,0990	0,0990	0,0990

DITTA: DAVI MEDICA LOTTO: 7	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70				
Tenuta della valvola	30	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO

Il Presidente
Dr. Massimiliano Sepe

Il Componente
Dr.ssa Pina Gomma

Il Componente
Dr.ssa Clara Moretti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

Tempo di permanenza in termini di giorni	20	proporzionale $P_i = P_{max} \times$ giorni di permanenza / giorni max di permanenza	0,00	0,00	0,00
Entità dello spazio morto	20	proporzionale $P_i = P_{max} \times$ volume residuo / volume minimo residuo	0,09	0,09	0,09

Si confermano giudizi e punteggi assegnati alle altre ditte concorrenti per il lotto 7.

Alla luce di quanto sopra, il Presidente conclude la seduta di gara alle ore 13.20 dando atto che gli atti verranno trasmessi al RUP per gli adempimenti di competenza.

Latina, 03.05.2023

L.C.S.


Il PRESIDENTE Dr. Massimiliano Sepe



Il COMPONENTE Dr.ssa Pina Gomma



Il COMPONENTE Dr.ssa Clara Moretti



Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE NON COMPONENTE Dott.ssa Eva Cancelli



Il Presidente
Dr. Massimiliano Sepe

Il Componente
Dr.ssa Pina Gomma

Il Componente
Dr.ssa Clara Moretti

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

DITTA: BENEFIS LOTTO: 7	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Tenuta della valvola	30	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	30,00
Tempo di permanenza in termini di giorni	20	proporzionale $P_i = P_{max} \times$ giorni di permanenza / giorni max di permanenza	7,00	7,00	7,00						20,00
Entità dello spazio morto	20	proporzionale $P_i = P_{max} \times$ volume residuo / volume minimo residuo	0,08	0,08	0,08						10,00
TOTALE	70										60,00

CHECK

DITTA:ARIES LOTTO: 7	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Tenuta della valvola	30	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	30,00
Tempo di permanenza in termini di giorni	20	proporzionale $P_i = P_{max} \times$ giorni di permanenza / giorni max di permanenza	0,00	0,00	0,00						0,00
Entità dello spazio morto	20	proporzionale $P_i = P_{max} \times$ volume residuo / volume minimo residuo	0,0990	0,0990	0,0990						8,08
TOTALE	70										38,08

CHECK

DITTA:DELTA MED LOTTO: 7	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Tenuta della valvola	30	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	30,00
Tempo di permanenza in termini di giorni	20	proporzionale $P_i = P_{max} \times$ giorni di permanenza / giorni max di permanenza	0,00	0,00	0,00						0,00
Entità dello spazio morto	20	proporzionale $P_i = P_{max} \times$ volume residuo / volume minimo residuo	0,04	0,04	0,04						20,00
TOTALE	70										50,00

CHECK

DITTA: CAIR ITALIA LOTTO: 7	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Tenuta della valvola	30	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	30,00
Tempo di permanenza in termini di giorni	20	proporzionale $P_i = P_{max} \times$ giorni di permanenza / giorni max di permanenza	7,00	7,00	7,00						20,00
Entità dello spazio morto	20	proporzionale $P_i = P_{max} \times$ volume residuo / volume minimo residuo	0,049	0,049	0,049						16,33
TOTALE	70										66,33

CHECK

DITTA: DAVI MEDICA LOTTO: 7	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Tenuta della valvola	30	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	30,00
Tempo di permanenza in termini di giorni	20	proporzionale $P_i = P_{max} \times$ giorni di permanenza / giorni max di permanenza	0,00	0,00	0,00						0,00
Entità dello spazio morto	20	proporzionale $P_i = P_{max} \times$ volume residuo / volume minimo residuo	0,09	0,09	0,09						8,89
TOTALE	70										38,89

CHECK

Azienda	Punteggio
BENEFIS	60,00
ARIES	38,08
DELTA MED	50,00
CAIR ITALIA	66,33
DAVI MEDICA	38,89

Handwritten signatures and marks:
MS, ELLU, @

DITTA: BENEFIS LOTTO: 20	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Manegevolezza e praticità in rapporto all'uso	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	tappo di chiusura della presa d'aria della camera di gocciolamento poco maneggevole, lunghezza del tubo 150 cm, scarsa maneggevolezza del dispositivo	0,40	0,40	0,40	0,40	4,00
Facilità di inserione del perforatore che non deve provocare distacco di frammenti di tappo ed inootre deve evitare il richiamo di bolle d'aria nel circuito	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO		0,60	0,60	0,60	0,60	9,00
Inginocchiamento e rigidità del tubo	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Tenuta del roller del tappino filtro aria e del sito di iniezione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE		0,40	0,40	0,40	0,40	8,00
Apertura pratica della confezione che garantisca l'utilizzo in sterilità del dispositivo	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Etichetta che permetta una facile lettura di tutte le caratteristiche che identificano il prodotto	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Trasparenza	5	tabellare	SI	SI	SI		1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
TOTALE	70										46,00

CHECK

DITTA: SMITHS MEDICAL LOTTO: 20	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Manegevolezza e praticità in rapporto all'uso	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	lunghezza del tubo 200 cm	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Facilità di inserione del perforatore che non deve provocare distacco di frammenti di tappo ed inootre deve evitare il richiamo di bolle d'aria nel circuito	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO		0,60	0,60	0,60	0,60	9,00
Inginocchiamento e rigidità del tubo	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Tenuta del roller del tappino filtro aria e del sito di iniezione	20	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO		0,80	0,80	0,80	0,80	16,00
Apertura pratica della confezione che garantisca l'utilizzo in sterilità del dispositivo	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Etichetta che permetta una facile lettura di tutte le caratteristiche che identificano il prodotto	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Trasparenza	5	tabellare	SI	SI	SI		1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
TOTALE	70										60,00

CHECK

Azienda	Punteggio
BENEFIS	46,00
SMITHS	60,00



