

DITTA:ALSE MEDICA LOTTO: 1	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Robustezza della connessione tra tubo e sacca	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Facilità di deflusso del tubo connettore	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE		0,40	0,40	0,40	0,40	4,00
Confezionamento ed etichettatura	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Capacità di tenuta del rubinetto di scarico che evite perdite di liquido e/o contaminazione dell'operatore	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
Qualità e affidabilità delle saldature della sacca	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE		0,40	0,40	0,40	0,40	4,00
Caratteristiche del tubo collettore (resistenza alla rottura e al callabimento)	10	discrezionale	INSUFFICIENTE	INSUFFICIENTE	INSUFFICIENTE	la sacca si piega facendo refluire l'urina dal tubo collettore verso alto con possibile ristagno urina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Affidabilità e tenuta del sistema di aggancio della sacca al letto	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Facilità di prelievo dei campioni di urina fresca e tenuta della membrana di chiusura	5	discrezionale	INSUFFICIENTE	INSUFFICIENTE	INSUFFICIENTE	assenza del punto per prelievo campione urina fresca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	70										43,00

CHECK

DITTA:BENEFIS LOTTO: 1	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Robustezza della connessione tra tubo e sacca	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Facilità di deflusso del tubo connettore	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Confezionamento ed etichettatura	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Capacità di tenuta del rubinetto di scarico che evite perdite di liquido e/o contaminazione dell'operatore	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
Qualità e affidabilità delle saldature della sacca	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Caratteristiche del tubo collettore (resistenza alla rottura e al callabimento)	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	sacca robusta e resistente al collabimento del tubo collettore	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Affidabilità e tenuta del sistema di aggancio della sacca al letto	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Facilità di prelievo dei campioni di urina fresca e tenuta della membrana di chiusura	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	presenza del punto per prelievo campioni urina fresca	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
TOTALE	70										70,00

CHECK

Azienda	Punteggio
ALSE MEDICA	43,00
BENEFIS	70,00

Ms

Che

Q

DITTA:IBSA FARMACEUTICI LOTTO: 2	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Facilità di introduzione della siringa nel catetere vescivale	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
Praticità d'uso	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
Confezionamento etichettatura chiarezza espositiva	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Ottima compliance della soluzione nella vescica per un tempo maggiore o uguale a 20 min	15	proporzionale $P_i = P_{max} \times \text{tempo permanenza in min} / \text{tempo max permanenza in min}$	20,00	20,00	20,00						15,00
Assenza di perdita di prodotto durante l'istillazione (ottimale compatibilità beccuccio della siringa e catetere vescicale)	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
TOTALE	70										70,00

CHECK

Azienda	Punteggio
IBSA FARMACEUTICI	70,00

My *elle* *Q*

DITTA: ARIES LOTTO: 3	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Manegevolezza e praticità in rapporto all'uso	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
Facilità di inserzione del perforatore che non deve provocare distacco di frammenti di tappo ed inoltre deve evitare il richiamo di bolle d'aria nel circuito	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
Inginocchiamento e rigidità del tubo	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
tenuta del roller, del tappino filtro d'aria e del sito di iniezione	20	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO		0,80	0,80	0,80	0,80	16,00
Apertura pratica della confezione che garantisca l'utilizzo in sterilità del dispositivo	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Etichetta che permetta una facile lettura di tutte le caratteristiche che identificano il prodotto	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
TOTALE	70										66,00

CHECK

DITTA: SMITHS MEDICAL LOTTO: 3	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Manegevolezza e praticità in rapporto all'uso	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO		0,60	0,60	0,60	0,60	9,00
Facilità di inserzione del perforatore che non deve provocare distacco di frammenti di tappo ed inoltre deve evitare il richiamo di bolle d'aria nel circuito	15	discrezionale	INSUFFICIENTE	INSUFFICIENTE	INSUFFICIENTE	valvola e regolatore poco maneggevoli (duri)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inginocchiamento e rigidità del tubo	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	manca di del raccordo perforabile	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
tenuta del roller, del tappino filtro d'aria e del sito di iniezione	20	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO		0,80	0,80	0,80	0,80	16,00
Apertura pratica della confezione che garantisca l'utilizzo in sterilità del dispositivo	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Etichetta che permetta una facile lettura di tutte le caratteristiche che identificano il prodotto	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
TOTALE	70										45,00

CHECK

Azienda	Punteggio
ARIES	66,00
SMITHS MEDICAL	45,00

MS *eme* *Q*

DITTA: FARMASAN LOTTO: 4	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Qualità dei materiali (trasparenza e spessore delle pareti e termosensibilità)	25	discrezionale					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualità e completezza dei kit di impianto	15	discrezionale					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventuale presenza di documentazione scientifica a supporto	5	discrezionale					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maneggevolezza e facilità d'uso	15	discrezionale					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventuale presenza di caratteristiche migliorativi del dispositivo	10	discrezionale					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	70										0,00

CHECK

Azienda	Punteggio
FARMASAN	0,00

My Colle @

DITTA: FARMASAN LOTTO: 5	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Grado di trasparenza	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Capacità di drenaggio e di aspirazione	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	20,00
Caratteristiche del tubo (flessibilità, termosensibilità, resistenza alla piegatura, etc)	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	20,00
Presenza di linea radiopaca	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Gamma misure	10	proporzionale $P_i = P_{max} \times$ numero misure presentate / numero max misure presentate	15,00	15,00	15,00						10,00
TOTALE	70										70,00

CHECK

Azienda	Punteggio
FARMASAN	70,00

Handwritten signature and initials, possibly reading 'M. C. R.' or similar, written in black ink.

DITTA: FARMASAN LOTTO: 6	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Qualità dei materiali (resistenza, flessibilità e trasparenza)	30	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	30,00
Affidabilità e tenuta in relazione alle basse temperature di congelamento fino a -196C	25	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	25,00
Qualità di confezionamento	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Eventuale presenza di sistema per l'identificazione	10	tabellare	SI	SI	SI		1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
TOTALE	70										70,00

CHECK

DITTA: BIOMED DEVICE LOTTO: 6	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70					non valutabile perchè mancano le sacche da 250ml nominali o volume di riempimento da 30ml a 70ml come specificato nella risposta al quesito n°14					
Qualità dei materiali (resistenza, flessibilità e trasparenza)	30	discrezionale					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Affidabilità e tenuta in relazione alle basse temperature di congelamento fino a -196C	25	discrezionale					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualità di confezionamento	5	discrezionale					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventuale presenza di sistema per l'identificazione	10	tabellare					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	70										0,00

CHECK

Azienda	Punteggio
FARMASAN	70,00
BIOMED DEVICE	0,00

My Alle

DITTA: BENEFIS LOTTO: 7	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Tenuta della valvola	30	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	30,00
Tempo di permanenza in termini di giorni	20	proporzionale $P_i = P_{max} \times$ giorni di permanenza / giorni max di permanenza	7,00	7,00	7,00						20,00
Entità dello spazio morto	20	proporzionale $P_i = P_{max} \times$ volume residuo / volume minimo residuo	0,08	0,08	0,08						10,00
TOTALE	70										60,00

CHECK

DITTA: ARIES LOTTO: 7	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70					non si evince l'assenza di flatali e non dichiarato il valore del volume residuo					
Tenuta della valvola	30	discrezionale					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tempo di permanenza in termini di giorni	20	proporzionale $P_i = P_{max} \times$ giorni di permanenza / giorni max di permanenza					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entità dello spazio morto	20	proporzionale $P_i = P_{max} \times$ volume residuo / volume minimo residuo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	70										0,00

CHECK

DITTA: DELTA MED LOTTO: 7	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Tenuta della valvola	30	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	30,00
Tempo di permanenza in termini di giorni	20	proporzionale $P_i = P_{max} \times$ giorni di permanenza / giorni max di permanenza	0,00	0,00	0,00						0,00
Entità dello spazio morto	20	proporzionale $P_i = P_{max} \times$ volume residuo / volume minimo residuo	0,04	0,04	0,04						20,00
TOTALE	70										50,00

CHECK

DITTA: CAIR ITALIA LOTTO: 7	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Tenuta della valvola	30	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	30,00
Tempo di permanenza in termini di giorni	20	proporzionale $P_i = P_{max} \times$ giorni di permanenza / giorni max di permanenza	7,00	7,00	7,00						20,00
Entità dello spazio morto	20	proporzionale $P_i = P_{max} \times$ volume residuo / volume minimo residuo	0,049	0,049	0,049						16,33
TOTALE	70										66,33

CHECK

DITTA: DAVI MEDICA LOTTO: 7	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70					non si evince l'assenza di flatali e non dichiarato il valore del volume residuo					
Tenuta della valvola	30	discrezionale					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tempo di permanenza in termini di giorni	20	proporzionale $P_i = P_{max} \times$ giorni di permanenza / giorni max di permanenza					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entità dello spazio morto	20	proporzionale $P_i = P_{max} \times$ volume residuo / volume minimo residuo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	70										0,00

CHECK

Azienda	Punteggio
BENEFIS	60,00
ARIES	0,00
DELTA MED	50,00
CAIR ITALIA	66,33
DAVI MEDICA	0,00

MMS Cell @

DITTA:CAIR ITALIA LOTTO: 8	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Qualità dei materiali	25	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	25,00
Qualità dei connettori	25	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	25,00
Maneggevolezza	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	20,00
TOTALE	70										70,00

CHECK



DITTA:DAVI MEDICA LOTTO: 8	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Qualità dei materiali	25	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO	lunghezza 150cm	0,60	0,60	0,60	0,60	15,00
Qualità dei connettori	25	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	sufficiente qualità dei materiali	0,40	0,40	0,40	0,40	10,00
Maneggevolezza	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO	uso reso difficoltoso dalla rigidità del tubo	0,60	0,60	0,60	0,60	12,00
TOTALE	70										37,00

CHECK

DITTA:SMITHS MEDICAL LOTTO: 8	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Qualità dei materiali	25	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO	lunghezza 150cm	0,60	0,60	0,60	0,60	15,00
Qualità dei connettori	25	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	sufficiente qualità dei materiali	0,40	0,40	0,40	0,40	10,00
Maneggevolezza	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO	uso reso difficoltoso dalla rigidità del tubo	0,60	0,60	0,60	0,60	12,00
TOTALE	70										37,00

CHECK

Azienda	Punteggio
CAIR ITALIA	70,00
DAVI MEDICA	37,00
SMITHS MEDICAL	37,00



DITTA: LABOINDUSTRIA LOTTO: 9	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Presenza dell'indicatore di livello di riempimento del contenitore	5	Tabellare	SI	SI	SI		1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Funzionalità e sicurezza del sistema di stappatura/ritappatura manuale del contenitore	25	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	25,00
sicurezza in termini di assenza di perdite del sistema	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	20,00
assenza di rischio di contaminazione dell'operatore/utente	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	20,00
TOTALE	70										70,00

CHECK

DITTA: FARMASAN LOTTO: 9	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Presenza dell'indicatore di livello di riempimento del contenitore	5	Tabellare	SI	SI	SI		1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Funzionalità e sicurezza del sistema di stappatura/ritappatura manuale del contenitore	25	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	25,00
sicurezza in termini di assenza di perdite del sistema	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	20,00
assenza di rischio di contaminazione dell'operatore/utente	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	20,00
TOTALE	70										70,00

CHECK


DITTA: BIOSIGMA LOTTO: 9	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Presenza dell'indicatore di livello di riempimento del contenitore	5	Tabellare	SI	SI	SI		1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Funzionalità e sicurezza del sistema di stappatura/ritappatura manuale del contenitore	25	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	25,00
sicurezza in termini di assenza di perdite del sistema	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	20,00
assenza di rischio di contaminazione dell'operatore/utente	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	20,00
TOTALE	70										70,00

CHECK

DITTA: KALTEK LOTTO: 9	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Presenza dell'indicatore di livello di riempimento del contenitore	5	Tabellare	SI	SI	SI		1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Funzionalità e sicurezza del sistema di stappatura/ritappatura manuale del contenitore	25	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	25,00
sicurezza in termini di assenza di perdite del sistema	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	20,00
assenza di rischio di contaminazione dell'operatore/utente	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	20,00
TOTALE	70										70,00

CHECK

Azienda	Punteggio
LABOINDUSTRIA	70,00
FARMASAN	70,00
BIOSIGMA	70,00
KALTEK	70,00



DITTA:FARMASAN LOTTO: 10	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Presenza dell'indicatore di livello del contenitore	5	Tabellare	NO	NO	NO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzionalità e sicurezza del sistema di stappatura/ritappatura manuale del contenitore	25	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	25,00
sicurezza in termini di assenza di perdite del sistema	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	20,00
assenza di rischio di contaminazione dell'operatore/utente	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	20,00
TOTALE	70										65,00

CHECK


DITTA: LABOINDUSTRIA LOTTO: 10	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Presenza dell'indicatore di livello del contenitore	5	Tabellare	SI	SI	SI		1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Funzionalità e sicurezza del sistema di stappatura/ritappatura manuale del contenitore	25	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO	cucchiaino sottile	0,80	0,80	0,80	0,80	20,00
sicurezza in termini di assenza di perdite del sistema	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	20,00
assenza di rischio di contaminazione dell'operatore/utente	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	20,00
TOTALE	70										65,00

CHECK

DITTA: BIOSIGMA LOTTO: 10	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Presenza dell'indicatore di livello del contenitore	5	Tabellare	SI	SI	SI		1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Funzionalità e sicurezza del sistema di stappatura/ritappatura manuale del contenitore	25	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO	cucchiaino sottile	0,80	0,80	0,80	0,80	20,00
sicurezza in termini di assenza di perdite del sistema	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	20,00
assenza di rischio di contaminazione dell'operatore/utente	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	20,00
TOTALE	70										65,00

CHECK

Azienda	Punteggio
FARMASAN	65,00
LABOINDUSTRIA	65,00
BIOSIGMA	65,00

DITTA: LABOINDUSTRIA LOTTO: 11	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Facilità di apertura e chiusura	30	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO	poco agevole l'apertura e la chiusura	0,60	0,60	0,60	0,60	18,00
Capacità di tenuta in caso di perdita accidentale di liquidi biologici	30	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO		0,60	0,60	0,60	0,60	18,00
Grado di trasparenza	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
TOTALE	70										46,00

CHECK

DITTA: FARMASAN LOTTO: 11	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Facilità di apertura e chiusura	30	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	30,00
Capacità di tenuta in caso di perdita accidentale di liquidi biologici	30	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO		0,60	0,60	0,60	0,60	18,00
Grado di trasparenza	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
TOTALE	70										58,00

CHECK

DITTA: BIOSIGMA LOTTO: 11	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Facilità di apertura e chiusura	30	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO	poco agevole l'apertura	0,80	0,80	0,80	0,80	24,00
Capacità di tenuta in caso di perdita accidentale di liquidi biologici	30	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO		0,60	0,60	0,60	0,60	18,00
Grado di trasparenza	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
TOTALE	70										52,00

CHECK

DITTA: EXPERTMED LOTTO: 11	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Facilità di apertura e chiusura	30	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	difficile apertura e chiusura	0,40	0,40	0,40	0,40	12,00
Capacità di tenuta in caso di perdita accidentale di liquidi biologici	30	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	plastica sottile	0,40	0,40	0,40	0,40	12,00
Grado di trasparenza	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
TOTALE	70										34,00

CHECK

DITTA: KALTEK LOTTO: 11	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Facilità di apertura e chiusura	30	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	30,00
Capacità di tenuta in caso di perdita accidentale di liquidi biologici	30	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO		0,60	0,60	0,60	0,60	18,00
Grado di trasparenza	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
TOTALE	70										58,00

CHECK

Azienda	Punteggio
LABOINDUSTRIA	46,00
FARMASAN	58,00
BIOSIGMA	52,00
EXPERTMED	34,00
KALTEK	58,00

My em

DITTA: BENEFIS LOTTO: 12	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Cannula antikinking	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
Atraumaticità dell'ago	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Tenuta del clamp	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	20,00
Sicurezza per l'operatore	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Facilità d'uso	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Gamma misure	5	proporzionale $P_i - P_{max}$ x numero misure presentate / numero max misure presentate	11,00	11,00	11,00						5,00
TOTALE	70										70,00

CHECK

Azienda	Punteggio
BENEFIS	70,00

MS *Cele* *CB*

DITTA: FARMASAN LOTTO: 13	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Atraumaticità	15	discrezionale				CAMPIONATURA NON CORRISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE NEL CAPITOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resistenza	15	discrezionale					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Scorrevolezza	5	discrezionale					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maneggevolezza	15	discrezionale					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Facilità d'uso	10	discrezionale					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Facilità di apertura del confezionamento	10	discrezionale					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	70										0,00

CHECK

Azienda	Punteggio
FARMASAN	0,00

M4 Ceee Cn

DITTA: BENEFIS LOTTO: 16	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Capacità di raccordamento tra rubinetto e sacca di scarico	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Facilità di apertura e tenuta del rubinetto	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	Facilità apertura e tenuta del rubinetto sufficiente	0,40	0,40	0,40	0,40	4,00
Facilità di prelievo dei campioni di urina e tenuta della membrana	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Facilità di svuotamento della sacca	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Resistenza del gancio al peso della sacca e facilità di ancoraggio al letto	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Tubo di deflusso sufficientemente flessibile ma resistente alle flessioni al collabimento	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Qualità e affidabilità delle saldature della sacca	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Affidabilità e tenuta delle connessioni (tubo/sacca, tubo/catetere)	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
TOTALE	70										64,00

CHECK

DITTA: TELEFLEX LOTTO: 16	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Capacità di raccordamento tra rubinetto e sacca di scarico	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Facilità di apertura e tenuta del rubinetto	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	Facilità apertura e tenuta del rubinetto sufficiente	0,40	0,40	0,40	0,40	4,00
Facilità di prelievo dei campioni di urina e tenuta della membrana	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Facilità di svuotamento della sacca	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Resistenza del gancio al peso della sacca e facilità di ancoraggio al letto	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Tubo di deflusso sufficientemente flessibile ma resistente alle flessioni al collabimento	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Qualità e affidabilità delle saldature della sacca	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Affidabilità e tenuta delle connessioni (tubo/sacca, tubo/catetere)	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
TOTALE	70										64,00

CHECK

Azienda	Punteggio
BENEFIS	64,00
TELEFLEX	64,00

NU elee CF

DITTA: BENEFIS LOTTO: 18	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Affidabilità e tenuta del tappo	30	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	30,00
Praticità d'uso	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	20,00
Resistenza	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	20,00
TOTALE	70										70,00

CHECK

Azienda	Punteggio
BENEFIS	70,00



DITTA: MULTIMEDICAL LOTTO: 19	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Maneggevolezza e praticità in rapporto all'uso	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO	tubo poco flessibile	0,60	0,60	0,60	0,60	9,00
Facilità di inserione del perforatore che non deve provocare distacco di frammenti di tappo ed inootre deve evitare il richiamo di bolle d'aria nel circuito	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO	minimo richiamo di bolle d'aria	0,60	0,60	0,60	0,60	9,00
Inginocchiamento e rigidità del tubo	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	facile inginocchiamento	0,40	0,40	0,40	0,40	4,00
Tenuta del roller del tappino filtro aria e del sito di iniezione	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	roller scorre male	0,40	0,40	0,40	0,40	8,00
Apertura pratica della confezione che garantisca l'utilizzo in sterilità del dispositivo	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Etichetta che permetta una facile lettura di tutte le caratteristiche che identificano il prodotto	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
TOTALE	70										40,00

CHECK

DITTA: BAXTER LOTTO: 19	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Maneggevolezza e praticità in rapporto all'uso	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
Facilità di inserione del perforatore che non deve provocare distacco di frammenti di tappo ed inootre deve evitare il richiamo di bolle d'aria nel circuito	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	ottima facilità d'inserzione del perforatore	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
Inginocchiamento e rigidità del tubo	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Tenuta del roller del tappino filtro aria e del sito di iniezione	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	20,00
Apertura pratica della confezione che garantisce l'utilizzo in sterilità del dispositivo	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Etichetta che permetta una facile lettura di tutte le caratteristiche che identificano il prodotto	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
TOTALE	70										70,00

CHECK

DITTA:ALSE MEDICA LOTTO: 19	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Maneggevolezza e praticità in rapporto all'uso	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO	tubo poco flessibile	0,60	0,60	0,60	0,60	9,00
Facilità di inserione del perforatore che non deve provocare distacco di frammenti di tappo ed inootre deve evitare il richiamo di bolle d'aria nel circuito	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
Inginocchiamento e rigidità del tubo	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Tenuta del roller del tappino filtro aria e del sito di iniezione	20	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO	roller scorre sufficientemente	0,80	0,80	0,80	0,80	16,00
Apertura pratica della confezione che garantisca l'utilizzo in sterilità del dispositivo	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Etichetta che permetta una facile lettura di tutte le caratteristiche che identificano il prodotto	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
TOTALE	70										60,00

CHECK

Azienda	Punteggio
MULTIMEDICAL	40,00
BAXTER	70,00
ALSE MEDICA	60,00

Handwritten signatures and initials:

- Signature 1 (left): *MS*
- Signature 2 (middle): *Pinella*
- Signature 3 (right): *Clara*

DITTA: SMITHS MEDICAL LOTTO: 21	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Maneggevolezza e praticità in rapporto all'uso	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Facilità di inserione del perforatore che non deve provocare distacco di frammenti di tappo ed inootre deve evitare il richiamo di bolle d'aria nel circuito	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO		0,60	0,60	0,60	0,60	9,00
Inginocchiamento e rigidità del tubo	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Tenuta del roller del tappino filtro aria e del sito di iniezione	20	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO		0,80	0,80	0,80	0,80	16,00
Apertura pratica della confezione che garantisca l'utilizzo in sterilità del dispositivo	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Etichetta che permetta una facile lettura di tutte le caratteristiche che identificano il prodotto	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Trasparenza	5	tabellare	SI	SI	SI		1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
TOTALE	70										60,00

CHECK

Azienda	Punteggio
SMITHS MEDICAL	60,00

My *Ellie* *Q*

DITTA: BENEFIS LOTTO: 22	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Resistenza	13	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	13,00
Tenuta	13	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	13,00
Raccordabilità	13	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	vite serramaschio fissa (non rotante)	0,40	0,40	0,40	0,40	5,20
Flessibilità	14	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO	abbastanza flessibile	0,60	0,60	0,60	0,60	8,40
Manegevolezza	13	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	13,00
Facilità di apertura della confezione	4	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	aperura laboriosa	0,40	0,40	0,40	0,40	1,60
TOTALE	70										54,20

CHECK

DITTA: CAIR ITALIA LOTTO: 22	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Resistenza	13	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	13,00
Tenuta	13	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	13,00
Raccordabilità	13	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	13,00
Flessibilità	14	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	14,00
Manegevolezza	13	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO	memoria spire	0,60	0,60	0,60	0,60	7,80
Facilità di apertura della confezione	4	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	aperura laboriosa	0,40	0,40	0,40	0,40	1,60
TOTALE	70										62,40

CHECK

DITTA: SMITHS MEDICAL LOTTO: 22	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Resistenza	13	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	13,00
Tenuta	13	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	13,00
Raccordabilità	13	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	13,00
Flessibilità	14	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	14,00
Manegevolezza	13	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO	memoria spire	0,60	0,60	0,60	0,60	7,80
Facilità di apertura della confezione	4	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	apertura laboriosa	0,40	0,40	0,40	0,40	1,60
TOTALE	70										62,40

CHECK

Azienda	Punteggio
BENEFIS	54,20
CAIR ITALIA	62,40
SMITHS MEDICAL	62,40







DITTA: BENEFIS LOTTO: 25	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Atraumaticità della punta	18	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO		0,60	0,60	0,60	0,60	10,80
Flessibilità	18	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO		0,80	0,80	0,80	0,80	14,40
Capacità anti inginocchiamento	17	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE		0,40	0,40	0,40	0,40	6,80
Trasparenza	7	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO		0,80	0,80	0,80	0,80	5,60
Capacità drenante	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE		0,40	0,40	0,40	0,40	4,00
TOTALE	70										41,60
CHECK											

Azienda	Punteggio
BENEFIS	41,60

My all Ar

DITTA: FRESENIUS KABI LOTTO: 26	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Atraumaticità della punta	18	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	con cappuccio atraumatico di calibro maggiore	0,40	0,40	0,40	0,40	7,20
Flessibilità	18	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	flessibile	1,00	1,00	1,00	1,00	18,00
Capacità anti inginocchiamento	17	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	non si inginocchia	1,00	1,00	1,00	1,00	17,00
Trasparenza	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO	trasparente	0,80	0,80	0,80	0,80	8,00
Facilità di inserimento e scorrimento del sondino	7	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO	non facilmente inseribile e scorrevole	0,60	0,60	0,60	0,60	4,20
TOTALE	70										54,40

CHECK

DITTA: CAIR ITALIA LOTTO: 26	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Atraumaticità della punta	18	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	atraumatico	1,00	1,00	1,00	1,00	18,00
Flessibilità	18	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	flessibile	1,00	1,00	1,00	1,00	18,00
Capacità anti inginocchiamento	17	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	non si inginocchia	1,00	1,00	1,00	1,00	17,00
Trasparenza	10	discrezionale	SUFFIENTE	SUFFIENTE	SUFFIENTE	linea trasparente	0,40	0,40	0,40	0,40	4,00
Facilità di inserimento e scorrimento del sondino	7	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	facilmente inseribile e scorrevole	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00
TOTALE	70										64,00

CHECK


DITTA: DANONE NUTRICIA LOTTO: 26	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Atraumaticità della punta	18	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO	punta poco smussa	0,60	0,60	0,60	0,60	10,80
Flessibilità	18	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	flessibile	1,00	1,00	1,00	1,00	18,00
Capacità anti inginocchiamento	17	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	non si inginocchia	1,00	1,00	1,00	1,00	17,00
Trasparenza	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	trasparente	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Facilità di inserimento e scorrimento del sondino	7	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO	ridotta facilità di inserimento e scorrimento	0,80	0,80	0,80	0,80	5,60
TOTALE	70										61,40

CHECK

DITTA: ALSE MEDICA LOTTO: 26	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Atraumaticità della punta	18	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	atraumatico	1,00	1,00	1,00	1,00	18,00
Flessibilità	18	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	flessibile	1,00	1,00	1,00	1,00	18,00
Capacità anti inginocchiamento	17	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	non si inginocchia	1,00	1,00	1,00	1,00	17,00
Trasparenza	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	linea trasparente	0,40	0,40	0,40	0,40	4,00
Facilità di inserimento e scorrimento del sondino	7	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	facilmente inseribile e scorrevole	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00
TOTALE	70										64,00

CHECK

Azienda	Punteggio
FRESENIUS KABI	54,40
CAIR ITALIA	64,00
DANONE NUTRICIA	61,40
ALSE MEDICA	64,00



DITTA: BENEFIS LOTTO: 27	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Atraumaticità della punta	18	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO		0,80	0,80	0,80	0,80	14,40
Flessibilità	18	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO		0,80	0,80	0,80	0,80	14,40
Capacità anti inginocchiamento	17	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO		0,80	0,80	0,80	0,80	13,60
Trasparenza	7	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO		0,80	0,80	0,80	0,80	5,60
Capacità drenante	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
TOTALE	70										58,00

CHECK

Azienda	Punteggio
BENEFIS	58,00

My

Clee

Q

DITTA: COLOPLAST LOTTO: 30	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Elasticità e flessibilità	20	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO	poco flessibile	0,80	0,80	0,80	0,80	16,00
Atraumaticità	20	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO		0,80	0,80	0,80	0,80	16,00
Scorrevolezza	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
Praticità d'uso	10	tabellare	SI	SI	SI		1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Confezionamento-etichettatura: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni e indicazione d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
TOTALE	70										62,00

CHECK

DITTA: TELEFLEX LOTTO: 30	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Elasticità e flessibilità	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	20,00
Atraumaticità	20	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO		0,80	0,80	0,80	0,80	16,00
Scorrevolezza	15	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO	scorre poco	0,60	0,60	0,60	0,60	9,00
Praticità d'uso	10	tabellare	SI	SI	SI		1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Confezionamento-etichettatura: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni e indicazione d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
TOTALE	70										60,00

CHECK

Azienda	Punteggio
COLOPLAST	62,00
TELEFLEX	60,00

11/4
Cell
Br

DITTA: TSS MEDICAL LOTTO: 31	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Caratteristiche del materiale in termini di plasticità	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	buona plasticità dei materiali	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Identificazione della velocità del flusso nominale e del volume del serbatoio sia tramite codice-colore che tramite scritta	5	tabellare	SI	SI	SI	identificazioni presenti	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Scala graduata sull'involucro per permettere la corretta, immediata visualizzazione della quantità somministrata	5	tabellare	SI	SI	SI	scala leggibile	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Maneggevolezza, ergonomicità in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	uso esente da particolari difficoltà	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
numero di studi di stabilità/compatibilità con l'elastomero, dei farmaci presi singolarmente e in associazione	15	proporzionale Pr=Pmax x numero degli studi presentati / numero max studi presentati	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inginocchiamento e rigidità del tubo	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	assente	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Grado di trasparenza del reservoir	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	buona	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Affidabilità, precisione, sicurezza	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	filtro per bolle	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Etichettatura sulla singola confezione: scadenza in caratteri o simboli ben visibili	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	chiara e leggibile	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
TOTALE	70										55,00

CHECK

DITTA: MULTIMEDICAL LOTTO: 31	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Caratteristiche del materiale in termini di plasticità	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	buona plasticità dei materiali	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Identificazione della velocità del flusso nominale e del volume del serbatoio sia tramite codice-colore che tramite scritta	5	tabellare	SI	SI	SI	identificazioni presenti	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Scala graduata sull'involucro per permettere la corretta, immediata visualizzazione della quantità somministrata	5	tabellare	SI	SI	SI	scala leggibile	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Maneggevolezza, ergonomicità in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	uso esente da particolari difficoltà	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
numero di studi di stabilità/compatibilità con l'elastomero, dei farmaci presi singolarmente e in associazione	15	proporzionale Pr=Pmax x numero degli studi presentati / numero max studi presentati	4,00	4,00	4,00						0,37
Inginocchiamento e rigidità del tubo	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	assente	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Grado di trasparenza del reservoir	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	buona	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Affidabilità, precisione, sicurezza	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	filtro per bolle	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Etichettatura sulla singola confezione: scadenza in caratteri o simboli ben visibili	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	chiara e leggibile	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
TOTALE	70										55,37

CHECK

DITTA: BAXTER LOTTO: 31	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Caratteristiche del materiale in termini di plasticità	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	discreta plasticità dei materiali	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Identificazione della velocità del flusso nominale e del volume del serbatoio sia tramite codice-colore che tramite scritta	5	tabellare	SI	SI	SI	identificazioni presenti	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Scala graduata sull'involucro per permettere la corretta, immediata visualizzazione della quantità somministrata	5	tabellare	SI	SI	SI	scala con difficoltà interpretative	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Maneggevolezza, ergonomicità in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	uso esente da particolari difficoltà	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
numero di studi di stabilità/compatibilità con l'elastomero, dei farmaci presi singolarmente e in associazione	15	proporzionale Pr=Pmax x numero degli studi presentati / numero max studi presentati	164,00	164,00	164,00						15,00
Inginocchiamento e rigidità del tubo	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	presente	0,40	0,40	0,40	0,40	2,00
Grado di trasparenza del reservoir	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	buona	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Affidabilità, precisione, sicurezza	10	discrezionale	INSUFFICIENTE	INSUFFICIENTE	INSUFFICIENTE	non dispositivi aggiunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Etichettatura sulla singola confezione: scadenza in caratteri o simboli ben visibili	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	chiara e leggibile	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
TOTALE	70										57,00

CHECK

DITTA: FARMASAN LOTTO: 31	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Caratteristiche del materiale in termini di plasticità	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	buona plasticità materiali	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Identificazione della velocità del flusso nominale e del volume del serbatoio sia tramite codice-colore che tramite scritta	5	tabellare	SI	SI	SI	identificazioni presenti	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Scala graduata sull'involucro per permettere la corretta, immediata visualizzazione della quantità somministrata	5	tabellare	SI	SI	SI	scala facilmente leggibile	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Maneggevolezza, ergonomicità in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	uso esente da particolari difficoltà	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
numero di studi di stabilità/compatibilità con l'elastomero, dei farmaci presi singolarmente e in associazione	15	proporzionale Pr=Pmax x numero degli studi presentati / numero max studi presentati	20,00	20,00	20,00						1,83
Inginocchiamento e rigidità del tubo	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	assente	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Grado di trasparenza del reservoir	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	buona	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Affidabilità, precisione, sicurezza	10	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	filtro per particelle	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Etichettatura sulla singola confezione: scadenza in caratteri o simboli ben visibili	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	chiara e leggibile	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
TOTALE	70										56,83

CHECK

Azienda	Punteggio
TSS MEDICAL	55,00
MULTIMEDICAL	55,37
BAXTER	57,00
FARMASAN	56,83

M

llu

@

DITTA: COLOPLAST LOTTO: 32	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70					non valutabile perché la punta del catetere non corrisponde alla descrizione del prodotto: non è a becco di flauto					
Scorrevolezza	15	discrezionale					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atraumaticità della punta	20	discrezionale					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
consistenza e rigidità del catetere	20	discrezionale					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Praticità d'uso	5	discrezionale					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Confezionamento-etichettatura: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni e indicazione d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capacità anti callabimento durante l'aspirazione	5	discrezionale					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	70										0,00

CHECK

DITTA: TELEFLEX LOTTO: 32	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. MASSIMILIANO SEPE	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA PINA GOMMA	GIUDIZIO COMPONENTE DR.SSA CLARA MORETTI	NOTE	PUNTEGGIO SEPE	PUNTEGGIO GOMMA	PUNTEGGIO MORETTI	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Scorrevolezza	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
Atraumaticità della punta	20	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO		0,80	0,80	0,80	0,80	16,00
consistenza e rigidità del catetere	20	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO		0,80	0,80	0,80	0,80	16,00
Praticità d'uso	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Confezionamento-etichettatura: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni e indicazione d'uso), chiarezza e precisione informazioni sui confezionamenti primari e secondari	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Capacità anti callabimento durante l'aspirazione	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
TOTALE	70										62,00

CHECK

Azienda	Punteggio
COLOPLAST	0,00
TELEFLEX	62,00

Ally

all

OK