RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VIDEOBRONCOSOPI FLESSIBILI MONOUSO PER LA DURATA DI 12 MESI.

N. GARA ANAC: 8565105

ID RDO N. 3015759

## VERBALE III DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE SEDUTA RISERVATA DEL 27.09.2022

Il giorno 27.09.2022 alle ore 09.30, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione di gara all'uopo nominata con Deliberazione n. 707/2022, ai fini della valutazione della documentazione tecnica presentata e successiva attribuzione dei punteggi relativi alla qualità, alla luce dei criteri stabiliti negli atti di gara.

Alle ore 9.30 la Commissione è presente in videoconferenza nelle persone dei seguenti componenti:

PRESIDENTE: Dr. Carmine Cosentino

COMPONENTE: Dr. Alessio Reginelli

COMPONENTE: Dr. Fabio Nania.

in presenza presso gli uffici della UOC Procedure d'Acquisto e Contratti della ASL di Latina: SEGRETARIO VERBALIZZANTE NON COMPONENTE: Alessandra Di Paolo.

Alle ore 9.35 il Segretario di gara dà avvio alla seduta.

La Commissione procede, quindi, all'esame della scheda tecnica presentata dalla ditta LORENZATTO. All'esito della disamina della scheda tecnica, la Commissione ritiene di aver acquisito elementi sufficienti a dichiarare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico. Pertanto, la Commissione procede alla apertura della scatola contenente la campionatura del lotto in questione trasmessa dalla citata ditta e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

II PRESIDENTE Dr. Carmine Cosentino

I COMMISSARI Dr.ri Alessio Reginelli e Fabio Nania

Mithe (

II EORNTARIO Alessandra Di

DITTA: LORENZATTO LOTTO: 1	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO I	GIUDIZIO 2	GIUDIZIO 3
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:		U		
Design compatto con Impugnatura e leva di comando confortevole ed ergonomica	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Angolazione alto/basso circa 180/160°	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Lunghezza operativa circa 60/70 cm	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Connettore di aspirazione ergonomico con facilità di collegamento al tubo di aspirazione	discrezionale	INSUFFICIENTE	INSUFFICIENTE	INSUFFICIENTE
Ampio campo visivo	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Facilità di apertura della confezione sterile e trasparente da un lato	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Alta qualità dell'immagine video	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

La Commissione procede, quindi, all'esame della scheda tecnica presentata dalla ditta PENTAX.

All'esito della disamina della scheda tecnica, la Commissione ritiene di aver acquisito elementi sufficienti a dichiarare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico. Pertanto, la Commissione procede alla apertura della scatola contenente la campionatura del lotto in questione trasmessa dalla citata ditta e alla valutazione dei campioni presentati. La Commissione si sofferma ad analizzare e valutare i campioni del lotto in questione procedendo all'assegnazione dei seguenti giudizi:

DITTA: PENTAX LOTTO: 1	CRITERIO	GIUDIZIO 1	GIUDIZIO 2	GIUDIZIO 3
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:		W		
Design compatto con Impugnatura e leva di comando confortevole ed ergonomica	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Angolazione alto/basso circa 180/160 a	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Lunghezza operativa circa 60/70 cm	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Connettore di aspirazione ergonomico con facilità di collegamento al tubo di aspirazione	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Ampio campo visivo	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO
Facilità di apertura della confezione sterile e trasparente da un lato	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
Alta qualità dell'immagine video	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	BUONO

All'esito del procedimento valutativo, la Commissione da atto di aver formulato i giudizi per l'attribuzione dei punteggi discrezionali.

La Commissione, per ciascuno degli elementi qualitativi a cui è assegnato un punteggio discrezionale, attribuisce un punteggio sulla base della seguente formula, in conformità a quanto previsto nel disciplinare di gara:

Pta= Sn (Wi\*Vai)

Pta= punteggio di valutazione tecnica dell'offerta "a"

S= sommatoria

Wi = punteggio attribuito all'elemento"i"

Vai = coefficienti dell'offerta "a" rispetto al criterio variabile tra 0 e 1

II PRESIDENTE Dr. Carmine Cosentino I COMMISSARI Dr.ri Alessio Reginelli e Fabio Nania

plo ho

II EGRETARIO Alessandra di Paglo n = numero totale degli elementi

I coefficienti V(a)i, sono determinati sulla base della media dei coefficienti (variabili tra 0 e 1), attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario, utilizzando la seguente Tabella di valutazione:

GUIDIZIO	COEFFICIENTI	
Ottimo	1,00	
Buono	0,80	
Discreto	0,60	
Sufficiente	0,40	
Insufficiente	0	

A conclusione del procedimento di valutazione, e alla luce delle richiamate formule, la Commissione formula la scheda riepilogativa riportante i punteggi attribuiti con riferimento a ogni parametro, nonché il punteggio totale conseguito da ciascun concorrente (Allegato 1 al presente verbale).

In estrema sintesi, sulla base della scheda allegata che costituisce parte integrante e ineliminabile del presente verbale, si riporta di seguito uno schema riepilogativo con il punteggio tecnico complessivo conseguito da ogni singolo concorrente:

OPERATORE ECONOMICO	PUNTEGGIO TECNICO	
AMBU	65	
PENTAX	47	
ADVANCE S.E.	38,95	
LORENZATTO	29	
BOSTON SCIENTIFIC	26,3	

La Commissione rinvia a data da destinarsi, la seduta pubblica tesa a dare lettura dei punteggi attribuiti, a procedere alla conseguente apertura delle buste contenenti le offerte economiche e ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al prezzo.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10.30

Latina, 27.09.2022

Il Presidente della Commissione

Dr. Carmina Cosentino

: P

I COMMISSARI Dr.ri Alessio Reginelli e Fabio Nania II EGREVARIO
Alessandra Di Paolo

II PRESIDENTE Dr. Carmine Cosenting

M

Il Commissario

Dr. Alessio Reginelli

Sem. En

Il Commissario

Dr. Fabio Nania

Tho he

Il Segretario

¥

Sig.ra Alessandra Di Paolo

Jederanha D Kol

II PRESIDENTE Dr. Carmine Cosentino

I COMMISSARI Dr.ri Alessio Reginelli e Fabio Nania II ECREPARIO Alessandra Diffraoro