

**RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI VIDEOBRONCOSCOPI FLESSIBILI MONOUSO PER LA DURATA DI
12 MESI OCCORRENTI ALLA ASL DI LATINA – N. GARA 8565105**

VERBALE DEFINITIVO DI CHIARIMENTI

In riferimento alla gara di cui sopra, entro i termini contemplati negli atti di gara, sono pervenuti alcuni quesiti che vengono di seguito riportati unitamente alle relative risposte.

1. Non ci è chiaro il numero di monitor che vi occorrono, potete indicarci quanti sono?

Il numero di monitor richiesti in comodato d'uso gratuito è pari a 3.

2. Nel disciplinare di gara al punto 8.1 viene richiesto invio campionatura entro il termine di presentazione dell'offerta (campionatura che non verrà resa al mittente). Tra i criteri di valutazione c'è anche la "qualità dell'immagine video" che si può valutare collegando il broncoscopio al monitor (in comodato d'uso); pertanto si chiede conferma che il monitor può essere ritirato a fine valutazione. Ringraziando, porgiamo cordiali saluti.

Si conferma che il monitor potrà essere ritirato al termine della procedura di gara.

3. In riferimento alla Procedura di gara RdO Mepa n. 3015759 del 17/05/2022, nell'impossibilità di utilizzare la piattaforma MePa in quanto il portale è attualmente non agibile per manutenzione, si invia la seguente richiesta di chiarimento a mezzo posta elettronica. Tale informazione è necessaria per poter produrre regolare offerta economica.

Nel Capitolato viene richiesto quanto di seguito: La Ditta aggiudicatrice dovrà fornire i Monitor a colori LCD in comodato d'uso gratuito.

Si chiede di specificare il numero di monitor da fornire in comodato d'uso gratuito in quanto tale dato non viene menzionato in alcun documento.

Si veda la risposta al quesito n. 1.



- 4. Buongiorno, con la presente si richiede quale sia la giusta validità dell'offerta: Sul capitolato sono indicati 360gg mentre sull'allegato 5 90gg.

Trattasi di refuso all'interno dell'allegato n. 5. Si conferma quanto stabilito nel disciplinare di gara (360 giorni).

5. In riferimento alla Procedura di gara in oggetto, si invia la seguente richiesta di chiarimento. Tale informazione è necessaria per poter produrre regolare offerta economica. Nel Capitolato viene richiesto quanto di seguito: La Ditta aggiudicatrice dovrà fornire i Monitor a colori LCD in comodato d'uso gratuito. Si chiede di specificare il numero di monitor da fornire in comodato d'uso gratuito in quanto tale dato non viene menzionato in alcun documento.

Si veda la risposta al quesito n. 1.

6. Chiediamo di indicare il numero di monitor richiesti per la procedura in oggetto.

Si veda la risposta al quesito n. 1.

IL RUP

Dott.ssa Pamela Cassandra