

CAPITOLATO TECNICO

DISPOSITIVI COMPATIBILI CON ELETTROMIOGrafo MICROMED MYOQUICK LINEA EMG PE

n.voce	Dispositivo	Quantità	Materiale sterile	Monouso
1	Elettrodi ad Ago concentrici monouso D035x30mm colore rosso	500	SI	SI
2	Elettrodi ad Ago concentrici monouso D45x40mm colore nero	500	SI	SI
3	Elettrodi per rilevazione ad anello, monopaziente, adesivo, touch proof con terminazione DIN (elettrodi necessari per la VCS, abbinabili al cavo di rilevazione o con connettore da inserire nella boccola)	100	NO	NO
4	Elettrodi adesivi monouso con cavo di 8 cm, terminale pin 1 mm elettrodo adesivo 15x20 mm (set che comprende sistemi di rilevazione: - mandrino per accessori di rilevazione con cavo schermato; - elettrodi ad anello da abbinare a cavo di stimolazione)	500	SI	SI
5	Elettrodi adesivi monouso con cavo di 8 cm, terminale pin 1 mm elettrodo adesivo 25x20 mm (set che comprende sistemi di rilevazione: - mandrino per accessori di rilevazione con cavo schermato; - elettrodi ad anello da abbinare a cavo di stimolazione)	500	SI	SI
6	Cavi per utilizzo Elettrodi di registrazione adesivi monouso EMG AD 15/25 con terminale pin 1mm (set che comprende sistemi di rilevazione: - mandrino per accessori di rilevazione con cavo schermato; - elettrodi ad anello da abbinare a cavo di stimolazione)	500	SI	SI
7	Elettrodo bipolare di stimolazione con cavo schermato di 150 cm. Connettore TOUCH PROOF con banda elastica, 2 feltrini e pomelli in acciaio, distanza 25 mm	10	NO	NO
8	Mandrino per accessori di stimolazione EMG con cavo schermato di lunghezza 100 cm e connettori TOUCH PROOF	10	NO	NO
9	Fascia di TERRA 2,5x25 L 125 + CB CLIP/TP 1 m	10	NO	NO
10	Elettrodo coppetta TOUCH PROOF 10 mm con cavo di lunghezza 90 cm	150	NO	NO

11	Cavo schermato con connettore DIN per elettrodo ad ago L=37mm D= 0,45mm	20	NO	NO
12	Barra con distanza inter elettrodo di 40 mm	10	NO	NO
13	Mandrino per accessori di rilevazione cavo schermato 100 cm e connettore DIN	15	NO	NO
14	Martelletto Triggerato con connettore RCA di uscita Trigger	2	NO	NO

LE DITTE APPALTATRICI DOVRANNO FORNIRE DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITA' E DI EQUIVALENZA DI RISULTATO.

I PRODOTTI DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLE DIRETTIVE 97/72/CEE

LE DIMENSIONI INDICATE PER LA FORNITURA DEGLI AGHI NON POSSONO SUPERARE IN DIAMETRO E LUNGHEZZA IL 10% (L'AGO SERVE A SECONDA DELLE SEDI ANATOMICHE E DEI DISTRETTI MUSCOLARI DA INVESTIGARE).

LA FORNITURA VERA' AGGIUDICATA SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART. 95 DEL D.LGS 50/2016.

		ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO	
	IL MATERIALE SOPRAELENCATO DEVE ASSOLUTAMENTE RISPETTARE I SEGUENTI CRITERI:	CRITERI	PUNTEGGIO
A	resistenza dei cavi degli aghi e degli elettrodi	DISCREZIONALE	15
B	qualità di schermatura per evitare interferenze elettriche esterne	DISCREZIONALE	10
C	facilità di connessione con le apparecchiature in uso	DISCREZIONALE	10
D	possibilità di disinfezione con i comuni detergenti utilizzati in ambito sanitario	TABELLARE	5
E	ergonomia e semplicità d'uso	DISCREZIONALE	5
F	atraumaticità degli aghi	DISCREZIONALE	10
G	confezionati singolarmente	TABELLARE	5
H	buona adesività degli elettrodi alla cute	DISCREZIONALE	10
			TOTALE 70 PUNTI

DATA

18.09.2022

FIRMA E TIMBRO
 AZIENDA OSPEDALIERA LATINA
 Ospedale "S. M. GIORGETTI" Latina
 U.O.C. NEUROLOGIA
 DIRETTORE U.O.C.
 Dott. GIORGIO DIAZIO
 111 110661 32 0 2213

**DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI ASTENSIONE
RELATIVAMENTE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL CAPITOLATO TECNICO**

OGGETTO: RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA BIENNALE DI CONSUMABILI COMPATIBILI PER ESAMI ELETTROMIOGRAFICI DA DESTINARE ALLA UOC DI NEUROLOGIA DEL P.O. S.M. GORETTI DI LATINA.

Con riferimento alla gara indicata in oggetto, si comunica alla S.V. che la trasmissione al RUP del capitolato tecnico implica il Suo impegno ad uniformarsi agli obblighi di trasparenza e anticorruzione dettati dalla normativa nazionale e recepiti nel Piano Nazionale Anticorruzione e nel Piano Aziendale Anticorruzione.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in casi di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, la S.V. dichiara quanto segue:

Dichiara

- 1) di aver redatto il Capitolato tecnico relativo alla procedura in oggetto, uniformandosi ai principi di trasparenza, imparzialità e di riservatezza;
- 2) che le caratteristiche tecniche e prestazionali, descritte nel predetto Capitolato, consentono la più ampia partecipazione degli Operatori Economici specializzati nel settore merceologico di cui al presente appalto;
- 3) di essere consapevole che è causa di incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel corso dell'ultimo biennio incarichi, mandati, compiti mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni assimilabili presso operatori economici che potrebbero partecipare in veste di concorrenti alla gara indicata in oggetto in quanto specializzati nel settore merceologico interessato;
- 4) di non avere interessi propri, finanziari e non, diretti e indiretti, che possano essere in conflitto, anche soltanto potenziale, con gli obblighi cui al precedente punto; in particolare che non sussistono interessi finanziari e non, del coniuge, dei parenti entro il quarto grado e/o di soggetti conviventi, di persone collegate (amici, conoscenti, ecc.) o di organizzazioni di cui il sottoscritto o il coniuge o i parenti entro il quarto grado e/o i conviventi siano amministratori o dirigenti, in conflitto con la predisposizione del predetto capitolato;
- 5) che non sussistono cause di incompatibilità secondo quanto indicato ai precedenti punti.

Data, 18.09.2022

AZIENDA ~~Firmata~~ LATINA
Ospedale "S. M. GORETTI" Latina
U.O.C. NEUROLOGIA
DIRETTORE I.R.
Dott. GIOVANNI DI FAZIO
11 1105443202213