

LOTTO 1

KIT RETRIVER E MICROCATETERE PER TROMBECTOMIA NEURO: kit composto da Retrifer con celle ortogonali totalmente ridispaz. aperto in punta e Microcatetere compatibile. Diametro del Retrifer da 3 a 6 mm. Lunghezze da 20 a 30 mm

DITTA: KASTER SRL	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE	GIUDIZIO COMPONENTE	GIUDIZIO COMPONENTE	NOTE	PUNTEGGIO PELLE	PUNTEGGIO MEO	PUNTEGGIO MESSINA	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Radiopacità e visibilità	20	Discrezionale	OTTIMO	BUONO	OTTIMO		1,00	0,80	1,00	0,93	18,67
Automatizzabilità	10	Discrezionale	DISCRETO	BUONO	DISCRETO		0,60	0,80	0,60	0,67	6,67
Trackability	20	Discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO		0,80	0,80	0,80	0,80	16,00
Potere di cattura del trombo	20	Discrezionale	OTTIMO	BUONO	OTTIMO		1,00	0,80	1,00	0,93	18,67
TOTALE	70										

40,00 C/ELC

DITTA: MEDTRONIC SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DOIT. PELLE	GIUDIZIO COMPONENTE DOIT. MESSINA	GIUDIZIO COMPONENTE DOIT. MESSINA	NOTE	PUNTEGGIO PELLE	PUNTEGGIO MEO	PUNTEGGIO MESSINA	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70										
Radiopacità e visibilità	20	Discrezionale	SUFFICIENTE	BUONO	SUFFICIENTE		0,40	0,80	0,40	0,53	10,67
Automatizzabilità	10	Discrezionale	DISCRETO	BUONO	DISCRETO		0,60	0,80	0,60	0,67	6,67
Trackability	20	Discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO		0,80	0,80	0,80	0,80	16,00
Potere di cattura del trombo	20	Discrezionale	SUFFICIENTE	BUONO	SUFFICIENTE		0,40	0,80	0,40	0,53	10,67
TOTALE	70										

40,00 C/ELC

Adesione	Punteggio
KASTER SRL	10,00
MEDTRONIC SPA	40,00

IN BASE ALLA VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ DI
RISPONDERE AI CRITERI DI VALUTAZIONE
IN BASE ALLE SUE CARATTERISTICHE
TECNICHE E ALLE SUE CARATTERISTICHE
CLINICHE, IL COMITATO DI VALUTAZIONE
HA SCELTO MEDTRONIC SPA PER IL TRAPIANTO
DI RENE.

QUESTO È
UN DOCUMENTO
LA CUI VALIDITÀ È
SOGGETTA ALLA
VERIFICA DELLA
AUTENTICITÀ
DELLA FIRMA

Walter Pelle Giverni

Alessandro De Mico