


	Ragione Sociale	criteri	modalità	punt.MAX	media coeff.	punteggio	giudizio A	coeff.A	giudizio B	coeff.B	giudizio C	coeff.C	punteggio offerta tecnica	osservazioni
							Dr. Sepe		Dr. Vingolo		Dr.ssa Coratti			
	ALCON ITALIA												55	
Lotto 1		frequenza di lavoro compresa tra 27 e 36 KHz	t	5		5	si		si		si			
		Punte FACO angolate (30°), con superficie di taglio a 0 e 30°	t	5		5	si		si		si			
		U/S con movimenti torsionali	t	5		5	si		si		si			
		U/S con movimenti ellissoidali	t	5		0	no		no		no			
		controllo doppio lineare.	t	5		0	no		no		no			
		manipoli sterilizzabili a matita diatermica	t	5		5	si		si		si			
		frequenza minima di taglio inferiore a 400 tagli/minuto	t	5		5	si		si		si			
		controllo della frequenza di taglio doppio lineare	t	5		0	no		no		no			
		interfaccia utente completa intuitiva e semplice nella programmazione	d	6	1	6	ottimo	1	ottimo	1	ottimo	1		
		qualità manipoli faco e punte, sleeve, scatole di sterilizzazione	d	6	1	6	ottimo	1	ottimo	1	ottimo	1		
		efficacia dei sistemi anticollasso	d	6	1	6	ottimo	1	ottimo	1	ottimo	1		
		efficacia facoemulsificazione dell'apparato	d	6	1	6	ottimo	1	ottimo	1	ottimo	1		
		qualità e funzionalità cassette fluidica, deflussore, tubi di aspirazione	d	6	1	6	ottimo	1	ottimo	1	ottimo	1		
Lotto 1	AMO ITALY SRL												44,2	
		frequenza di lavoro compresa tra 27 e 36 KHz	t	5		0	no		no		no			
		Punte FACO angolate (30°), con superficie di taglio a 0 e 30°	t	5		5	si		si		si			
		U/S con movimenti torsionali	t	5		0	no		no		no			
		U/S con movimenti ellissoidali	t	5		5	si		si		si			
		controllo doppio lineare.	t	5		5	si		si		si			
		manipoli sterilizzabili a matita diatermica	t	5		5	si		si		si			
		frequenza minima di taglio inferiore a 400 tagli/minuto	t	5		0	no		no		no			
		controllo della frequenza di taglio doppio lineare	t	5		5	si		si		si			
		interfaccia utente completa intuitiva e semplice nella programmazione	d	6	0,4	2,4	discreto	0,4	discreto	0,4	discreto	0,4		interfaccia non pienamente intuitiva nella fase di programmazione
		qualità manipoli faco e punte, sleeve, scatole di sterilizzazione	d	6	1	6	ottimo	1	ottimo	1	ottimo	1		
		efficacia dei sistemi anticollasso	d	6	0,4	2,4	discreto	0,4	discreto	0,4	discreto	0,4		non ottimale tenuta di camera in condizioni estreme con pompa venturi
		efficacia facoemulsificazione dell'apparato	d	6	0,4	2,4	discreto	0,4	discreto	0,4	discreto	0,4		difficoltà nella gestione delle cataratte ipermature
		qualità e funzionalità cassette fluidica, deflussore, tubi di aspirazione	d	6	1	6	ottimo	1	ottimo	1	ottimo	1		
Lotto 1	OPTIKON 2000 SPA - SOCIETÀ UNIPERSONALE												44,2	
		frequenza di lavoro compresa tra 27 e 36 KHz	t	5		0	no		no		no			
		Punte FACO angolate (30°), con superficie di taglio a 0 e 30°	t	5		5	si		si		si			
		U/S con movimenti torsionali	t	5		0	no		no		no			
		U/S con movimenti ellissoidali	t	5		0	no		no		no			
		controllo doppio lineare.	t	5		5	si		si		si			
		manipoli sterilizzabili a matita diatermica	t	5		5	si		si		si			
		frequenza minima di taglio inferiore a 400 tagli/minuto	t	5		5	si		si		si			
		controllo della frequenza di taglio doppio lineare	t	5		5	si		si		si			
		interfaccia utente completa intuitiva e semplice nella programmazione	d	6	0,4	2,4	discreto	0,4	discreto	0,4	discreto	0,4		interfaccia non pienamente intuitiva nella fase di programmazione
		qualità manipoli faco e punte, sleeve, scatole di sterilizzazione	d	6	1	6	ottimo	1	ottimo	1	ottimo	1		
		efficacia dei sistemi anticollasso	d	6	0,4	2,4	discreto	0,4	discreto	0,4	discreto	0,4		non ottimale tenuta di camera in condizioni estreme con pompa venturi
		efficacia facoemulsificazione dell'apparato	d	6	0,4	2,4	discreto	0,4	discreto	0,4	discreto	0,4		difficoltà nella gestione delle cataratte ipermature
		qualità e funzionalità cassette fluidica, deflussore, tubi di aspirazione	d	6	1	6	ottimo	1	ottimo	1	ottimo	1		
Lotto 1	Tec Med S.r.l.												60	
		frequenza di lavoro compresa tra 27 e 36 KHz	t	5		5	si		si		si			
		Punte FACO angolate (30°), con superficie di taglio a 0 e 30°	t	5		5	si		si		si			
		U/S con movimenti torsionali	t	5		0	no		no		no			
		U/S con movimenti ellissoidali	t	5		0	no		no		no			
		controllo doppio lineare.	t	5		5	si		si		si			
		manipoli sterilizzabili a matita diatermica	t	5		5	si		si		si			
		frequenza minima di taglio inferiore a 400 tagli/minuto	t	5		5	si		si		si			

 24.10.2023


	Ragione Sociale	criteri	modalità	punt.MAX	punteggio	giudizio A	giudizio B	giudizio C	punteggio offerta tecnica	osservazioni
						Dr. Sepe	Dr. Vingolo	Dr.ssa Coratti		
Lotto 2	ALCON ITALIA								55	
		frequenza minima di taglio inferiore a 400 tagli/minuto	t	5	5	si	si	si		
		controllo della aspirazione e frequenza di taglio doppio lineare	t	5	0	no	no	no		
		doppia linea di aspirazione indipendente	t	5	5	si	si	si		
		vitrectomi bi-blade	t	5	5	si	si	si		
		U/S con movimenti torsionali e/o ellissoidali	t	5	5	si	si	si		
		controllo doppio lineare aspirazione/US	t	5	0	no	no	no		
		presenza di filtri cromatici	t	5	0	no	no	no		
		qualità fonti luce e laser e delle relative fibre ottiche	d	5	5	ottimo	ottimo	ottimo		
		interfaccia utente completa intuitiva e semplice nella program	d	6	6	ottimo	ottimo	ottimo		
		stabilità retina distaccata durante lo shaving	d	6	6	ottimo	ottimo	ottimo		
		qualità materiali di consumo	d	6	6	ottimo	ottimo	ottimo		
		qualità manipoli faco, punte, sleeve e scatole di sterilizzazione	d	6	6	ottimo	ottimo	ottimo		
		qualità e funzionalità cassette fluidica, deflussore, tubi di aspira	d	6	6	ottimo	ottimo	ottimo		
Lotto 2	Tec Med S.r.l.								65	
		frequenza minima di taglio inferiore a 400 tagli/minuto	t	5	5	si	si	si		
		controllo della aspirazione e frequenza di taglio doppio lineare	t	5	5	si	si	si		
		doppia linea di aspirazione indipendente	t	5	5	si	si	si		
		vitrectomi bi-blade	t	5	5	si	si	si		
		U/S con movimenti torsionali e/o ellissoidali	t	5	0	no	no	no		
		controllo doppio lineare aspirazione/US	t	5	5	si	si	si		
		presenza di filtri cromatici	t	5	5	si	si	si		
		qualità fonti luce e laser e delle relative fibre ottiche	d	5	5	ottimo	ottimo	ottimo		
		interfaccia utente completa intuitiva e semplice nella program	d	6	6	ottimo	ottimo	ottimo		
		stabilità retina distaccata durante lo shaving	d	6	6	ottimo	ottimo	ottimo		
		qualità materiali di consumo	d	6	6	ottimo	ottimo	ottimo		
		qualità manipoli faco, punte, sleeve e scatole di sterilizzazione	d	6	6	ottimo	ottimo	ottimo		
		qualità e funzionalità cassette fluidica, deflussore, tubi di aspira	d	6	6	ottimo	ottimo	ottimo		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	Ragione Sociale	criteri	modalità	punt.MAX	punteggio	giudizio A	giudizio B	giudizio C	punteggio offerta tecnica	osservazioni
						Dr. Sepe	Dr. Vingolo	Dr.ssa Coratti		
Lotto 3	BETATEX S.P.A.								52	
		qualità camici monouso	d	10	8	distinto	distinto	distinto		
		presenza di doppia sacca raccogli liquidi nel telo copri paziente	t	5	5	si	si	si		
		telo copri paziente con larghezza >100cm e lunghezza >160cm	t	5	5	si	si	si		
		misure adesivo trasparente buco occhio telo paziente ≥ 10cmx1	t	5	5	si	si	si		
		qualità teli con bordo adesivo copri servitore	d	5	1	sufficiente	sufficiente	sufficiente		telo copri servitore piccolo senza bordo adesivo
		capacità di taglio bisturi (prova pratica)	d	15	3	sufficiente	sufficiente	sufficiente		lame spuntate e con ridotta capacità di taglio
		siringhe silicon free	t	10	10	si	si	si		
		qualità cannule	d	5	5	ottimo	ottimo	ottimo		
		qualità guscio trasparente di protezione oculare	d	5	5	ottimo	ottimo	ottimo		
		qualità benda oculare con adesivo	d	5	5	ottimo	ottimo	ottimo		
Lotto 3	MEDIKA VISION UNIPERSONALE								46	
		qualità camici monouso	d	10	2	sufficiente	sufficiente	sufficiente		scarsa qualità cuciture (buco tra manica e polsino)
		presenza di doppia sacca raccogli liquidi nel telo copri paziente	t	5	5	si	si	si		
		telo copri paziente con larghezza >100cm e lunghezza >160cm	t	5	5	si	si	si		
		misure adesivo trasparente buco occhio telo paziente ≥ 10cmx1	t	5	5	si	si	si		
		qualità teli con bordo adesivo copri servitore	d	5	1	sufficiente	sufficiente	sufficiente		no teli adesivi
		capacità di taglio bisturi (prova pratica)	d	15	3	sufficiente	sufficiente	sufficiente		lame spuntate e con ridotta capacità di taglio
		siringhe silicon free	t	10	10	si	si	si		
		qualità cannule	d	5	5	ottimo	ottimo	ottimo		
		qualità guscio trasparente di protezione oculare	d	5	5	ottimo	ottimo	ottimo		
		qualità benda oculare con adesivo	d	5	5	ottimo	ottimo	ottimo		
Lotto 3	OPTARISTON OFTALMOLOGIA								68	
		qualità camici monouso	d	10	8	distinto	distinto	distinto		
		presenza di doppia sacca raccogli liquidi nel telo copri paziente	t	5	5	si	si	si		
		telo copri paziente con larghezza >100cm e lunghezza >160cm	t	5	5	si	si	si		
		misure adesivo trasparente buco occhio telo paziente ≥ 10cmx1	t	5	5	si	si	si		
		qualità teli con bordo adesivo copri servitore	d	5	5	ottimo	ottimo	ottimo		
		capacità di taglio bisturi (prova pratica)	d	15	15	ottimo	ottimo	ottimo		
		siringhe silicon free	t	10	10	si	si	si		
		qualità cannule	d	5	5	ottimo	ottimo	ottimo		
		qualità guscio trasparente di protezione oculare	d	5	5	ottimo	ottimo	ottimo		
		qualità benda oculare con adesivo	d	5	5	ottimo	ottimo	ottimo		
Lotto 3	OPTIKON 2000 SPA - SOCIETA' UNIPERSONALE								63	
		qualità camici monouso	d	10	8	distinto	distinto	distinto		
		presenza di doppia sacca raccogli liquidi nel telo copri paziente	t	5	5	si	si	si		
		telo copri paziente con larghezza >100cm e lunghezza >160cm	t	5	5	si	si	si		
		misure adesivo trasparente buco occhio telo paziente ≥ 10cmx1	t	5	0	no	no	no		
		qualità teli con bordo adesivo copri servitore	d	5	5	ottimo	ottimo	ottimo		
		capacità di taglio bisturi (prova pratica)	d	15	15	ottimo	ottimo	ottimo		
		siringhe silicon free	t	10	10	si	si	si		
		qualità cannule	d	5	5	ottimo	ottimo	ottimo		
		qualità guscio trasparente di protezione oculare	d	5	5	ottimo	ottimo	ottimo		
		qualità benda oculare con adesivo	d	5	5	ottimo	ottimo	ottimo		
	Tec Med S.r.l.								68	
		qualità camici monouso	d	10	8	distinto	distinto	distinto		
		presenza di doppia sacca raccogli liquidi nel telo copri paziente	t	5	5	si	si	si		
		telo copri paziente con larghezza >100cm e lunghezza >160cm	t	5	5	si	si	si		

[Handwritten signatures]

Lotto 3		misure adesivo trasparente buco occhio telo paziente $\geq 10\text{cm} \times 1$	t	5	5	si	si	si		
		qualità teli con bordo adesivo copri servitore	d	5	5	ottimo	ottimo	ottimo		
		capacità di taglio bisturi (prova pratica)	d	15	15	ottimo	ottimo	ottimo		
		siringhe silicon free	t	10	10	si	si	si		
		qualità cannule	d	5	5	ottimo	ottimo	ottimo		
		qualità guscio trasparente di protezione oculare	d	5	5	ottimo	ottimo	ottimo		
		qualità benda oculare con adesivo	d	5	5	ottimo	ottimo	ottimo		
Lotto 3	TECNOFTALMICA S.R.L. ✓								56	
		qualità camici monouso	d	10	8	distinto	distinto	distinto		
		presenza di doppia sacca raccogli liquidi nel telo copri paziente	t	5	5	si	si	si		
		telo copri paziente con larghezza $>100\text{cm}$ e lunghezza $>160\text{cm}$	t	5	5	si	si	si		
		misure adesivo trasparente buco occhio telo paziente $\geq 10\text{cm} \times 1$	t	5	5	si	si	si		
		qualità teli con bordo adesivo copri servitore	d	5	5	ottimo	ottimo	ottimo		
		capacità di taglio bisturi (prova pratica)	d	15	3	sufficiente	sufficiente	sufficiente		lame spuntate e con ridotta capacità di taglio
		siringhe silicon free	t	10	10	si	si	si		
		qualità cannule	d	5	5	ottimo	ottimo	ottimo		
		qualità guscio trasparente di protezione oculare	d	5	5	ottimo	ottimo	ottimo		
		qualità benda oculare con adesivo	d	5	5	ottimo	ottimo	ottimo		