

	Ragione Sociale	criteri	modalità	punt.MAX	Vmax	V/F	media coeff.	punteggio	giudizio A	giudizio B	giudizio C	punteggio offerta tecnica	osservazioni
									Dr. Sepe	Dr. Vingolo	Dr.ssa Coratti		
Lotto 4	ALCON ITALIA											60,9	
		viscosità soluzione 1° siringa compresa tra 20000 e 80000 cps	t	7				7	si	si	si		
		coesività soluzione 1° siringa bassa (prova pratica)	d	7			1	7	ottimo	ottimo	ottimo		
		adesività soluzione 1° siringa alta (prova pratica)	d	7			1	7	ottimo	ottimo	ottimo		
		trasparenza soluzione 1° siringa	d	7			1	7	ottimo	ottimo	ottimo		
		volume soluzione 1° siringa (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	7	1,5	0,5		2,33					
		viscosità soluzione 2° siringa compresa tra 20000 e 80000 cps	t	7				7	si	si	si		
		coesività soluzione 2° siringa bassa (prova pratica)	d	7			1	7	ottimo	ottimo	ottimo		
		adesività soluzione 2° siringa alta (prova pratica)	d	7			1	7	ottimo	ottimo	ottimo		
		trasparenza soluzione 2° siringa	d	7			1	7	ottimo	ottimo	ottimo		
Lotto 4	ALFA INTES											53,67	
		viscosità soluzione 1° siringa compresa tra 20000 e 80000 cps	t	7				0	no	no	no		
		coesività soluzione 1° siringa bassa (prova pratica)	d	7			1	7	ottimo	ottimo	ottimo		
		adesività soluzione 1° siringa alta (prova pratica)	d	7			0,6	4,2	buono	buono	buono		rif 1 non tiene bene la camera durante la capsuloressi
		trasparenza soluzione 1° siringa	d	7			1	7	ottimo	ottimo	ottimo		
		volume soluzione 1° siringa (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	7	1,5	1,1		5,13					
		viscosità soluzione 2° siringa compresa tra 20000 e 80000 cps	t	7				7					
		coesività soluzione 2° siringa bassa (prova pratica)	d	7			0,6	4,2	buono	buono	buono		rif 2 il viscoelastico esce subito tutto insieme anche prima di aver inserito e sistemato la lente nel sacco
		adesività soluzione 2° siringa alta (prova pratica)	d	7			1	7	ottimo	ottimo	ottimo		
		trasparenza soluzione 2° siringa	d	7			1	7	ottimo	ottimo	ottimo		
Lotto 4	AMO ITALY SRL											55,53	
		viscosità soluzione 1° siringa compresa tra 20000 e 80000 cps	t	7				7	si	si	si		
		coesività soluzione 1° siringa bassa (prova pratica)	d	7			1	7	ottimo	ottimo	ottimo		
		adesività soluzione 1° siringa alta (prova pratica)	d	7			1	7	ottimo	ottimo	ottimo		
		trasparenza soluzione 1° siringa	d	7			1	7	ottimo	ottimo	ottimo		
		volume soluzione 1° siringa (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	7	1,5	0,85		3,97					
		viscosità soluzione 2° siringa compresa tra 20000 e 80000 cps	t	7				0	no	no	no		
		coesività soluzione 2° siringa bassa (prova pratica)	d	7			1	7	ottimo	ottimo	ottimo		
		adesività soluzione 2° siringa alta (prova pratica)	d	7			1	7	ottimo	ottimo	ottimo		
		trasparenza soluzione 2° siringa	d	7			1	7	ottimo	ottimo	ottimo		
Lotto 4	DIEMME DISPOSITIVI MEDICI S.R.L.											63,23	
		viscosità soluzione 1° siringa compresa tra 20000 e 80000 cps	t	7				7	si	si	si		
		coesività soluzione 1° siringa bassa (prova pratica)	d	7			1	7	ottimo	ottimo	ottimo		
		adesività soluzione 1° siringa alta (prova pratica)	d	7			1	7	ottimo	ottimo	ottimo		
		trasparenza soluzione 1° siringa	d	7			1	7	ottimo	ottimo	ottimo		
		volume soluzione 1° siringa (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	7	1,5	0,55		2,57					
		viscosità soluzione 2° siringa compresa tra 20000 e 80000 cps	t	7				7	si	si	si		
		coesività soluzione 2° siringa bassa (prova pratica)	d	7			1	7	ottimo	ottimo	ottimo		
		adesività soluzione 2° siringa alta (prova pratica)	d	7			1	7	ottimo	ottimo	ottimo		
		trasparenza soluzione 2° siringa	d	7			1	7	ottimo	ottimo	ottimo		
Lotto 4	OPTARISTON OFTALMOLOGIA											42,47	
		viscosità soluzione 1° siringa compresa tra 20000 e 80000 cps	t	7				0	no	no	no		
		coesività soluzione 1° siringa bassa (prova pratica)	d	7			0,8	5,6	distinto	distinto	distinto		prodotto coesivo
		adesività soluzione 1° siringa alta (prova pratica)	d	7			1	7	ottimo	ottimo	ottimo		adesività ottima nonostante il prodotto coesivo
		trasparenza soluzione 1° siringa	d	7			0	0	insufficiente	insufficiente	insufficiente		rif 1 miriade di gocce di silicone nella soluzione
		volume soluzione 1° siringa (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	7	1,5	1,5		7					
		viscosità soluzione 2° siringa compresa tra 20000 e 80000 cps	t	7				0	no	no	no		
		coesività soluzione 2° siringa bassa (prova pratica)	d	7			0,8	5,6	distinto	distinto	distinto		prodotto coesivo

Scusi

Misere

Scusi

	Ragione Sociale	criteri	modalità	punt.MAX	Vmax	V/F	media coeff.	punteggio	giudizio A	giudizio B	giudizio C	punteggio offerta tecnica	osservazioni
									Dr. Sepe	Dr. Vingolo	Dr.ssa Coratti		
Lotto 5	ALFA INTES											44	
		viscosità a 20°C compresa tra 30000 e 62000 mPas a ShR 0sec	t	10				0	no	no	no		
		coesività soluzione media (prova pratica)	d	15			0,8	12	distinto	distinto	distinto		
		adesività soluzione media (prova pratica)	d	15			0,4	6	discreto	discreto	discreto		
		trasparenza soluzione	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo		
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	15	1,5	1,1		11					
Lotto 5	AMO ITALY SRL											42,5	
		viscosità a 20°C compresa tra 30000 e 62000 mPas a ShR 0sec	t	10				0	no	no	no		
		coesività soluzione media (prova pratica)	d	15			0,8667	13	ottimo	distinto	distinto		equilibrio tra caratteristiche coesive e dispersive
		adesività soluzione media (prova pratica)	d	15			0,4	6	discreto	discreto	discreto		
		trasparenza soluzione	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo		
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	15	1,5	0,85		8,5					
Lotto 5	DIEMME DISPOSITIVI MEDICI S.R.L.											43	
		viscosità a 20°C compresa tra 30000 e 62000 mPas a ShR 0sec	t	10				0	no	no	no		
		coesività soluzione media (prova pratica)	d	15			0,8	12	distinto	distinto	distinto		
		adesività soluzione media (prova pratica)	d	15			0,4	6	discreto	discreto	discreto		
		trasparenza soluzione	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo		
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	15	1,5	1		10					
Lotto 5	FIDIA FARMACEUTICI											56	
		viscosità a 20°C compresa tra 30000 e 62000 mPas a ShR 0sec	t	10				0	no	no	no		
		coesività soluzione media (prova pratica)	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo		ottimo equilibrio tra caratteristiche coesive e dispersive
		adesività soluzione media (prova pratica)	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo		ottimo equilibrio tra caratteristiche coesive e dispersive
		trasparenza soluzione	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo		
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	15	1,5	1,1		11					
Lotto 5	MEDIKA VISION UNIPERSONALE											44	
		viscosità a 20°C compresa tra 30000 e 62000 mPas a ShR 0sec	t	10				0	no	no	no		
		coesività soluzione media (prova pratica)	d	15			0,8	12	distinto	distinto	distinto		
		adesività soluzione media (prova pratica)	d	15			0,4	6	discreto	discreto	discreto		
		trasparenza soluzione	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo		
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	15	1,5	1,1		11					
Lotto 5	OPTARISTON OFTALMOLOGIA											48	
		viscosità a 20°C compresa tra 30000 e 62000 mPas a ShR 0sec	t	10				0	no	no	no		
		coesività soluzione media (prova pratica)	d	15			0,8	12	distinto	distinto	distinto		
		adesività soluzione media (prova pratica)	d	15			0,4	6	discreto	discreto	discreto		
		trasparenza soluzione	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo		
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	15	1,5	1,5		15					
Lotto 5	OPTIKON 2000 SPA - SOCIETA' UNIPERSONALE											43	
		viscosità a 20°C compresa tra 30000 e 62000 mPas a ShR 0sec	t	10				0	no	no	no		
		coesività soluzione media (prova pratica)	d	15			0,8	12	distinto	distinto	distinto		
		adesività soluzione media (prova pratica)	d	15			0,4	6	discreto	discreto	discreto		
		trasparenza soluzione	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo		
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	15	1,5	1		10					
Lotto 5	Tec Med S.r.l.											66	
		viscosità a 20°C compresa tra 30000 e 62000 mPas a ShR 0sec	t	10				10	no	no	no		
		coesività soluzione media (prova pratica)	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo		equilibrio tra caratteristiche coesive e dispersive
		adesività soluzione media (prova pratica)	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo		equilibrio tra caratteristiche coesive e dispersive
		trasparenza soluzione	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo		
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	15	1,5	1,1		11					
Lotto 5	TECNOFTALMICA S.R.L.											48	
		viscosità a 20°C compresa tra 30000 e 62000 mPas a ShR 0sec	t	10				0	no	no	no		
		coesività soluzione media (prova pratica)	d	15			0,8	12	distinto	distinto	distinto		
		adesività soluzione media (prova pratica)	d	15			0,4	6	discreto	discreto	discreto		
		trasparenza soluzione	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo		

	Ragione Sociale	criteri	modalità	punt.MAX	Vmax	V/F	media coeff.	punteggio	giudizio A	giudizio B	giudizio C	punteggio offerta tecnica	osservazioni
									Dr. Sepe	Dr. Vingolo	Dr.ssa Coratti		
Lotto 6	ALFA INTES ✓											45	
		viscosità a 20°C compresa tra 2500 e 11000 mPas a ShR 0sec	t	10				10	si	si	si		
		possibilità di lasciare la sostanza viscoelastica nell'occhio	t	15				0	no	no	no		
		adesività soluzione alta (prova pratica)	d	15			0,6	9	buono	buono	buono		il viscoelastico è coesivo e non dispersivo, l'adesività è una delle caratteristiche dei viscoelastici dispersivi.
		trasparenza soluzione	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo		
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	15	1,5	1,1		11					
Lotto 6	DIEMME DISPOSITIVI MEDICI S.R.L. ✓											44	
		viscosità a 20°C compresa tra 2500 e 11000 mPas a ShR 0sec	t	10				10	si	si	si		
		possibilità di lasciare la sostanza viscoelastica nell'occhio	t	15				0	no	no	no		
		adesività soluzione alta (prova pratica)	d	15			0,6	9	buono	buono	buono		il viscoelastico è coesivo e non dispersivo, l'adesività è una delle caratteristiche dei viscoelastici dispersivi.
		trasparenza soluzione	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo		
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	15	1,5	1		10					
Lotto 6	FIDIA FARMACEUTICI ✓											66	
		viscosità a 20°C compresa tra 2500 e 11000 mPas a ShR 0sec	t	10				10	si	si	si		
		possibilità di lasciare la sostanza viscoelastica nell'occhio	t	15				15	si	si	si		
		adesività soluzione alta (prova pratica)	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo		
		trasparenza soluzione	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo		
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	15	1,5	1,1		11					
Lotto 6	MEDIKA VISION UNIPERSONALE ✓											45	
		viscosità a 20°C compresa tra 2500 e 11000 mPas a ShR 0sec	t	10				10	si	si	si		
		possibilità di lasciare la sostanza viscoelastica nell'occhio	t	15				0	no	no	no		
		adesività soluzione alta (prova pratica)	d	15			0,6	9	buono	buono	buono		il viscoelastico è coesivo e non dispersivo, l'adesività è una delle caratteristiche dei viscoelastici dispersivi.
		trasparenza soluzione	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo		
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	15	1,5	1,1		11					
Lotto 6	Tec Med S.r.l. ✓											65	
		viscosità a 20°C compresa tra 2500 e 11000 mPas a ShR 0sec	t	10				10	si	si	si		
		possibilità di lasciare la sostanza viscoelastica nell'occhio	t	15				15	si	si	si		
		adesività soluzione alta (prova pratica)	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo		
		trasparenza soluzione	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo		
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	15	1,5	1		10					
Lotto 6	TECNOFTALMICA S.R.L. ✓											49	
		viscosità a 20°C compresa tra 2500 e 11000 mPas a ShR 0sec	t	10				10	si	si	si		
		possibilità di lasciare la sostanza viscoelastica nell'occhio	t	15				0	no	no	no		
		adesività soluzione alta (prova pratica)	d	15			0,6	9	buono	buono	buono		il viscoelastico è coesivo e non dispersivo, l'adesività è una delle caratteristiche dei viscoelastici dispersivi.
		trasparenza soluzione	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo		
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	15	1,5	1,5		15					

Muscarelli
 10/10
 10/10

	Ragione Sociale	criteri	modalità	punt.MAX	Vmax	V/F	media coeff.	punteggio	giudizio A	giudizio B	giudizio C	punteggio offerta tecnica	osservazioni
									Dr. Sepe	Dr. Vingolo	Dr.ssa Coratti		
Lotto 7	AMO ITALY SRL											63,5	
		viscosità a 25°C compresa tra 40000 e 60000 cps	t	10		vero		10	si	si	si		
		coesività soluzione bassa (prova pratica)	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo		
		adesività soluzione alta (prova pratica)	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo		
		trasparenza soluzione	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo		
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	15	1,5	0,85		8,5					
Lotto 7	CARL ZEISS S.P.A. CON SOCIO UNICO											63,5	
		viscosità a 25°C compresa tra 40000 e 60000 cps	t	10				10	si	si	si		
		coesività soluzione bassa (prova pratica)	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo		
		adesività soluzione alta (prova pratica)	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo		
		trasparenza soluzione	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo		
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	15	1,5	0,85		8,5					
Lotto 7	DIEMME DISPOSITIVI MEDICI S.R.L.											43	
		viscosità a 25°C compresa tra 40000 e 60000 cps	t	10				0	no	no	no		
		coesività soluzione bassa (prova pratica)	d	15			0,6	9	buono	buono	buono		un po' troppo coesivo
		adesività soluzione alta (prova pratica)	d	15			0,6	9	buono	buono	buono		poco dispersivo (l'adesività è proporzionale alla dispersività)
		trasparenza soluzione	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo		
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	15	1,5	1		10					
Lotto 7	OPTARISTON OFTALMOLOGIA											48	
		viscosità a 25°C compresa tra 40000 e 60000 cps	t	10				0	no	no	no		
		coesività soluzione bassa (prova pratica)	d	15			0,6	9	buono	buono	buono		un po' troppo coesivo
		adesività soluzione alta (prova pratica)	d	15			0,6	9	buono	buono	buono		poco dispersivo (l'adesività è proporzionale alla dispersività)
		trasparenza soluzione	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo		
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	15	1,5	1,5		15					
Lotto 7	TECNOFTALMICA S.R.L.											48	
		viscosità a 25°C compresa tra 40000 e 60000 cps	t	10		falso		0	no	no	no		
		coesività soluzione bassa (prova pratica)	d	15			0,6	9	buono	buono	buono		un po' troppo coesivo
		adesività soluzione alta (prova pratica)	d	15			0,6	9	buono	buono	buono		poco dispersivo (l'adesività è proporzionale alla dispersività)
		trasparenza soluzione	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo		
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	15	1,5	1,5		15					

M. Sepe

Dr. Vingolo