



	Ragione Sociale	criteri	modalità	punt.MAX	Vmax	V/F	media coeff.	punteggio	giudizio A	giudizio B	giudizio C	punteggio offerta tecnica	osservazioni
									Dr. Sepe	Dr. Vingolo	Dr.ssa Coratti		
Lotto 8	ALCON ITALIA											51,5	
		viscosità a 25°C compresa tra 300000 mPas	t	10				10	si	si	si		
		coesività soluzione alta (prova pratica)	d	15			0,6	9	buono	buono	buono		
		adesività soluzione bassa (prova pratica)	d	15			0,6	9	buono	buono	buono		
		trasparenza soluzione	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo		
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	15	1,5	0,85		8,5					
Lotto 8	ALFA INTES											54	
		viscosità a 25°C compresa tra 300000 mPas	t	10				10	si	si	si		
		coesività soluzione alta (prova pratica)	d	15			0,6	9	buono	buono	buono		
		adesività soluzione bassa (prova pratica)	d	15			0,6	9	buono	buono	buono		
		trasparenza soluzione	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo		
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	15	1,5	1,1		11					
Lotto 8	AMO ITALY SRL											51,5	
		viscosità a 25°C compresa tra 300000 mPas	t	10				10	si	si	si		
		coesività soluzione alta (prova pratica)	d	15			0,6	9	buono	buono	buono		
		adesività soluzione bassa (prova pratica)	d	15			0,6	9	buono	buono	buono		
		trasparenza soluzione	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo		
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	15	1,5	0,85		8,5					
Lotto 8	CARL ZEISS S.P.A. CON SOCIO UNICO											53	
		viscosità a 25°C compresa tra 300000 mPas	t	10				10	si	si	si		
		coesività soluzione alta (prova pratica)	d	15			0,6	9	buono	buono	buono		
		adesività soluzione bassa (prova pratica)	d	15			0,6	9	buono	buono	buono		
		trasparenza soluzione	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo		
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	15	1,5	1		10					
Lotto 8	DIEMME DISPOSITIVI MEDICI S.R.L.											53	
		viscosità a 25°C compresa tra 300000 mPas	t	10				10	si	si	si		
		coesività soluzione alta (prova pratica)	d	15			0,6	9	buono	buono	buono		
		adesività soluzione bassa (prova pratica)	d	15			0,6	9	buono	buono	buono		
		trasparenza soluzione	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo		
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	15	1,5	1		10					
Lotto 8	OPTARISTON OFTALMOLOGIA											53	
		viscosità a 25°C compresa tra 300000 mPas	t	10				10	si	si	si		
		coesività soluzione alta (prova pratica)	d	15			0,6	9	buono	buono	buono		
		adesività soluzione bassa (prova pratica)	d	15			0,6	9	buono	buono	buono		
		trasparenza soluzione	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo		
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	15	1,5	1		10					
Lotto 8	SIFI SPA											65	
		viscosità a 25°C compresa tra 300000 mPas	t	10				10	si	si	si		
		coesività soluzione alta (prova pratica)	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo		alta coesività tale da conferire ottima viscosità al viscoelastico, assicurare una facile rimozione dello stesso a fine intervento senza il rischio di fuoriuscite massive di viscoelastico durante le manovre chirurgiche o l'infusione di bss
		adesività soluzione bassa (prova pratica)	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo		adesività bassa tale da permette sicura e facile rimozione a del viscoelastico alla fine dell'intervento senza però il rischio di minore protezione e maggiore stress delle strutture endoculari
		trasparenza soluzione	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo		
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	15	1,5	1		10					
Lotto 8	Tec Med S.r.l.											53	
		viscosità a 25°C compresa tra 300000 mPas	t	10				10	si	si	si		
		coesività soluzione alta (prova pratica)	d	15			0,6	9	buono	buono	buono		
		adesività soluzione bassa (prova pratica)	d	15			0,6	9	buono	buono	buono		
		trasparenza soluzione	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo		
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	15	1,5	1		10					

Sepe

Vingolo

Coratti

	Ragione Sociale	criteri	modalità	punt.MAX	Vmax	V/F	media coeff.	punteggio	giudizio A	giudizio B	giudizio C	punteggio offerta tecnica	osservazioni
									Dr. Sepe	Dr. Vingolo	Dr.ssa Coratti		
Lotto 9	ALFA INTES ✓											60	
		efficacia nella colorazione (prova pratica)	d	20			1	20	ottimo	ottimo	ottimo		
		facilità rimozione (prova pratica)	d	20			1	20	ottimo	ottimo	ottimo		
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	30	1,5	1		20					
Lotto 9	BIOPHISICA SRL ✓											70	
		efficacia nella colorazione (prova pratica)	d	20			1	20	ottimo	ottimo	ottimo		
		facilità rimozione (prova pratica)	d	20			1	20	ottimo	ottimo	ottimo		
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	30	1,5	1,5		30					
Lotto 9	DIEMME DISPOSITIVI MEDICI S.R.L. ✓											60	
		efficacia nella colorazione (prova pratica)	d	20			1	20	ottimo	ottimo	ottimo		
		facilità rimozione (prova pratica)	d	20			1	20	ottimo	ottimo	ottimo		
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	30	1,5	1		20					
Lotto 9	MEDIKA VISION UNIPERSONALE ✓											60	
		efficacia nella colorazione (prova pratica)	d	20			1	20	ottimo	ottimo	ottimo		
		facilità rimozione (prova pratica)	d	20			1	20	ottimo	ottimo	ottimo		
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	30	1,5	1		20					
Lotto 9	OPTARISTON OFTALMOLOGIA ✓											60	
		efficacia nella colorazione (prova pratica)	d	20			1	20	ottimo	ottimo	ottimo		
		facilità rimozione (prova pratica)	d	20			1	20	ottimo	ottimo	ottimo		
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	30	1,5	1		20					
Lotto 9	OPTIKON 2000 SPA - SOCIETA' UNIPERSONALE ✓											55	
		efficacia nella colorazione (prova pratica)	d	20			1	20	ottimo	ottimo	ottimo		
		facilità rimozione (prova pratica)	d	20			1	20	ottimo	ottimo	ottimo		
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	30	1,5	0,75		15					
Lotto 9	Tec Med S.r.l. ✓											60	
		efficacia nella colorazione (prova pratica)	d	20			1	20	ottimo	ottimo	ottimo		
		facilità rimozione (prova pratica)	d	20			1	20	ottimo	ottimo	ottimo		
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	30	1,5	1		20					

	Ragione Sociale	criteri	modalità	punt.MAX	Vmax	V/F	media coeff.	punteggio	giudizio A	giudizio B	giudizio C	punteggio offerta tecnica	osservazioni
									Dr. Sepe	Dr. Vingolo	Dr.ssa Coratti		
Lotto 10	OPTARISTON OFTALMOLOGIA											70	
		efficacia sistemi anti bolla del flacone (prova pratica)	d	20			1	20	ottimo	ottimo	ottimo		
		trasparenza soluzione (prova pratica)	d	20			1	20	ottimo	ottimo	ottimo		
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	30	30	30		30					



