

PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA S.TEL.LA DELLA REGIONE LAZIO, ARTICOLATA IN N. 10 LOTTI, DA AGGIUDICARSI SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA EX ART. 95 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO PER 24 MESI DELLA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLE STRUTTURE OSPEDALIERE DI OCULISTICA DELLA ASL DI LATINA - VISCOELASTICI E FORNITURA FULL SERVICE DI CUSTOM PACK
NUMERO GARA: 8986618

VERBALE DELLA COMMISSIONE

- IV° SEDUTA TECNICA - RISERVATA - DEL 30.10.2023

Il giorno 30.10.2023 si è riunita la Commissione Giudicatrice della gara in oggetto nominata con Deliberazione n. 601/2023.

Alle ore 9.20 la Commissione è presente nelle persone dei seguenti componenti:

PRESIDENTE: Dr. Massimiliano Sepe

COMPONENTE: Prof. Enzo Maria Vingolo

COMPONENTE: Dr.ssa Antonietta Coratti

SEGRETARIO VERBALIZZANTE NON COMPONENTE: Alessandra Di Paolo

Alle ore 09.27 si apre la seduta.

Richiamato il verbale della seduta I pubblica svoltasi in data 31.05.2023 nella quale si è provveduto all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, il verbale della II seduta riservata del 31.05.2023 nella quale si definivano i termini di convocazioni delle Ditte per l'espletamento delle prove pratiche e il verbale III seduta riservata svoltasi in data 24.10.2023, nella quale si è provveduto alla valutazione tecnica dei lotti n. 1, n.2 e n.3, la Commissione procede alla disamina della documentazione tecnica ai fini della formulazione dei giudizi, applicazione dei coefficienti relativi attribuzione dei punteggi qualità previsti dagli atti di gara per i successivi lotti da valutare.

Si procede quindi alla disamina della documentazione tecnica, della campionatura supportata dagli esiti delle prove tecniche presentata da ogni Ditta per ciascun lotto.

La Commissione ritiene di aver acquisito elementi sufficienti a dichiarare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico e procede all'assegnazione dei seguenti giudizi per il lotto n.4 (si allega scheda tecnica di valutazione quale parte integrante del presente atto):

	Ragione Sociale	criteri	modalità	punt. MAX	Vmax	V/F	media coeff.	punteggio	giudizio A	giudizio B	giudizio C	punteggio offerta tecnica
	ALCON ITALIA								Dr. Sepe	Dr. Vingolo	Dr.ssa Coratti	60,9
Lotto 4		viscosità soluzione 1° siringa compresa tra 20000 e 80000	t	7				7	si	si	si	
		coesività soluzione 1° siringa bassa (prova pratica)	d	7			1	7	ottimo	ottimo	ottimo	
		adesività soluzione 1° siringa alta (prova pratica)	d	7			1	7	ottimo	ottimo	ottimo	
		trasparenza soluzione 1° siringa	d	7			1	7	ottimo	ottimo	ottimo	
		volume soluzione 1° siringa ($Pa=Pmax \cdot Va/Vmax$)	q	7	1,5	0,5		2,33				
		viscosità soluzione 2° siringa compresa tra 20000 e 80000	t	7				7	si	si	si	
		coesività soluzione 2° siringa bassa (prova pratica)	d	7			1	7	ottimo	ottimo	ottimo	
		adesività soluzione 2° siringa alta (prova pratica)	d	7			1	7	ottimo	ottimo	ottimo	
		trasparenza soluzione 2° siringa	d	7			1	7	ottimo	ottimo	ottimo	
		volume soluzione ($Pa=Pmax \cdot Va/Vmax$)	q	7	1,5	0,55		2,57				

	Regione Sociale	criteri	modalità	punt. MA X	Vmax	V/F	media coeff.	punteggio	giudizio A	giudizio B	giudizio C	punteggio offerta tecnica
									Dr. Sepe	Dr. Vingolo	Dr.ssa Coratti	
Lotto 5	ALFA INTES	viscosità a 20°C compresa tra 30000 e 62000 mPas a 5hr 0s	t	10				0	no	no	no	44
		coesività soluzione media (prova pratica)	d	15			0,8	12	distinto	distinto	distinto	
		adesività soluzione media (prova pratica)	d	15			0,4	6	discreto	discreto	discreto	
		trasparenza soluzione	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo	
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	15	1,5	1,1		11				
Lotto 5	AMO ITALY SRL	viscosità a 20°C compresa tra 30000 e 62000 mPas a 5hr 0s	t	10				0	no	no	no	42,5
		coesività soluzione media (prova pratica)	d	15			0,8667	13	ottimo	distinto	distinto	
		adesività soluzione media (prova pratica)	d	15			0,4	6	discreto	discreto	discreto	
		trasparenza soluzione	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo	
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	15	1,5	0,85		8,5				
Lotto 5	DIEMME DISPOSITIVI MEDICI S.R.L.	viscosità a 20°C compresa tra 30000 e 62000 mPas a 5hr 0s	t	10				0	no	no	no	43
		coesività soluzione media (prova pratica)	d	15			0,8	12	distinto	distinto	distinto	
		adesività soluzione media (prova pratica)	d	15			0,4	6	discreto	discreto	discreto	
		trasparenza soluzione	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo	
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	15	1,5	1		10				
Lotto 5	FIDIA FARMACEUTICI	viscosità a 20°C compresa tra 30000 e 62000 mPas a 5hr 0s	t	10				0	no	no	no	56
		coesività soluzione media (prova pratica)	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo	
		adesività soluzione media (prova pratica)	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo	
		trasparenza soluzione	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo	
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	15	1,5	1,1		11				
Lotto 5	MEDIKA VISION UNIPERSONALE	viscosità a 20°C compresa tra 30000 e 62000 mPas a 5hr 0s	t	10				0	no	no	no	44
		coesività soluzione media (prova pratica)	d	15			0,8	12	distinto	distinto	distinto	
		adesività soluzione media (prova pratica)	d	15			0,4	6	discreto	discreto	discreto	
		trasparenza soluzione	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo	
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	15	1,5	1,1		11				
Lotto 5	OPTARISTON OFTALMOLOGIA	viscosità a 20°C compresa tra 30000 e 62000 mPas a 5hr 0s	t	10				0	no	no	no	48
		coesività soluzione media (prova pratica)	d	15			0,8	12	distinto	distinto	distinto	
		adesività soluzione media (prova pratica)	d	15			0,4	6	discreto	discreto	discreto	
		trasparenza soluzione	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo	
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	15	1,5	1,5		15				
Lotto 5	OPTIKON 2000 SPA - SOCIETA' UNIPERSONALE	viscosità a 20°C compresa tra 30000 e 62000 mPas a 5hr 0s	t	10				0	no	no	no	43
		coesività soluzione media (prova pratica)	d	15			0,8	12	distinto	distinto	distinto	
		adesività soluzione media (prova pratica)	d	15			0,4	6	discreto	discreto	discreto	
		trasparenza soluzione	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo	
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	15	1,5	1		10				
Lotto 5	Tec Med S.r.l.	viscosità a 20°C compresa tra 30000 e 62000 mPas a 5hr 0s	t	10				10	no	no	no	66
		coesività soluzione media (prova pratica)	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo	
		adesività soluzione media (prova pratica)	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo	
		trasparenza soluzione	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo	
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	15	1,5	1,1		11				
Lotto 5	TECNOFTALMICA S.R.L.	viscosità a 20°C compresa tra 30000 e 62000 mPas a 5hr 0s	t	10				0	no	no	no	48
		coesività soluzione media (prova pratica)	d	15			0,8	12	distinto	distinto	distinto	
		adesività soluzione media (prova pratica)	d	15			0,4	6	discreto	discreto	discreto	
		trasparenza soluzione	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo	
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	15	1,5	1,5		15				

La Commissione ritiene di aver acquisito elementi sufficienti a dichiarare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico e procede all'assegnazione dei seguenti giudizi per il lotto n.6 (si allega scheda tecnica di valutazione quale parte integrante del presente atto):

	Regione Sociale	criteri	modalità	punt. MA X	Vmax	V/F	media coeff.	punteggio	giudizio A	giudizio B	giudizio C	punteggio offerta tecnica
									Dr. Sepe	Dr. Vingolo	Dr.ssa Coratti	
Lotto 6	ALFA INTES	viscosità a 20°C compresa tra 2500 e 11000 mPas a 5hr 0s	t	10				10	si	si	si	45
		possibilità di lasciare la sostanza viscoelastica nell'occhio	t	15				0	no	no	no	
		adesività soluzione alta (prova pratica)	d	15			0,6	9	buono	buono	buono	
		trasparenza soluzione	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo	
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	15	1,5	1,1		11				
Lotto 6	DIEMME DISPOSITIVI MEDICI S.R.L.	viscosità a 20°C compresa tra 2500 e 11000 mPas a 5hr 0s	t	10				10	si	si	si	44
		possibilità di lasciare la sostanza viscoelastica nell'occhio	t	15				0	no	no	no	
		adesività soluzione alta (prova pratica)	d	15			0,6	9	buono	buono	buono	
		trasparenza soluzione	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo	
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	15	1,5	1		10				

Lotto 6	FIDIA FARMACEUTICI												66
	viscosità a 20°C compresa tra 2500 e 11000 mPas a 5hr 0se	t	10					10	si	si	si		
	possibilità di lasciare la sostanza viscoelastica nell'occhio	t	15					15	si	si	si		
	adesività soluzione alta (prova pratica)	d	15				1	15	ottimo	ottimo	ottimo		
	trasparenza soluzione	d	15				1	15	ottimo	ottimo	ottimo		
	volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	15	1,5	1,1			11					
Lotto 6	MEDIKA VISION UNIPERSONALE												45
	viscosità a 20°C compresa tra 2500 e 11000 mPas a 5hr 0se	t	10					10	si	si	si		
	possibilità di lasciare la sostanza viscoelastica nell'occhio	t	15					0	no	no	no		
	adesività soluzione alta (prova pratica)	d	15				0,6	9	buono	buono	buono		
	trasparenza soluzione	d	15				1	15	ottimo	ottimo	ottimo		
	volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	15	1,5	1,1			11					
Lotto 6	Tec Med S.r.l.												65
	viscosità a 20°C compresa tra 2500 e 11000 mPas a 5hr 0se	t	10					10	si	si	si		
	possibilità di lasciare la sostanza viscoelastica nell'occhio	t	15					15	si	si	si		
	adesività soluzione alta (prova pratica)	d	15				1	15	ottimo	ottimo	ottimo		
	trasparenza soluzione	d	15				1	15	ottimo	ottimo	ottimo		
	volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	15	1,5	1			10					
Lotto 6	TECNOFTALMICA S.R.L.												49
	viscosità a 20°C compresa tra 2500 e 11000 mPas a 5hr 0se	t	10					10	si	si	si		
	possibilità di lasciare la sostanza viscoelastica nell'occhio	t	15					0	no	no	no		
	adesività soluzione alta (prova pratica)	d	15				0,6	9	buono	buono	buono		
	trasparenza soluzione	d	15				1	15	ottimo	ottimo	ottimo		
	volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	15	1,5	1,5			15					

La Commissione ritiene di aver acquisito elementi sufficienti a dichiarare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico e procede all'assegnazione dei seguenti giudizi per il lotto n.7 (si allega scheda tecnica di valutazione quale parte integrante del presente atto):

	Ragione Sociale	criteri	modalità	punt. MA X	Vmax	V/F	media coeff.	punteggio	giudizio A	giudizio B	giudizio C	punteggio offerta tecnica
									Dr. Sepe	Dr. Vingolo	Dr.ssa Coratti	
Lotto 7	AMO ITALY SRL											63,5
	viscosità a 25°C compresa tra 40000 e 60000 cps	t	10					10	si	si	si	
	coesività soluzione bassa (prova pratica)	d	15				1	15	ottimo	ottimo	ottimo	
	adesività soluzione alta (prova pratica)	d	15				1	15	ottimo	ottimo	ottimo	
	trasparenza soluzione	d	15				1	15	ottimo	ottimo	ottimo	
Lotto 7	CARL ZEISS S.P.A. CON SOCIO UNICO											63,5
	viscosità a 25°C compresa tra 40000 e 60000 cps	t	10					10	si	si	si	
	coesività soluzione bassa (prova pratica)	d	15				1	15	ottimo	ottimo	ottimo	
	adesività soluzione alta (prova pratica)	d	15				1	15	ottimo	ottimo	ottimo	
	trasparenza soluzione	d	15				1	15	ottimo	ottimo	ottimo	
Lotto 7	DIENME DISPOSITIVI MEDICI S.R.L.											43
	viscosità a 25°C compresa tra 40000 e 60000 cps	t	10					0	no	no	no	
	coesività soluzione bassa (prova pratica)	d	15				0,6	9	buono	buono	buono	
	adesività soluzione alta (prova pratica)	d	15				0,6	9	buono	buono	buono	
	trasparenza soluzione	d	15				1	15	ottimo	ottimo	ottimo	
Lotto 7	OPTARISTON OFTALMOLOGIA											48
	viscosità a 25°C compresa tra 40000 e 60000 cps	t	10					0	no	no	no	
	coesività soluzione bassa (prova pratica)	d	15				0,6	9	buono	buono	buono	
	adesività soluzione alta (prova pratica)	d	15				0,6	9	buono	buono	buono	
	trasparenza soluzione	d	15				1	15	ottimo	ottimo	ottimo	
Lotto 7	TECNOFTALMICA S.R.L.											48
	viscosità a 25°C compresa tra 40000 e 60000 cps	t	10					0	no	no	no	
	coesività soluzione bassa (prova pratica)	d	15				0,6	9	buono	buono	buono	
	adesività soluzione alta (prova pratica)	d	15				0,6	9	buono	buono	buono	
	trasparenza soluzione	d	15				1	15	ottimo	ottimo	ottimo	
Lotto 7												
	volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	15	1,5	1,5			15				

Alle ore 10.30 si conclude la riunione rinviando la prossima seduta tecnica riservata per il giorno 09.11.2023 alle ore 9.30.

Latina, 30.10.2023

L.C.S.

PRESIDENTE: Dr. MASSIMILIANO SEPE






Massimiliano Ieri

COMPONENTE: Dr. ENZO MARIA VINGOLO

Enzo Maria Vingolo

COMPONENTE: Dr.ssa ANTONIETTA CORATTI

Antonietta Coratti

SEGRETARIO NON COMPONENTE: ALESSANDRA DI PAOLO

Alessandra Di Paolo

