

PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA S.TEL.LA DELLA REGIONE LAZIO, ARTICOLATA IN N. 10 LOTTI, DA AGGIUDICARSI SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA EX ART. 95 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO PER 24 MESI DELLA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLE STRUTTURE OSPEDALIERE DI OCULISTICA DELLA ASL DI LATINA - VISCOELASTICI E FORNITURA FULL SERVICE DI CUSTOM PACK

NUMERO GARA: 8986618

VERBALE DELLA COMMISSIONE

- V° SEDUTA TECNICA – RISERVATA - DEL 09.11.2023

Il giorno 09.11.2023 si è riunita la Commissione Giudicatrice della gara in oggetto nominata con Deliberazione n. 601/2023.

Alle ore 10.30 la Commissione è presente nelle persone dei seguenti componenti:

PRESIDENTE: Dr. Massimiliano Sepe

COMPONENTE: Prof. Enzo Maria Vingolo

COMPONENTE: Dr.ssa Antonietta Coratti


SEGRETARIO VERBALIZZANTE NON COMPONENTE: Alessandra Di Paolo

Alle ore 10.25 si apre la seduta.

Richiamato il verbale della seduta I pubblica svoltasi in data 31.05.2023 nella quale si è provveduto all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, il verbale della II seduta riservata del 31.05.2023 nella quale si definivano i termini di convocazioni delle Ditte per l'espletamento delle prove pratiche, il verbale III seduta riservata svoltasi in data 24.10.2023, nella quale si è provveduto alla valutazione tecnica dei lotti n. 1, n.2 e n.3, e verbale della IV seduta riservata tenutasi in data 30.10.2023 nella quale sono stati valutati i lotti n. 4, n.5, n.6, e n.7, la Commissione procede alla disamina della documentazione tecnica ai fini della formulazione dei giudizi, applicazione dei coefficienti relativi attribuzione dei punteggi qualità previsti dagli atti di gara per i successivi lotti da valutare.

Si procede quindi alla disamina della documentazione tecnica, della campionatura supportata dagli esiti delle prove tecniche presentata da ogni Ditta per ciascun lotto.

La Commissione ritiene di aver acquisito elementi sufficienti a dichiarare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico e procede all'assegnazione dei seguenti giudizi per il lotto n.8 (si allega scheda di valutazione quale parte integrante del presente atto):



	Ragione Sociale	criteri	modalità	punt. MAX	Vmax	V/F	media coeff.	punteggio	giudizio A Dr. Sepe	giudizio B Dr. Vingolo	giudizio C Dr.ssa Coratti	punteggio offerta tecnica
Lotto 8	ALCON ITALIA											51,5
		viscosità a 25°C compresa tra 300000 mPas	t	10				10	si	si	si	
		coesività soluzione alta (prova pratica)	d	15			0,6	9	buono	buono	buono	
		adesività soluzione bassa (prova pratica)	d	15			0,6	9	buono	buono	buono	
		trasparenza soluzione	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo	
Lotto 8	ALFA INTES											54
		viscosità a 25°C compresa tra 300000 mPas	t	10				10	si	si	si	
		coesività soluzione alta (prova pratica)	d	15			0,6	9	buono	buono	buono	
		adesività soluzione bassa (prova pratica)	d	15			0,6	9	buono	buono	buono	
		trasparenza soluzione	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo	
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	15	1,5	0,85		8,5				

Lotto 8	AMO ITALY SRL											51,5
		viscosità a 25°C compresa tra 300000 mPas	t	10				10	si	si	si	
		coesività soluzione alta (prova pratica)	d	15			0,6	9	buono	buono	buono	
		adesività soluzione bassa (prova pratica)	d	15			0,6	9	buono	buono	buono	
		trasparenza soluzione	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo	
Lotto 8	CARL ZEISS S.P.A. CON SOCIO UNICO											53
		viscosità a 25°C compresa tra 300000 mPas	t	10				10	si	si	si	
		coesività soluzione alta (prova pratica)	d	15			0,6	9	buono	buono	buono	
		adesività soluzione bassa (prova pratica)	d	15			0,6	9	buono	buono	buono	
		trasparenza soluzione	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo	
Lotto 8	DIEMME DISPOSITIVI MEDICI S.R.L.											53
		viscosità a 25°C compresa tra 300000 mPas	t	10				10	si	si	si	
		coesività soluzione alta (prova pratica)	d	15			0,6	9	buono	buono	buono	
		adesività soluzione bassa (prova pratica)	d	15			0,6	9	buono	buono	buono	
		trasparenza soluzione	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo	
Lotto 8	OPTARISTON OPTALMOLOGIA											53
		viscosità a 25°C compresa tra 300000 mPas	t	10				10	si	si	si	
		coesività soluzione alta (prova pratica)	d	15			0,6	9	buono	buono	buono	
		adesività soluzione bassa (prova pratica)	d	15			0,6	9	buono	buono	buono	
		trasparenza soluzione	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo	
Lotto 8	SIFI SPA											65
		viscosità a 25°C compresa tra 300000 mPas	t	10				10	si	si	si	
		coesività soluzione alta (prova pratica)	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo	
		adesività soluzione bassa (prova pratica)	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo	
		trasparenza soluzione	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo	
Lotto 8	Tec Med S.r.l.											53
		viscosità a 25°C compresa tra 300000 mPas	t	10				10	si	si	si	
		coesività soluzione alta (prova pratica)	d	15			0,6	9	buono	buono	buono	
		adesività soluzione bassa (prova pratica)	d	15			0,6	9	buono	buono	buono	
		trasparenza soluzione	d	15			1	15	ottimo	ottimo	ottimo	
Lotto 8	TECNOFTALMICA S.R.L.											43
		viscosità a 25°C compresa tra 300000 mPas	t	10				10	si	si	si	
		coesività soluzione alta (prova pratica)	d	15			0,6	9	buono	buono	buono	
		adesività soluzione bassa (prova pratica)	d	15			0,6	9	buono	buono	buono	
		trasparenza soluzione	d	15			0	0	insufficiente	insufficiente	insufficiente	
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	15	1,5	1,5		15				

La Commissione ritiene di aver acquisito elementi sufficienti a dichiarare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico e procede all'assegnazione dei seguenti giudizi per il lotto n. 9 (si allega scheda di valutazione quale parte integrante del presente atto):

	Ragione Sociale	criteri	modalità	punt. MA X	Vmax	V/F	media coeff.	punteggio	giudizio A	giudizio B	giudizio C	punteggio offerta tecnica
									Dr. Sepe	Dr. Vingolo	Dr.ssa Coratti	
Lotto 9	ALFA INTES											60
		efficacia nella colorazione (prova pratica)	d	20			1	20	ottimo	ottimo	ottimo	
		facilità rimozione (prova pratica)	d	20			1	20	ottimo	ottimo	ottimo	
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	30	1,5	1		20				
Lotto 9	BIOPHISICA SRL											70
		efficacia nella colorazione (prova pratica)	d	20			1	20	ottimo	ottimo	ottimo	
		facilità rimozione (prova pratica)	d	20			1	20	ottimo	ottimo	ottimo	
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	30	1,5	1,5		30				
Lotto 9	DIEMME DISPOSITIVI MEDICI S.R.L.											60
		efficacia nella colorazione (prova pratica)	d	20			1	20	ottimo	ottimo	ottimo	
		facilità rimozione (prova pratica)	d	20			1	20	ottimo	ottimo	ottimo	
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	30	1,5	1		20				
Lotto 9	MEDIKA VISION UNIPERSONALE											60
		efficacia nella colorazione (prova pratica)	d	20			1	20	ottimo	ottimo	ottimo	
		facilità rimozione (prova pratica)	d	20			1	20	ottimo	ottimo	ottimo	
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	30	1,5	1		20				
Lotto 9	OPTARISTON OPTALMOLOGIA											60
		efficacia nella colorazione (prova pratica)	d	20			1	20	ottimo	ottimo	ottimo	
		facilità rimozione (prova pratica)	d	20			1	20	ottimo	ottimo	ottimo	
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	30	1,5	1		20				

Lotto 9	OPTIKON 2000 SPA - SOCIETA' UNIPERSONALE											55
		efficacia nella colorazione (prova pratica)	d	20			1	20	ottimo	ottimo	ottimo	
		facilità rimozione (prova pratica)	d	20			1	20	ottimo	ottimo	ottimo	
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	30	1,5	0,75		15				
Lotto 9	Tec Med S.r.l.											60
		efficacia nella colorazione (prova pratica)	d	20			1	20	ottimo	ottimo	ottimo	
		facilità rimozione (prova pratica)	d	20			1	20	ottimo	ottimo	ottimo	
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	30	1,5	1		20				

La Commissione ritiene di aver acquisito elementi sufficienti a dichiarare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico e procede all'assegnazione dei seguenti giudizi per il lotto n. 10 (si allega scheda di valutazione quale parte integrante del presente atto):

	Ragione Sociale	criteri	modalità	punt. MA X	Vmax	V/F	media coeff.	punteggio	giudizio A	giudizio B	giudizio C	punteggio offerta tecnica
									Dr. Sepe	Dr. Vingolo	Dr.ssa Coratti	
Lotto 10	OPTARISTON OPTALMOLOGIA											70
		efficacia sistemi anti bolla del flacone (prova pratica)	d	20			1	20	ottimo	ottimo	ottimo	
		trasparenza soluzione (prova pratica)	d	20			1	20	ottimo	ottimo	ottimo	
		volume soluzione (Pa=Pmax*Va/Vmax)	q	30	30	30		30				

La Commissione giudicatrice avendo ultimato la procedura di valutazione delle offerte tecniche con l'attribuzione dei punteggi tecnici per tutte le Ditte partecipanti, per tutti i lotti, elabora il prospetto riepilogativo per tutti i lotti quale parte integrante del seguente verbale.

Le risultanze dei lavori della Commissione verranno illustrate agli operatori economici in gara nella seduta pubblica a data da destinarsi, nella verranno attribuiti i punteggi in piattaforma S.TEL.LA e verranno aperte anche le buste economiche per l'attribuzione dei punteggi delle offerte economiche. Alle ore 11.40 si conclude la seduta.

Latina, 09.11.2023

L.C.S.

PRESIDENTE: Dr. MASSIMILIANO SEPE

Massimiliano Sene

COMPONENTE: Dr. ENZO MARIA VINGOLO

Enzo Maria Vingolo

COMPONENTE: Dr.ssa ANTONIETTA CORATTI

Antonietta Coratti

SEGRETARIO NON COMPONENTE: ALESSANDRA DI PAOLO

Alessandra Di Paolo