


DITTA: PIEMMEMED SRL LOTTO: 1	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. DE VITA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. IANIRI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SSA LIPPA	COEFFICIENTE DE VITA	COEFFICIENTE IANIRI	COEFFICIENTE LIPPA	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70									
Integrazione dei dispositivi offerti con quelli già in uso di proprietà dell'Azienda	5	Tabellare	NO - NON ADATTABILITA' AL SISTEMA ELETTROBISTURI VALLEILAB IN DOTAZIONE AZIENDALE	NO - NON ADATTABILITA' AL SISTEMA ELETTROBISTURI VALLEILAB IN DOTAZIONE AZIENDALE	NO - NON ADATTABILITA' AL SISTEMA ELETTROBISTURI VALLEILAB IN DOTAZIONE AZIENDALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manegevolezza e facilità di utilizzo	20	discrezionale	DISCRETO	BUONO	SUFFICIENTE	0,60	0,80	0,40	0,60	12,00
Disponibilità di DM con differente impugnatura (mancina/destrimana)	10	Tabellare	SI	SI	SI	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Ampiezza di gamma del calibro delle guaine operative monouso	15	discrezionale	DISCRETO	BUONO	SUFFICIENTE	0,60	0,80	0,40	0,60	9,00
Innovatività e migliori offerte sul sistema elettrochirurgico rispetto ai requisiti minimi richiesti	15	discrezionale	DISCRETO	BUONO	DISCRETO	0,60	0,80	0,60	0,67	10,00
Confezionamento: facilità di riconoscimento delle diverse misure, facilità di apertura	5	discrezionale	DISCRETO	BUONO	DISCRETO	0,60	0,80	0,60	0,67	3,33
TOTALE	70									44,33

CHECK

LOTTO 1	Punteggio
PIEMMEMED SRL	44,33

DITTA: STEMAK LOTTO: 1	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO PRESIDENTE DR. DE VITA	GIUDIZIO COMPONENTE DR. IANIRI	GIUDIZIO COMPONENTE DR. SSA LIPPA	COEFFICIENT E DE VITA	COEFFICIENTE IANIRI	COEFFICIENTE LIPPA	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70									
Integrazione dei dispositivi offerti con quelli già in uso di proprietà dell'Azienda	5	Tabellare	SI	SI	SI	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Maneggevolezza e facilità di utilizzo	20	discrezionale	OTTIMO	BUONO	OTTIMO	1,00	0,80	1,00	0,93	18,67
Disponibilità di DM con differente impugnatura (mancina/destrimana)	10	Tabellare	SI	SI	SI	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Ampiezza di gamma del calibro delle guaine operative monouso	15	discrezionale	OTTIMO	BUONO	OTTIMO	1,00	0,80	1,00	0,93	14,00
Innovatività e migliorie offerte sul sistema elettrochirurgico rispetto ai requisiti minimi richiesti	15	discrezionale	OTTIMO	BUONO	OTTIMO	1,00	0,80	1,00	0,93	14,00
Confezionamento: facilità di riconoscimento delle diverse misure, facilità di apertura	5	discrezionale	OTTIMO	BUONO	OTTIMO	1,00	0,80	1,00	0,93	4,67
TOTALE	70									66,33

CHECK

LOTTO 1	Punteggio
STEMAK	66,33