

UOC "Procedure di Acquisto e Contratti"

Tel: 0773/6556463

Fax: 0773/6553361

Pec: amministrazione@pec.ausl.latina.it

RDO APERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE DI ESPANSORI E PROTESI MAMMARIE

N. GARA 9006858

VERBALE DEFINITIVO DI CHIARIMENTI

In riferimento alla gara di cui sopra, entro i termini contemplati negli atti di gara, sono pervenuti alcuni quesiti che vengono di seguito riportati unitamente alle relative risposte.

QUESITO 1	RISPOSTA
Buongiorno, si prega di prendere visione dei seguenti chiarimenti: 1) Si chiede di confermare che le certificazioni CE, le certificazioni ISO e la letteratura scientifica possano essere prodotte in lingua inglese, in quanto lingua originale della trattazione; 2) In riferimento ai “criteri di qualità espansore”: si chiede di specificare cosa si intende per sicurezza del paziente e quali sono i criteri di valutazione; 3) In riferimento ai “criteri di qualità protesi”: si chiede di specificare quali sono i criteri di valutazione della morbidezza e coesività del gel.	1) Come stabilito nell’art. 10 del Disciplinare di Gara, tutta la documentazione deve essere redatta in lingua italiana oppure, se prodotti in altra lingua, devono essere corredati da traduzione in lingua italiana, non giurata, ma predisposta ai sensi del DPR 445/2000. 2) Trattasi di un criterio discrezionale: presenza di valvola integrata nel dispositivo protesico. 3) Trattasi di criteri discrezionali: varietà di gel coesivo di riempimento delle protesi definitive che ne determinano la morbidezza.

QUESITO 2	RISPOSTA
------------------	-----------------

Buongiorno, con riferimento al requisito di partecipazione "Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità" si chiede di confermare che per poterlo soddisfare sia sufficiente presentare la Certificazione ISO posseduta dalla ditta produttrice, insieme all'impiego di misure equivalenti.	In tal caso, è sufficiente produrre la certificazione ISO 9001:2015 della ditta produttrice.
--	---