



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
LATINA**PRESIDIO OSPEDALIERO NORD "S. MARIA GORETTI" - Via G. Reni****Dipartimento di Chirurgia**

Breast Unit - Senologia
A.U.S.L. Latina
Ospedale S. M. Goretti
Direttore Clinico
Dott. Fabio Ricci

Breast Unit – Senologia**Direttore: Prof. Fabio Ricci**

AUSL LATINA
DIRETTORE
9061200231200004

Direttore: F. Ricci	Alla cortese attenzione del Dott. L. Montecchiesi
Dirigenti Medici: M. Dorkin A.R. La Manna S. Piroli A. Costantino A. Martellucci	OGGETTO: Richiesta procedura di acquisto per espansori mammari e protesi mammarie definitive.
Psico-oncologia clinica: M.A. Ulgiati	LOTTO 1: Espansore mammario Dispositivo per espansione di diverse forme, altezze e volumi, con valvola interna. Rispondente ai criteri specifici della normativa Europea
Chirurgia Plastica Direttore: M. Tarallo	CASO TIPO: espansore da 350 cc, forma anatomica, altezza media. La ditta dovrà comunque essere disponibile a fornire altre misure e profili alle stesse condizioni economiche dell'offerta Fabbisogno presunto per 24: 60 pezzi Importo unitario presunto: € 750,00 CND: P060299
CPSE/BMPN: E. Fusco	LOTTO 2: Protesi mammaria anatomica Dispositivi protesici utilizzabili per II tempo di ricostruzione mammaria e/o per sostituzione protesi già precedentemente impiantata.
Case Manager: M. Schembari	CASO TIPO: Protesi mammaria da 375cc, forma anatomica, gel di silicone coesivo, profilo alto. La ditta dovrà comunque essere disponibile a fornire altre misure e profili alle stesse condizioni economiche dell'offerta. Fabbisogno presunto per 24: 60 pezzi Importo unitario presunto: € 630,00 CND: P060199
Infermieri: M. Alessandrini L. Palombi V. Lombardi	LOTTO 3: Protesi mammaria rotonda Dispositivi protesici utilizzabili per I e II tempo di ricostruzione mammaria e/o per sostituzione protesi già precedentemente impiantata.
Recapiti Telefonici: 0773-6556243 0773-6553669	CASO TIPO: Protesi mammaria da 375cc, forma rotonda, gel di silicone coesivo, profilo alto. La ditta dovrà comunque essere disponibile a fornire altre misure e profili alle stesse condizioni economiche dell'offerta.
Fax: 0773-6556242	3a) Protesi mammaria rotonda testurizzata Fabbisogno presunto per 24: 30 pezzi

Importo unitario presunto: € 450,00

3b) Protesi mammaria rotonda liscia

Fabbisogno presunto per 24: 30 pezzi

Importo unitario presunto: € 350,00

CND: P060199

CRITERI DI QUALITA'ESPANSORE:

- 1) Qualità e resistenza dell'involucro (20 punti) discrezionale
- 2) Qualità della testurizzazione (Bassa incidenza della contrattura capsulare) (20 punti) discrezionale
- 3) Sicurezza per il paziente (10) discrezionale
- 4) Varietà di forme e volumi (10) quantitativo
- 5) Provata esperienza e follow-up documentabile da letteratura scientifica internazionale indicizzata, relativamente alle caratteristiche qualitative del prodotto (contrattura capsulare, rottura, formazione di sieromi) (10 punti) quantitativo

CRITERI DI QUALITA'PROTESI

- 1) Materiale di riempimento altamente coesivo (15 punti) discrezionale
- 2) Robustezza ed affidabilità dell'involucro esterno (20 punti) discrezionale
- 3) Validità della garanzia con periodo minimo di 10 anni(5 punti) quantitativo
- 4) Morbidezza (15 punti) discrezionale
- 5) Varietà di forme e volumi (15 punti) quantitativo

N.B. modalità di attribuzione del punteggio quantitativo e la formula è la seguente: P_i (punteggio azienda iesima) = P_{max} (Punteggio massimo attribuibile alla valutazione migliore) x Numero misure,forme,studi presentate / Numero max misure,forme,studi presentate

Breast Unit. - Senologia
A.U.S.L. Latina
Ospedale S. M. G.
Direttore Clinico
Dott. Fabio Ricci

AUSL LATINA
DIRIGENTE MEDICO
Mauro
9061200282000