

POMPE INFUSIONALI IN SERVICE CON RELATIVI D.M. PER NAD PER USO DOMICILIARE.

POMPA INFUSIONALE PER NUTRIZIONE ENTERALE - RELATIVI DEFUSSORI CON SACCA INTEGRATA - DEFUSSORI CON CONNETTORE ENFIT				Requisiti Minimi Prodotto (Pena Esclusione)		TOTALE IMPORTO CAMP/ 24 MESI ONAT D'ASTA URA (iva esclusa)	
Comodato d'uso gratuito				Fabbisogno aziendale 24 mesi - ASL LATINA (unità)	Prezzo Unitario a Base D'Asta (IVA esclusa)	Prezzo SUBLOTTO a Base D'Asta (IVA esclusa)	Totale 24 MESI a base d'asta (IVA esclusa) per ASL LATINA
POMPA INFUSIONALE PER NUTRIZIONE ENTERALE • Indicata per somministrazione enterale, idonea per l'uso domiciliare • Dimensioni e peso ridotti per adattarsi al paziente deambulante • Funzionamento volumetrico o peristaltico, a singola via di somministrazione • Regolazione della velocità di infusione tra 1 e 300 ml/hr • Selezione del volume tra 1 e 3000 ml • Selezione del volume di bolo tra 1 e 999 ml • Accuratezza dell'infusione (±) 10% rispetto al volume impostato • Somministrazione indipendente della posizione della nutripompa • Istruzione software e allarmi in lingua italiana • Allarmi: malfunzionamento in seguito ad autodiagnostica; occlusione; fine infusione; presenza aria nella linea di infusione; batteria scarica; errato inserimento del set e set pompa scollegato; segnalazione automatica di fine dose; contenitore vuoto • Alimentazione a rete e batteria interna ricaricabile. • Funzionamento a rete e a batteria integrata ricaricabile con autonomia non inferiore a 10 ore a 100 -150 ml/h. La pompa deve essere utilizzabile a rete anche se la batteria è scarica; velocità di flusso programmabile da ca. 1 ml a ca. 300 ml/h con incremento di ca. 1 ml/hr; possibilità di somministrazione continua facilmente programmabile (selezione volume dose-tempo) o di boli; pannello di controllo e memorizzazione della velocità e del volume del flusso e del volume totale somministrato; in lingua italiana; software, display e allarmi (visivi e sonori) in lingua italiana; possibilità di pausa; obbligo di marcatura CE avere caratteristiche di conformità e sicurezza certificate da organismi riconosciuti sulla base delle vigenti normative; conformità alle vigenti normative in materia di sicurezza elettrica; alimentazione 220V; classificazione elettrica: protezione dalla corrente di dispersione; protezione dalla scossa di corrente; possibilità di fissaggio ad asta verticale. In caso di presentazione di documenti in lingua diversa da quella italiana, è sufficiente corredare gli stessi da una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/00 sottoscritta dal legale rappresentante della Società dove attestata che le traduzioni presentate sono fedeli al testo in lingua originale. Concessione in comodato d'uso gratuito, relativa manutenzione, assistenza tecnica e supporto addestrativo, la somministrazione fornita dovrà essere nuova di fabbrica e dovrà essere fornito il modello più recente presente sul mercato, prodotto dalle società partecipanti.				330			COMODATO D'USO GRATUITO
DEFUSSORI CON SACCA INTEGRATA • Defussori esenti da batterie e fili, con sacca integrata da 1 a 2 litri. Raccordo ad Y ENFIT o similare per la porta di somministrazione del farmaco • Raccordo distale ENFIT, adattabile (direttamente o tramite specifico adattatore) a qualsiasi tipo di sondino nasogastro o stomie conforme alle norme tecniche. Conformi alla norma UNI EN 1615:2001 e cioè con caratteristiche di inserimento alle sacche e alle sonde tali da impedire ogni possibile connessione accidentale con sistema endovenosi (flaconi per flebo o cateteri vascolari) compatibili con le diete comunemente utilizzate, in idoneo materiale latex free, privo di ftalati, chimicamente stabile, flessibile e resistente alla trazione, apirogeno, inodore e cedente sostanze ai liquidi con i quali viene a contatto, dotato di camera di gocciolamento trasparente e comprimibile o altra soluzione equivalente, bypass per la somministrazione dei liquidi e equipotenziale di protezione.				116.800	6,00	700.800,00	€ 709.925,00
DEFUSSORI CON CONNETTORE ENFIT • Defussori esenti da batterie e fili, con raccordo prossimale ENFIT; laddove necessario, sarà compito dell'azienda fornitrice fornire adattatori universali e adattabili ai diversi contenitori dei prodotti dietetici da infondere secondo le norme • Raccordo ad Y ENFIT o similare per la porta di somministrazione del farmaco • Raccordo distale ENFIT, adattabile (direttamente o tramite specifico adattatore) a qualsiasi tipo di sondino nasogastro o stomie conforme alle norme tecniche				3.650	2,50	9.125,00	
1 IN VISIONE				1			

AZIENDA USL LATINA
 UO di Assistenza Protesica
 Dott. Giovanni Perrone

CRITERI di VALUTAZIONE		PUNTEGGIO QUALITATIVO	MODALITA' di ATTRIBUZIONE del PUNTEGGIO
LOTTO 50 : POMPA INFUSIONALE PER NUTRIZIONE ENTERALE - RELATIVI DEFLUSSORI CON SACCA INTEGRATA - DEFLUSSORI CON CONNETTORE ENFIT		70	
Caratteristiche tecnico-costruttive in termini di minor peso e minori dimensioni dell'apparecchiatura	8	verrà valutata da scheda tecnica e sulla campionatura	DISCREZIONALE
Caratteristiche di funzionalità (semplicità d'uso, intuitività nei settaggi, sicurezza)	9	verrà valutata da scheda tecnica e sulla campionatura	DISCREZIONALE
Livello di accuratezza, verificato ai sensi delle norme CEI 62-16 e s.m.i.	9	verrà valutata da scheda tecnica e sulla campionatura	QUANTITATIVO
Numero di sensori	5	verrà valutata da scheda tecnica e sulla campionatura	DISCREZIONALE
Numero di tipologie degli allarmi	7	verrà valutata da scheda tecnica e sulla campionatura	DISCREZIONALE
Capacità di memorizzazione eventi critici	7	verrà valutata da scheda tecnica e sulla campionatura	TABELLARE
Facilità di movimentazione e trasporto dell'apparecchiatura (es. presenza di maniglie, ecc.)	7	verrà valutata da scheda tecnica e sulla campionatura	DISCREZIONALE
Soluzioni che la Ditta concorrente si impegna a mettere in atto per garantire la tracciabilità dei dispositivi	6	verrà valutata da scheda tecnica e sulla campionatura	DISCREZIONALE
Possibilità di somministrazione in modalità continua-intermittente con selezione di flusso/volume/tempo	on/off 3	verrà valutata da scheda tecnica e sulla campionatura	TABELLARE
Sistema di blocco tastiera e del programma di infusione	on/off 3	verrà valutata da scheda tecnica e sulla campionatura	TABELLARE
Possibilità di visualizzare cronologicamente i dati storici di infusione	on/off 3	verrà valutata da scheda tecnica e sulla campionatura	TABELLARE
Interfaccia utente o manuale con una guida in lingua italiana	on/off 3	verrà valutata da scheda tecnica e sulla campionatura	TABELLARE


AZIENDA USL LATINA
 UOC Assistenza Protesica 800
 Direttore F.F.
 Dott. Giovanni Petrone