

LOTTO	DITTA	CRITERI QAULITATIVI	Punteggio Massimo	Tipo di criterio	GIUDIZIO Presidente Dott.ssa Monteforte	GIUDIZIO Componente Dott.ssa Zotti	GIUDIZIO Componente Dott. Ciuffreda	PUNTEGGIO Dott.ssa Monteforte	PUNTEGGIO Dott.ssa Zotti	PUNTEGGIO Dott. Ciuffreda	Media Coefficienti	Punteggio	NOTE Presidente Dott.ssa Monteforte	NOTE Compone nte Dott.ssa Zotti	NOTE Compone nte Dott. Ciuffreda	
LOTTO 1 (1-A e 1-B) M.G. LORENZATTO SRL		Atraumaticità	15	Discrezionale	Ottimo - l'ago ha dimostrato penetrazione nella mucosa con un singolo passaggio anche nelle stazioni linfonodali dov'è presente la cartillagine	Ottimo - l'ago ha dimostrato penetrazione nella mucosa con un singolo passaggio anche nelle stazioni linfonodali dov'è presente la cartillagine	Ottimo - l'ago ha dimostrato penetrazione nella mucosa con un singolo passaggio anche nelle stazioni linfonodali dov'è presente la cartillagine	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00				
		Ecogenicità	15	Discrezionale	Discreto - visibilità discreta e punta ago sempre ben visibile	Buono - buona visibilità e punta ago sempre ben visibile	Discreto - visibilità discreta e punta ago sempre ben visibile	0,60	0,80	0,60	0,67	10,00				
		Qualità del sistema di bloccaggio dell'ago e della guaina	15	Discrezionale	Ottimo - ottimo sistema bloccaggio eseguibile con una sola mano	Ottimo - ottimo sistema bloccaggio eseguibile con una sola mano	Ottimo - ottimo sistema bloccaggio eseguibile con una sola mano	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00				
		Manovrabilità	25	Discrezionale	Ottimo - ottima facilità di inserimento dell' ago nello strumento e ottima sincronia nel movimento tra ago e strumento	Ottimo - ottima facilità di inserimento dell' ago nello strumento e ottima sincronia nel movimento tra ago e strumento	Ottimo - ottima facilità di inserimento dell' ago nello strumento e ottima sincronia nel movimento tra ago e strumento	1,00	1,00	1,00	1,00	25,00				
			TOT 70		TOTALE								65,00			
LOTTO 1 (1-A e 1-B) COOK ITALIA SRL		Atraumaticità	15	Discrezionale	Discreto - discreta penetrabilità sebbene spesso siano necessari più passaggi per raggiungere la lesione	Sufficiente - sono sempre necessari più passaggi nelle sedi dov'è presente cartillagine, soprattutto con l'ago di calibro 22 G	Discreto - discreta penetrabilità sebbene spesso siano necessari più passaggi per raggiungere la lesione	0,60	0,40	0,60	0,53	8,00				
		Ecogenicità	15	Discrezionale	Buono - l'ecogenicità dll'ago risulta essere buona durante la procedura	Buono - l'ecogenicità dll'ago risulta essere buona durante la procedura	Ottimo - durante la procedura l'ago è sempre ben visibile per intero	0,80	0,80	1,00	0,87	13,00				
		Qualità del sistema di bloccaggio dell'ago e della guaina	15	Discrezionale	Sufficiente - in quanto richiede un tempo prolungato di esecuzione e l'impiego di entrambe le mani	Sufficiente - in quanto richiede un tempo prolungato di esecuzione e l'impiego di entrambe le mani	Sufficiente - in quanto richiede un tempo prolungato di esecuzione e l'impiego di entrambe le mani	0,40	0,40	0,40	0,40	6,00				
		Manovrabilità	25	Discrezionale	Discreto - discreta manovrabilità sebbene in alcune zone la fuoriuscita dell'ago può risultare difficoltosa	Discreto - discreta manovrabilità sebbene in alcune zone la fuoriuscita dell'ago può risultare difficoltosa	Discreto - discreta manovrabilità sebbene in alcune zone la fuoriuscita dell'ago può risultare difficoltosa	0,60	0,60	0,60	0,60	15,00				
			TOT 70		TOTALE								42,00			

000000

000000

000000

LOTTO	DITTA	CRITERI QAULITATIVI	Punteggio Massimo	Tipo di criterio	GIUDIZIO Presidente Dott.ssa Monteforte	GIUDIZIO Componente Dott.ssa Zotti	GIUDIZIO Componente Dott. Ciuffreda	PUNTEGGIO Dott.ssa Monteforte	PUNTEGGIO Dott.ssa Zotti	PUNTEGGIO Dott. Ciuffreda	Media Coefficienti	Punteggio	NOTE Presidente Dott.ssa Monteforte	NOTE Compone nte Dott.ssa Zotti	NOTE Compone nte Dott. Ciuffreda
2	M.G. LORENZATTO SRL												La pinza ha dimostrato buona capacità di presa della mucosa con ottima flessibilità della regione distale		
		Atraumaticità	10	Discrezionale	Buono	Buono	Buono	0,80	0,80	0,80	0,80	8,00			
		Risposta di apertura della pinza	25	Discrezionale	Buono	Buono	Buono	0,80	0,80	0,80	0,80	20,00			
		Flessibilità distale della pinza	15	Discrezionale	Ottimo	Ottimo	Ottimo	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00			
		Manovrabilità	20	Discrezionale	Buono	Buono	Buono	0,80	0,80	0,80	0,80	16,00			
		TOT 70			TOTALE							59,00			
3	M.G. LORENZATTO SRL												La pinza ha dimostrato buona capacità di presa della mucosa con ottima flessibilità della regione distale		
		Atraumaticità	10	Discrezionale	Discreto	Discreto	Discreto	0,60	0,60	0,60	0,60	6,00			
		Risposta di apertura della pinza	25	Discrezionale	Buono	Buono	Buono	0,80	0,80	0,80	0,80	20,00			
		Flessibilità distale della pinza	15	Discrezionale	Ottimo	Ottimo	Ottimo	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00			
		Manovrabilità	20	Discrezionale	Buono	Buono	Buono	0,80	0,80	0,80	0,80	16,00			
		TOT 70			TOTALE							57,00			
4	FARMASAN SRL												sistema drenaggio prevede una procedura di inseriemnto rapida e sicura		
		Sistemi di sicurezza per evitare lesioni iatrogene	20	Discrezionale	Ottimo	Ottimo	Ottimo	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00			
		Versatilità di utilizzo	15	Discrezionale	Ottimo	Ottimo	Ottimo	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00			
		Durata massima di posizionamento nel cavo pleurico o addominale da scheda tecnica	20	Proporzionale (vedasi formula)	Dato non rilevato dalla scea tecnica presentata			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Visibilità del drenaggio in radiologia tradizionale	15	Discrezionale	Buono	Buono	Buono	0,80	0,80	0,80	0,80	12,00			
		TOT 70			TOTALE							47,00			
5	COOK ITALIA SRL												sistema drenaggio sicuro e garantisce ottima visibilità in radioscopia		
		Sistemi di sicurezza per evitare lesioni iatrogene	20	Discrezionale	Buono	Buono	Buono	0,80	0,80	0,80	0,80	16,00			
		Versatilità di utilizzo	15	Discrezionale	Ottimo	Ottimo	Ottimo	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00			
		Durata massima di posizionamento nel cavo pleurico o addominale da scheda tecnica	20	Proporzionale (vedasi formula)	Dato non rilevato dalla scea tecnica presentata			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Visibilità del drenaggio in radiologia tradizionale	15	Discrezionale	Ottimo	Ottimo	Ottimo	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00			
		TOT 70			TOTALE							46,00			

Alfede
dln
Alfede

LOTTO	DITTA	CRITERI QAULITATIVI	Punteggio Massimo	Tipo di criterio	GIUDIZIO Presidente Dott.ssa Monteforte	GIUDIZIO Componente Dott.ssa Zotti	GIUDIZIO Componente Dott. Ciuffreda	PUNTEGGIO Dott.ssa Monteforte	PUNTEGGIO Dott.ssa Zotti	PUNTEGGIO Dott. Ciuffreda	Media Coefficienti	Punteggio	NOTE Presidente Dott.ssa Monteforte	NOTE Compone nte Dott.ssa Zotti	NOTE Compone nte Dott. Ciuffreda
6	FARMASAN SRL	Sistemi di sicurezza per evitare lesioni iatrogene	20	Discrezionale	Buono	Buono	Buono	0,80	0,80	0,80	0,80	16,00	il drenaggio appare versatile, flessibile e di semplice utilizzo		
		Versatilità di utilizzo	15	Discrezionale	Buono	Buono	Buono	0,80	0,80	0,80	0,80	12,00			
		Durata massima di posizionamento nel cavo pleurico o addominale da scheda tecnica	20	Proporzionale (vedasi formula)	Dato non rilevato dalla schea tecnica presentata			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Visibilità del drenaggio in radiologia tradizionale	15	Discrezionale	Ottimo	Ottimo	Ottimo	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00			
		TOT 70	TOTALE										43,00		
7	FARMASAN SRL	Sistemi di sicurezza per evitare lesioni iatrogene	20	Discrezionale	Ottimo	Ottimo	Ottimo	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00	permette la permanenza del drenaggio nel cavo pleurico per tempi priolungati, congrui con la gestione dei pazienti con versamento pleurico cronico recidivante		
		Versatilità di utilizzo	15	Discrezionale	Discreto	Discreto	Discreto	0,60	0,60	0,60	0,60	9,00			
		Durata massima di posizionamento nel cavo pleurico o addominale da scheda tecnica	20	Proporzionale (vedasi formula)	Dato non rilevato dalla schea tecnica presentata			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Visibilità del drenaggio in radiologia tradizionale	15	Discrezionale	Buono	Ottimo	Buono	0,80	1,00	0,80	0,87	13,00			
		TOT 70	TOTALE										42,00		

Autore 001002
Pleurocat