

GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA, DA ESPLETARSI AI SENSI ART. 60 D.Lgs 50/2016 E S.M.I. TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA S.TEL.LA, ARTICOLATA IN 7 LOTTI, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO BIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER PNEUMOLOGIA, OCCORRENTI ALLA ALS DI LATINA.

NUMERO GARA: 9169704

VERBALE DELLA COMMISSIONE

- I° SEDUTA TECNICA – PUBBLICA - DEL 28.08.2023

A seguito della convocazione delle ditte avvenuta tramite la piattaforma S.TEL.LA., il giorno 24.08.2023 si è riunita la Commissione Giudicatrice della gara in oggetto nominata con Deliberazione n. 1027 del 22.08.2023.

Alle ore 10.35 la Commissione è presente nelle persone dei seguenti componenti:

PRESIDENTE: Dr.ssa Gabriella Monteforte – Dirigente Medico UOC Medicina Urgenza e UTN;

COMPONENTE: Dr.ssa Mariagioconda Zotti - Dirigente Medico UOSD Pneumologia;

COMPONENTE: Dr. Marcello Ciuffreda - Dirigente Medico UOSD Pneumologia;

SEGRETARIO VERBALIZZANTE NON COMPONENTE: Alessandra Di Paolo

E'presente anche il RUP la Dott.ssa Giorgia Ceccano.

Preliminarmente il RUP di gara acquisisce dai Commissari la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse rispetto alle ditte candidate, mediante compilazione di apposita modulistica aziendale, ai sensi e per gli effetti dell'applicazione della normativa sulla trasparenza (parte integrante del presente verbale).

opa

Alle ore 09.44 si apre la seduta.

Collegati in video conferenza sono presenti i seguenti rappresentanti delle Ditte che entro i termini indicati hanno presentato la procura e la copia del documento:

Ditta FARMASAN SRL – Sig.ra Debora Brozzi

Ditta COOK ITALIA SRL - Sig. Andrea Romagnoli.

Si riscontrano immediatamente problemi di audio, la condivisione dello schermo permette di ovviare alla problematica.

Il Rup precisa che come previsto dal Disciplinare di gara la stazione appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale e pertanto da avvio alla valutazione tecnica, successivamente alla valutazione economica e quindi alla verifica della documentazione amministrativa.

Nel sistema regionale S.TEL.LA l'inversione procedimentale prevede una preliminare ammissione con riserva in valutazione amministrativa, delle ditte partecipanti, ai sensi dell'art.133 comma 8 del D.Lgs 50/2016, il RUP accede al sistema con le proprie credenziali ed ammette tutte le Ditte che hanno presentato offerta, rendendo possibile l'apertura delle buste tecniche.

Il Presidente di Commissione accede alla piattaforma, registra l'avvenuta ricezione dei campioni dovuti e procede all'apertura delle buste tecniche, alla verifica della corrispondenza che quanto presentato sia conforme a quanto richiesto e al download della documentazione tecnica in ordine di lotto:

Lotto n.	Ditta
1	M.G. LORENZATTO SRL
	COOK ITALIA SRL
2	M.G. LORENZATTO SRL
3	M.G. LORENZATTO SRL
4	FARMASAN S.R.L.
5	COOK ITALIA SRL
6	FARMASAN S.R.L.
7	FARMASAN S.R.L.

Alle ore 10.43 il rappresentante della Ditta COOK Italia SRL abbandona la riunione.

La Commissione Giudicatrice procederà in seduta riservata alla valutazione della documentazione tecnica e dei campioni presentati dagli operatori economici.

Alle ore 10.52 si conclude la riunione.


Latina, 28.08.2023

L.C.S.

PRESIDENTE: Dr.ssa Gabriella Monteforte




COMPONENTE: Dr.ssa Mariagioconda Zotti



COMPONENTE: Dr. Marcello Ciuffreda




IL RUP: Dr.ssa Giorgia Ceccano



SEGRETARIO NON COMPONENTE: Alessandra Di Paolo



IL RUP: Dr.ssa Giorgia Ceccano



GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA, DA ESPLETARSI AI SENSI ART. 60 D.Lgs 50/2016 E S.M.I. TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA S.TEL.LA, ARTICOLATA IN 7 LOTTI, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO BIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER PNEUMOLOGIA, OCCORRENTI ALLA ALS DI LATINA.

NUMERO GARA: 9169704

VERBALE DELLA COMMISSIONE

- II° SEDUTA TECNICA – RISERVATA - DEL 28.08.2023

Il giorno 28.08.2023 si è riunita la Commissione Giudicatrice della gara in oggetto nominata con Deliberazione n. 1027 del 22.08.2023.

Alle ore 11.00 la Commissione è presente nelle persone dei seguenti componenti:

PRESIDENTE: Dr.ssa Gabriella Monteforte – Dirigente Medico UOC Medicina Urgenza e UTN;

COMPONENTE: Dr.ssa Mariagioconda Zotti - Dirigente Medico UOSD Pneumologia;

COMPONENTE: Dr. Marcello Ciuffreda - Dirigente Medico UOSD Pneumologia;

SEGRETARIO VERBALIZZANTE NON COMPONENTE: Alessandra Di Paolo

E' presente anche il RUP la Dott.ssa Giorgia Ceccano.

 Vengono messi a disposizione della Commissione Giudicatrice sia la copia della documentazione TECNICA ADD amministrativa presentata dagli operatori economici, scaricata dalla piattaforma S.TEL.LA che i campioni dei prodotti ricevuti, come di seguito specificato:

Campioni
M.G. LORENZATTO SRL - lotto 1,2,3.
COOK ITALIA SRL - lotto 1,5.
FARMASAN S.R.L. - lotto 4,6,7.

La Commissione Giudicatrice procederà in seduta riservata alla valutazione della documentazione tecnica e dei campioni presentati dagli operatori economici.

Alle ore 11.45 si conclude la riunione.

Latina, 28.08.2023

L.C.S.

PRESIDENTE: Dr.ssa Gabriella Monteforte

Gabriella Monteforte

COMPONENTE: Dr.ssa Mariagioconda Zotti

Mariagioconda Zotti

COMPONENTE: Dr. Marcello Ciuffreda

Marcello Ciuffreda

~~IL RUP: Dr.ssa Giorgia Ceccano~~

Giorgia Ceccano

SEGRETARIO NON COMPONENTE: Alessandra Di Paolo

Alessandra Di Paolo

IL RUP: Dr.ssa Giorgia Ceccano

Giorgia Ceccano

GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA, DA ESPLETARSI AI SENSI ART. 60 D.Lgs 50/2016 E S.M.I. TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA S.TEL.LA, ARTICOLATA IN 7 LOTTI, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO BIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER PNEUMOLOGIA, OCCORRENTI ALLA ALS DI LATINA.

NUMERO GARA: 9169704

VERBALE DELLA COMMISSIONE

- III° SEDUTA TECNICA – RISERVATA - DEL 01.09.2023

Il giorno 01.09.2023 si è riunita la Commissione Giudicatrice della gara in oggetto nominata con Deliberazione n. 1027 del 22.08.2023.

Alle ore 12.10 la Commissione è presente nelle persone dei seguenti componenti:

PRESIDENTE: Dr.ssa Gabriella Monteforte – Dirigente Medico UOC Medicina Urgenza e UTN;

COMPONENTE: Dr.ssa Mariagioconda Zotti - Dirigente Medico UOSD Pneumologia;

COMPONENTE: Dr. Marcello Ciuffreda - Dirigente Medico UOSD Pneumologia;

SEGRETARIO VERBALIZZANTE NON COMPONENTE: Alessandra Di Paolo

E' presente anche il RUP la Dott.ssa Giorgia Ceccano.

Prima di iniziare la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione di gara prende atto che l'assegnazione dei punteggi tecnici deve avvenire con le modalità di cui al punto 18 del Disciplinare di gara, il cui testo si richiama nel presente verbale:

Art.18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

"l'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nel Capitolato Tecnico. Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42/70 per l'ammissione delle Ditte alle successive fasi di gara.

Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia

Ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nel Capitolato Tecnico, è attribuito un punteggio sulla base della seguente formula:

$$Pta = \sum (W_i * V_{ai})$$

dove

Pta= punteggio di valutazione tecnica dell'offerta "a"

S= sommatoria

W_i = punteggio attribuito all'elemento "i"

V_{ai} = coefficienti dell'offerta "a" rispetto al criterio variabile tra 0 e 1

n = numero totale degli elementi

I coefficienti $V(a)_i$, sono determinati sulla base della media dei coefficienti (variabili tra 0 e 1),

attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario, utilizzando la seguente Tabella di valutazione:

GUIDIZIO	COEFFICIENTI
Ottimo	1,00
Buono	0,80
Discreto	0,60
Sufficiente	0,40
Insufficiente	0

Richiamato il verbale della seduta pubblica svoltasi in data 28.08.2023, nella quale si è provveduto alla apertura delle buste contenenti le offerte tecniche sulla piattaforma digitale STELLA, la Commissione, all'esito di prove tecniche effettuate in sala operatoria, procede alla disamina della documentazione tecnica e dei campioni ancora da analizzare.

La Commissione ritiene di aver acquisito elementi sufficienti a dichiarare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico e procede all'assegnazione dei seguenti giudizi per il lotto n.1:

LOTTO	DITTA	CRITERI QUALITATIVI	Punteggio Massimo	Tipo di criterio	GIUDIZIO Presidente Dott.ssa Monteforte	GIUDIZIO Componente Dott.ssa Zotti	GIUDIZIO Componente Dott. Ciuffreda
LOTTO 1 (1-A e 1-B) M.G. LORENZATTO SRL		Atraumaticità	15	Discrezionale	Ottimo - l'ago ha dimostrato penetrazione nella mucosa con un singolo passaggio anche nelle stazioni linfonodali dov'è presente la cartilagine	Ottimo - l'ago ha dimostrato penetrazione nella mucosa con un singolo passaggio anche nelle stazioni linfonodali dov'è presente la cartilagine	Ottimo - l'ago ha dimostrato penetrazione nella mucosa con un singolo passaggio anche nelle stazioni linfonodali dov'è presente la cartilagine
		Ecogenicità	15	Discrezionale	Discreto - visibilità discreta e punta ago sempre ben visibile	Buono - buona visibilità e punta ago sempre ben visibile	Discreto - visibilità discreta e punta ago sempre ben visibile
		Qualità del sistema di bloccaggio dell'ago e della guaina	15	Discrezionale	Ottimo - ottimo sistema bloccaggio eseguibile con una sola mano	Ottimo - ottimo sistema bloccaggio eseguibile con una sola mano	Ottimo - ottimo sistema bloccaggio eseguibile con una sola mano
		Manovrabilità	25	Discrezionale	Ottimo - ottima facilità di inserimento dell'ago nello strumento e ottima sincronia nel movimento tra ago e strumento	Ottimo - ottima facilità di inserimento dell'ago nello strumento e ottima sincronia nel movimento tra ago e strumento	Ottimo - ottima facilità di inserimento dell'ago nello strumento e ottima sincronia nel movimento tra ago e strumento

Totale punteggio attribuito: 65 (si allega scheda di valutazione quale parte integrante del presente atto).

LOTTO	DITTA	CRITERI QUALITATIVI	Punteggio Massimo	Tipo di criterio	GIUDIZIO Presidente Dott.ssa Monteforte	GIUDIZIO Componente Dott.ssa Zotti	GIUDIZIO Componente Dott. Ciuffreda
LOTTO 1 (1-A e 1-B) COOK ITALIA SRL		Atraumaticità	15	Discrezionale	Discreto - discreta penetrabilità sebbene spesso siano necessari più passaggi per raggiungere la lesione	Sufficiente - sono sempre necessari più passaggi nelle sedi dov'è presente cartilagine, soprattutto con l'ago di calibro 22 G	Discreto - discreta penetrabilità sebbene spesso siano necessari più passaggi per raggiungere la lesione
		Ecogenicità	15	Discrezionale	Buono - l'ecogenicità dell'ago risulta essere buona durante la procedura	Buono - l'ecogenicità dell'ago risulta essere buona durante la procedura	Ottimo - durante la procedura l'ago è sempre ben visibile per intero
		Qualità del sistema di bloccaggio dell'ago e della guaina	15	Discrezionale	Sufficiente - in quanto richiede un tempo prolungato di esecuzione e l'impiego di entrambe le mani	Sufficiente - in quanto richiede un tempo prolungato di esecuzione e l'impiego di entrambe le mani	Sufficiente - in quanto richiede un tempo prolungato di esecuzione e l'impiego di entrambe le mani
		Manovrabilità	25	Discrezionale	Discreto - discreta manovrabilità sebbene in alcune zone la fuoriuscita dell'ago può risultare difficoltosa	Discreto - discreta manovrabilità sebbene in alcune zone la fuoriuscita dell'ago può risultare difficoltosa	Discreto - discreta manovrabilità sebbene in alcune zone la fuoriuscita dell'ago può risultare difficoltosa

Totale punteggio attribuito: 42 (si allega scheda di valutazione quale parte integrante del presente atto).

La Commissione ritiene di aver acquisito elementi sufficienti a dichiarare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico e procede all'assegnazione dei seguenti giudizi per il lotto n.2:

LOTTO	DITTA	CRITERI QUALITATIVI	Punteggio Massimo	Tipo di criterio	GIUDIZIO Presidente Dott.ssa Monteforte	GIUDIZIO Componente Dott.ssa Zotti	GIUDIZIO Componente Dott. Ciuffreda
2	M.G. LORENZATTO SRL	Atraumaticità	10	Discrezionale	Buono	Buono	Buono
		Risposta di apertura della pinza	25	Discrezionale	Buono	Buono	Buono
		Flessibilità distale della pinza	15	Discrezionale	Ottimo	Ottimo	Ottimo
		Manovrabilità	20	Discrezionale	Buono	Buono	Buono

Totale punteggio attribuito: 59 (si allega scheda di valutazione quale parte integrante del presente atto).

La Commissione ritiene di aver acquisito elementi sufficienti a dichiarare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico e procede all'assegnazione dei seguenti giudizi per il lotto n.3:

LOTTO	DITTA	CRITERI QUALITATIVI	Punteggio Massimo	Tipo di criterio	GIUDIZIO Presidente Dott.ssa Monteforte	GIUDIZIO Componente Dott.ssa Zotti	GIUDIZIO Componente Dott. Ciuffreda
3	M.G. LORENZATTO SRL						
		Atraumaticità	10	Discrezionale	Discreto	Discreto	Discreto
		Risposta di apertura della pinza	25	Discrezionale	Buono	Buono	Buono
		Flessibilità distale della pinza	15	Discrezionale	Ottimo	Ottimo	Ottimo
		Manovrabilità	20	Discrezionale	Buono	Buono	Buono

Totale punteggio attribuito: 57 (si allega scheda di valutazione quale parte integrante del presente atto).

La Commissione ritiene di aver acquisito elementi sufficienti a dichiarare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico e procede all'assegnazione dei seguenti giudizi per il lotto n.4 (non è stato possibile valorizzare la durata massima di posizionamento nel cavo pleurico o addominale in quanto informazione non presente nella scheda tecnica.):

LOTTO	DITTA	CRITERI QUALITATIVI	Punteggio Massimo	Tipo di criterio	GIUDIZIO Presidente Dott.ssa Monteforte	GIUDIZIO Componente Dott.ssa Zotti	GIUDIZIO Componente Dott. Ciuffreda
4	FARMASAN SRL						
		Sistemi di sicurezza per evitare lesioni iatrogene	20	Discrezionale	Ottimo	Ottimo	Ottimo
		Versatilità di utilizzo	15	Discrezionale	Ottimo	Ottimo	Ottimo
		Durata massima di posizionamento nel cavo pleurico o addominale da scheda tecnica	20	Proporzionale (vedasi formula)	Dato non rilevato dalla scheda tecnica presentata		
		Visibilità del drenaggio in radiologia tradizionale	15	Discrezionale	Buono	Buono	Buono

Totale punteggio attribuito: 47 (si allega scheda di valutazione quale parte integrante del presente atto).

La Commissione ritiene di aver acquisito elementi sufficienti a dichiarare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico e procede all'assegnazione dei seguenti giudizi per il lotto n.5 (non è stato possibile valorizzare la durata massima di posizionamento nel cavo pleurico o addominale in quanto informazione non presente nella scheda tecnica.):

LOTTO	DITTA	CRITERI QUALITATIVI	Punteggio Massimo	Tipo di criterio	GIUDIZIO Presidente Dott.ssa Monteforte	GIUDIZIO Componente Dott.ssa Zotti	GIUDIZIO Componente Dott. Ciuffreda
5	COOK ITALIA SRL	Sistemi di sicurezza per evitare lesioni iatrogene	20	Discrezionale	Buono	Buono	Buono
		Versatilità di utilizzo	15	Discrezionale	Ottimo	Ottimo	Ottimo
		Durata massima di posizionamento nel cavo pleurico o addominale da scheda tecnica	20	Proporzionale (vedasi formula)	Dato non rilevato dalla scheda tecnica presentata		
		Visibilità del drenaggio in radiologia tradizionale	15	Discrezionale	Ottimo	Ottimo	Ottimo

Totale punteggio attribuito: 46 (si allega scheda di valutazione quale parte integrante del presente atto).

La Commissione ritiene di aver acquisito elementi sufficienti a dichiarare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico e procede all'assegnazione dei seguenti giudizi per il lotto n.6 (non è stato possibile valorizzare la durata massima di posizionamento nel cavo pleurico o addominale in quanto informazione non presente nella scheda tecnica.):

LOTTO	DITTA	CRITERI QUALITATIVI	Punteggio Massimo	Tipo di criterio	GIUDIZIO Presidente Dott.ssa Monteforte	GIUDIZIO Componente Dott.ssa Zotti	GIUDIZIO Componente Dott. Ciuffreda
6	FARMASAN SRL	Sistemi di sicurezza per evitare lesioni iatrogene	20	Discrezionale	Buono	Buono	Buono
		Versatilità di utilizzo	15	Discrezionale	Buono	Buono	Buono
		Durata massima di posizionamento nel cavo pleurico o addominale da scheda tecnica	20	Proporzionale (vedasi formula)	Dato non rilevato dalla scheda tecnica presentata		
		Visibilità del drenaggio in radiologia tradizionale	15	Discrezionale	Ottimo	Ottimo	Ottimo

Totale punteggio attribuito: 43 (si allega scheda di valutazione quale parte integrante del presente atto).

La Commissione ritiene di aver acquisito elementi sufficienti a dichiarare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico e procede all'assegnazione dei seguenti giudizi per il lotto n.7 (non è stato possibile valorizzare la durata massima di posizionamento nel cavo pleurico o addominale in quanto informazione non presente nella scheda tecnica.):

LOTTO	DITTA	CRITERI QUALITATIVI	Punteggio Massimo	Tipo di criterio	GIUDIZIO Presidente Dott.ssa Monteforte	GIUDIZIO Componente Dott.ssa Zotti	GIUDIZIO Componente Dott. Ciuffreda
7	FARMASAN SRL						
		Sistemi di sicurezza per evitare lesioni iatrogene	20	Discrezionale	Ottimo	Ottimo	Ottimo
		Versatilità di utilizzo	15	Discrezionale	Discreto	Discreto	Discreto
		Durata massima di posizionamento nel cavo pleurico o addominale da scheda tecnica	20	Proporzionale (vedasi formula)	Dato non rilevato dalla scheda tecnica presentata		
		Visibilità del drenaggio in radiologia tradizionale	15	Discrezionale	Buono	Ottimo	Buono

Totale punteggio attribuito: 42 (si allega scheda di valutazione quale parte integrante del presente atto).

Si dispone che gli esiti delle valutazioni tecniche verranno trasmessi al RUP per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Alle ore 14.02 la Commissione conclude i lavori.


Latina, 01.09.2023

L.C.S.

PRESIDENTE: Dr.ssa Gabriella Monteforte




COMPONENTE: Dr.ssa Mariagioconda Zotti




COMPONENTE: Dr. Marcello Ciuffreda



SEGRETARIO NON COMPONENTE: Alessandra Di Paolo



IL RUP: Dr.ssa Giorgia Ceccano



GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA, DA ESPLETARSI AI SENSI ART. 60 D.Lgs 50/2016 E S.M.I. TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA S.TEL.LA, ARTICOLATA IN 7 LOTTI, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO BIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER PNEUMOLOGIA, OCCORRENTI ALLA ASL DI LATINA.

NUMERO GARA: 9169704

VERBALE DELLA COMMISSIONE

- IV° SEDUTA TECNICA – PUBBLICA - DEL 08.09.2023

A seguito della convocazione delle ditte avvenuta tramite la piattaforma S. TEL.LA il giorno 08.09.2023 si è riunita la Commissione Giudicatrice della gara in oggetto nominata con Deliberazione n. 1027 del 22.08.2023, al fine di:

- attribuire i punteggi di valutazione tecnica/definizione fase tecnica
- apertura buste economiche
- definizione graduatoria

Alle ore 12.30 la Commissione è presente nelle persone dei seguenti componenti:

PRESIDENTE: Dr.ssa Gabriella Monteforte – Dirigente Medico UOC Medicina Urgenza e UTN;

COMPONENTE: Dr.ssa Mariagioconda Zotti - Dirigente Medico UOSD Pneumologia;

COMPONENTE: Dr. Marcello Ciuffreda - Dirigente Medico UOSD Pneumologia;

SEGRETARIO VERBALIZZANTE NON COMPONENTE: Alessandra Di Paolo

E' presente anche il RUP la Dott.ssa Giorgia Ceccano.

Alle ore 12.50 si apre la seduta.

Si accerta la presenza del rappresentante dell'unica azienda che entro i termini indicati, ha presentato la procura e copia del documento di riconoscimento: Ditta FARMASAN SRL – Sig.ra Debora Brozzi.

Il Presidente di Commissione procede alla lettura dei punteggi tecnici ottenuti all'esito della valutazione delle offerte tecniche e dei campioni (Cfr. ultimo Verbale seduta riservata del 01.09.2023

Handwritten signatures of the commission members and secretary. The top signature is likely of the President, Dr.ssa Gabriella Monteforte. The middle signature is likely of the component Dr.ssa Mariagioconda Zotti. The bottom signature is likely of the secretary, Alessandra Di Paolo.

e relative schede allegate) in ordine di lotto e di offerte presentate. Contestualmente alla lettura dei punteggi, si provvede all'inserimento degli stessi su piattaforma S.TEL.LA.

Alle ore 13.05 si dichiara conclusa la fase tecnica.

Alle 13.06 il Presidente di Commissione avvia la fase economica.

Si procede all'apertura delle buste economiche e al download dei documenti presentati relativamente al lotto **n.1**.

L'offerta economica della ditta M.G. LORENZATTO SRL è pari ad € 39.474,00 (Iva esclusa).

L'offerta economica della ditta COOK ITALIA SRL è pari ad € 39.000,00 (Iva esclusa).

Quindi si procede all'apertura della busta economica e al download dei documenti presentati per il lotto **n.2**.

L'offerta economica della ditta M.G. LORENZATTO SRL è pari a € 1.207,20 (Iva esclusa).

Per il lotto **n.3**, si procede all'apertura della busta economica e al download dei documenti presentati dalla ditta M.G. LORENZATTO SRL l'offerta è pari a € 201,20 (Iva esclusa).

Per il lotto **n.4**, si procede all'apertura della busta economica e al download dei documenti presentati dalla ditta FARMASAN SRL l'offerta è pari a € 21.600,00 (Iva esclusa).

Per il lotto **n.5** si procede all'apertura della busta economica e al download dei documenti presentati dalla ditta COOK ITALIA SRL l'offerta è pari ad € 30.000,00 (Iva esclusa).

Per il lotto **n.6** si procede all'apertura della busta economica e al download dei documenti presentati dalla ditta FARMASAN SRL, l'offerta è pari a € 200,00 (Iva esclusa).

Per il lotto **n.7** si procede all'apertura della busta economica e al download dei documenti presentati dalla ditta FARMASAN SRL l'offerta è pari a € 2.775,00 (Iva esclusa).

Come previsto dal Disciplinare di gara nell'art.18.03, la Commissione procede al calcolo del punteggio economico da attribuire a ciascuna Ditta mediante l'utilizzo della seguente formula precedentemente impostata in piattaforma S.TEL.LA:

$$P = P_{max} * (V_{min\ off} / V_{off})$$

P_{max} = punteggio massimo (30)

V_{off} = valore offerto

$V_{min\ off}$ = valore minimo offerto

Di seguito lo prospetto riepilogativo dei punteggi totali, mediante somma del punteggio tecnico e del punteggio economico:

Lotto	Ditta	Punteggio tecnico	Punteggio economico	Punteggio totale
n.1	M.G. LORENZATTO SRL	65,00	29,64	94,64
	COOK ITALIA SRL	42,00	30,00	72,00
n.2	M.G. LORENZATTO SRL	59,00	30,00	89,00
n.3	M.G. LORENZATTO SRL	57,00	30,00	87,00
n.4	FARMASAN SRL	47,00	30,00	77,00
n.5	COOK ITALIA SRL	46,00	30,00	76,00
n.6	FARMASAN SRL	43,00	30,00	73,00
n.7	FARMASAN SRL	42,00	30,00	72,00


Si dispone che gli esiti delle valutazioni tecniche verranno trasmessi al RUP per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Alle ore 13.30 la Commissione conclude i lavori.

Latina, 08.09.2023

L.C.S.

PRESIDENTE: Dr.ssa Gabriella Monteforte




COMPONENTE: Dr.ssa Mariagioconda Zotti




COMPONENTE: Dr. Marcello Ciuffreda



SEGRETARIO NON COMPONENTE: Alessandra Di Paolo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alessandra Di Paolo', written over a horizontal line.

IL RUP: Dr.ssa Giorgia Ceccano

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giorgia Ceccano', written over a horizontal line.