

**PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 E ART. 58 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.,
TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA S.TEL.LA, PER L'ACQUISIZIONE DI
DISPOSITIVI MEDICI PER LA PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI
ANTITUMORALI (UFA)**

**II VERBALE
COMMISSIONE GIUDICATRICE
SEDUTA TECNICA RISERVATA**

PREMESSO

- che il giorno 18 ottobre 2023 la Commissione giudicatrice si è riunita in seduta pubblica ed ha provveduto all'apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica degli operatori economici partecipanti;
- che la suddetta documentazione è stata scaricata dalla piattaforma S.TEL.LA e acquisita agli atti del procedimento (cfr Verbale I).

TUTTO CIO' PREMESSO

il giorno 13.12.2023 alle ore 09.30, è riunita la Commissione Giudicatrice della Gara in oggetto nominata con Deliberazione n. 1005 del 07.08.2023.

La Commissione è presente nelle persone di:

PRESIDENTE Dr.ssa Bonanni Gabriella

COMPONENTE Dr. Corbingi Andrea

COMPONENTE Dr.ssa Maria Luisa Cervoni

In collegamento da remoto il **SEGRETARIO VERBALIZZANTE NON COMPONENTE**
Dott.ssa Eva Cancelli

IL PRESIDENTE DELLE COMMISSIONE GIUDICATRICE

apre i lavori in seduta riservata alle ore 9.30, presso il reparto UFA dell'Ospedale S. Maria Goretti di Latina.

La Commissione giudicatrice procede alla disamina delle singole offerte e dei campioni presentati, le cui caratteristiche più salienti verranno osservate e annotate insieme al personale di comparto, al fine di poter dotare la Commissione di uno strumento di ausilio per la sintesi, l'apprezzamento e la valutazione delle singole offerte, che dovrà essere effettuata da ciascun commissario sulla base dei criteri elencati e dettagliati nel Capitolato tecnico e nel Disciplinare di gara (cfr art. 18 del Disciplinare di gara).

La Commissione procede con la valutazione del **Lotto 1**, ditte concorrenti:

Aries S.r.l.
ICU MEDICAL EUROPE SRL

Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Bonanni

Il Componente
Dr. Andrea Corbingi

Il Componente
Dr.ssa Maria Luisa Cervoni

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

SIDAM SRL
SP MED SRL

L'analisi del Lotto 1 ha contemplato la valutazione dei campioni presentati per i due sub lotti (1a e 1b), fuori e dentro la camera bianca, usando sia la soluzione di NACL 0,9%, sia farmaci antitumorali a basso costo e/o a scadenza ravvicinata.

Sono stati analizzati n. 5 campioni per ogni ditta, testando la praticità e la sicurezza dei perforatori, con una valutazione preliminare di fisiologica fuori dalla *clean room* e successivamente con l'utilizzo di farmaci campione quali l'Adriblastina Pfizer 200mg e Busulfano della Tollmed. La scelta dei prodotti farmaceutici è legata nel primo caso al fatto che spesso, con l'utilizzo di altri spike, si è riscontrata una fuoriuscita del farmaco, facilmente evidenziabile grazie alla colorazione dello stesso; nel secondo caso la prova è stata effettuata con dei flaconi in scadenza che sono compatibili con il dispositivo oggetto di valutazione.

La Commissione procede con la valutazione del **Lotto 2**, ditte concorrenti:

Aries S.r.l.
LAWS MEDICAL EQUIPMENT SRL
SIDAM SRL
SP MED SRL

Sono stati analizzati n. 5 campioni per ogni ditta.

Per quanto riguarda il lotto 2a la valutazione ha previsto l'uso di una soluzione di NACL 0,9%, prima fuori la *clean room*, per un'analisi della sicurezza e facilità d'uso del dispositivo, successivamente si è testato il perforatore con un farmaco in polvere. Stessa procedura di analisi è stata svolta per i campioni del lotto 2b.

La scelta del farmaco è legata al costo relativamente basso e alla terapia prescritta nel giorno di analisi.

La Commissione procede con la valutazione del **Lotto 3**, ditte concorrenti:

Aries S.r.l.
CAIR ITALIA
ICU MEDICAL EUROPE SRL
LAWS MEDICAL EQUIPMENT SRL
SIDAM SRL
SP MED SRL

L'analisi del Lotto 3 ha contemplato l'uso dei due diluenti maggiormente utilizzati nella ricostituzione dei citostatici, vale a dire NACL 0,9% e acqua per preparazioni iniettabili.

La Commissione procede con la valutazione del **Lotto 4**, ditte concorrenti:

Aries S.r.l.
CAIR ITALIA
ICU MEDICAL EUROPE SRL
SIDAM SRL
SP MED SRL

Sono stati analizzati n. 5 campioni per ogni ditta.


Fuori dalla *clean room* i dispositivi sono stati provati con le soluzioni di NACL 0,9% ed utilizzando siringhe luer lock.

Alle ore 13.30 il Presidente dichiara conclusa la seduta riservata e aggiorna i lavori alla prossima seduta per la valutazione delle offerte tecniche dei restanti operatori economici.


Latina, 13.12.2023

L.C.S.


Il PRESIDENTE Dr.ssa Gabriella Bonanni



Il COMPONENTE Dr. Andrea Corbingi



Il COMPONENTE Dr.ssa Maria Luisa Cervoni



Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE NON COMPONENTE Dott.ssa Eva Cancelli