

**PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 E ART. 58 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.,
TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA S.TEL.LA, PER L'ACQUISIZIONE DI
DISPOSITIVI MEDICI PER LA PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI
ANTITUMORALI (UFA)**

**III VERBALE
COMMISSIONE GIUDICATRICE
SEDUTA TECNICA RISERVATA**

PREMESSO

- che il giorno 13 dicembre 2023 la Commissione giudicatrice si è riunita in seduta riservata ed ha provveduto alla valutazione dei campioni relativi ai lotti 1, 2, 3 e 4 (cfr Verbale II).

TUTTO CIO' PREMESSO

il giorno 18.12.2023 alle ore 09.30, è riunita la Commissione Giudicatrice della Gara in oggetto nominata con Deliberazione n. 1005 del 07.08.2023.

La Commissione è presente nelle persone di:

PRESIDENTE Dr.ssa Bonanni Gabriella

COMPONENTE Dr. Corbingi Andrea

COMPONENTE Dr.ssa Maria Luisa Cervoni

In collegamento da remoto il **SEGRETARIO VERBALIZZANTE NON COMPONENTE**
Dott.ssa Eva Cancelli

IL PRESIDENTE DELLE COMMISSIONE GIUDICATRICE

apre i lavori in seduta riservata alle ore 9.30, presso il reparto UFA dell'Ospedale S. Maria Goretti di Latina.

La Commissione procede con la valutazione del **Lotto 5**, ditte concorrenti:

Aries S.r.l.
CAIR ITALIA
ICU MEDICAL EUROPE SRL
LAWS MEDICAL EQUIPMENT SRL
Nicogen srl
SIDAM SRL
SP MED SRL

Per l'analisi del Lotto 5 sono stati analizzati n. 5 campioni per ogni ditta, per analizzare i set di connessione sacca o flacone e deflussore per antiblastici.

I test sono stati condotti fuori dalla *clean room*, in quanto sono state utilizzate per la valutazione le sacche VIAFLO Baxter di glucosio 5% da 100ml, in scadenza presso il magazzino farmaceutico.

La Commissione procede con la valutazione del **Lotto 6**, ditte concorrenti:

Aries S.r.l.

Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Bonanni

Il Componente
Dr. Andrea Corbingi

Il Componente
Dr. Ssa Maria Luisa Cervoni

Il Segretario
Dott.ssa Eva Cancelli

CAIR ITALIA
ICU MEDICAL EUROPE SRL
LAWS MEDICAL EQUIPMENT SRL
SIDAM SRL
SP MED SRL


Per l'analisi del lotto n. 6 è stata condotta la stessa tipologia di analisi del lotto n. 5, con l'uso degli stessi parametri, ponendo maggiore attenzione al corretto defluire della soluzione attraverso il dispositivo. Tale osservazione è legata al fatto che, qualora generasse aria durante il normale utilizzo del dispositivo si potrebbe bloccare il passaggio della soluzione.

Alle ore 11.00 il Presidente dichiara conclusa la seduta riservata e aggiorna i lavori alla prossima seduta per la valutazione delle offerte tecniche dei restanti operatori economici.


Latina, 18.12.2023

L.C.S.


Il PRESIDENTE Dr.ssa Gabriella Bonanni



Il COMPONENTE Dr. Andrea Corbingi



Il COMPONENTE Dr.ssa Maria Luisa Cervoni



Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE NON COMPONENTE Dott.ssa Eva Cancelli

