

UOC PROCEDURE DI ACQUISTO E CONTRATTI

e-mail: s.dimaggio@ausl.latina.it

pec: amministrazione@pec.ausl.latina.it

Latina, lì 28.07.2023

PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI IN MODALITÀ TELEMATICA AI SENSI DELL' ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 DA AGGIUDICARSI EX ART. 95 COMMA 2 DEL D.LGS CITATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA DI POSTA PNEUMATICA E DI PREANALITICA ARTICOLATO IN UNICO LOTTO INDIVISIBILE, PER LA UOC DI PATOLOGIA CLINICA DEL P.O. S. MARIA GORETTI DI LATINA, PER UN TRIENNIO. N. GARA ANAC: 9186044

VERBALE DEFINITIVO DI CHIARIMENTI

In riferimento alla gara di cui sopra, entro i termini contemplati negli atti di gara, è pervenuto un quesito che viene di seguito riportato unitamente alla relativa risposta.

QUESITO 1	RISPOSTA
Si chiede di voler attivare il CIG.	Il cig è stato perfezionato.
QUESITO 2	RISPOSTA
1. In riferimento al Capitolato Tecnico, considerata la complessità del progetto che viene richiesto, si chiede la possibilità di ricevere le planimetrie in formato editabile .dwg, propedeutiche all'approntamento del progetto inerente la posta pneumatica e il sistema di Pre analitica con l'indicazione dei	Le planimetrie potranno essere ritirate presso la Uoc "Procedure d'Acquisto e Contratti" previo richiesta di appuntamento con la dott.ssa Tiziana Tribuzio all'indirizzo mail t.tribuzio@ausl.latina.it da persona munita di apposita delega e documento di riconoscimento.

locali oggetto di gara e con eventuale ipotesi di indicazione dei percorsi, se già individuati in via preliminare dalla S.A.

2. In riferimento al Capitolato Tecnico art.10 viene specificato "La Posta Pneumatica nella fornitura del contratto, per la quale l'ASL di LATINA non corrisponde nessun canone di noleggio, alla scadenza del contratto resterà di proprietà della suddetta ASL senza canoni o spese aggiuntive per l'azienda, che si fa carico solo della manutenzione ordinaria". A tal riguardo si chiede:

- di chiarire tempi e modalità di fatturazione (e relativo pagamento) dell'impianto di posta pneumatica (posto che nel Capitolato Tecnico – art. 10 – viene specificato che nessun canone di noleggio verrà corrisposto in tal senso).
- di confermare che alla scadenza del contratto la ASL si farà carico anche degli oneri di manutenzione straordinaria su chiamata e/o riparazione impianto e suoi componenti.

3. In riferimento al 12.mo punto dell'Art. 10 del Capitolato Tecnico viene richiesto "Caricamento del bossolo, all'interno della stazione, in fase di partenza, ed il suo carico nel cestino sottostante in fase di arrivo devono essere automatici". A tal proposito si chiede di confermare che l'indicazione del "caricamento" automatico del bossolo sia un rifiuto, in quanto il bossolo viene riempito manualmente dall'operatore, e poi inserito dallo stesso nella bocca di carico della stazione. Contrariamente, invece, lo scarico nel cestino sottostante avviene assolutamente in maniera automatica;

La realizzazione del sistema di preanalitica e della posta pneumatica prevede la fornitura di una serie di strumentazioni, come da Capitolato Tecnico, comprensivo dei lavori di installazione, muratura e impiantistica varia che sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario della gara d'appalto. L'importo di aggiudicazione contrattuale dovuto sarà corrisposto in fatture trimestrali.(si veda quesito n. 2 punto 11).

Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria durante la vigenza contrattuale sono a carico dell'azienda risultata aggiudicataria dell'appalto. A fine contratto saranno poi a carico dell' ASL di Latina.

Trattasi di rifiuto, il bossolo verrà di fatto riempito manualmente da un operatore della preanalitica.



4. In deroga a quanto genericamente indicato al Paragrafo 8 del Disciplinare di Gara, chiediamo conferma che tra le attività subappaltabili possano essere richieste ed autorizzabili anche: - opere edili propedeutiche all'installazione del sistema di preanalitica ed alla realizzazione dell'impianto di posta pneumatica (incluse eventuali coibentazioni, scavi e/o ripristini, adeguamenti degli impianti esistenti, ecc.) - opere elettriche a servizio del sistema di preanalitica e dell'impianto di posta pneumatica - parte dell'assistenza tecnica post-installazione dell'impianto di posta pneumatica (relativa ad eventuale riparazione e/o manutenzione in loco, al fine di fornire un servizio maggiormente efficace e celere);

5. Posto che il fornitore dell'impianto di posta pneumatica assicurerà il servizio di reperibilità telefonica 7 giorni su 7 in orario diurno, chiediamo conferma che i tempi indicati al punto 24 del Disciplinare di Gara non riguardino il servizio di assistenza on site della posta pneumatica.

6. In riferimento al Capitolato Tecnico al paragrafo Requisiti Minimi di ingresso del sistema preanalitico a pag.4 viene richiesto "Aliquotazione (si richiede almeno un aliquotatore) con produttività del singolo analizzatore pari a 200 Aliquote/ora ...". Si chiede di confermare che il termine "analizzatore" in tale requisito è un refuso e che il termine corretto da utilizzare è "aliquotatore".

Si, è possibile il subappalto nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il servizio assistenza per la posta pneumatica deve provvedere ad avere un reperibile che da remoto possa aiutare a risolvere problemi tecnici entro le 24h.

Si, il termine esatto è "Aliquotatore".



7. L'art. 11.1 – REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE – dispone che “Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione in lingua italiana autocertificata ai sensi della D.P.R. 445/2000”. Al fine di agevolare il processo di predisposizione della documentazione tecnica, si chiede di confermare che sia possibile allegare in lingua inglese certificazioni ISO, dichiarazioni di conformità CE, depliant illustrativi e manuali d'uso se non disponibili in lingua italiana, trattandosi di documentazione predisposta da Istituti Scientifici e/o ditta fabbricante, situati all'estero; 8. Si chiede di voler mettere a disposizione i modelli “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE”, “DGUE” e “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA FAMILIARI CONVIVENTI” in formato editabile; 9. Al fine di agevolare il processo di predisposizione della documentazione amministrativa, si chiede ci consentire che, in luogo del modello “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA FAMILIARI CONVIVENTI” sia possibile allegare, per ciascuno dei soggetti interessati, apposita dichiarazione, a firma olografa da parte di ciascuno di essi, predisposta su apposito modello da parte dell'Operatore economico, riportante le medesime informazioni di cui al documento di gara.	Si conferma quanto disposto dall'art. 14 del disciplinare di gara che dispone:” Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione in lingua italiana autocertificata ai sensi del D.P.R. 445/2000. Non è possibile. Si informa che la documentazione è stata pubblicata in formato PDF editabile, di conseguenza è sufficiente fare il copia-incolla. Si, è possibile purchè resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e riporti tutte le informazioni richieste dal documento di gara.
--	---

10. In merito alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo relativamente alla domanda di partecipazione, si chiede di confermare che possa ritenersi accettabile quella che prevede l'apposizione del contrassegno telematico sulla domanda stessa, co allegata dichiarazione riportante numero e data del contrassegno. 11. In merito alle modalità di formulazione dell'offerta economica, si chiede di voler rendere disponibile fra i documenti di gara il modello da utilizzare, facendo presente che l'allegato 8 citato nel disciplinare di gara corrisponde all'attestato di sopralluogo. In alternativa, si chiede di consentire che l'offerta economica possa essere di libera predisposizione specificando, se del caso, quali siano le informazioni che la stessa debba contenere.	Dalla documentazione prodotta dovrà risultare l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo relativamente alla domanda di partecipazione. L'offerta economica può essere di libera predisposizione, indicando a pena di esclusione, l'importo complessivo comprendente quello delle attrezzature, dei dispositivi, e dei consumabili indicati nel capitolato tecnico di gara (si veda quesito n. 2 punto 2).In ogni caso si chiede di indicare anche la percentuale di ribasso praticato sull'importo a base d'asta.
QUESITO n. 3	
In riferimento alla gara in oggetto, si ritiene che quanto necessitato non è tecnicamente un impianto di posta pneumatica bensì un impianto di trasporto e gestione integrati di campioni/provette...	La fornitura della posta pneumatica per la sezione specialistica prevede il trasporto di campioni biologici in contenitori specifici, dalla nuova area pre-analitica sita al 1° piano, al 6° piano del nuovo laboratorio specialistico. Pertanto è un sistema nuovo da fornire in base alla descrizione del Capitolato di Gara e dopo sopralluogo come indicato nel suddetto. Resta indicato che l'appalto è costituito da un lotto unico, poiché l'erogazione del servizio afferisce ad un processo sistemico che necessita di unitarietà di governo e visione, e le attività in cui è suddiviso il servizio sono strettamente connesse e funzionali tra loro.

IL RUP
Dott. Salvatore Di Maggio