

Allegato n° 1

DITTA: ASE LOTTO: 1	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO 1	GIUDIZIO 2	GIUDIZIO 3	PUNTEGGIO 1	PUNTEGGIO 2	PUNTEGGIO 3	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70									
Design compatto con Impugnatura e leva di comando confortevole ed ergonomica	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	0,40	0,40	0,40	0,40	8,00
Angolazione alto/basso circa 180/160 °	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO	0,60	0,60	0,60	0,60	6,00
Lunghezza operativa circa 60/70 cm	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Connettore di aspirazione ergonomico con facilità di collegamento al tubo di aspirazione	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	0,40	0,40	0,40	0,40	2,00
Ampio campo visivo	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO	0,80	0,80	0,80	0,80	8,00
Facilità di apertura della confezione sterile e trasparente da un lato	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	0,40	0,40	0,40	0,40	2,00
Alta qualità dell'immagine video	15	discrezionale	DISCRETO	SUFFICIENTE	DISCRETO	0,60	0,40	0,60	0,53	7,95
	70									38,95 CHECK

DITTA: AMBU LOTTO: 1	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO 1	GIUDIZIO 2	GIUDIZIO 3	PUNTEGGIO 1	PUNTEGGIO 2	PUNTEGGIO 3	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70									
Design compatto con Impugnatura e leva di comando confortevole ed ergonomica	20	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00
Angolazione alto/basso circa 180/160 °	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO	0,80	0,80	0,80	0,80	8,00
Lunghezza operativa circa 60/70 cm	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Connettore di aspirazione ergonomico con facilità di collegamento al tubo di aspirazione	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Ampio campo visivo	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO	0,80	0,80	0,80	0,80	8,00
Facilità di apertura della confezione sterile e trasparente da un lato	5	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Alta qualità dell'immagine video	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	BUONO	1,00	1,00	0,80	0,93	14,00
	70									65,00 CHECK

DITTA: BOSTON SCIENTIFIC LOTTO: 1	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO 1	GIUDIZIO 2	GIUDIZIO 3	PUNTEGGIO 1	PUNTEGGIO 2	PUNTEGGIO 3	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70									
Design compatto con Impugnatura e leva di comando confortevole ed ergonomica	20	discrezionale	INSUFFICIENTE	INSUFFICIENTE	INSUFFICIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angolazione alto/basso circa 180/160 °	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO	0,60	0,60	0,60	0,60	6,00
Lunghezza operativa circa 60/70 cm	5	discrezionale	BUONO	OTTIMO	BUONO	0,80	1,00	0,80	0,86	4,30
Connettore di aspirazione ergonomico con facilità di collegamento al tubo di aspirazione	5	discrezionale	INSUFFICIENTE	INSUFFICIENTE	INSUFFICIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampio campo visivo	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO	0,80	0,80	0,80	0,80	8,00
Facilità di apertura della confezione sterile e trasparente da un lato	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	0,40	0,40	0,40	0,40	2,00
Alta qualità dell'immagine video	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	0,40	0,40	0,40	0,40	6,00
	70									26,30 CHECK

DITTA: LORENZATTO LOTTO: 1	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO 1	GIUDIZIO 2	GIUDIZIO 3	PUNTEGGIO 1	PUNTEGGIO 2	PUNTEGGIO 3	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70									
Design compatto con Impugnatura e leva di comando confortevole ed ergonomica	20	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	0,40	0,40	0,40	0,40	8,00
Angolazione alto/basso circa 180/160 °	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO	0,60	0,60	0,60	0,60	6,00
Lunghezza operativa circa 60/70 cm	5	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO	0,60	0,60	0,60	0,60	3,00
Connettore di aspirazione ergonomico con facilità di collegamento al tubo di aspirazione	5	discrezionale	INSUFFICIENTE	INSUFFICIENTE	INSUFFICIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampio campo visivo	10	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	0,40	0,40	0,40	0,40	4,00
Facilità di apertura della confezione sterile e trasparente da un lato	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	0,40	0,40	0,40	0,40	2,00

Alta qualità dell'immagine video	15	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	0,40	0,40	0,40	0,40	6,00	
	70										29,00 CHECK

DITTA: PENTAX LOTTO: 1	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZIO 1	GIUDIZIO 2	GIUDIZIO 3	PUNTEGGIO 1	PUNTEGGIO 2	PUNTEGGIO 3	media coefficienti	punteggio
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70									
Design compatto con Impugnatura e leva di comando confortevole ed ergonomica	20	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO	0,60	0,60	0,60	0,60	12,00
Angolazione alto/basso circa 180/160 °	10	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO	0,60	0,60	0,60	0,60	6,00
Lunghezza operativa circa 60/70 cm	5	discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO	0,60	0,60	0,60	0,60	3,00
Connettore di aspirazione ergonomico con facilità di collegamento al tubo di aspirazione	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	0,40	0,40	0,40	0,40	2,00
Ampio campo visivo	10	discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO	0,80	0,80	0,80	0,80	8,00
Facilità di apertura della confezione sterile e trasparente da un lato	5	discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	0,40	0,40	0,40	0,40	2,00
Alta qualità dell'immagine video	15	discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	BUONO	1,00	1,00	0,80	0,93	14,00
	70									47,00 CHECK

Valutazione	
GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Ottimo	1
Buono	0,8
Discreto	0,6
Sufficiente	0,4
Insufficiente	0

AMBU	65
PENTAX	47
ADVANCE S.E.	38,95
LORENZATTO	29
BOSTON SCIENTIFIC	26,3



